

BZP.38.382-36.18.18

Jastrzębie - Zdrój, 26.10.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-36.18**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ  
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 26.10.2018 r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

**Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 63 poz. 11**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji nr 11 – czujnik temperatury do MR850 firmy Fisher & Paykel. Wydzielenie zmniejszy koszty zakupu Zamawiającego oraz pozwoli na wystartowanie wyłącznemu Dystrybutorowi na Polskę tego wyrobu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,4 m

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 1 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

2.	Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika pulsoksymetru MASIMO LNCS, dł. 3 m, kompatybilny z czujnikami nr kat. MS17522
----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

2.	Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika pulsoksymetru MASIMO LNCS, dł. 3 m <b>lub 2,4 m</b> , kompatybilny z czujnikami nr kat. MS17522
----	--

**Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 7 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,4 m

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 7 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

3.	Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika pulsoksymetru MASIMO LNCS, dł. 3 m, kompatybilny z czujnikami w poz. 1,2, nr kat. MS17522 lub równoważny
----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

3.	Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika pulsoksymetru MASIMO LNCS, dł. 3 m <b>lub 2,4 m</b> , kompatybilny z czujnikami w poz. 1,2, nr kat. MS17522 lub równoważny
----	---

**Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 7 poz. 6**

Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu lub usunięcie jej ze specyfikacji, gdyż kabel ten nie jest już produkowany i nie ma na rynku zamiennika

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5 dot. Pakietu 12**

Prosimy o podanie, czy chodzi o kabel rozłączny czy nierozłączny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga kabla głównego z odprowadzeniami czyli kabla rozłącznego.

**Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 22**

Prosimy o podanie czy chodzi o kable rozłączne czy nierozłączne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga kabla głównego z odprowadzeniami czyli kabla rozłącznego.

**Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 33 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 2,5 m

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 33 poz. 4**

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 37 poz. 1**

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 54 poz. 5**

Prosimy o zweryfikowanie nr katalogowego podanego w formularzu

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 63 poz. 11**

Prosimy o wydzielenie pozycji 11 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 64 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów: XS 10-14 cm, S 14-20 cm, M 25-35 cm, L 33 – 47 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 64 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,4 m

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 64 poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 2,5 m

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 64 w poz. 6 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

6	Dren NIPC, dla noworodków, długość 2,4 m kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Dräger, Nr katalogowy: 2870298 lub równoważne
---	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

6	Dren NIPC, dla noworodków, długość 2,4 m <b>lub 2,5 m,</b> kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Dräger, Nr katalogowy: 2870298 lub równoważne
---	---

**Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 7 poz. 4, 5, 6**

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu. Czujniki, jak również kable pośrednie Masimo LNOP zostały wycofane i są już niedostępne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze 25-35 cm. Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 2 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

3.	Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze 23-35 cm kompatybilny z kardiomonitorem MP 30 i M 3 firmy PHILIPS
----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

3.	Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze 23-35 cm <b>lub 25-35 cm,</b> kompatybilny z kardiomonitorem MP 30 i M 3 firmy PHILIPS
----	--

**Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze 33-47 cm. Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 2 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

2.	Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze > 35 cm, kompatybilny z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM 8000 firmy MINDRAY,
----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

2.	Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze <b>33-47 cm</b> , kompatybilny z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM 8000 firmy MINDRAY,
----	--

**Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 11 poz. 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii ( Massimo, Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać kabel, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 11 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9 m
----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9 m <b>działający w technologii Nellcor, nr katalogowy M301024 lub równoważny</b>
----	--

**Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 19 poz. 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii ( Massimo, Nellcor, Oximax ) w jakiej ma działać kabel, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 19 poz. 1**

Czy kabel ma pasować do urządzenia Mortara?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 19 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.	Kabel pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy MDS
----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.	Kabel pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy MDS <b>pasujący do urządzenia Mortara, nr katalogowy 21O62SI lub równoważny</b>
----	--

**Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 20 poz. 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF sensora.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 20 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.	Sensor tlenowy do respiratora Galileo Gold firmy Hamilton
----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.	Sensor tlenowy do respiratora Galileo Gold firmy Hamilton, <b>nr katalogowy E-17 lub równoważny</b>
----	---

**Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 20 poz. 2**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF sensora.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 20 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

2.	Sensor tlenowy do respiratora Stephanie firmy Stephan
----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

2.	Sensor tlenowy do respiratora Stephanie firmy Stephan, <b>nr katalogowy E-10/0 lub równoważny</b>
----	---

**Pytanie nr 23 dot. Pakietu nr 21 poz. 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF sensora.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 21 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.	Sensor tlenowy do: - aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS, - aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro, - respiratora Evita Dura 2, - respiratora Evita XL, - respiratora Babylog 8000  firmy Dräger oryginalne lub równoważne, tzn. kompatybilne z aparaturą firmy Dräger,
----	---

--	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.	<p>Sensor tlenowy do:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS,</li><li>- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro,</li><li>- respiratora Evita Dura 2,</li><li>- respiratora Evita XL,</li><li>- respiratora Babylog 8000</li></ul> <p>firmy Dräger oryginalne lub równoważne, tzn. kompatybilne z aparaturą firmy Dräger, <b>nr katalogowy 6850645 lub równoważny</b></p>
----	---

**Pytanie nr 24 dot. Pakietu nr 22 poz. 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 22 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.	<p>Kabel EKG trójżyłowy do monitora firmy DATEX model: CardioCap „ CG-CS-CO2, kabel główny o długości 3 - 3,6 m + odprowadzenia o dł. 74 cm - 130 cm.</p>
1.	<p>Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra</p>

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.	<p>Kabel EKG trójżyłowy do monitora firmy DATEX model: CardioCap „ CG-CS-CO2, kabel główny o długości 3 - 3,6 m + odprowadzenia o dł. 74 cm - 130 cm.</p>
----	---



Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra, <b>nr katalogowy DX2395I + DX3CI lub równoważny</b>
--

**Pytanie nr 25 dot. Pakietu nr 23 poz. 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF sensora

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 23 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

	Sensor tlenowy do aparatu do znieczulenia ogólnego Excell 210 firmy Ohmeda.
1.	Typ respiratora przy aparacie 7000,

który otrzymuje nowe brzmienie:

	Sensor tlenowy do aparatu do znieczulenia ogólnego Excell 210 firmy Ohmeda.
1.	Typ respiratora przy aparacie 7000, <b>nr katalogowy OOM101 lub równoważny</b>

**Pytanie nr 26 dot. Pakietu nr 23 poz. 2**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF sensora.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 23 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

	Sensor tlenowy do inkubatora zamkniętego Giraffe firmy GE Healthcare,
2.	

który otrzymuje nowe brzmienie:

	Sensor tlenowy do inkubatora zamkniętego Giraffe firmy GE Healthcare, <b>nr katalogowy OOM112 lub równoważny</b>
2.	

**Pytanie nr 27 dot. Pakietu nr 30 poz. 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości pinów we wtyczce. 6 czy 12 pinów ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 30 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.	Przewód główny EKG trójżyłowy do kardiomonitora MEC - 1200 firmy MINDRAY,
----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.	Przewód główny EKG trójżyłowy do kardiomonitora MEC - 1200 firmy MINDRAY, <b>6 pinów we wtyczce</b>
----	---

**Pytanie nr 28 dot. Pakietu nr 34 poz. 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości pinów we wtyczce. 8 czy 12 pinów ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 34 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.	Czujnik pusoksymetru dla dorosłych, miękki silikonowy klips na palec,
----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.	Czujnik pusoksymetru dla dorosłych, miękki silikonowy klips na palec, <b>8 pinów we wtyczce</b>
----	---

**Pytanie nr 29 pot. Pakietu nr 35 poz. 3**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w zadaniu 35 wydzieli pozycje: **3** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 30 dot. Pakietu nr 37 poz. 1**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w zadaniu 37 wydzieli pozycje: **1** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 31 dot. Pakietu nr 37 poz. 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 37 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.	Kabel do monitora ekg typ MoniCard Standard , 5 odprowadzeniowy firmy Aspel,
----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.	Kabel do monitora ekg typ MoniCard Standard , 5 odprowadzeniowy firmy Aspel, <b>nr</b> <b>katalogowy 071100036 lub równoważny</b>
----	---

**Pytanie nr 32 dot. Pakietu nr 54 poz. 5**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości pinów we wtyczce.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 54 w poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

5.	Kable EKG do kardiomonitora CM6, VM8 nr kat980903143171 lub równoważny Zakończenie klamra,
----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

5.	Kable EKG do kardiomonitora CM6, VM8 nr kat980903143171 lub równoważny Zakończenie klamra, <b>12 pinów we wtyczce,</b>
----	---

**Pytanie nr 33 dot. Pakietu nr 54 poz. 5**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości odprowadzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 54 w poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

5.	Kable EKG do kardiomonitora CM6, VM8 nr kat980903143171 lub równoważny Zakończenie klamra, 12 pinów we wtyczce,
----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

5.	Kable EKG do kardiomonitora CM6, VM8 nr kat980903143171 lub równoważny Zakończenie klamra, 12 pinów we wtyczce, <b>3 odprowadzenia,</b>
----	--

**Pytanie nr 34 dot. Pakietu nr 54 poz. 5**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o kabel kompletny czy rozdzielny.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 54 w poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

5.	Kable EKG do kardiomonitora CM6, VM8 nr kat980903143171 lub równoważny Zakończenie klamra, 12 pinów we wtyczce, 3 odprowadzenia
----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

5.	Kable EKG do kardiomonitora CM6, VM8 nr kat980903143171 lub równoważny
----	--

Zakończenie klamra, 12 pinów we wtyczce, 3  
odprowadzenia, **kabel kompletny**

**Pytanie nr 35 dot. Pakietu nr 64 poz. 3, 4, 5, 6**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w zadaniu 64 wydzieli pozycje: **3,4,5,6** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 36**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ. Wykonawca do dnia złożenia oferty może nie należeć do grupy kapitałowej. Natomiast w dniu publikacji na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert może już przynależeć, bądź do tego dnia dołączyć do grupy kapitałowej. W związku z tym, oświadczenie to zgodnie z SIWZ i Ustawą Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

**Pytanie nr 37 dot. Pakietu nr 2 poz. 1, 2, 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 mankietów w rozmiarach: poz. 1 26-33cm; poz. 2 33-41cm; poz. 3 26-33cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 38 dot. Pakietu nr 2 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji mankieta w rozmiarze 25-35cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 16.

**Pytanie nr 39 dot. Pakietu nr 13 poz. 2, 3, 4, 5**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje kabli jednoczęściowych całkowitych ( tzn. od aparatu do pacjenta) czy też samych przewodów pacjenta ( podłączanych do kabla głównego, który to jest podłączany do aparatu) ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 13 w poz. 2, 3, 4, 5, w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

2	Kabel EKG, 3 - odprowadzeniowy, złącze z przewodem głównym 5 - pinowe, pin podwójny, Nr katalogowy MP 03411 lub równoważne
3	Kabel EKG 3 - odprowadzeniowy, złącze z przewodem głównym 6 - pinowe, pin pojedynczy Nr katalogowy MP03401 lub równoważne
4	Kabel EKG 5- odprowadzeniowy 5 żyłowy, złącze z przewodem głównym 6-pinowe, pin pojedynczy, Nr katalogowy: MP 03403 lub równoważny
5	Kabel EKG 5- żyłowy, złącze z przewodem głównym 5-pinowe, pin podwójny, Nr katalogowy: MP 03413 lub równoważne

który otrzymuje nowe brzmienie:

2	Kabel EKG, 3 - odprowadzeniowy, złącze z przewodem głównym 5 - pinowe, pin podwójny, <b>przewód pacjenta podłączany do kabla głównego</b> Nr katalogowy MP 03411 lub równoważne
3	Kabel EKG 3 - odprowadzeniowy, złącze z przewodem głównym 6 - pinowe, pin pojedynczy, <b>przewód pacjenta podłączany do kabla głównego</b> Nr katalogowy MP03401 lub równoważne
4	Kabel EKG 5- odprowadzeniowy 5 żyłowy, złącze z przewodem głównym 6-pinowe, pin pojedynczy, <b>przewód pacjenta podłączany do kabla głównego</b> Nr katalogowy: MP 03403 lub równoważny
5	Kabel EKG 5- żyłowy, złącze z przewodem głównym 5-pinowe, pin podwójny, <b>przewód pacjenta podłączany do kabla głównego</b> Nr katalogowy: MP 03413 lub równoważne

**Pytanie nr 40 dot. Pakietu nr 29 poz. 1-6**

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej technologii czujników i kabli: M tech czy Nellcor Oximax?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 29 w poz. 1-6 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 firmy MINDRAY.
2.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 firmy MINDRAY
3.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY Moduł saturacji w monitorach VS i PM Mindray
4.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY
5.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY
6.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor</b>
2.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor</b>
3.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY Moduł saturacji w monitorach VS i PM Mindray <b>działający w technologii Nellcor</b>
4.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego

	z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor</b>
5.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor</b>
6.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor</b>

**Pytanie nr 41 dot. Pakietu nr 34 poz. 2, 3**

Prosimy o podanie zakończenia po stronie pacjenta: zatrask czy klamra?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 34 w poz. 2-3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

2.	Kabel EKG trójżyłowy kompatybilny z defibrylatorem HeartStart XL firmy PHILIPS
3.	Kabel EKG pięćżyłowy kompatybilny z defibrylatorem HeartStart XL firmy PHILIPS

który otrzymuje nowe brzmienie:

2.	Kabel EKG trójżyłowy kompatybilny z defibrylatorem HeartStart XL firmy PHILIPS, <b>zakończenie po stronie pacjenta: klamra</b>
3.	Kabel EKG pięćżyłowy kompatybilny z defibrylatorem HeartStart XL firmy PHILIPS, <b>zakończenie po stronie pacjenta: klamra</b>

**Pytanie nr 42 dot. Pakietu 54 poz. 5**

Prosimy o podanie ilości odprowadzeni kabla.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 33.

**Pytanie nr 43 dot. Pakietu nr 54 poz. 5**

Ze względu na niemożność ustalenia wymaganego kabla po podanym numerze kat 980903143171, prosimy o jego zweryfikowanie bądź podanie bardziej szczegółowych informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 34.



**Pytanie nr 44 dot. Pakietu nr 54 poz. 5**

Czy wymagany kabel ma mieć wtyczkę jak na zdjęciu poniżej:



12 pin męski  
12 pin female

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 45 dot. wzoru umowy §8 pkt. 1a**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 8 ust. 1 projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy brutto” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 8% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpliwości nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 46 dot. wzoru umowy §9 pkt. 2c**

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 9 ust. 2c. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 47 dot. wzoru umowy §9 pkt. 2e**

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w wymaganym okresie, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 48 dot. Pakietu nr 19 poz. 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 19 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.	Kabel pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy MDS pasujący do urządzenia Mortara
----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.	Kabel pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy MDS pasujący do urządzenia Mortara, <b>nr katalogowy 21O62SI lub równoważny</b>
----	--

**Pytanie nr 49 dot. Pakietu nr 48 poz. 14**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów technicznych kabla, jaki należy zaoferować w pozycji 14. Czy ma to być pojedynczy kabel z 1 krokodylkiem, czy ma być to kabel z 2 lub 3 krokodylkami?

Odpowiedź

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 48 w poz. 14 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

14.	Przewód z krokodylkiem
-----	------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

14.	Przewód z krokodylkiem ( <b>kabel z dwoma krokodylkami</b> )
-----	--

**Pytanie nr 50 dot. Pakietu nr 48 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawcę, który w pozycji nr 15 zaoferuje „Samoprzylepne elektrody EMG 32 x 22 mm(100 szt.)”

Odpowiedź

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 48 w poz. 15 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

15.	Samoprzylepne elektrody EMG 20 x 20 mm(100 szt.)
-----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

15.	Samoprzylepne elektrody EMG 20 x 20 mm(100 szt.) <b>lub Samoprzylepne elektrody EMG 32 x 22 mm (100 szt.)</b>
-----	---

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 19 „Informacje dodatkowe” po pkt. 19.14 dodaje pkt. 19.15 w brzmieniu:

„Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych na pakiety nr: 7 (poz. 3-6), 9 (poz. 3), 11 (poz. 1), 13, 14, 15 (poz. 3-6), 19-21, 22 (poz. 2), 23, 27, 33 (poz. 1, 2, 4), 35, 37 (poz. 1), 38, 39 (poz. 2-4), 49 (poz. 1-3, 7, 8,13, 17-20), 55 (poz. 1, 4, 6-7), 56, 57 (poz. 1-6, 8-11, 13), 60, 61, 62 (poz. 8), 64 (poz. 3-6)”

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:

- SIWZ po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 1 – Akcesoria do kardiomonitora INFINITY DELTA firmy Dräger I w technologii MASIMO - 2) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 2 – Mankiety do pomiaru ciśnienia) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 7 – Akcesoria do kardiomonitora INFINITY DELTA firmy Dräger I w technologii MASIMO - 1) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 11 – Akcesoria do czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 13 – Kable EKG 2 do kardiomonitora Infinity Delta firmy Dräger I) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 19 – Kable pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy MDS) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 20 – Sensory tlenowe do aparatury medycznej 1) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 21 – Sensory tlenowe do aparatury medycznej 2) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 22 – Kable EKG 6) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 23 – Sensory tlenowe do aparatury medycznej 3) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 29 – Akcesoria do czujników do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 oraz monitorów PM 8000 i MEC - 1200 firmy MINDRAY) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 30 – Kable EKG do kardiomonitorów MEC - 1200 oraz PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 34 – Akcesoria do defibrylatora HeartStart XL) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 37 – Kable do aparatu holtera, do monitora ekg, mankiety do pomiaru ciśnienia holtera RR – Aspel) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 48 – Części i akcesoria do aparatu EMG) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.

- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 54 – Części zamienne do kardiomonitora Hp 78352C, VM8 oraz defibrylatora Agilent) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 64 – Akcesoria do pulsoksymetru INFINITY DELTA firmy Dräger II ) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem