

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 Rękawice diagnostyczne nitrylowe

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu*	Producent i nazwa handlowa/ Producent i nr katalogowy
1.	<p>Rękawice diagnostyczne nitrylowe z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców, o grubości na palcu 0,1 mm ± 0,01 mm, na dłoni 0,08 mm i na mankiecie 0,06 mm, o sile zrywania minimum 6N. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym fabrycznie naniesionym piktogramem na opakowaniu. Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi, znakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 420:2005, (minimum 4 substancje chemiczne wraz z określeniem wskaźnika ochrony z uwzględnieniem co najmniej 2 alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych) oraz spełniające wymagania w zakresie odporności na ich przenikanie – na opakowaniu wymagany odpowiedni piktogram, odpowiednia litera oznaczająca substancje chemiczną zastosowaną w badaniu rękawic oraz numer normy EN 374. Oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z normami EN 455 – 1,2,3, EN 374-3, z EN 420 oraz EN 388.</p> <p><u>Opakowanie 100 szt., 150 szt. lub 200 szt. (w rozmiarze XL po 180 szt.)*</u> Rozmiar: S, M, L, XL.</p>	op.	100 op. po 150 szt. 150 op. po 100 szt. 75 op. po 200 szt.						
RAZEM									

* W przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

Miejscowość, dnia 2014 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 2 Rękawice diagnostyczne lateksowe

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu*	Producent i nazwa handlowa/ Producent i nr katalogowy
1.	Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, o grubości na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,11 mm i na mankiecie 0,08 mm, o sile zrywania minimum 9N przed starzeniem i 6N po starzeniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym fabrycznie naniesionym piktogramem na opakowaniu. Oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z normami EN 455 – 1,2,3 oraz EN 420. <u>Opakowanie 100 szt.</u> <u>Rozmiar: S, M, L, XL.</u>	op.	600						
RAZEM									

* W przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.
Miejscowość, dnia 2014 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*