

Jastrzębie – Zdrój, 17 maja 2018 r.

Do wszystkich uczestników postępowania
--

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Dostawy klipsów neurochirurgicznych oraz protezy krążka międzykręgowego dla Oddziału Neurochirurgii**” (BZP.38.383-22.18).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet nr 1 – Klipsy neurochirurgiczne Pozycja 10)

Klipsy o rozwarciu 5,6mm zamiast 4,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz. 10 klipsy o rozwarciu 5,6mm i zmienia zapis

z:

10	Kąt prosty 90°	7,0 mm / 4,5 mm
----	----------------	-----------------

na:

10	Kąt prosty 90°	7,0 mm / 4,5 mm – 5,6mm
----	----------------	-------------------------

Zamawiający na pozostałe zapytania udzieli odpowiedzi niezwłocznie.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 21.05.2018r. godz. 10:00 na dzień 29.05.2018r. godz. 10:00.

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.

Zamawiający dołącza Formularz asortymentowo – cenowy dot. pakietu nr 1 po zmianie z dnia 16.05.2018r.

Z poważaniem