

### Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawy specjalistycznych i podstawowych wyrobów medycznych** (BZP.38.383-21.2017).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 dot. pak.3 poz.4

Czy Zamawiający dopuści korek pakowany po 350 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza korek pakowany po 350 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 2 dot. pak3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 3 dot. pak. 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliuretanowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długościach od mufy do końca cewnika/długość całkowita: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 4 dot. pak. 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości **24cm** ( tip to cuff 19cm - nr kat. 32101524), **28cm** ( tip to cuff 23cm- nr kat. 32101528),, **32cm** ( tip to cuff 27cm - nr kat. 32101532),, **36cm** ( tip to cuff 31cm - nr kat. 32101536),, **40cm** ( tip to cuff 35cm- nr kat. 32101540), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 5 dot. pak.3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Pakietu 3 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 6 dot. pak 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt OncoFlow system do infuzji centralnych metodą grawitacyjną. Zestaw zawiera: regulator przepływu Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia o długości 160cm, regulator przepływu, port bezigłowym typu Y i konektor Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw zawiera 2 wloty. Produkt nie zawiera PVC. Numer katalogowy: ODF20P. Opakowanie zawiera 20 sztuk produktu.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 7 dot. pak 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu 3 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 8 dot. pak. 6 po. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową z rozszerzoną skalą o min.10%, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 9 dot. pak. 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw aktywno – pasywny:

W skład zestawu wchodzi:

Pojemnik typu płaski mieszek o poj. 250 ml – skalowany do 275 ml, worek zbiorczy o poj.500 ml, dren Redona silikonowy o długości 100 cm (dostępny w rozmiarach CH 12 – 36) oraz dren łączący. Mieszek skalowany co 40 ml wytwarzający podciśnienie początkowe 120 mbr z zastawką antyrefluksyjną i zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Dwa dreny łączące połączone z mieszkiem za pomocą łączników, posiadające klemmy zaciskowe typu zatraskowego. Dren łączący o długości 130 cm z uniwersalnym zakończeniem do drenów REDONA. Drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem large lock do połączenia z workiem zbiorczym. Wygodny system podwieszenia mieszka do rampy łóżka. Worek zbiorczy skalowany co 50 ml o poj. 500 ml z łącznikiem large lock. W worku zastawka antyrefluksyjną oraz zawór spustowy typu poziomego. Tylna ściana worka biała w celu wizualizacji drenowej treści. Sterylny, pakowany podwójnie – opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier – folia.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 10 dot. pak. 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worek do w/w zestawu 500ml bez filtra hydrofobowego?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 11 dot. pak. 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do odsysania ran płaski bez harmonijki przy dnie butelki, sterylne 200ml?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 12 dot. pak. 7 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 13 dot. pak. 7 poz. 1

Proszę o dopuszczenie igły do leków standardowej, bez zabezpieczenia przed zakłuciem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 14 dot. pak. 6 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 15 dot. pak. 6 poz. 2, 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby strzykawki w ww. pozycjach były wpisane przez producenta w instrukcję obsługi pomp, a tym samym prosimy o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych do pomp infuzyjnych będących odpowiednikami strzykawek znajdujących się w wykazie załączonym do instrukcji obsługi pompy. Producent gwarantuje pełną kompatybilność ww. strzykawek z wymaganymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi. Wnioskujemy również o dopuszczenie dołączenia do oferty oświadczenia potwierdzającego kompatybilność oferowanych strzykawek.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 16 dot. pak. 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka ?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 17 dot. pak. 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku toksycznych ftalanów na opakowaniu jednostkowym (pojedyncza sztuka)?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 18 dot. pak. 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 19 dot. pak. 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 20 dot. pak. 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 21 dot. pak. 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w systemie burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce ?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

