

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego - powtórka.** (BZP.38.383-42.2017).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 dot. pak.1 poz.2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców ?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 2 dot. pak1 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści: kaniule do wkłuc żylnych wykonane z teflonu bez portu bocznego, z niezdemowalnym uchwytem do wprowadzenia, rozmiary:

26G – 0.64 dł. 19mm, przepływ 19ml/min,

24G – 0.74 dł. 19mm, przepływ 29ml/min ?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 3 dot. pak. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1, mając na uwadze zasadę wolnej konkurencji dopuści: kaniule bezpieczną dożylną z portem, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, koreczek portu bocznego domykany standardowo, wykonana z poliuretanu, z elastycznymi skrzydełkami, z 3 dobrze widocznymi paskami radiocieniującymi, przezroczysta komora kontrolna z mikroporowatym, hydrofobowym filtrem, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, rozmiary:

22G 0.9x25mm, przepływ 42ml/min,

20G 1.0x32mm, przepływ 59ml/min,

18G 1.3x45mm, przepływ 96ml/min,

18G 1.3x32mm, przepływ 103ml/min,

17G 1.5x45mm, przepływ 155ml/min,

16G 1.75x45mm, przepływ 225ml/min,

14G 2.0x45mm, przepływ 290ml/min ?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 4 dot. pak. 8

Czy Zamawiający w zakresie pakietu 8 wymaga, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego ?

Odp.

Postępowanie zostało podzielone na cztery pakiety.

Zapisy Formularza oferty w tym termin składania ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

