

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Urologii** (BZP.38.383-52.2017).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 dot. poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour z balonami o pojemności 50ml i 80ml do wyboru przez Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 2 dot. poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do szynowania moczowodów w wersji standard tj. bez funkcji sterowania (prowadnik oraz popychacz są oddzielnymi elementami zestawu)?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do szynowania moczowodów w rozmiarach: CH 4,7 oraz CH 6?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zestawy do szynowania moczowodów w rozmiarach: CH 4,7 oraz CH 6.

Pytanie nr 4 dot. poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika pooperacyjnego trójdrożnego Dufour wykonanego ze 100 % silikonu w rozmiarach: CH 18 o pojemności balonu 50 ml, CH 20 o pojemności balonu 60 ml, CH 22 o pojemności balonu 70 ml oraz CH 24 o pojemności balonu 80 ml? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

Załącznik: Formularz asortymentowo – cenowy po zmianach.

Z poważaniem



FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu
1.	Cewniki moczowodowe do długotrwałego drenażu wykonane z materiału innego niż poliuretan (1 rok-12 miesięcy okres implantacji) w zestawie z prowadnicą i popychaczem z ruchomym elementem wewnętrznym umożliwiającym cofanie i obracanie cewnika nawet po wyjęciu prowadnicy, jednorazowego użytku/ Materiał: Vortek, inny niż poliuretan/ okres implantacji 12 miesięcy. Rozmiar 4,7Ch - 4,8Ch; 6Ch dł. 28 cm.	380						
2.	Cewnik Foley'a pooperacyjny zakończenie typu DUFOR trójdrożny, wykonany ze 100% silikonu (może to być silikon pokryty hydrożelem) lub z medycznego termoplastycznego PCV, pojemność balonu 30-50ml lub z balonem 30 i 75 ml (do wyboru przez Zamawiającego) – rozmiar: ch 18, ch 20, ch 22, ch 24 lub 18,20 ch balon 50-80 ml, 22-24 balon 80-100 ml (według potrzeb Zamawiającego)	300						
			RAZEM:					