

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**1) dostawa końcówek do noża harmonicznego, 2) użyczenie noża harmonicznego, kompatybilnego z końcówkami wraz z przetwornikiem pizoelektrycznym zaopatrzonego w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55**”(BZP.38.383-54.2017).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego było, aby przedmiotem zamówienia było użyczenie noża harmonicznego? Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia, w ocenie Wykonawcy zasadnym byłoby użyczenie **generatora** kompatybilnego z końcówkami a nie **noża harmonicznego**.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia w tym postępowaniu jest: 1) dostawa końcówek do noża harmonicznego, 2) użyczenie generatora (wchodzącego w skład noża harmonicznego), kompatybilnego z końcówkami wraz z przetwornikiem pizoelektrycznym zaopatrzonego w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55.

Zamawiający dołącza Formularz oferty po zmianach.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załącznik: Formularz asortymentowo – cenowy po zmianach.

Z poważaniem



