



Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.02.2015 r.

BZP/38/382-3/15

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy: postępowania na dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczożylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Obrazowej

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1**

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1 – dot. Pakietu 8**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do zamykania tętnicy udowej składającej się z: Aplikatura typu „click and sidle” do podawania kleju na koszulkę naczyniową o średnicy 5/6 lub 7/8 French umożliwiającego ponowne wkłucie w tym samym miejscu bezpośredniego po użyciu oraz syntetycznego cyjanoakrylowego kleju chirurgicznego na bazie biodegradowalnego cyjanoakrylu w postaci białozółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. Temperatura polimeryzacji max. 45C, czas polimeryzacji 90s.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2 – dot. Pakiet 3 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 pozycja 9 mikroprzewodnika i utworzenie kolejnej pozycji 12 – mikroprzewodnik kompatybilny z balonem do remodelingu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3 - dot. Pakiet 10**

Łącznik z zastawką, zestaw do aplikacji kontrastu:

Prosimy o podanie modelu wstrzykiwacza, do którego Zamawiający zamawia w ww. postępowaniu materiały eksploatacyjne.

Odpowiedź: Strzykawka automatyczna 150 ml typu LIEBEL FLSAHEIM ANGIOMAT 6000 INIECTORS A 6000/CT SIRINGER W/HAND oraz strzykawka automatyczna 200 ml OPTI VANTAGE DH. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP wprowadza zmiany do Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Zmieniona treść SIWZ w załączeniu.

**Pytanie 4 - dot. . § 3 ust. 1 wzoru umowy**

Dot. § 3 ust. 1 Warunki płatności – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„1. Należność za dostarczane produkty płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą w terminie ..... dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: ..... w dniu dostawy towaru.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5 – dot. § 8 Kary umowne wzoru umowy**

„1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary

umowne:

- a) w wysokości 8% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
- b) w wysokości ~~3%~~ 1% wartości brutto dostawy w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości, towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz towar w ilości niezgodnej z zamówieniem;
- c) w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy, ~~jednak nie mniej niż 100 złotych~~, za każdy dzień zwłoki ~~opóźnienia~~ przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy;
- d) w wysokości 2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki ~~opóźnienia~~ w ustanowieniu depozytu (nie dotyczy Pakietu Nr 10),
- e) w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy, ~~jednak nie mniej niż 100 złotych~~, za każdy dzień zwłoki ~~opóźnienia~~ w za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu depozytu (nie dotyczy Pakietu Nr 10),
- f) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 10 Zamawiający naliczy

karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto;

g) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3% wartości umowy brutto.

2. Kary wskazane w § 8 ust. 1 naliczane zostaną niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych przez Zamawiającego wynikających z umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 8% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia ponad termin płatności określony w umowie,

9. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 6 - dot. § 9 wzoru umowy**

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

- ze względu na procedury nie zależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające dłużej niż terminy określone przepisami
- przekroczenia czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu specjalistycznego.
- ze względu na zmniejszenie ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy,
- zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej lub tej samej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej lub tej samej cenie,
- zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”,
- zmiany warunków płatności: terminu płatności,

- zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego,
  - zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa,
  - zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy,
  - wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy,
  - zmiany w zakresie przedmiotowym: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, produkt zamienny, w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.
- Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7- dot. Pakiet 10**

Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 150 cm kompatybilny ze strzykawką z pozycji 2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8 – dot. Pakiet 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 8 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik 1 do siwz) koszulek naczyniowych o następujących dostępnych długościach: 40-45cm, 55cm, 70cm, 90cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert:

- nowy termin składania ofert – **25.02.2015 r. godz. 11:30,**
- nowy termin otwarcia ofert – **25.02.2015 r. godz. 12:00.**

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia również treść SIWZ w następujący sposób:

- Dokonuje się zmian w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zmieniona treść SIWZ w załączeniu.

- punkt 3.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Depozyt uzupełniany będzie w nieprzekraczalnym terminie do 72 godzin od momentu złożenia protokołu zużycia wraz z zamówieniem. Ponadto Wykonawca każdorazowo po dostawie do depozytu, przekaze Zamawiającemu wykaz (w wersji elektronicznej) produktów znajdujących się w depozycie.”

- punkt 19.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

**„Oferta na: dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczko- żylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Obrazowej- Pakiet nr.....”**

NIE OTWIERAĆ przed 25.02.2015 r. godz. 12:00, znak sprawy: BZP/38/382-3/15”

- punkt 20.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze, do dnia **25.02.2015 r.** do godz. **11:30** (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. Od 7<sup>25</sup> do 14<sup>30</sup>).

- punkt 20.3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.02.2015 r.** o godz. **12:00**, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21).

- punkt 2 ust. 2 § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Depozyt uzupełniany będzie do ..... godzin- Dotyczy Pakietu nr ..... od daty obowiązywania umowy w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Ponadto Wykonawca każdorazowo po dostawie do depozytu, przekaże Zamawiającemu wykaz (w wersji elektronicznej) produktów znajdujących się w depozycie.”

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dołącza do niniejszego pisma zmienioną treść SIWZ z dnia 18.02.2015 r.

Z poważaniem

