

BZP.38.383-10.6.20

Jastrzębie – Zdrój, 10 marca 2020r.

Do wszystkich uczestników postępowania

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawy materiałów i wyrobów medycznych” (BZP.38.383-9.20).**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 236/2019 z dnia 20.12.2019r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1- pak. nr 2

Czy Zamawiający w pak 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Cewnik dwudrożny do przezcewkowego drenażu moczu z pęcherza moczowego, do długoterminowego stosowania do 12 tygodni, potwierdzone oświadczeniem producenta. Trzon cewnika oraz kanał do napełniania balonu z silikonu, balon wykonany z silikonu, linia RTG na całej długości cewnika. Nie zawierający ftalanów oraz lateksu. Dostępny w zakresie rozmiarów CH 12 - CH 24. Pojemność balonu we wszystkich rozmiarach 10 ml, długość cewnika 41cm, sztywna zastawka w kanale do napełniania balonu, cewnik pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe umieszczone w jednostkowym opakowaniu zewnętrznym papier – folia. W zestawie strzykawka 10ml z 10% roztworem gliceryny do napełnienia balonu cewnika. Opakowanie zbiorcze 5 szt. Cewnik jednorazowego użytku, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewnika dwudrożnego do przezcewkowego drenażu moczu z pęcherza moczowego, do długoterminowego stosowania (co najmniej 90 dni), pozostałe zapisy bez zmian.

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.

W załączeniu Formularz asortymentowo – cenowy (załącznik nr 2) po zmianach z dnia 10.03.2020r.

Z poważaniem