

Jastrzębie – Zdrój, 12 czerwca 2018 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ **Dostawy odłożeni i podobnych wyrobów medycznych**” (BZP.38.383-31.18).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1- pak. nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², , troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 2 – pak nr 1 poz. 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna asortymentu w danej pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego (przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań).

Pytanie nr 3 – pak. nr 1 poz. 2, 3.

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 4- pak. nr 1 poz. 4, 5.

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych, wysokobarierową, trójwarstwową?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 5- pak. nr 1 poz. 4, 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna asortymentu w danej pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego (przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań).

Pytanie nr 6- pak. nr 1 poz. 5.

Czy zamawiający dopuści maskę wiążaną na troki o rozmiarze 175 mm x 95 mm w stanie nierozłożonym, troki górne ok 400 -450 mm, troki dolne ok 350-400 mm, z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny - o długości ok. 11 cm i szer. Ok. 0,3 cm, w kolorze zielonym?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 7- pak. nr 1 poz. 1, 2, 3.

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane a'100szt z przeliczeniem podanej ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna asortymentu w danej pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego (przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań).

Pytanie nr 8- pak. nr 1 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści czepki typu beret wykonane z gładkiej włókniny polipropylenowej?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 9- pak. nr 1 poz. 4,5.

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a'50szt z przeliczeniem podanej ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna asortymentu w danej pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego (przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań).

Pytanie nr 10- pak. nr 1 poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści maski o wymiarach 180mm x 95mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 11- pak. nr 2 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 12- pak. nr 4 poz. 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego zadania? Państwa zgoda umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców co zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 13- pak. nr 4 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm. Bezpośrednio pod otworem zamocowany długi worek z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów. Serweta wykonana z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60 g/m².

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem