

Jastrzębie – Zdrój, 14 grudnia 2018 r.

Do wszystkich uczestników postępowania
--

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Dostawa urządzeń i sprzętu dla potrzeb Oddziałów Szpitala**” (BZP.38.383-62.18).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 – dotyczy pak. nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie pompy bez ekranu dotykowego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pompy bez ekranu dotykowego i zmienia zapis w pkt 9 z:

Ekran kolorowy, dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy, na:

Ekran kolorowy, dotykowy lub bezdotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy.

Pytanie nr 2 – dotyczy pak. nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe pkt 15

Prosimy o dopuszczenie pompy z prędkością w zakresie od 0,01 ml/h do 1800 ml/h.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pompy z prędkością w zakresie od 0,01 ml/h do 1800 ml/h i zmienia zapis w pkt 15 z: 0,1 – 2000 ml/h na: 0,1 – 2000 ml/h lub 0,01 ml/h do 1800 ml/h.

Pytanie nr 3 – dotyczy pak. nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe pkt 27

Prosimy o dopuszczenie pomp komunikujących się przez kabel serwisowy /port akcesoriów do kabla interfejsu/ lub port podczerwieni.

Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacji dokującej/ stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet – złącze RJ45-przez stację dokującą.

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w pompy i zmienia zapis z:

Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet – złącze RJ45, na:

Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet – złącze RJ45 lub przez kabel serwisowy/port akcesoriów do kabla interfejsu/ lub port podczerwieni.

Pytanie nr 4 – dotyczy pak. nr 1 - Koncentrator tlenu

Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści z 0.5 lpm – 5 kPa na 0.5 lpm – 5 lpm?

Odp.

Zamawiający zmienia treści w poz. 6 z 0.5 lpm – 5 kPa na 0.5 lpm – 5 lpm.

Pytanie nr 5 – dotyczy pak. nr 1 - Koncentrator tlenu

Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści z max 1,4 A na max 1,5 A?

Odp.

Zamawiający zmianę treści w poz 11a z max 1,4 A na max 1,5 A.

Pytanie nr 6 – Dotyczy warunków umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 6-7:

6. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 4 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od ceny niezrealizowanej części wskazanej jako brutto w § 6 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od niezrealizowanej części ceny wskazanej jako brutto w § 6 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

§ 12 ust. 1:

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:

- a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
- b) w wysokości 5% wartości brutto dostawy w przypadku gdy dostawa będzie obejmować aparaty o złej jakości, nie posiadające deklarowanych właściwości oraz w ilości niezgodnej z zamówieniem;
- c) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy jednak nie mniej niż 50,00 złotych oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji;
- d) w przypadku nie wywiązania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w § 12 pkt 1) a) do c) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

Zamawiający dołącza Załącznik nr 2 ze zmianami w pakietach nr 1 i 3 z dnia 14.12.2018r.

Z poważaniem