

BZP.38.383-33.3.19

Jastrzębie – Zdrój, 22 lipiec 2019r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**1) dostawa końcówek do noża harmonicznego, 2) użyczenie generatora, kompatybilnego z końcówkami wraz z przetwornikiem pizoelektrycznym zaopatrzonemu w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55” (BZP.38.383-33.19).**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie bezprzewodowego, jednorazowego noża ultradźwiękowego w pozycji nr 1 – 26cm, pozycji nr 2 - 39 cm, średnica 5 mm. Końcówka z jednym przyciskiem, który posiada dwie pozycje aktywujące dwa tryby pracy minimalny i maksymalny. Szczęki wykonane z materiałów ograniczających przywieranie tkanek.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć generator oraz zestaw baterii na czas trwania umowy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza bezprzewodowy, jednorazowy nóż ultradźwiękowy: w pozycji nr 1 – 26cm, pozycji nr 2 - 39 cm, średnica 5 mm. Końcówka z jednym przyciskiem, który posiada dwie pozycje aktywujące dwa tryby pracy minimalny i maksymalny. Szczęki wykonane z materiałów ograniczających przywieranie tkanek.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć generator oraz zestaw baterii na czas trwania umowy.

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem