

Jastrzębie – Zdrój, 25 października 2018r.

| |
|--|
| Do wszystkich uczestników postępowania |
|--|

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej - powtórka**” (BZP.38.383-52.18).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1

Czy w Pakiecie 1 Zamawiający dopuści również protezę modułową głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa i cementowa.

Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 mm.

Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji.

Odp.

Zamawiający **dopuszcza** protezę modułową głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa i cementowa. Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 mm. Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji i zmienia zapis

z:

Endoproteza bipolarna głowy kości promieniowej. Do zastosowania przy złamaniu głowy kości promieniowej jako alternatywa jej usunięcia

na:

Endoproteza bipolarna lub modułowa głowy kości promieniowej. Opcja bezcementowa i cementowa. Do zastosowania przy złamaniu głowy kości promieniowej jako alternatywa jej usunięcia.

Pytanie nr 2 – Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie endoprotezy z instrumentarium po wcześniejszym ustaleniu terminu zabiegu?”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.

Zamawiający dołącza Formularz asortymentowo – cenowy ze zmianą w pakiecie nr 1 po zmianie z dnia 25.10.2018r.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl,
www.wss2.pl