

BZP.38.383-40.3.19

Jastrzębie – Zdrój, 27 sierpnia 2019r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawy igieł iniekcyjnych”-
powtórzenie (BZP.38.383-40.19).**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1- dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły do iniekcji bezpieczne o parametrach:

- Osłonka zintegrowana z igłą
- Ostrze igły ścięte trójplaszczynowo
- Nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru
- Słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu zabezpieczającego
- Igła pozostaje zamknięta bezpiecznie wewnątrz aktywowanej osłony
- Połączenie zarówno ze strzykawkami luer jak i luer-lock
- Ostrze zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm blokady
- Opakowanie typu blister-pack
- Opakowanie podstawowe – 50 szt.
- Nietoksyczna, niepirogenna
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Okres ważności 5 lat

Osłona igły aktywowana jedną ręką natychmiast po dokonanej iniekcji

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 2 – dot. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę 31G x 6mm w miejsce igły 31Gx5mm?

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem