

Jastrzębie – Zdrój, 28 sierpień 2018 r.

Do wszystkich uczestników postępowania
--

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawy akcesoriów do pracowni endoskopowej - powtórka” (BZP.38.383-39.18).**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 – dotyczy warunków umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że niewykorzystany limit nie przekroczy 20%.”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 2 – Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić...”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 3 – dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7 i 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 4 – dotyczy warunków umowy § 4 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8.”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 5 – dotyczy warunków umowy § 4 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 6 – dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 7 – dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1b i 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% oraz odpowiednio z 100 zł na 50 zł?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 8 – dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 9 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego;”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 9 – dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% niezrealizowanej części umowy brutto.”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty

Pytanie nr 10 – dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„za opóźnienie w wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia na pełnowartościowy w terminie o którym mowa w § 5 ust. 5, w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki,”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty

Pytanie nr 11 – dotyczy warunków umowy § 10 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, z winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego: nie dokonania dostawy, dokonania jej nieterminowo, nie dostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia, dostarczenia towaru o złej jakości lub nie posiadającego deklarowanych właściwości. Postanowienie § 8 ust. 1 lit. a) stosuje się odpowiednio.”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 11 – dotyczy warunków umowy § 10 ust. 5

Czy Zamawiający dopuści w ramach pakietu nr 4:

- w poz. 1-3 pętla o śr. osłonki 2,3mm zamiast 2,4mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
- w poz. 3 pętla obrotowa o śr. 35mm (zamiast 30mm), pętla te otwierają się już w trakcie wysuwania co pozwala osiągnąć śr. równą 30mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 4

- w poz. 1-3 pętla o śr. osłonki 2,3mm zamiast 2,4mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
- w poz. 3 pętla obrotowa o śr. 35mm (zamiast 30mm), pętla te otwierają się już w trakcie wysuwania co pozwala osiągnąć śr. równą 30mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w pozycjach nr 2 na szczypce biopsyjne o średnicy osłonki 2,3mm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odp.

Zamawiający dopuści złożenie oferty w pozycji nr 2 na szczypce biopsyjne o średnicy osłonki 2,3mm przy zachowaniu pozostałych parametrów i zmienia zapis z:

Szczypce biopsyjne kolonoskopowe typu standardowe owalne lub okrągłe z okienkiem, min. średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, dł. robocza min. 2,1m, wielorazowego użytku lub kleszczyków biopsyjnych kolonoskopowych typu standardowe owalne lub okrągłe z okienkiem o średnicy osłonki równej 2,4 mm, na:

Szczypce biopsyjne kolonoskopowe typu standardowe owalne lub okrągłe z okienkiem, min. średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, dł. robocza min. 2,1m, wielorazowego użytku lub kleszczyków biopsyjnych kolonoskopowych typu standardowe owalne lub okrągłe z okienkiem o średnicy osłonki równej 2,3 mm -2,4 mm.

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.

Zamawiający dołącza Formularz asortymentowo – cenowy ze zmianą w pakiecie nr 2 po zmianie z dnia 29.08.2018r.

Z poważaniem