

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506
e-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl
Regon: 272790824 NIP: 633-10-45-778 KRS: 0000048508

Znak sprawy: **BZP/38/382-2/16**

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

[.po zmianach z dnia 16.02.16 r.](#)

Sporządziła: Marta Stęchły

Zatwierdziła pod względem formalnym: Magdalena Kozak

Jastrzębie - Zdrój, dnia 16.02.2016 r.

Zatwierdziła:

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju

Grażyna Kuczera

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

1 INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer telefonu: (032) 47 84 500
Numer faksu: (032) 47 84 506
Adres e-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl

2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej Ustawą PZP.
- 2.2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46 ustawy PZP.
- 2.3 Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 3.1 Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
- 3.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 23 części (pakiety):

Pakiet 1 – Przegląd aparatu do leczenia nerkozastępczego firmy Gambro

Pakiet 2 – Przegląd aparatu RTG firmy GE Medical Systems

Pakiet 3 – Przegląd aparatów USG firmy GE Healthcare Technologies

Pakiet 4 – Przegląd aparatów USG HDI 4000

Pakiet 5 – Przegląd aparatu firmy Topcon

Pakiet 6 – Przegląd urządzeń firmy Zeiss

Pakiet 7 – Przegląd urządzeń endoskopowych firmy Pentax

Pakiet 8 – Przegląd stołu operacyjnego AXIS 4000 z Bloku Operacyjnego

Pakiet 9 – Przegląd defibrylatorów firmy Philips

Pakiet 10 – Przegląd defibrylatorów I

Pakiet 11 – Przegląd defibrylatorów II

Pakiet 12 – Przegląd ultradźwiękowego aspiratora tkankowego CUSA EXCEL 8

Pakiet 13 – Przegląd neuronawigacji

Pakiet 14 – Przegląd diatermii chirurgicznych

Pakiet 15 – Przegląd Zestawu PCNL (aparat do przezskórnej nefrotrypsji), zestawu laparoskopowego

Pakiet 16 – Przegląd kardiostymulatorów firmy ITAM

Pakiet 17 – Przegląd laserów

Pakiet 18 – Przegląd pomp do żywienia dojelitowego

Pakiet 19 – Przegląd monitora rzutu serca firmy Edwards

Pakiet 20 – Przegląd sterylizatorów parowych oraz myjki endoskopowej

Pakiet 21 – Przegląd aparatury i sprzętu medycznego 3M Poland

Pakiet 22 – Przegląd aparatów spirometrycznych

Pakiet 23 – Przegląd wag dziecięcych oraz wag medycznych

- 3.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 - 50.00.00.00-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne,
 - 50.40.00.00-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych.

4 OFERTY WARIANTOWE, CZĘŚCIOWE I RÓWNOWAŻNE

- 4.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert równoważnych.
- 4.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
- 4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu.

- 4.4 Zamawiający informuje, iż w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca wypełnia pakiet/pakiety, na który/które składa ofertę.
- 4.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5 AUKCJE ELEKTRONICZNE, UMOWY RAMOWE, DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

- 5.1 Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 5.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 5.3 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
- 5.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 6.1 Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
pakiety: 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23 - 02.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 2- 19.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 3 – 02.06.2016 – 01.04.2017
pakiet 4, 5, 6 - 07.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 21 – 14.06.2016 – 01.04.2017

7 WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP dotyczące:

- I) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Wykonawca dysponuje upoważnieniem producenta w zakresie prowadzenia serwisu aparatury medycznej na terytorium RP lub dysponuje co najmniej 1 osobą o której mowa w pkt 7.1. ppkt III 2 lit. b)

- II) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj.:

– co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem przeglądy aparatury medycznej (tożsamej lub zbliżonej do przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w danym pakiecie) świadczone w sposób ciągły o okresie minimum 1 roku. (W przypadku pakietu 13 – Zamawiający zaakceptuje wykonawcę legitymującego się realizacją świadczeń w zakresie serwisu aparatury medycznej, w skład której wchodzi aparatura do radioterapii).

Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył usługi o okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość rozumianą jako świadczenie usług (przebiegów lub napraw zakończonych przeglądem) w sposób powtarzalny w okresie min. 1 roku.

UWAGA: Spełnieniem warunku będzie wykazanie tylu zadań na ile pakietów składa on ofertę. W celu weryfikacji spełnienia powyższego warunku przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać wyraźnie, do którego pakietu zadania mają odniesienie.

- III) w zakresie dysponowania:

1. odpowiednim potencjałem technicznym :

- Wykonawca dysponuje stosowną aparaturą kontrolno-pomiarową do realizacji usług objętych zamówieniem z aktualnymi atestami/certyfikatami/walidacjami – dotyczy aparatury objętej zamówieniem – wg załącznika nr 4 (dotyczy wszystkich pakietów).

2. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:

- a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych (**dotyczy wszystkich pakietów**);
- b) co najmniej 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeглядów aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem zamówienia ujętym w danym pakiecie wystawione przez producenta aparatury, autoryzowanego przedstawiciela producenta aparatury medycznej lub upoważnienie producenta o którym mowa w pkt. 7.1. ppkt I SIWZ (dotyczy wszystkich pakietów).

IV) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – **wg Załącznika nr 3 do SIWZ**.

7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – przykładowy wzór stanowi **załącznik nr 5 do SIWZ**.

UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby składany dokument:

- *wskazywał okres jakiego dotyczy zobowiązanie,*
- *zawierał informację, który zasób jest udostępniany przez inny podmiot,*
- *w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia, określał konkretną formę udziału ww. podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo itp.),*
- *jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracy, kontrakt, inne).*

7.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt 7.2 (art. 26 ust. 2b ustawy PZP), odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.4. Spełnienie wymogów podanych w punkcie 7.1 należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych oświadczeń według **załącznika nr 3 do SIWZ** oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 8.1 i 9.1.

7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”.

7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania / odrzuceniem jego oferty.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU.

8.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

- 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – **wg Załącznika nr 3 do SIWZ**;
- 2) **Upoważnienie producenta w zakresie prowadzenia serwisu aparatury medycznej na terytorium RP – jeśli dotyczy – zgodne z opisanymi warunkiem przedstawionym w pkt 7.1. ppkt I.**
- 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – **wg Załącznika nr 6 do SIWZ**;
- 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert, **a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie wg załącznika nr 7 do SIWZ** w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.

- 5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług zgodnie z pkt. 7.1. ppkt 2) SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- **wg. załącznika nr 11** do SIWZ

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- a) poświadczenie (w przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu ofert),
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w literze a).

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania.

6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg **załącznika nr 12**, o którym mowa w pkt 7.1. ppkt III, z tym że jeżeli wykonawca spełnia warunki określone w pkt 7.1. ppkt I, i dołączy do oferty upoważnienie, o którym mowa w pkt. 8.2. ppkt 2, to wykaże jedynie dysponowanie co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych (dotyczy wszystkich pakietów).

- 7) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy (przykładowy wzór - załącznik nr 5 do SIWZ)
8) **oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią aparaturą kontrolno-pomiarową - według załącznika nr 4 do SIWZ**

UWAGA:

Pisemne zobowiązanie powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

8.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1 ppkt 3) i 4) oraz w pkt. 9.1.

8.3. Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

- 1) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: w pkt 8.1 ppkt 4 (Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 2) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

UWAGA: Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy wskazaną/e we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie.

- 8.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- 8.5. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
- 8.6. Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
- 8.7. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. odpisy lub kopie niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) traktowane będzie jak jego brak.
- 8.8. W/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.
- 8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

9. GRUPA KAPITAŁOWA

- 9.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - zawarta w Załączniku nr 8.
- 9.2. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10 OFERTY WSPÓLNE

- 10.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, **zobowiązani są ustanowić pełnomocnika**. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
- 10.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokumenty wymienione w [pkt 8.1. ppkt 3\) i 4\)](#) oraz 9.1. SIWZ powinny dotyczyć każdego z wykonawców osobno.
- 10.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. ppkt 1 SIWZ może zostać skutecznie złożone albo przez każdego z Wykonawców indywidualnie, albo przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika Wykonawców o ile z jego treści wynika, że zostało złożone w imieniu każdego z Wykonawców. Dopuszczalne jest także złożenie kopii oświadczeń przez poszczególnych Wykonawców, podpisanych również przez pełnomocnika. Z uwagi na oryginalny (pisemny) podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie traktował takie oświadczenie na prawach oryginału, pod warunkiem, że z treści dokumentu nie będzie wynikało, iż podpis pełnomocnika został złożony w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

11 PODWYKONAWCY

Zamawiający zgodnie z art. 36a i art. 36b Ustawy PZP, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Stosowną deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

12.1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na Formularzu oferty dla każdej części (pakietu) oddzielnie.

12.2. Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).

12.3. W Formularzu cenowym Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) podania pozycji asortymentowej/asortymentowych wchodzącej/wchodzących w skład pakietu (w odpowiednim/odpowiednich wierszu/wierszach tabeli);
- b) podania cen netto wraz z ilościami przegładów;
- c) wyliczenia i podania wartości netto uwzględniającej odpowiednią liczbę przegładów;
- d) podania obowiązującej stawki podatku VAT [%] - odrębnie dla każdej pozycji w danym pakiecie;
- e) wyliczenia i podania wartości brutto w poszczególnych pozycjach (wierszach tabeli) poprzez doliczenie wartości podatku VAT do każdej wartości netto;
- f) wyliczenia i podania cen netto i brutto oferty poprzez zsumowanie wartości netto i brutto poszczególnych pozycji (wierszy) tabeli i umieszczenie sumy w pozycji „Razem”.

12.4. Wyliczone ceny netto i brutto oferty należy wpisać w odpowiednie pole Formularza oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ).

12.5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

12.6. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...) (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

12.7. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu oferty cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego branżą do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

12.8. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z póź. zm.)
- 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

14. OPIS KRYTERIUM OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

14.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena	95 %
2	Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008	5 %
	Razem	100 %

14.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryterium Cena (C) będą liczone według następującego wzoru:

Nr kryterium	Wzór
1.	<p>Cena:</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100 \times 95\%$ <p>gdzie: C_{bad} - cena brutto podana w ofercie badanej C_{\min} - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert</p>

14.3. W celu dokonania oceny ofert w drugim kryterium - "Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 (SJ) - Wykonawca wykazuje, że posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008 (zgodnie z pkt 19.1. ppkt 4 SIWZ). Jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wdrożony system zarządzania jakością otrzyma 5 pkt, a jeżeli nie wykaże powyższego, otrzyma 0 pkt. Otrzymane punkty są równe wadze kryterium, tzn.: 5 pkt = 5%

14.4. Punkty uzyskane w każdym w/w kryterium zostaną zsumowane. W ten sposób Zamawiający uzyska ocenę końcową K. spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę o najwyższej wartości oceny końcowej K.

$$K = C + SJ$$

14.5. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

14.7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

14.8. Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

14.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**.

15.2. Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych w art. 85 ustawy PZP.

15.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

15.4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

16.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

16.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

17. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Kozak –Kierownik Biura Zamówień Publicznych

tel.: (032) 47 84 561

Marta Stęchły – Referent d/s Zamówień Publicznych

tel.: (032) 47 84 548

Kontakt możliwy w godzinach od 7³⁰ do 13³⁰

18. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

18.1. Stosownie do art. 38 ust. 1 każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

18.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.1. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

18.3. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

18.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej.

18.5. Uwaga: Wykonawcy, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego, a chcieliby otrzymywać informacje, o których mowa powyżej, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w sposób, o którym mowa w Rozdziale 16 SIWZ.

18.6. Pytania dotyczące SIWZ można kierować na nr faksu: (032) 47-84-549 lub drogą elektroniczną na adres: zp@wss2.pl z określeniem postępowania, którego dotyczą.

19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

19.1. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, tj. w Rozdziale 7, 8, 9 oraz:

- 1) wypełniony **Formularz cenowy** zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1,
- 2) wypełniony **Formularz oferty** wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu ofertą - zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2,
- 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika).
- 4) zaświadczenie lub certyfikat niezależnego podmiotu potwierdzającego, że w procesie świadczenia usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury medycznej stosowana jest norma jakościowa ISO 9001:2008 lub zaświadczenie, dokumenty niezależnego podmiotu potwierdzającego stosowanie przy świadczeniu usług przeglądów okresowych aparatury medycznej równoważnych środków zapewnienia jakości.

UWAGA: Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie.

19.2. Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- 19.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 19.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 Ustawy PZP. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
- 19.5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 19.6. Zaleca się, aby pierwszą stroną oferty stanowił Formularz oferty, którego wzór stanowi **załącznik nr 2 do SIWZ**.
- 19.7. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
- 19.8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
- 19.9. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- 19.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
- 19.11. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Oferta na: Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury medycznej - pakiet nr.....
NIE OTWIERAĆ przed 19.02.2016 r. godz 10:30 , znak sprawy: BZP/38/382-2/16”

- 19.12. Koperta w której znajduje się oferta musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie.
- 19.13. Zaleca się podanie na kopercie adresu zwrotnego.
- 19.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 19.10 oraz dodatkowo oznaczone słowami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 19.15. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEŻONA CZĘŚĆ OFERTY”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP.

20. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

- 20.1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 20.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 20.3. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEŻONA CZĘŚĆ OFERTY”
- 20.4. Przez „tajemnice przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
- 20.5. Dokumenty potwierdzające zdolność wykonawcy do przetwarzania informacji niejawnych muszą spełniać wymagania wynikające z odpowiednich przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych. Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli są odpowiednie do poświadczeń bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów o przedstawienie potwierdzenia odpowiedzialności poświadczenia bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanego w innym państwie.

21. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 21.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze, do dnia 19.02.2016r. do godz. 10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. Od 7²⁵ do 14³⁰).
- 21.2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
- 21.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2016r. do godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21).
- 21.4. Otwarcie ofert jest jawne.
- 21.5. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) wewnętrznych naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzeń. W przypadku złożenia oferty zamienniej, oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.
- 21.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 21.7. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranych dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
- 21.8. Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaze informacje, o których mowa w pkt 21.6. i 21.7.

22. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 22.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
- 22.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy PZP.
- 22.3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 22.4. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 - 1) o wyborze najkorzystniejszej oferty - podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona, i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania, i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert, i łączną punktację;
 - 2) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 3) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 4) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 22.5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
- 22.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, tzn. pomimo dwukrotnego wezwania do podpisania umowy Wykonawca nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający uznaje to za uchylanie się od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

23. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 23.1. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu:

- 1) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
- 23.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 23.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 23.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
- 23.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może żądać w wyznaczonym terminie przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
- 23.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną przez Wykonawcę kopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem podpisania umowy.
- 23.6. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle dwa jednobrzmiące egzemplarze podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami w wersji papierowej na adres Zamawiającego. Następnie Zamawiający podpisze umowę i odeśle jeden z egzemplarzy na adres Wykonawcy.

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 24.1. W postępowaniu nie obowiązuje wadium.
- 24.2. W postępowaniu nie obowiązuje zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

25. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- 25.1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
- 25.2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
- 25.3. Wzór umowy stanowi - załącznik nr 10 do SIWZ
- 25.4. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
- a) zmiany ilości aparatury/sprzętu wymienionej/wymienionego w Załączniku nr 1 do umowy w przypadku wycofania aparatury/sprzętu z eksploatacji, kasacji starej/starego aparatury/sprzętu
 - b) sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej obowiązującej stawki podatku VAT.
- 25.5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- 26.1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 180 do 198 Ustawy PZP.

- 26.2. Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 pkt. od 2 do 4 Ustawy PZP.
- 26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej oraz w terminach określonych w art. 182 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 Ustawy PZP.
- 26.4. Podmioty, o których mowa w pkt 27.1. SIWZ, przed wniesieniem odwołania zobowiązane są do wniesienia na konto UZP wpisu od odwołania, którego wysokość zależy od przedmiotu i wartości zamówienia.

27. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 27.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert po upływie terminu ich składania w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
 - Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,
 - Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
 - Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie (cena: 0,97 zł/stronę),
 - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
- 27.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 27.3. Zamawiający, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy PZP, na wniosek Wykonawcy przekaze odpłatnie SIWZ (koszt druku: 83,42 zł + VAT).

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Magdalena Kozak.....

Sekretarz: Marta Stęchły

Członek: Eugeniusz Klapuch.....

Członek: Agnieszka Wiktor

Zatwierdzono przez Komisję Przetargową pod względem merytorycznym w dniu 16.02.2016 r.

Zatwierdziła

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, dnia 16.02.2016 r.

Załączniki do SIWZ:

Lp.	Nazwa Załącznika
1.	Formularz asortymentowo-cenowy - według Załącznika nr 1 do SIWZ
2.	Formularz oferty - według Załącznika nr 2 do SIWZ
3.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według Załącznika nr 3 do SIWZ
4.	Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią aparaturą kontrolno-pomiarową - według załącznika nr 4
5.	Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów - wzór - według Załącznika nr 5 do SIWZ
6.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według Załącznika nr 6 do SIWZ
7.	Oświadczenie dotyczące wyłącznie osób fizycznych - według Załącznika nr 7 do SIWZ
8.	Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Załącznika nr 8 do SIWZ
9.	Harmonogram przeglądów okresowych - według Załącznika nr 9 do SIWZ
10.	Wzór umowy - według Załącznika nr 10 do SIWZ
11	Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat - według załącznika nr 11
12	Wykaz personelu/osób - według załącznika nr 12

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 1 - Przegląd aparatu do leczenia nerkozastępczego firmy Gambro

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 10 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Aparat typu PRISMAFLEX 1 szt.	OIOM	1				
2.	Podgrzewacz PRISMACOMFORT 1 szt.		1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów/kart serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

- a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
- d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 2 - Przegląd aparatu RTG firmy GE Medical Systems

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Aparat RTG PRECISION RXi model 42099 nr 24114 Firmy GE Medical Systems	ZDO	1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi według wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
 - a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
 - b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)
 - d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
3. Zapewnienie prawidłowego działania aparatu RTG poprzez nadzór techniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami DTR producenta.
4. Konserwacja urządzenia wraz z przeprowadzeniem kontroli bezpieczeństwa i sprawności technicznej.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 3 - Przegląd aparatów USG firmy GE Healthcare Technologies

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 10 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Aparat USG VIVID 4 - 1 szt (echokardiograf)	Oddział kardiologiczno-Wewnętrzny	1				
2.	Aparat USG VIVID i (echokardiograf)		1				
3.	Aparat USG LOGIQ 3	Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny	1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu (dotyczy wybranych pakietów)
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu

- g) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
 - h) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
 - i) kontrola poprawności obrazowania aparatu, głowic
 - j) Wydanie certyfikatu sprawności aparatu.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzana podpisem przez pracownika Zamawiającego serwisowa karta pracy.
 4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
 - a) przestrzegania zapisów ustawy z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
 - b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia;
 - c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 4 - Przegląd aparatów USG HDI 4000

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Aparat USG HDI 4000	Oddział Pediatryczny	1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu (dotyczy wybranych pakietów)
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
- j) kontrola poprawności obrazowania aparatu, głowic
- k) Wydanie certyfikatu sprawności aparatu.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzana podpisem przez pracownika Zamawiającego serwisowa karta pracy.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
 - a) przestrzegania zapisów ustawy z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
 - b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia;
 - c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 5 - Przegląd aparatu firmy Topcon

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Mikroskop spekularny TOPCON sP-3000P	Oddział okulistyki	1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgodnienie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 6 - Przegląd urządzeń firmy ZEISS

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Laser okulistyczny VISULAS 532s NR 1009007	Oddział Okulistyki	2				
2.	Tomograf Komputerowy STRATUS OCT NR 3001-0858	Oddział Okulistyki	2				
3.	Mikroskop operacyjny OPMI PENTERO	Blok Operacyjny	2				
4.	Mikroskop operacyjny OPMI Neuro 200 na statywie NC4	Blok Operacyjny	2				
5.	Mikroskop operacyjny OPMI MDO na statywie S5	Blok Operacyjny	2				
6.	Mikroskop operacyjny OPMI PRO ERGO	Blok Operacyjny	2				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) Wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)

- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 7 - Przegląd urządzeń endoskopowych firmy PENTAX

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Videoduodenoskop ED 3490TK nr A120451 firmy PENTAX	Pracownia Endoskopowa	1				
2.	Videogastroskop EG-290 Kp nr G 125212 firmy PENTAX	Pracownia Endoskopowa	1				
3.	Videokolonoskop EC 3890 FK2 nr A120618 firmy PENTAX	Pracownia Endoskopowa	1				
4	Videokolonoskop EC 3890 FK2 nr A120628 firmy PENTAX	Pracownia Endoskopowa	1				
5	Procesor wizyjny EPK-1000 nr Ec012145 Firmy PENTAX	Pracownia Endoskopowa	1				
6	Fiberobronchoskop FI-16 BS nr G111046 Firmy PENTAX - 1 szt.	OIOM	2				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela

- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 8 - Przegląd stołu operacyjnego AXIS 4000 firmy Schaerer

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Stół operacyjny AXIS 400 NR 2206	Blok Operacyjny	1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 9 - Przegląd defibrylatorów firmy Philips

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Defibrylator XL nr US00102735	Oddział Urologiczny	1				
2.	Defibrylator HP nr 3304A41310	OITD	1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgodnienie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Sprawdzenie oraz testy funkcjonalności i bezpieczeństwa zgodnie z procedurami zawartymi w Instrukcjach serwisowych.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 10 - Przegląd defibrylatorów I

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Defibrylator M Series T03K52820	OIOM	2				
2.	Defibrylator AED X08F161359	Izba Przyjęć	2				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);c) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- d) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- e) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- f) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
- g) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- h) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Sprawdzenie oraz testy funkcjonalności i bezpieczeństwa zgodnie z procedurami zawartymi w Instrukcjach serwisowych.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 11 - Przegląd defibrylatorów II

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Defibrylator LP20e nr 42592566	Oddział Pediatriczny	1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgodnienie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Sprawdzenie oraz testy funkcjonalności i bezpieczeństwa zgodnie z procedurami zawartymi w Instrukcjach serwisowych.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 12 - Przegląd Ultradźwiękowego aspiratora tkankowego CUSA EXCEL 8

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 16 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Ultradźwiękowego aspiratora tkankowego CUSA EXCEL 8 NR U0L794S	Blok Operacyjny	1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 13 - Przegląd Neuronawigacji

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Neuronawigacja - przegląd systemów Firmy Brainlab <ul style="list-style-type: none"> - przegląd jezdnego systemu neuronawigacji Kolibri - przegląd systemu planowania iPlan - przegląd wyposażenia systemów nawigacji (adapterów narzędzi, gwiazd referencyjnych, matrycy kalibracyjnej) - przegląd ściennego systemu Digital Lightbox 	Blok Operacyjny	1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
 - b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
 - c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
 - d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
 - e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
 - f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
 - g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
 - h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
 - i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
- a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
 - b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 14 - Przegląd Diatermii Chirurgicznych

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Diatermia chirurgiczna SABRE 180 nr 9503CH022	Blok Operacyjny	2				
2	Diatermia Chirurgiczna SABRE 2400 nr 950786000003	Blok Operacyjny	2				
3	Diatermia chirurgiczna GT-300 nr 860257	Oddział Otolaryngologii	1				
4	Diatermia chirurgiczna GT-300 nr 870210	Trakt Porodowy	1				
5	Diatermia chirurgiczna GT-300 nr 870077	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1				
6	Diatermia chirurgiczna GT-300 nr 91015	Poradnia Ginekologiczna	1				
7	Diatermia chirurgiczna KETAMED typu 1E nr 00010138	Poradnia Chirurgiczna	1				
8	Diatermia chirurgiczna Servotome nr 205263012	Poradnia Chirurgii Szczękowo_Twarzowej	1				

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16

9	Diatermia chirurgiczna typ HYFRECATOR 2000 nr 05MGJ381	Oddział Chirurgii Ogólnej	1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 15 - Przegląd Zestawu PCNL (aparat do przeszkrónej nefrotrypsji), zestawu laparoskopowego

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Zestawu PCNL (aparat do przeszkrónej nefrotrypsji) 1) kamera nr 1100155621 2) główka kamery nr 1100155676 3) obiektyw nr 5000222714 4) projektor światła nr 1100156380 5) monitor NEVO nr C1X19QV6B1700037 6) Litotryptor nr 1100155070 7) pompa ssąca nr 1100155456 8) przetwornik ultradźwiękowy nr 5000218224	Blok Operacyjny	1				

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16

2.	Zestaw Laparoskopowy 1. Insuflator nr 1100139047 2. pompa nr 1201CE283 3. Optyka	Blok Operacyjny	1			
Razem						

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/ dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgodnienie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów).

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 16 - Przegląd kardiostymulatorów Firmy ITAM

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Kardiostymulator MIP -801 nr 378	OIOM	1				
2.	Kardiostymulator MIP -801 nr 377	OIOM	1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- b) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- c) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
 - a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
 - b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 17 - Przegląd laserów

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Laser diodowy Polysurge 980nm 150W nr DNL0172-0610	Blok Operacyjny	1				
2.	Laser Holmowy litho 30 W nr LHT 0689-0812	Oddział Urologiczny	1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;

i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 18 - Przegląd pomp do żywienia dojelitowego

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Pompa do żywienia dojelitowego typ FLOCARE 800 nr 8805/2726	Oddział Chirurgii Ogólnej	1				
2.	Pompa do żywienia dojelitowego typ FLOCARE 800 nr 8805/2727		1				
3	Pompa do żywienia dojelitowego typ FLOCARE 800 nr 8805/2728		1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;

- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z **tygodniowym** wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 19 - Przegląd monitora rzutu serca Firmy EDWARCE

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Monitor rzutu serca nr 165114059 EVD03646 typ EV1000A	OIOM	1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
 Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
 BZP/38/382-2/16

Pakiet 20 - Przeglądy sterylizatorów parowych, wytwornic pary i myjki endoskopowej

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Min. ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Sterylizator parowy SELECTOMAT PL 6612-2V-MMM nr B081124/2008 1 szt.	Centralna Sterylizacja	2				
2.	Sterylizator parowy SELECTOMAT PL 6612-2VR nr B071046/2007 1 szt.		2				
3.	Wytwornica pary nr 07132K/2007 1 szt.		2				
4.	Wytwornica pary nr 07113K/2007 1 szt.		2				
5.	Myjka endoskopowa INNOVA E-3 nr 73902115 1 szt.	Pracownia Endoskopii	2				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu

- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
 - f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
 - g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
 - h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
 - i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
 - j) kontrola poprawności obrazowania aparatu, głowic
 - k) Wydanie certyfikatu sprawności aparatu.
2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzana podpisem przez pracownika Zamawiającego serwisowa karta pracy.
4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
- a) przestrzegania zapisów ustawy z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
 - b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia;
 - c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
 Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
 BZP/38/382-2/16

Pakiet 21 – Przegląd aparatury i sprzętu medycznego Firmy 3 M POLAND

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Min. ilość przeglądów w okresie 10 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Sterylizator gazowy 3M Steri-Vac 5XLPD	Centralna Sterylizacja	2				
2.	Areator gazowy 3M Steri-Vac XL		2				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) pomiar mocy wyjściowej dla poszczególnych gniazd i wszystkich rodzajów pracy zgodnie z dokumentacją serwisową (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- e) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- f) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- g) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- h) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
- i) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- j) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
- k) procedura musi zostać wykonana między 6 i 12 miesięcy, w zależności od ilości cykli.
- l) sprawdzenie linii wentylacji

- sprawdzenie na szczelność połączeń między sterylizatorem a instalacją w szpitalu
- sprawdzenie zagięć i innych zatorów, które mogą przeszkadzać właściwej cyrkulacji powietrza
- l) system nawilżania
 - wymiana trzepienia i o-ringów zaworu nawilżania; w razie konieczności wymiana elektrozaworu
- m) system próżniowy
 - oczyszczenie trzepienia elektrozaworu powietrza, wymiana w razie konieczności
 - czyszczenie pompy próżniowej
- n) układ blokowania drzwi
 - czyszczenie elektrozaworu blokady drzwi, czyszczenie trzepienia i gniazda, wymiana w razie konieczności
 - kontrola pracy mechanizmu zamka drzwi
- o) układ odpowietrzający
 - demontaż elektrozaworu odpowietrzającego, czyszczenie trzepienia i gniazda, wymiana w razie konieczności
 - wymiana filtra bakteryjnego powietrza
- p) demontaż elektrozaworu przebijaka, wymiana trzepienia i 0-ringów
- r) czyszczenie instalacji wodnej
 - demontaż zbiornika wody
 - płukanie zbiornika wody
 - sprawdzenie rurki PCV łączącej zbiornika z elektrozaworem wody czy nie jest popękana
- s) Wymontowanie przewodnicy naboju i uszczelki
 - czyszczenie gniazda naboju, wymiana uszczelki i montaż przewodnicy
 - sprawdzenie filtra mosiężnego, wymiana w razie konieczności
- t) ponowna instalacja zbiornika wody
 - napełnienie świeżą i czystą wodą destylowaną
 - przepuszczenie wody przez system, celem eliminacji powietrza z instalacji
- u) czyszczenie na drzwiach, uszczelki drzwi i komory ciepła wodą z mydłem, wymiana uszczelki, jeżeli jest uszkodzona albo jeśli dociśnięta nie uszczelnia się
- w) czyszczenie zaworu zwrotnego próżni, czyszczenie trzepienia i gniazda, montaż zaworu, wymiana całego zaworu, gdy jest skorodowany albo zniszczony.
- x) sprawdzenie napięcia 5V i regulacja
- y) demontaż, sprawdzenie i czyszczenie elektrozaworów układu pomiaru wilgoci. wymiana w razie konieczności.
- z) testowanie
- ż) Sprawdzenie regulacji wody wg opisu DTR, uruchomienie testu próżni

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzana podpisem przez pracownika Zamawiającego serwisowa karta pracy.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia;

- c) przedstawienia harmonogramu przeglądów na cały okres obowiązywania umowy;
- d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/16

Pakiet 22 - Przegląd aparatów spirometrycznych

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 13 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Aparat spirometryczny MasterScope	Poradnie Specjalistyczne - Pracownia Spirometrii	1				
2.	Aparat spirometryczny MICRO 6000		1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje i kontrole stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów);
- d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu;
- e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
- h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

2. Uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z **tygodniowym** wyprzedzeniem.

3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.

4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zapisów ustawy z z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)

b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy wybranych pakietów)

d) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
BZP/38/382-2/13

Pakiet 23 - Przegląd wag dziecięcych oraz wag medycznych

Lp.	Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu medycznej/medycznego	Lokalizacja	Ilość przeglądów w okresie 16 miesięcy	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Waga niemowlęca SECA 345 - 1szt	Oddziały Szpitala	1				
2.	Waga niemowlęca SECA 376 - 1 szt.		1				
3.	Waga niemowlęca SECA 734 - 1 szt.		1				
4.	Waga niemowlęca Tonava - 2 szt		1				
5.	Waga medyczna - 28 szt.		1				
6.	Waga medyczna elektroniczna - 10 szt.		1				
7.	Waga krzeselkowa - 1 szt		1				
Razem							

1. Zakres prac:

- a) klasyfikacja wag starych
- b) przygotowanie wag (sprawdzenie, testowanie, kalibracja, naprawa bieżąca konserwacja zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację (ustawa z 26 maja 2015 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.)
- c) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela.
- d) legalizacja wszystkich wag, wydanie świadectwa legalizacji

Miejscowość,, dnia2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:

ADRES:

POWIAT: WOJEWÓDZTWO:

TEL.: FAKS: E-MAIL:

NIP: REGON:

BANK/ NR KONTA:

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16 oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

Pakiet 1 - Przegląd aparatu do leczenia nerkozastępczego firmy Gambro

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 2 - Przegląd aparatu RTG firmy GE Medical Systems

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 3 - Przegląd aparatów USG firmy GE Healthcare Technologies

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 4 - Przegląd aparatów USG HDI 4000

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 5 - Przegląd aparatu firmy Topcon

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 6 - Przegląd urządzeń firmy Zeiss

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 7 - Przegląd urządzeń endoskopowych firmy Pentax

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 8 - Przegląd stołu operacyjnego AXIS 4000 z Bloku Operacyjnego

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 9 - Przegląd defibrylatorów firmy Philips

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 10 - Przegląd defibrylatorów I

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16

Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 11 - Przegląd defibrylatorów II

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 12 - Przegląd ultradźwiękowego aspiratora tkankowego CUSA EXCEL 8

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 13 - Przegląd neuronawigacji

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 14 - Przegląd Diatermii Chirurgicznych

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 15 - Przegląd Zestawu PCNL (aparat do przezskórnej nefrotrypsji), zestawu laparoskopowego

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 16 - Przegląd kardiostymulatorów firmy ITAM

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-2/16

Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 17 - Przegląd laserów

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 18 - Przegląd pomp do żywienia dojelitowego

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 19 - Przegląd monitora rzutu serca firmy Edwards

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 20 - Przegląd sterylizatorów parowych oraz myjki endoskopowej

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 21 - Przegląd aparatury i sprzętu medycznego 3M Poland

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 22 - Przegląd aparatów spirometrycznych

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 23 - Przegląd wag dziecięcych oraz wag medycznych

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Termin płatności: przelewem w ciągu 60 dni (zgodnie z Ustawą o Terminach Zapłaty w Transakcjach Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2) od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim dostarczeniu towaru.

Termin realizacji umowy:

pakiety: 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23 - 02.03.2016 - 01.04.2017
 pakiet 2- 19.03.2016 - 01.04.2017
 pakiet 3 - 02.06.2016 - 01.04.2017
 pakiet 4, 5, 6 - 07.03.2016 - 01.04.2017
 pakiet 21 - 14.06.2016 - 01.04.2017

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego zostały przez nas zaakceptowane i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Akceptujemy Harmonogram przeglądów okresowych - według Załącznika nr 9 do SIWZ.
4. **Posiadamy**/nie posiadamy wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 *)**
 *) *niepotrzebne skreślić*
 ***Na potwierdzenie dołączony dokument zgodnie z treścią pkt 19.1 ppkt 3 SIWZ*
5. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
7. Zapewniamy, że ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.
8. **Zastrzeżenie Wykonawcy:**
 Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP Wykonawca zastrzega sobie, iż niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (dołączone do oferty w osobnej kopercie):

9. Przedmiot zamówienia wykonamy: sami/ przy udziale podwykonawców *).

Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

Lp.	Nazwa części zamówienia

* *niepotrzebne skreślić*

10. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

IMIĘ I NAZWISKO:	WZÓR PODPISU:
.....
.....

11. Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów),
,
 które dołączamy do oferty.

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

13. Oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.

Miejscowość, dnia 2016 r.

.....
*Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*



Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES:

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16 oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U.z 2015 r. poz. 2164):

1. Posiadamy wiedzę i doświadczenie.
2. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejscowość, dnia 2016 r.

.....
*Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*



OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU STOSOWNĄ APARATURĄ
KONTROLNO-POMIAROWĄ

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16 oświadczamy, że **dysponujemy/będziemy dysponować*) stosowaną aparaturą kontrolno-pomiarową** do realizacji usług objętych zamówieniem z **aktualnymi atestami/certyfikatami/walidacjami**.

Ponad to oświadczam, że na każde wezwanie Zamawiającego udostępnię do wglądu wyżej wskazane atesty/certyfikaty/walidacje.

Miejscowość, dnia 2016 r.

.....
*Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

*) *niepotrzebne skreślić*



PISEMNE ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH
ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH
PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie oraz działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy tj.

.....
.....
(nazwa Wykonawcy)

do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie:

.....
.....

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów będzie wykonane w następujący sposób:

.....
.....

(opisać sposób udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia np. jako podwykonawca, doradca itp.)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16”

Miejscowość, dnia 2016 r.

.....
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy



OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES:

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16 w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum* oświadczam, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia z powodu niżej przedstawionych przesłanek:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:


- a. (uchylony);
- 1a) (uchylony);
- b. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- c. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- d. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- e. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- f. spółki partnerskie, których partner a lub członek zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- g. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- h. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

- zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- i. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 - j. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
 - k. wykonawców będących spółką jawna, spółką partnerska, spółką komandytowa, spółką komandytowo akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku”.

Miejscowość,, dnia 2016 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby(osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIĘ OSÓB FIZYCZNYCH

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES:

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- nie otwarto wobec mnie likwidacji;
- nie ogłoszono upadłości*;
- ogłoszono wobec mnie upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*.

Miejscowość....., dnia 2016 r.

.....
*Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

*) *niepotrzebne skreślić*



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum*:

.....
.....

oświadczam, że:

- 1) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późn. zm.),
- 2) należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późn. zm.) i w związku z powyższym, poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

Miejscowość, dnia 2016 r.

.....
*Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

* niepotrzebne skreślić



HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Pakiet 1 – Przegląd aparatu do leczenia nerkozastępczego firmy Gambro
przeгляд - do 01.06.2016 r.

Pakiet 2 – Przegląd apratu RTG firmy GE Medical Systems
przeгляд - maj 2016 r.

Pakiet 3 – Przegląd aparatów USG firmy GE Healthcare Technologies
przeгляд wszystkich aparatów - do 02.06.2016

Pakiet 4 – Przegląd aparatów USG HDI 4000
przeгляд - do 13.05.2016

Pakiet 5 – Przegląd aparatu firmy Topcon
przeгляд - listopad 2016 r.

Pakiet 6 – Przegląd urządzeń firmy Zeiss
przeгляд - marzec 2016

Pakiet 7 – Przegląd urządzeń endoskopowych firmy Pentax
przeгляд dla pozycji 6 - marzec 2016
przeгляд dla pozycji 1-5 - wrzesień 2016

Pakiet 8 – Przegląd stołu operacyjnego AXIS 4000 z Bloku Operacyjnego
przeгляд - maj 2016

Pakiet 9 – Przegląd defibrylatorów firmy Philips
przeгляд - wrzesień 2016

Pakiet 10 – Przegląd defibrylatorów I
przeгляд - kwiecień 2016

Pakiet 11 – Przegląd defibrylatorów II
przeгляд - do 15.11.2016 r.

Pakiet 12 – Przegląd ultradźwiękowego aspiratora tkankowego CUSA EXCEL 8
przeгляд - do 10.08.2016 r.

Pakiet 13 – Przegląd neuronawigacji
przeгляд - maj 2016 r.

Pakiet 14 – Przegląd Diatermii Chirurgicznych
przeгляд dla pozycji 1-9 - maj 2016 r.
przeгляд dla pozycji 1-2 - maj 2016/październik 2016 r.

Pakiet 15 – Przegląd Zestawu PCNL (aparat do przezskórnej nefrotroipsji), zestawu laparoskopowego
przeгляд - maj 2016 r.

Pakiet 16 – Przegląd kardiostymulatorów firmy ITAM
przeгляд - luty 2017 r.

Pakiet 17 – Przegład laserów
przegład – październik 2016 r.

Pakiet 18 – Przegład pomp do żywienia dojelitowego
przegład – marzec 2016 r.

Pakiet 19 – Przegład monitora rzutu serca firmy Edwarce
przegład – lipiec 2016 r.

Pakiet 20 – Przegład sterylizatorów parowych oraz myjki endoskopowej
przegład – po 800 cyklach pracy są to z reguły 2 przegłady w ciągu roku – marzec/wrzesień)

Pakiet 21 – Przegład aparatury i sprzętu medycznego 3M Poland
przegład – co pół roku (październik 2016/kwiecień 2017)

Pakiet 22 – Przegład aparatów spirometrycznych
przegład – kwiecień 2016 r.

Pakiet 23 – Przegład wag dziecięcych oraz wag medycznych
legalizacja wag – maj 2016 r. – 2 szt
legalizacja pozostałych wag – październik 2016 r.

Miejscowość....., dnia 2016 r.

.....
*Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

WZÓR UMOWY
UMOWA NR /2016

zawarta w dniu 2016 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,

reprezentowanym przez:

mgr Grażyna Kuczera - Dyrektor,

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

wpisaną do Rejestru pod numerem
prowadzonego przez,
której kapitał zakładowy wynosi i która posługuje się numerem NIP
oraz numerem REGON,

reprezentowanym przez,

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

§ 1

Tryb zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr BZP/38/382-2/16 ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury i sprzętu medycznego znajdujących się na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.
2. Wykaz aparatury i sprzętu medycznego objętego zamówieniem, zakres prac oraz terminy ich wykonania zawiera Załącznik nr 1 do umowy oraz szczegółowy Harmonogram przeglądów, tj. Załącznik nr 2 do umowy.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zakresem określonym w § 5 ust. 7 niniejszej umowy, Strony uzgadniają wynagrodzenie:

Pakiet 1 - Przegląd aparatu do leczenia nerkozastępczego firmy Gambro

Netto: zł / słownie:

Brutto: zł / słownie:

Pakiet 2 - Przegląd aparatu RTG firmy GE Medical Systems

Netto: zł / słownie:

Brutto: zł / słownie:

Pakiet 3 - Przegląd aparatów USG firmy GE Healthcare Technologies

Netto: zł / słownie:

Brutto: zł / słownie:

Pakiet 4 - Przegląd aparatów USG HDI 4000

Netto: zł / słownie:

Brutto: zł / słownie:

Pakiet 5 - Przegląd aparatu firmy Topcon

Netto: zł / słownie:

Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 6 - Przegląd urządzeń firmy Zeiss</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 7 - Przegląd urządzeń endoskopowych firmy Pentax</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 8 - Przegląd stołu operacyjnego AXIS 4000 z Bloku Operacyjnego</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 9 - Przegląd defibrylatorów firmy Philips</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 10 - Przegląd defibrylatorów I</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 11 - Przegląd defibrylatorów II</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 12 - Przegląd ultradźwiękowego aspiratora tkankowego CUSA EXCEL 8</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 13 - Przegląd neuronawigacji</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 14 - Przegląd diatermii chirurgicznych</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 15 - Przegląd zestawu PCNL (aparat do przeskrórnej nefrotrypsjii), zestawu laparoskopowego</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 16 - Przegląd kardiostymulatorów firmy ITAM</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 17 - Przegląd laserów</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 18 - Przegląd pomp do żywienia dojelitowego</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 19 - Przegląd monitora rzutu serca firmy Edwarce</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 20 - Przegląd sterylizatorów parowych oraz myjki endoskopowej</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 21 - Przegląd aparatury i sprzętu medycznego 3M Poland</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 22 - Przegląd aparatów spirometrycznych</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:
<u>Pakiet 23 - Przegląd wag dziecięcych oraz wag medycznych</u>	
Netto:	zł / słownie:
Brutto:	zł / słownie:

Cena ogółem:

Netto: zł /słownie:

Brutto: zł /słownie:

4. Umowa zostaje zawarta na następujące okresy, tj.
pakiety: 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23 - 02.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 2- 19.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 3 – 02.06.2016 – 01.04.2017
pakiet 4, 5, 6 – 07.03.2016 – 01.04.2017
pakiet 21 – 14.06.2016 – 01.04.2017
5. Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.
6. Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego.

§ 3

Warunki płatności

1. Należność za wykonane usługi płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą w terminie **60 dni** od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim wykonaniu usługi potwierdzonej przez Zamawiającego protokołem zdawczo - odbiorczym/serwisową kartą pracy.
2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze numer umowy i datę jej zawarcia.
3. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
4. Ceny jednostkowe podane w Załączniku nr 1 do umowy będą stałe przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 8 ust 5.
5. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 3 w ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 3 w ust. 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić aparaturę i sprzęt medyczny pracownikom Wykonawcy celem wykonania usług w uzgodnionym terminie.
2. W razie potrzeby Zamawiający zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie odpowiednie pomieszczenia do wykonania usług.
3. Zamawiający każdorazowo potwierdza odbiór wykonanej usługi podpisem na protokole zdawczo - odbiorczym. W razie stwierdzenia uchybień w jej wykonaniu żąda wykonania przez Wykonawcę określonych poprawek.
4. Zamawiający każdorazowo potwierdza odbiór wykonanej usługi podpisem na serwisowej karcie pracy (dla wszystkich pakietów). W razie stwierdzenia uchybień w jej wykonaniu żąda wykonania przez Wykonawcę określonej poprawki.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876).

Wykonawca gwarantuje wysoki poziom techniczny wykonywanych usług.

Wykonawca potwierdza, że usługi będą wykonane przez osoby posiadające certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela

Usługi w zakresie przeglądów wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym miejscu, stosownie do możliwości technicznych i uzgodnień dokonywanych przez Strony - w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.00- 15.00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku konieczności wykonania usługi w innym niż siedziba Zamawiającego miejscu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport do miejsca wykonania usługi i z powrotem na własny koszt i własnym środkiem transportu. Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne, które nastąpią w czasie transportu aparatury/ sprzętu medycznego odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług przy użyciu własnych narzędzi i materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z zaleceniami producenta oraz:

- a) wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i kontroli stanu technicznego sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem zapewniającym sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876);
- b) do bezwzględnego przestrzegania terminu realizacji zamówienia wynikającego z Harmonogramu przeglądów, o którym mowa w § 2, ust. 2 niniejszej umowy;
- c) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu - Wykonawca zobowiązany jest stosować zestawy „przeładowe” zalecane przez producenta i spełniające parametry określone dla danego rodzaju aparatury lub sprzętu medycznego;
- d) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
- e) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- f) wystawianie kart serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie **w dniu przeglądu aparatury**;
- g) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
- h) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.

Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.

§ 6

Osoby odpowiedzialne

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:

- a) ze strony Zamawiającego – Agnieszka Wiktor tel. 032/47 84 220,
- b) ze strony Wykonawcy - Pan(i) (imię, nazwisko, telefon).

§ 7

Kary umowne

- 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
 - a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - b) w wysokości 0,2% wartości usługi jednak nie mniej niż 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji usługi;
 - c) w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 5 ust. 10, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto;
 - d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) do c) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.
- 2. Kary wskazane w § 7 ust. 1 naliczane zostaną niezależnie od opóźnień w regulowaniu zobowiązań finansowych przez Zamawiającego wynikających z umowy.
- 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
- 4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
- 5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
- 6. Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych za przekroczenie terminu wykonania usługi za każdy dzień zwłoki, jeśli Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy na czas naprawy, co zapewni ciągłość pracy w pracowni.

§ 8

Postanowienia końcowe

- 1. Wykonawca oświadcza (według oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia*

Lp.	Nazwa części zamówienia

* W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części zamówienia - powyższy punkt przyjmie brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie we własnym zakresie.


- 2. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
- 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- 4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 5. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
 - a) zmiany ilości aparatury/sprzętu wymienionej/wymienionego w Załączniku nr 1 do umowy w przypadku wycofania aparatury/sprzętu z eksploatacji, kasacji starej/starego aparatury/sprzętu;
 - b) sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej obowiązującej stawki podatku VAT.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nie wykonania usługi lub wykonania jej nieterminowo. Postanowienie §7 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

1. Formularz cenowy
2. Harmonogram przeglądów okresowych

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA
-------------	-----------



WKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG W OKRESIE 3 LAT
(zgodnie z pkt 7.1. ppkt 2 SIWZ)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16, oświadczamy że w ciągu ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zostały wykonane lub są wykonywane należycie następujące zamówienia:

Lp	Nazwa i adres Zamawiającego	Określenie usługi, tj. przedmiot zamówienia/ serwis aparatury medycznej, tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiającego	Wartość brutto wykonanej usługi	Termin realizacji	Informacja o podstawie dysponowania doświadczeniem ²
Pakiet nr					
1					<i>doświadczenie wykonawcy / oddane do dyspozycji przez inny podmiot *</i>
2					<i>doświadczenie wykonawcy / oddane do dyspozycji przez inny podmiot *</i>
Pakiet nr					
1					<i>doświadczenie wykonawcy / oddane do dyspozycji przez inny podmiot *</i>
2					<i>doświadczenie wykonawcy / oddane do dyspozycji przez inny podmiot *</i>

Powyższą tabelę należy powielić i odpowiednio wypełnić

Załączniki:

1) Dowody określające, czy usługi określone w pkt 7.1 ppkt 2 SIWZ, zostały wykonane w sposób należyty, tj.:

a) poświadczenie (w przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w literze a).

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania.

2) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:

- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
- c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Miejscowość, dnia 2016 r.

.....
*Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

**właściwe zaznaczyć*



WKAZ POERSONELU/OSÓB
(zgodnie z pkt 7.1. ppkt 3b SIWZ)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/382-2/16 oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Uprawnienia/autor yzacja i nazwa organu/podmiotu, który je wydał	Informacja o podstawie do dysponowania osobą	
				DYSPONOWA NIE POŚREDNIE * <i>*skreślić niepotrzebne</i>	DYSPONOWANI E BEZPOŚREDNIE * <i>*skreślić niepotrzebne</i>
Pakiet nr					
1	osobą posiadającą uprawnienia z zakresu, opisanego w pkt 7.1 ppkt 3b SIWZ	nr uprawnień i nazwa organu, który je wydał	forma współpracy (np. zobowiązanie podmiotu trzeciego)	forma współpracy (np. umowa zlecenie/umowa o dzieło itp.)
2	osobą posiadającą uprawnienia z zakresu, opisanego w pkt 7.1 ppkt 3b SIWZ	nr uprawnień i nazwa organu, który je wydał	forma współpracy (np. zobowiązanie podmiotu trzeciego)	forma współpracy (np. umowa zlecenie/umowa o dzieło itp.)
Pakiet nr					
1	osobą posiadającą uprawnienia z zakresu, opisanego w pkt 7.1 ppkt 3b SIWZ	nr uprawnień i nazwa organu, który je wydał	forma współpracy (np. zobowiązanie podmiotu trzeciego)	forma współpracy (np. umowa zlecenie/umowa o dzieło itp.)
	osobą posiadającą uprawnienia z zakresu, opisanego w pkt 7.1 ppkt 3b SIWZ	nr uprawnień i nazwa organu, który je wydał	forma współpracy (np. zobowiązanie podmiotu trzeciego)	forma współpracy (np. umowa zlecenie/umowa o dzieło itp.)

Powyższą tabelę należy powielić i odpowiednio wypełnić

UWAGA!

Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, a na czas realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, np. oddelegują pracownika. W takim przypadku, zgodnie z postanowieniami pkt 7.2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędne osoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Natomiast pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową współpracy, czy też z samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

OŚWIADCZENIE

Ponadto oświadczam, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia opisane w pkt 7.1. ppkt 3b SIWZ.

Miejscowość, dnia 2016 r.

.....
*Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*