

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2**  
**Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój**  
**Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506**  
**e-mail: szpital@wss2.pl**  
**Strona internetowa: www.wss2.pl**  
**Regon: 272790824 NIP: 633-10-45-778 KRS: 0000048508**

Znak sprawy: **BZP/38/382-42/14**

## **SPECYFIKACJA**

### **ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**na**

**dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.**

Sporządziła: Daria Musiolik

Zatwierdziła pod względem formalnym: Magdalena Kozak

Jastrzębie - Zdrój, dnia 31.10.2014 r.

Zatwierdziła:

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2  
w Jastrzębiu - Zdroju

Grażyna Kuczera

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  
**przetargu nieograniczonego**  
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

## 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2  
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój  
Numer telefonu: (032) 47 84 500  
Numer faksu: (032) 47 84 506  
Adres e-mail: szpital@wss2.pl  
Strona internetowa: www.wss2.pl

## 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą PZP.
- 2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46 ustawy PZP.
- 2.3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

## 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
- 3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 27 pakietów (części):
  - Pakiet 1 - Płytki ortopedyczne;
  - Pakiet 2 - Endoproteza głowy kości promiennej;
  - Pakiet 3 - Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego;
  - Pakiet 4 - Implanty do rekonstrukcji łąkotek, wielorazowy obcinacz nitek;
  - Pakiet 5 - Kotwice;
  - Pakiet 6 - Gwoździe śródszpikowe;
  - Pakiet 7 - Proteza cementowa stawu biodrowego z Panewką Bipolarną;
  - Pakiet 8 - Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego;
  - Pakiet 9 - Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego, anatomiczna kłykciowa,
  - Pakiet 10 - Endoproteza jednoprzędziowa cementowa stawu kolanowego,
  - Pakiet 11 - Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego,
  - Pakiet 12 - Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców i kości śródreźca,
  - Pakiet 13 - Śruby kompresyjne do zespalania złamanej kości łódeczkowej oraz do artrodezy stawów stopy,
  - Pakiet 14 - Zestaw do drenażu,
  - Pakiet 15 - Elektrody bipolarne,
  - Pakiet 16 - System do rekonstrukcji uszkodzonych ścięgien,
  - Pakiet 17 - Endoproteza stawu biodrowego, linki i płyty do złamań okołoprotezowych,
  - Pakiet 18 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego,
  - Pakiet 19 - Proteza cementowa i bezcementowa stawu biodrowego,
  - Pakiet 20 - Cement kostny,
  - Pakiet 21 - Proteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem,
  - Pakiet 22 - Implanty do zespalania odłamów bliższego odcinka kości udowej,
  - Pakiet 23 - Wkręty,
  - Pakiet 24 - Płytki,
  - Pakiet 25 - Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej,
  - Pakiet 26 - Wszczyepy do stabilizatorów zewnętrznych,
  - Pakiet 27 - Płyta do stabilizacji złamania i stawu rzekomego kości łódeczkowatej nadgarstka.
- 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
- 3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji finansowych, uzależniając swą decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
- 3.5. Dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi w danym pakiecie, przy zachowaniu maksymalnej wartości danego pakietu, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.
- 3.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  - 33.18.32.00-8 Protezy ortopedyczne,

33. 69.71.10-6 CEMENTY DO REKONSTRUKCJI KOŚCI.  
33. 19.00.00-8 RÓŻNE URZĄDZENIA I PRODUKTY MEDYCZNE
- 3.7. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu szpitala w zakresie działania i obsługi każdego asortymentu dostarczonych wyrobów w ramach zakresu umowy bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. Szkolenie odbywać się będzie w ośrodku referencyjnym Wykonawcy.
- 3.8. Szkolenie personelu medycznego zostanie przeprowadzone w terminach każdorazowo uzgodnionych przez Wykonawcę z Dyrekcją Szpitala oraz Ordynatorem Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej.
- 3.9. Realizowanie dostaw następować będzie częściami. Wielkości poszczególnych zamówień cząstkowych określone będą przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówienia cząstkowego (pisemnie, telefonicznie lub faksem).
- 3.10. Realizacja każdego zamówienia złożonego telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub złożonego pisemnie nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia (dla pakietu od 1 do 22 oraz od 24 do 27) oraz do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia (dla pakietu 23). Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
- 3.11. Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do magazynu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.
- 3.12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar z odpowiednim terminem ważności, nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
- 3.13. Dostawy będą się odbywać transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, a w przypadku Pakietów nr: 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 33, 34), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 na zasadzie stworzenia na Bloku Operacyjnym Zamawiającego depozytu materiałów (obejmującego po 1 sztuce / komplecie z każdej pozycji wymienionej w formularzu asortymentowo cenowym i każdego rozmiaru), uzupełnianego sukcesywnie po wykorzystaniu przez Zamawiającego poszczególnych elementów depozytu, w terminie do 3 dni roboczych (dla Pakietu nr 2 – 2 dni roboczych) od chwili powiadomienia (przesłania faksem stosownego zamówienia stanowiącego informację, co należy uzupełnić) na zasadach umowy przechowania, której propozycję do akceptacji prześle Wykonawca, który uzyskał zamówienie.
- 3.14. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko loco magazyn Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczonego towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.
- 3.15. Przewiduje się w nagłych wypadkach realizację dodatkowych dostaw w trybie „na cito” w terminie do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia telefonicznego dokonanego przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.
- 3.16. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:  
- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych;  
- wad jakościowych w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania.  
Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym
- 3.17. Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać ulotki i instrukcje w języku polskim, zawierające wszelkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje.
- 3.18. Zamówienie obejmuje także obowiązek Wykonawcy do spełnienia indywidualnych wymogów Zamawiającego opisanych dla poszczególnych pakietów w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
- 3.19. Przez okres obowiązywania umowy obowiązywać będzie niezmiennosc cen, za wyjątkiem:  
a) korzystanie z rabatów cenowych przyznanych przez Wykonawcę w okresie trwania umowy z zastrzeżeniem wymaganych parametrów jakościowych dla danego produktu,  
b) w sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej obowiązującej stawki podatku VAT.
- 3.20. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety lecz nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje z danego pakietu.
- 3.21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 3.22. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 3.23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 3.24. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

#### 4. OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji: **nie dotyczy**

#### 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

od dnia obowiązywania umowy do 31.12.2016 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy). Z tym, że umowy dla Pakietów od 1 do 16 i od 26 do 27 będą obowiązywać nie wcześniej niż od 01.01.2015 r., a dla pakietów od 17 do 25 będą obowiązywać nie wcześniej niż od 27.02.2015 r.

## 6. WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,
  - 2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP.
- 6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  - 1) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP; wg Załącznika nr 3.
- 6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
- 6.4. Spełnienie wymogów podanych w punkcie 6.1 należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych oświadczeń według załącznika nr 3 oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 i 7.3.
- 6.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”.
- 6.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzućeniem jego oferty.

## 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

- 7.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
  - 1) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy zgodny w treści z wzorem stanowiącym - załącznik nr 1;
  - 2) Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu z ofertą - zgodny w treści z wzorem stanowiącym - załącznik nr 2;
  - 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy /jeżeli wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika jak w punkcie 8 i 9 SIWZ;
  - 4) Dowód potwierdzający wniesienie wadium.

UWAGA: pełnomocnictwo i pisemne zobowiązanie powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
- 7.2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
- 7.3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  - 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg Załącznika nr 5 do SIWZ;
  - 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie wg Załącznika nr 6 do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.
  - 3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłatami podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - 4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- 5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. ppkt 3) - 5) i pkt 7.3. ppkt 7) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
  - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- 1) Odnosnie pkt 7.4. ppkt 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy;
  - 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 7.4. lit. a) i c) oraz w pkt 7.4. ppkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.4. lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
  - 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
  - 5) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Uwaga w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.

7.5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

1) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.

7.6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany dołączyć do oferty:

- 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne, broszury, foldery, katalogi, itp.), z zaznaczeniem którego pakietu i której pozycji dotyczy;
- 2) Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania - według Załącznika nr 8;
- 3) oświadczenie, że oferowany materiał medyczny może być użyty tylko jeden raz - stosowną deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty;
- 4) oświadczenie, oferowany materiał medyczny jest sterylny - stosowną deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty;
- 5) oświadczenie, że oferowany materiał medyczny może być użyty wielokrotnie - stosowną deklarację

do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty;

- 6) oświadczenie o dostarczeniu instrukcji: obsługi, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, pakowania, sterylizacji (w przypadku wyrobów wielokrotnego użytku) z podaniem jednocześnie parametrów krytycznych procesu oraz wszelkie ograniczenia w odniesieniu do ilości kolejnych użyc przy pierwszej dostawie danego produktu oraz dostarczenia w czasie trwania umowy tych instrukcji w których treści nastąpiły zmiany;
- 7) dostarczany przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.

7.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7.9. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

## 8. OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ

Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy spółki, umowę można dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 7a.

Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców, tj. wspólników spółki cywilnej.

## 9. OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM/PODMIOTY ZAWIERAJĄCE POROZUMIENIE

1) Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy konsorcjum, umowę można dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa – załącznik 7b.

Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.

- 2) W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
- 3) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.
- 4) Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w pkt. 7.3. składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno.
- 5) Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w specyfikacji w pkt. 6.2. będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.
- 6) Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.
- 7) Wymogi formalne dotyczące konsorcjum mają zastosowanie również do podmiotów zawierających porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

## 10. PODWYKONAWCY

Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy PZP, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Stosowną deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty.

## 11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

11.1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na Formularzu oferty dla każdego zadania częściowego oddzielnie.

11.2. Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym (Załącznik nr 1).

11.3. Wyliczoną cenę brutto oferty należy wpisać w odpowiednie pole Formularza oferty (Załącznik nr 2).

- 11.4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczenia towaru do Zamawiającego.
- 11.5. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
- 11.6. Kwotę podatku VAT należy obliczać zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. Zm.).
- 11.7. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu oferty cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

## 12. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

## 13. OPIS KRYTERIUM OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

13.1. Zamawiający będzie oceniać oferty według następującego kryterium:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena (koszt)	80%
2.	Termin płatności	20%

13.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1. SIWZ kryterium będą liczone według następującego wzoru:

Nr kryterium	Wzór
1.	<p>Cena brutto:</p> $\text{Wartość punktowa ceny} = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100 \times 80\%$ <p>gdzie: <math>C_{\text{bad}}</math> - cena brutto podana w badanej ofercie  <math>C_{\min}</math> - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert</p>
2.	<p>Termin płatności</p> $\text{Wartość punktowa terminu} = \frac{T_{\max}}{T_{\text{bad}}} \times 100 \times 20\%$ <p>gdzie: <math>T_{\text{bad}}</math> - termin płatności podany w badanej ofercie  <math>T_{\min}</math> - najdłuższy termin płatności spośród wszystkich ofert</p>

13.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

13.4. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.

13.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.

## 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

14.2. Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych w art. 85 ustawy PZP.

14.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14.4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### 15. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- 15.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
- 15.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

#### 16. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1.	<p><u>w zakresie procedury przetargowej:</u>                  mgr Magdalena Kozak – p.o. Kierownik Biura Zamówień Publicznych                  tel.: (032) 47 84 541; w godzinach od 9<sup>00</sup> do 14<sup>30</sup></p> <p>mgr Daria Musiolik, tel. (032) 47-84-561, w dni robocze w godzinach od 9<sup>00</sup> do 14<sup>30</sup></p>
2.	<p><u>w zakresie przedmiotu przetargu:</u>                  lek. med. Andrzej Tomczak – lekarz zarządzający Oddziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej                  mgr Jacek Stolorz – Kierownik Apteki</p>

#### 17. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 17.1. Stosownie do art. 38 ust. 1 każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 17.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 17.1. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 17.3. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.
- 17.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej.
- 17.5. Uwaga: Wykonawcy, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego, a chcieliby otrzymywać informacje, o których mowa powyżej, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w sposób, o którym mowa w pkt 15 SIWZ.
- 17.6. Pytania dotyczące SIWZ można kierować na nr faksu: (032) 47-84-549, (032) 47-84-506 lub drogą elektroniczną na adres: zp@wss2.pl, szpital@wss2.pl z określeniem postępowania, którego dotyczą.

#### 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

18.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Na poszczególne pakiety należy wnieść wadium w następujących wysokościach:

Numer części	Wadium
1	13.000,00 zł
2	100,00 zł
3	3.800,00 zł
4	100,00 zł
5	1.900,00zł



6	14.000,00 zł
7	2.000,00 zł
8	1.400,00 zł
9	1.500,00 zł
10	7.000,00 zł
11	2.000,00 zł
12	5.000,00 zł
13	900,00 zł
14	1.200,00 zł
15	900,00 zł
16	200,00 zł
17	17.000,00 zł
18	11.000,00 zł
19	4.000,00 zł
20	1.200,00 zł
21	2.000,00 zł
22	600,00 zł
23	900,00 zł
24	1.800,00 zł
25	450,00 zł
26	300,00 zł
27	100,00 zł

- 18.2. W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części, kwota wadium stanowi sumę wadium ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości.
- 18.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu (płatne przelewem na konto: Getin Nobile Bank S.A., nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002, z dopiskiem: „Wadium do postępowania przetargowego na dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - gwarancjach bankowych;
  - gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
- 18.4. Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
- 18.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
- pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,
  - innej niż pieniądź, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
- 18.6. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą.
- 18.7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 18.8. Wadium w pozostałych formach należy załączyć w formie oryginału do oferty i złożyć w sekretariacie WSzS NR 2 w Jastrzębiu - Zdroju, I piętro, pokój A1 do 12.12.2014 r. do godziny 10:00.
- 18.9. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach wskazanych w pkt 18.3 b) c) d) e) wyżej winny w szczególności zawierać bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego związanych z prawem do zatrzymania wadium w sytuacjach wskazanych w zapisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
- 18.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- 18.11. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
- 18.12. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.
- 18.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

#### **19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

- 19.1. Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
- 19.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 19.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 Ustawy PZP. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
- 19.4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 19.5. Zaleca się, aby pierwszą stroną oferty stanowił Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
- 19.6. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
- 19.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
- 19.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- 19.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
- 19.10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Oferta na: dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

NIE OTWIERAĆ przed 12.12.2014 r. godz. 10:30, znak sprawy: BZP/38/382-42/14

- 19.11. Koperta w której znajduje się oferta musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie.
- 19.12. Zaleca się podanie na kopercie adresu zwrotnego.
- 19.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 19.10 oraz dodatkowo oznaczone słowami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 19.14. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEŻONA CZĘŚĆ OFERTY”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP.
- 19.15. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.).

#### **20. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 20.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze, do dnia 12.12.2014 do godz. 10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. Od 7<sup>25</sup> do 14<sup>30</sup>).
- 20.2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
- 20.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2014 r. do godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21).

- 20.4. Otwarcie ofert jest jawne.
- 20.5. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) wewnętrznych naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzeń. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.
- 20.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 20.7. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranych dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
- 20.8. Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaze informacje, o których mowa w pkt 20.6., 20.7.

## **21. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 21.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
- 21.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy PZP.
- 21.3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 21.4. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty:
  - a) o wyborze najkorzystniejszej oferty - podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona, i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania, i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert, i łączną punktację;
  - b) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - c) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - d) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 21.5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
- 21.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, tzn. pomimo dwukrotnego wezwania do podpisania umowy Wykonawca nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający uznaje to za uchylanie się od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

## **22. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 22.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 22.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 16.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
- 22.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może żądać w wyznaczonym terminie przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
- 22.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną przez Wykonawcę kopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem podpisania umowy.
- 22.5. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle dwa jednobrzmiące egzemplarze podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami w wersji papierowej na adres Zamawiającego. Następnie Zamawiający podpisze umowę i odeśle jeden z egzemplarzy na adres Wykonawcy.

### 23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.

### 24. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne postanowienia umowy określa Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### 25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- 25.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 25.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 25.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 25.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 25.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, za pomocą faksu lub drogi elektronicznej.
- 25.6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób inny.
- 25.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 25.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
  - a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
  - b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- 25.9. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i ogłaszana na stronie internetowej Urzędu.
- 25.10. Szczegółowe informacje dotyczące Środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

### 26. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 26.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert po upływie terminu ich składania w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
  - Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
  - Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,
  - Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
  - Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie (cena: 0,62 zł/stronę),
  - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
- 26.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

26.3. Zamawiający, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy PZP, na wniosek Wykonawcy prześle odpłatnie SIWZ (koszt druku: 71,30 zł + VAT).

**Komisja Przetargowa:**

**Przewodniczący**

Andrzej Tomczak  
.....

**Sekretarz:**

Daria Musiolik  
.....

**Członkowie:**

Jerzy Wiewióra  
.....

Magdalena Kozak  
.....

Judyta Kawik  
.....

Jacek Stolorz  
.....

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu 31.10.2014 r.

**Zatwierdziła**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, dnia 31.10.2014 r.

**ZAAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Załącznika</b>
1.	Formularz asortymentowo – cenowy – według Załącznika nr 1
2.	Formularz oferty – według Załącznika nr 2
3.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według Załącznika nr 3
4.	Oświadczenie – dot. grupy kapitałowej – według Załącznika nr 4
5.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według Załącznika nr 5
6.	Oświadczenie - według Załącznika nr 6 (dotyczy wyłącznie osób fizycznych)
7a.	Wzór Pełnomocnictwa dot. Spółki Cywilnej – według Załącznika nr 7a
7b.	Wzór Pełnomocnictwa dot. Konsorcjum – według Załącznika nr 7b
8.	Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania - według Załącznika nr 8
9.	Wzór umowy - według Załącznika nr 9

(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 1 PŁYTKI ORTOPEDYCZNE

Lp.	Nazwa Towaru	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1.	<p>Płytko anatomiczna do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka blokująco - kompresyjna,. Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii - część boczna obojczyka z otworami gwintowanymi pod śruby 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3.5. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal</p>	Szt.	10					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

2	<p>Płyta blokująco-kompresyjna, stal lub tytan anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości ramiennej, różnokształtne, wszystkie typy oferowane przez firmę. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, owalne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco -kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych 3.5/4.0 mm</p>	Szt.	2					
3	<p>Płyta dłoniowa blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej 2,7mm stal lub tytan. Anatomiczna (prawa, lewa) o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco -kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco -kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco -kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. Płytki specjalistyczne wielopoziomowe z wyróżnionymi trzema strefami blokowania w głowie płytki - kolumna boczna, środkowa i łokciowa, płytki w kształcie litery T.</p>	Szt.	25					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

4	<p>Płyta grzbietowa blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej 2,7mm stal lub tytan. Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. płyty grzbietowa typu T, proste L, skośne L (prawe, lewe) , płyta prosta do kolumny bocznej k. promieniowej,</p>	Szt.	15					
5	<p>Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki i jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2,4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe - uniwersalne. Materiał stal.</p>	Szt.	2					



6	<p>Płyty do bliższego końca kości udowej, płyta hakowa do kości udowej stalowa</p> <p>Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej.</p> <p>Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa).</p> <p>W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm</p> <p>W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0.</p> <p>Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi</p> <p>Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy.</p>	Szt.	2					
7	<p>System płytowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych</p> <p>Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. Płyta współpracująca z płytami typu LCP szerokimi, prostymi, wygiętymi. Płyty 4, 8 otworowe</p> <p>Materiał Stal</p>	Szt.	8					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

8	<p>Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną stal lub tytan. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr.5,0mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Instrumentarium wyposażone w przezierny dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcanie śrub przez płytę.</p>	Szt.	8					
---	---	------	---	--	--	--	--	--

9	<p>Płyty boczne, przyśrodkowe oraz tylnoprzyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej</p> <p>Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco -kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera</p> <p>W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych. Płyty pod śruby 3.5 blokowane i korowe oraz płyty pod śruby blokowane 5.0 oraz korowe 4.5. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane 3.5 wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0 z celownikiem przeziernym dla RTG do techniki małoinwazyjnej. Wszystkie płyty prawe i lewe, różne długości płyt. Materiał stal</p>	Szt.	20					
10	<p>Płytki wygięte 4,5 / 5,0 mm szeroka, blokująco - kompresyjna, od 12 do 18 otworów długość od 229 do 336 mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wierzącymi i / lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm. Materiał: stal.</p>	Szt.	4					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

11	<p>Płyta prosta 4,5/5,0mm wąska                  Płytką prostą 4,5 / 5,0 mm wąską blokującą - kompresyjną, od 4 do 20 otworów (ze skokiem co 2 otwory) długość od 80 do 368 mm., podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wierzącymi albo samogwintującymi, blokowane śrubokrętem dynamometrycznym o sile dokręcenia 4Nm, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm.                  Materiał: stal.</p>	Szt.	4					
12	<p>Płyta do kości piętowej, rozgałęziona, wielootworowa stal lub tytan. Otwory w płycie pod śruby blokowane 3.5 mm. płytka elastyczna z możliwością docinania i doginania, prawe/lewe.</p>	Szt.	6					
13	<p>Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej L, przyśrodkowej T, oraz tylnoprzyśrodkowej stal lub tytan. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokującą - kompresyjną z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 3,5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 3,5/4.0.</p>	Szt.	30					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

14	Płyta blokująco-kompresyjna, stal lub tytan anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, różnokształtne, szystkie typy i rozmiary oferowane przez producenta. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, owalne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. 3.5/4.0 mm	Szt.	30					
15	Płytki rekonstrukcyjne 3,5 mm blokująco - kompresyjna, z ograniczonym kontaktem z okostną, stal lub tytan. otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa) Wszystkie długości oferowane przez producenta	Szt.	4					
16	Płytki rynnowa 1/3 koła 3,5mm stal lub tytan. Płytki rynnowa 1/3 koła stabilno-kątowa pod śruby blokowane, korowe 3.5 mm. Wszystkie długości oferowane przez producenta.	Szt.	4					
17	Płytki prosta 3,5mm Płytki prosta 3,5 mm blokująco - kompresyjna, z ograniczonym kontaktem z okostną, od 4 do 12 otworów, długość od 59 do 163mm., podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm. Materiał stal.	Szt.	20					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

18	Płytki blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia stal lub tytan, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). Płytki w kształcie L, H, X	Szt.	10					
19	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące 2.7 mm pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, owalne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych 3.5/4.0 mm.	Szt.	10					
20	Płyta blokująco-kompresyjna, stal lub tytan anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony tylnobocznej, różnokształtne, wszystkie typy oferowane przez firmę. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące 2.7 mm pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, owalne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych 3.5/4.0 mm	Szt.	10					

21	Płytko anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych boczno-tylna. Na trzonie podłużne otwory blokujące – kompresyjne umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal.	Szt.	4					
22	Płyta do bliższego końca kości łokciowej, do wyrostka łokciowego. Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do wyrostka łokciowego. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty, otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych., podłużny otwór blokująco- kompresyjny umożliwiający elastyczność pozycjonowania poziomego płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby blokowane 3.5 mm pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory pod druty Kirschnera. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii wyrostka łokciowego z pojedynczym otworem na ramieniu z możliwością dogięcia/odcięcia. Materiał stal. Płyty prawe, lewe od 2 do 12 otworów.	Szt.	10					

23	<p>Gwóźdź udowy, boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy.          Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Promień ugięcia gwoźdźcia w projekcji A/P – 1 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120° antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch srub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złaman podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi.</p> <p>1. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ: od 9 mm do 16 mm, ze skokiem co 1 mm</p> <p>2. Śruby ryglujące samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach, w zależności od średnicy gwoźdźcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korowe 5,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem co 2 mm oraz od 60 mm do 100 mm z przeskokiem 4 lub 5 mm (do blokowania gwoździ <math>\varnothing</math> od 9 do 12 mm)</li> <li>- Korowe 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem co 2 mm oraz od 60 mm do 100 mm z przeskokiem 4 lub 5 mm (do blokowania gwoździ <math>\varnothing</math> 13 i 16 mm)</li> </ul> <p>Zasłepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm</p> <p>Komplet: Gwóźdź, 2x śruba blokująca, 2 x śruba doszyjkowa zasłepka.</p>	Kpl.	4					
----	---	------	---	--	--	--	--	--



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

24	<p>Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego                  Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralno- nożowego i śrub o śr. 6.0 blokowanych kątowno przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5.0 mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skosnie przez kość skokową.                  Średnice 10,12,13 i długości 150, 180,240mm.                  Komplet : Gwóźdź + 2 szt. śruby blokujące 5,0mm + 2 szt. śruby blok 6.0mm+ zaślepka</p>	Kpl.	5					
25	<p>Gwoździe śródszpikowe dziecięce: elastyczne, tytanowe do kości długich, kodowane kolorami w zależności od średnicy, zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte, umożliwiające bezpieczne wprowadzenie do kanału szpikowego, marker na zakończeniu gwoździa do identyfikacji jego ugięcia, możliwość użycia do gwoździ zewnętrznej zaślepki tytanowej z gwintem o właściwościach samogwintujących do wkręcania w kość, zabezpieczającej gwóźdź przed wysunięciem, zakończenie zaślepki półokrągłe, niedrażniące tkanek miękkich, gwoździe o długości umożliwiającej założenie do wszystkich kości długich u dzieci.                  Gwoździe o średnicy 1.5 mm do 4 mm ze skokiem co 0.5 mm</p>	Szt.	20					
26	<p>Zaślepki do gwoździ elastycznych dwie średnice – mała dla gwoździ od 1,5 do 2mm i duża dla gwoździ od 3 do 4mm;</p>	Szt.	25					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

27	<p>Śruba kaniulowana 3,0mm z podwójnym gwintem.                  Śruby kaniulowane, kompresyjne, bez głowy,                  z podwójnym gwintem, samowkręcające, o                  średnicy 3 mm,                  samotną, umożliwiające kontrolowaną kompresję                  dwóch                  odłamów, w części bliższej nagwintowane na                  długości 2mm.                  Długość całkowita 10 - 40 mm.                  Materiał: stal.</p>	Szt.	30					
----	--	------	----	--	--	--	--	--

28	<p>System do osteotomii uda i piszczeli</p> <p>System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco -kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/ bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/ gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 5.0. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/ gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/ samogwintujące z gniazdami sześciokątными i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletnie instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długość 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.</li> <li>- płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, długość 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe.</li> <li>- płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.</li> </ul>	Kpl.	6						
----	--	------	---	--	--	--	--	--	--

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

29	Śruby do blokowania stabilno-kątowego gwoździ śródszpikowych. Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby stosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli o średnicy 3,9 do 6mm. Śruby posiadające 3 średnice gwintu. Dostępne średnice 4,5,6mm oznaczone kolorystycznie. Tulejki rozporowe biowchłanialne z polimeru pochodnego kwasu mlekowego przystosowane do śrub o średnicach 4,5,6mm.	Szt.	8					
30	Śruba blokowana 2,7mm stal lub tytan	Szt.	100					
31	Śruba blokowana 3,5mm stal, skok gwintu 0.8 mm	Szt.	100					
32	Śruba blokowana 5,0mm stal lub tytan	Szt.	50					
33	Śruba korowa 2,4mm stal lub tytan	Szt.	50					
34	Śruba korowa 3,5mm stal, skok gwintu 1.25 mm	Szt.	100					
35	Śruba korowa 4,5mm stal lub tytan	Szt.	50					
36	Śruba blokowana 5.0 mm kaniulowana stal	Szt.	5					
37	Śruba blokowana 7.3 mm kaniulowana stal	Szt.	5					
<b>Razem</b>								

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie zwykłych elementów instrumentarium w ciągu dwóch dni roboczych od chwili zgłoszenia.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru dla pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 33, 34) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Dostarczenie do szpitala kompletnych zestawów każdorazowo w ciągu 48h od złożenia przez Zamawiającego zamówienia dla pozycji: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 2 ENDOPROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENNEJ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1.	Endoproteza bipolarna głowy kości promieniowej Do zastosowania przy złamaniu głowy kości promieniowej jako alternatywa jej usunięcia.	Szt.	2					
<b>Razem</b>								

## Wykonawca zapewni:

- 1) dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
- 2) uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

## PAKIET 3 IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĄZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1	<b>Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego - mocowanie udowe typu endobutton</b>							
	Podłużna płytką z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytką na trwale związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. W komplecie dwie poliestrowe plecione nici o różnych kolorach: ciągnąca, blokująca. Do zestawu wymagana 1 płytką rewizyjną o wymiarach dopasowanych do płytki podstawowej	Szt.	80					
2	<b>Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego - mocowanie piszczelowe śrubą interferencyjną PLLA z hydroksypartytem Biowchłaniałne</b>							
	Śruba interferencyjna z materiału PLLA z hydroksypatytem o rozmiarach 6mmx20mm i 6mmx25mm oraz od 7mm do 10mmx35 mm, skok średnicy co 1 mm, skok długości co 5 mm. Wymagane instrumentarium do implantacji śrub.	Szt.	10					
3	<b>Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego - mocowanie piszczelowe śrubą interferencyjną PEEK</b>							

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

Śruba interferencyjna z materiału PEEK o rozmiarach 6mmx20mm i 6mmx25mm oraz od 7mm do 10x35 mm, skok średnicy co 1 mm, skok długości co 5 mm Wymagane instrumentarium do implantacji śrub. Syntetyczne niewchłaniające. Możliwość zastosowania z osłonką ochraniającą przeszczep w trakcie implantowania, wielkością dostosowane do śrub	szt	80					
<b>Razem</b>							

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 4 IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI ŁĘKOTEK, WIELORAZOWY OBCINACZ NITEK

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1.	System 2 niewchłaniających implantów mocowanych na 1 nierozbieralnej igle, składający się z 2 elementów blokujących od strony tylnej (torebki stawowej) oraz nici łączącej z węzłem blokującym implanty na igle wprowadzającej. Implanty w zestawie z jednorazowym aplikatorem.	Szt	80					
2	Wielorazowy obcinacz nitek	Szt	1					
<b>Razem</b>								

## WYKONAWCA ZAPEWNI:

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy



(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

## PAKIET 5 KOTWICE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1	Kotwica tytanowa wkręcana w trzech rozmiarach od 2,0 mm do 5,0 mm.	Szt.	40					
2	Kotwica biowłanialna wbijana z materiału PLLA z dodatkiem hydroksyapatytu w rozmiarach od 2,3 mm do 2,9 mm	Szt.	40					
3	Kotwica z materiału PEEK w czterech rozmiarach od 2,0 mm do 5,5 mm	Szt.	40					
<b>Razem</b>								

## WYKONAWCA ZAPEWNI:

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu - dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) - uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
 podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 6 GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
<b>1</b>	<b>Gwóźdź śródszpikowy udowy, stalowy, kaniulowany, blokowany, do stabilizacji złamań trzonu kości udowej</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>	<b>kpl</b>	<b>10</b>					
	- gwóźdź stalowy, kaniulowany, średnica gwoździa 10÷15 mm trzy otwory na śruby ryglujące w części dalszej	szt	2					
	- śruby blokujące bliższe	szt	4					
	- śruby blokujące dalsze	szt	4					
	- śruba zaślepiająca	szt	2					
<b>2</b>	<b>Gwóźdź śródszpikowy udowy, tytanowy, lity, blokowany, do stabilizacji złamań trzonu kości udowej wprowadzany techniką bez rozwiercania</b>							
	<b>Komplet zawiera:</b>	<b>kpl</b>	<b>10</b>					
	- gwóźdź tytanowy, lity, średnica gwoździa 8÷11 mm, trzy otwory na śruby ryglujące w części dalszej, wprowadzany techniką bez rozwiercania	szt	2					
	- śruby blokujące bliższe	Szt	4					
	- śruby blokujące dalsze	Szt	4					
	- śruba zaślepiająca	szt	2					
<b>3</b>	<b>Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, stalowy, kaniulowany, blokowany, do stabilizacji złamań trzonu kości piszczelowej</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>	<b>kpl</b>	<b>20</b>					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

	- gwóźdź stalowy kaniulowany, średnica gwoździa 9÷14 mm, trzy otwory na śruby ryglujące w części bliższej i dalszej, anatomiczny kształt części bliższej gwoździa ochraniający więzadło właściwe rzepki	szt	2					
	- śruby blokujące bliższe	szt	4					
	- śruby blokujące dalsze	szt	4					
	- śruba zaślepiająca	szt	2					
<b>4</b>	<b>Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, tytanowy, lity, blokowany do stabilizacji złamań trzonu kości piszczelowej, wprowadzany techniką bez rozwiercania</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>	<b>kpl</b>	<b>40</b>					
	- gwóźdź tytanowy, lity, średnica gwoździa 8÷10 mm, trzy otwory na śruby ryglujące w części dalszej, wprowadzany techniką bez rozwiercania, anatomiczny kształt części bliższej gwoździa ochraniający więzadło właściwe rzepki	szt	4					
	- śruby blokujące bliższe	szt	8					
	- śruby blokujące dalsze	Szt	8					
	- śruba zaślepiająca	szt	4					
<b>5</b>	<b>Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań części bliższej kości udowej i niestabilnych złamań przez - między- i podkretarzowych</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>	<b>kpl</b>	<b>80</b>					
	- gwóźdź tytanowy, lity, w wersji krótkiej: długość 180÷220 mm, średnica gwoździa 10÷14 mm, kąt szykowo- trzonowy 125÷135° mm, dwa otwory na śruby ryglujące w części dalszej ( statyczny i dynamiczny), uniwersalny, oraz w wersji długiej długości 260÷460 mm, średnica gwoździa 10 mm, kąt szykowo- trzonowy 125÷130° trzy otwory na śruby ryglujące w części dalszej, anatomiczny (prawy, lewy)	szt	4					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

	- teleskopowa śruba szyjkowa	szt	4					
	- pin derotacyjny wkręcany do gwoźdźcia	Szt	4					
	- śruby blokujące bliższe	Szt	8					
	- śruba zaślepiająca	szt	4					
<b>6</b>	<b>Gwóźdź śródszpikowy, udowy, odkolanowy, blokowany do stabilizacji złamań nasady dalszej kości udowej</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>	<b>kpl</b>	<b>8</b>					
	Gwóźdź tytanowy, lity, długość 160÷460 mm ( do długości 240 mm blokowanie gwoźdźcia za pomocą celownika), średnica gwoźdźcia 10 mm, 11 mm, 12 mm, cztery otwory na śruby ryglujące w części dalszej, dwa w części bliższej, dodatkowe nakrętki poprawiające stabilność śrub ryglujących w osteoporotycznej nasadzie kości udowej	szt	4					
	- śruby blokujące bliższe	Szt	8					
	- śruby blokujące dalsze	Szt	8					
	- śruba zaślepiająca	szt	4					
<b>7</b>	<b>Gwóźdź śródszpikowy ramienny, lity, blokowany, do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>	<b>kpl</b>	<b>20</b>					
	-Gwóźdź tytanowy, lity z możliwością wprowadzenia od głowy kości ramiennej i odłokciowo, w części dalszej, cztery otwory ryglujące w dwóch płaszczyznach, w części bliższej dwa otwory ryglujące, długość 180÷300 mm średnica 7÷8 mm	szt	4					
	- śruby blokujące bliższe	Szt	8					
	- śruby blokujące dalsze	Szt	8					
	- śruba zaślepiająca	szt	4					
<b>8</b>	<b>Gwóźdź śródszpikowy blokowany, do stabilizacji złamań nasady bliższej kości ramiennej</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>	<b>kpl</b>	<b>100</b>					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

	- gwóźdź tytanowy, lity, anatomiczny (lewy, prawy), w części bliższej cztery otwory ryglujące, gwintowane, ustawione w różnych płaszczyznach i umożliwiające stabilizację złamań guzka większego, mniejszego i głowy kości ramiennej, w części bliższej wkładka polietylenowa zapobiegająca wykręcaniu się śrub ryglujących, długość 150÷280 mm, średnica w części bliższej 10 mm, dalszej 7÷8 mm	szt	4					
	- śruby blokujące bliższe	Szt	8					
	- śruby blokujące dalsze	Szt	8					
	- śruba zaślepiająca	szt	4					
<b>9</b>	<b>Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny do stabilizacji złamań nasady bliższej oraz złamań wielopoziomowych kości piszczelowej</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>	<b>kpl</b>	<b>2</b>					
	- gwóźdź tytanowy, w wersji długiej ( do złamań wielopoziomowych) kaniulowany oraz krótkiej ( do złamań nasady bliższej) lity i kaniulowany, w części bliższej potrójne kątowno stabilne ryglowanie( otwory gwintowane , ustawione w różnych płaszczyznach). Otwór dynamiczny umożliwiający kompresję odłamów. W wersji krótkiej, w części dalszej 2 statyczne otwory ryglujące, w wersji długiej trzy otwory ustawione w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Wersja krótka, długości 200 mm, śr. 8÷10 mm w całości pokryta celownikiem. Wersja długa dł. 240÷420 mm, śr. 8÷10 mm. Przedłużki umożliwiające głębsze posadowienie gwoździa	szt	1					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

	- śruby blokujące bliższe	Szt	2					
	- śruby blokujące bliższe	Szt	2					
	- śruba kompresyjna	Szt	1					
	- śruba zaślepiająca	szt	1					
<b>10</b>	<b>śrubopłyta dynamiczna do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>	<b>kpl</b>	<b>6</b>					
	śrubopłyta dynamiczna do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej, tytanowa. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej przy pomocy śrub teleskopowych, wkręcanych do płytki pod kątem 130°. Podwójne ryglowanie dystalne ze stabilizacją śrub w płytce.							
<b>11</b>	<b>śrubopłyta śródszpikowa do zespalania złamań nasady dalszej kości promieniowej ( w miejscu typowym),</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>							
	tytanowa, uniwersalna dla strony prawej i lewej. Wprowadzana w okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Poczwórne, wielopłaszczyznowe, unikortykalne, ryglowane w części dalszej. Podwójne, bikortykalne ryglowanie w płaszczyźnie czołowej w części bliższej							
<b>Razem</b>								

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w gwoździ śródszpikowych – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw gwoździ śródszpikowych (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Jeden komplet rozwiertaków do kanału szpikowego z wymiennymi końcówkami i wiertarki akumulatorowe

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r.

.....  
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 7 PROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z PANEWKĄ BIPOLARNĄ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
<b>1</b>	<b>Proteza cementowa stawu biodrowego z panewką bipolarną</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>	<b>kpl</b>	<b>30</b>					
	- panewka bipolarna metalowo - polietylenowa średnicy zewnętrznej 39 -55 mm, o średnicy wewnętrznej 22,2 mm lub 28 mm w rozmiarach, co 1 mm - wyposażona w pierścień zabezpieczający przed zwichnięciem	szt	1					
	- Trzpień bezkołnierzowy kobaltowo - molibdenowy ze stożkiem 12/14 długości 120 - 145 mm w 5 standardowych rozmiarach z możliwością zastosowania trzpienia o długości 200 mm	szt	1					
	- Głowa metalowa średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm w 5 długościach szyjki lub zamiennie głowa ceramiczna w rozmiarach 28 mm i 32 mm.	szt	1					
	- Centralizer w odpowiednich rozmiarach do trzpieni	szt	1					
	- Korek wchłaniany do zamknięcia kanału szpikowego kości udowej	szt	1					
<b>Razem</b>								



**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

(Dzielnik Wykonawcy)

Załącznik nr 1

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 8 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
<b>1</b>	<b>Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>	<b>kpl</b>	<b>4</b>					
	<u>Część udowa</u> : wykonana z chromokobaltu , anatomiczna, dostępna w minimum 8 rozmiarach ( dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużeń offsetowych zarówno cementowych ( średnica od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowych ( średnica od 12 mm do 20 mm). Podkładki uzupełniające ubytki zarówno w części dystalnej jak i tylnej.	<b>szt</b>	<b>1</b>					
	<u>Część piszczelowa</u> : wykonana z chromokobaltu, uniwersalna, przynajmniej w 11 rozmiarach, przedłużki offsetowe cementowane ( średnica od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowe ( średnica od 11 mm do 20 mm). Pół podkładki uzupełniające ubytki o grubościach 5mm, 10mm, 15mm.	<b>szt</b>	<b>1</b>					
	Wkładka polietylenowa: dostępna w grubościach: 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, mocowana dodatkową śrubą do tacy piszczelowej.	<b>szt</b>	<b>1</b>					
	Rzepka dostępna w 4 rozmiarach.	<b>szt</b>	<b>1</b>					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

Ręczny, hermetyczny zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu (niewymagający użycia pompy próżniowej) z cementem (1x60 g z gentamycyną) umieszczonym fabrycznie wewnątrz zestawu- proporcja proszku do płynu 3:1	szt	1					
Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej( bez użycia CT)							
<b>Razem</b>							

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

## PAKIET 9 ENDOPROTEZA REWIZYJNA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO, ANATOMICZNA KŁYKCIOWA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
<b>1</b>	<b>Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego, anatomiczna kłykciowa</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>	<b>kpl</b>	<b>4</b>					
	Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosobowej (w osi A/P i M/L) W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodów. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia.							
	W skład kompletu wchodzi: - część udowa wykonania ze stopu kobaltowo- chromowego	szt	1					
	- element piszczelowy	Szt	1					
	- podkładka do elementu udowego	Szt	4					
	- wkładka polietylenowa o różnych grubościach	Szt	1					
	- przedłużka elementu udowego	Szt	1					
	- przedłużka elementu piszczelowego	Szt	1					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

	- bloczki część puszczelowa	szt	2					
	- mimośród	szt	2					
<b>Razem</b>								

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 10 ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
<b>1</b>	<b>Endoproteza jednoprzediałowa cementowa stawu kolanowego.</b>							
	<b>Komplet zawiera</b>	<b>kpl</b>	<b>10</b>					
	Endoproteza modułarna, osadzona przy użyciu cementu, przeznaczona do stosowania w przedziale przyśrodkowym i bocznym składająca się z trzech części: - część udowa, część piszczelowa i wkładka stawowa. Wymagana jednoosiowość implantuj w płaszczyźnie A/P. W skład kompletu wchodzi:							
	- część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo- chromowego w 6 rozmiarach	Szt	1					
	- część udowa( przyśrodkowa i poboczna) po 6 rozmiarów dla każdego przedziału	Szt	1					
	- wkładka polietylenowa w czterech grubościach od 8 mm do 12 mm	szt	1					
<b>2</b>	<b>Endoproteza cementowa stawu kolanowego anatomiczna kłykciowa</b>							

Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna , kłykciowa, z możliwością zachowania lub usunięcia więzadeł krzyżowych, z możliwością rozbudowy o oparty na podstawowym systemie system rewizyjny składający się z klinów oraz trzpieni i śrub Komponent udowy anatomiczny ( prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P i M/L) Modularna część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego oraz wkładka z utwardzonego polietylenu, mocowane oddzielnie. Wkładki o rozmiarach 8,10,12,15,18 mm, mocowane standardowo- nieruchomo oraz ruchome tzw. System mobile- Bearing. Możliwość zastosowania komponentu rzepkowego. Do każdego kompletu kolana opakowanie cementu z dwoma antybiotykami – 40g i mieszalnik próżniowy. <b>KOMPLET ZAWIERA</b>	kpl	40					
- komponent udowy lewy i prawy	szt	1					
- komponent piszczelowy standardowy lub mobile-bearing	szt	1					
- wkładki standardowe lub mobile- Bering	szt	1					
- mieszalnik próżniowy	szt	1					
- cement z dwoma antybiotykami- 40 g	szt	1					
<b>Razem</b>							

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r.

.....  
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy



(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 11 ENDOPROTEZA CEMENTOWA, DWUKŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1	<b>Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego</b>							
		kpl	15					
	Część udowa anatomiczna( lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu, przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron.	szt	1					
	Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modułarna ( niezwiązana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i półpodkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8 mm.	szt	1					
	Wkładka polietylenowa realizująca fabrycznie 3 stopniowe tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej, a w wersji ze stabilizacją tylną dodatkową śrubą do części piszczelowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej tzw. „Deep Dish” Resekcja części piszczelowej do wyboru: z fiksacji śródszpikowej lub zewnętrznej. Retrakcyjny system pomiaru balansu więzadłowego w wyproście i zgięciu.	szt	1					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

Ręczny, hermetyczny zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu( niewymagający użycia pompy próżniowej) z cementem ( 1x 60 g z gentamycyną)umieszczonym fabrycznie wewnątrz zestawu ( proporcja proszku do płynu 3:1).	szt	1					
Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT)							
<b>Razem</b>							

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
 podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

## PAKIET 12 PŁYTKI TYTANOWE DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ W ODREBIE KOŚCI PALCÓW I KOŚCI SRÓDRĘCZA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
<b>Implanty pod śruby 1,2 i 1,5 mm</b>								
1	Płyty do zespożeń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; jednootworowe-haczykowe oraz wielootworowe; proste 4 i 6 otworowe; oraz w kształcie litery Y,T,L, drabinkowe, skośne.	szt	10					
2	Płyty do zespożeń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; proste 16 otworowe; w kształcie litery T-10 otworowe; dwurzędowe i skośne 6 otworowe oraz kompresyjne w kształcie litery T 11 i 12 otworowe oraz z pinem	szt	10					
3	Płyty do zespożeń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; wielootworowe; trapezoidalne oraz skośne 8-12 otworowe.		10					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

4	Płyty do zespożeń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby 1,2 oraz 1,5 mm; proste oraz w kształcie litery T, prostokątne 4 otworowe; Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.		10					
5	Płyty do zespożeń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby 1,2 oraz 1,5 mm; skośne oraz do kości łódeczkowatej; Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.		10					
A	Śruby korowe, tytanowe 1,2 mm; dł. 4-20mm, skok co 1 i 2 mm.	szt	30					
B	Śruby korowe, tytanowe 1,5 mm; dł. 4-24mm, skok co 1 i 2 mm.	szt	30					
C	Śruby tytanowe 1,5 mm, blokowane - trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 4-13 mm		30					
<b>Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm</b>								
1	Płyty do zespożeń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe; proste 4 - 6 otworowe oraz w kształcie litery Y,T,L, drabinkowe, skośne; oraz kompresyjne, wielootworowe proste, w kształcie litery T i L.	szt	10					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

2	Płyty do zespołań złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; proste 16 otworowe; dwurzędowe i skośne 6 otworowe oraz kompresyjne T-6, 10, 11 i 12 otworowe; z pinem; kompresyjne proste 8 otworowe; L-6 i 10 otworowe	szt	10					
3	Płyty do zespołań złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe; trapezoidalne oraz skośne 8-12 otworowe;		10					
4	Płyty do zespołań złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm oraz 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe, proste, w kształcie litery T-6 otworowe oraz L. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.	szt	10					
5	Płyty do zespołań złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm oraz 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe, proste, w kształcie litery T oraz Y, L oraz prostokątne i skośne dwurzędowe. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.		10					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

6	Płyty do zespołów złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,0 mm oraz 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe, dwurzędowe 6, 8 i 12 otworowe oraz w kształcie litery T, L-10 otworowe; Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.	szt	10					
7	Płyty do zaopatrywania złamań w obrębie głowy kości promieniowej, profil 1,4 mm, anatomicznie wygięte; 10 i 11 otworowe; pod śruby 2,0 ,mm; z otworami pod druty Kirchnera; Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.	szt	10					
8	Płyty do artrodezy nadgarstka; profil 1,4 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; 6,8,12 otworowe. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.		2					
A	Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,0 mm; dł.4-30mm; skok co 1 i 2 mm; Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,3 mm; dł. 5-34mm; skok co 1 i 2 mm; (wg potrzeb Zamawiającego)	szt	40					
B	Śruby tytanowe 2,0 mm, blokowane - trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 6-30 mm	szt	30					
<b>Implanty pod śruby 2,5 mm</b>								

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

1	Płyty do zespołów dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 9 i 11 otworowe, prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.		10					
2	Płyty do zespołów dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 10 i 11 otworowe, ramkowe 10 i 12 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.		10					
3	Płyty do zespołów dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; korekcyjne; z flapem na wyrostek rylcowaty oraz bez; 12, 13, 14,15 otworowe; prawe/lewe; oraz grzbietowe 12 otworowe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.		10					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

4	Płyty do zespołów dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 13 i 15 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera; dodatkowo bloczek nakręcany na płytę wytwarzający kąt wprowadzenia śruby; Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.	szt	5					
5	Płyty do zespołów dalszej nasady kości łokciowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 7 i 10 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.	szt	2					
6	Płyty do zespołów dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,2 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 20 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.	szt	5					



7	Płyty do zespołów dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; grzbietowe; 18 i 20 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.	szt	5					
A	Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34 mm	szt	40					
B	Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm	szt	20					
<b>Śruby kaniulowane typu Herberta</b>								
1	Śruby kaniulowane, kompresyjne, samowierzące; tytanowe, średnica 2,2 oraz 3,0 mm; dł. 10-40 mm; z długim i krótkim gwintem; skok co 1 i 2 mm; pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,1 mm.	szt	50					
2	Druty Kirchnera 0,8 mm oraz 1,1 mm; dł. 10 cm; 10 szt w opakowaniu.	op	10					
<b>Implanty pod śruby 3,5 mm</b>								
1	Płyty do kości piętowej, tytanowe; 12 i 13 otworowe, różnokształtne; grubość 2,0 mm; płytki z otworami pod śruby 3,5 mm; zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płyty kodowane kolorystycznie oznaczone numerami katalogowymi; prawe i lewe.	szt	5					
A	Śruby tytanowe blokowane; bezgwintowa główka, z otworem promienistym; umożliwiające trzypunktowy system bezgwintowego blokowania; o średnicy 3,5 mm i długości 16-60 mm.	szt	20					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

B	Śruby korowe, hexagonalne, tytanowe o średnicy 3,5 mm i długości 16-60 mm.	szt	20					
<b>Razem</b>								

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

## PAKIET 13 ŚRUBY KOMPRESYJNE DO ZESPALANIA ZŁAMANEJ KOŚCI ŁÓDECZKOWATEJ ORAZ DO ARTODEZY STAWÓW STOPY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 28 mm	szt	20					
2	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 3,0 mm i długościach od 12 do 34 mm	szt	20					
3	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 4,5 mm i długościach od 35 do 50 mm.	szt	20					
4	Gwoździe śródszpikowe tytanowe, elastyczny do implantacji przynasadowych	szt	10					
<b>Razem</b>								

## WYKONAWCA ZAPEWNI:

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 14 ZESTAW DO DRENAŻU

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1	Zestaw do drenażu niskociśnieniowego w systemie zamkniętym, łącznik uniwersalny do drenów 10-18 CH, dren łączący 1050 mm, komora hemisferyczna, pojemność 300 ml z zastawkami antyzwrotnymi na wejściu i wyjściu z komory, komora gwarantująca zbliżone do stałego ciśnienie w trakcie rozprężania, worek na wydzielinę 600 ml z filtrem hydrofobowym i obrazkową instrukcją używania, możliwość wymiany worka, własny system podwieszania na dwa sposoby, zestaw podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo foliowe.	szt	100					
2	Zapasowy worek na wydzielinę 600 ml z filtrem hydrofobowym do wyżej wymienionego zestawu	szt	80					
<b>Razem</b>								

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
 podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 15 ELEKTRODY BIPOLARNE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1	Elektroda bipolarna typu Phazer, wielorazowego użytku, dedykowana do artroskopii, pozwalająca na pracę w środowisku wodnym. Elektroda zakrzywiona pod kątem 45 stopni, okrągła, posiadająca powierzchnię tnącą. Elektroda współpracująca z każdą diatermią posiadająca moduł bipolarny, podłączenie na dwa płaskie wtyki, dł. Trzonu 115 mm.	szt	10					
2	Elektroda bipolarna typu Phazer, wielorazowego użytku, dedykowana do artroskopii, pozwalająca na pracę w środowisku wodnym. Elektroda zakrzywiona pod kątem 90 stopni, okrągła, posiadająca powierzchnię tnącą. Elektroda współpracująca z każdą diatermią posiadająca moduł bipolarny, podłączenie na dwa płaskie wtyki, dł. Trzonu 115 mm.lub 170 mm do wyboru przez Zamawiającego	szt	5					

3	System płukania pulsacyjnego jednorazowego użytku. System składający się z: rękojeści, 2 końcówek dedykowanych do płukania biodra lub kolana, zestawu bateryjnego zasilającego system, kompletu drenów do podłączenia do butli lub worka z płynem fizjologicznym oraz do podłączenia do ssaka. Rękojeść posiada dwie prędkości płukania pulsacyjnego: szybką o przepływie min 1200 ml/min. Oraz wolną o prędkości 500 ml/min. Ciśnienie przepłukiwania min, 1 bar. Długość węży w zestawie min. 3 m.	szt	10					
<b>Razem</b>								

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 16 SYSTEM DO REKONSTRUKCJI USZKODOZNYCH ŚCIEGIEN

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1	System do rekonstrukcji uszkodzonych ścięgien więzadła oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytką z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłaniającej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź puszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu  Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.	Szt	5					
2	Obcinacz wielorazowy	Szt	1					
<b>Razem</b>								

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy



## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

## PAKIET 17 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO, LINKI I PŁYTY DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1.	<b>Bezczementowa,anatomiczna endoproteza stawu biodrowego ceramika - polietylen.</b>	Kpl.	80					
2.	<b>Bezczementowa, anatomiczna endoproteza stawu biodrowego ceramika - ceramika.</b>	Kpl.	5					
	Komplet zawiera: Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145 mm - min. 8 rozmiarów dla każdej strony lub opcjonalnie Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. w minimum 13 rozmiarach.	Szt.	1					
	Głowa ceramiczna o średnicy 28, 32, 36 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki, bądź głowa metalowa o średnicy 28, 32, 36, 40, 44 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki.	Szt.	1					

<p>Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym, dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: - bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 mm do 72 mm. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami, z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 mm do 70 mm</li> </ul> <p>Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami, z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 mm do 70 mm</li> </ul> <p>Panewka wkręcana pokryta hydroksyapatytem ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit.</p>	Szt.	1		
--	------	---	--	--

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

	Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28 mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego zapobiegającego dyslokacji Wkładka polietylenowa z okapem o średnicy wewnętrznej 28 mm, bądź wkładka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 32, 36, 40, 44 mm bez okapu.	Szt.	1				
	Wkładka ceramiczna	Szt.	1				
	Możliwość zastosowania panewki wkręcanej pokrytej hydroksyapatyte ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit.	Kpl.	8				
	W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnać wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki.	Szt.	1				
3.	<b>Endoproteza rewizyjna, bezcementowa, modułarna</b>	Kpl.	4				
	Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym,	Szt.	1				
	Element krętarza pokrytego napyłonym tytanem i hydroksyapatytem, 4 off-sety, konus V40, możliwość rotacji po założeniu trzpienia	Szt.	1				
	Głowa metalowa o średnicy 28 mm, w 3 rozmiarach długości szyjki	Szt.	1				
	Panewka typu press-fit z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, lub do wyboru panewka wkręcana gwintem w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 46 mm do 68 mm Powierzchnia zewnętrzna panewki pokryta hydroksyapatytem.	Szt.	1				

	Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości z 10 stopniowym off-setem z możliwością śródoperacyjnego zastosowania głów i wkładek ceramicznych do tej samej panewki.	Szt.	1				
	Panewka cementowa polietylenowa z 15 stopniowym off-setem w wersji niska i wysoka.	Szt.	2				
	Cement kostny – jedno opakowanie 40 gramowe z dwoma antybiotykami.	Kpl.	2				
4.	<b>Rewizyjna endoproteza cementowa stawu biodrowego</b>						
	Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina o różnej długości (standardowy i długi – do 260 mm) i min. 3 różnych off-setach	Szt.	1				
	Panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji niska i wysoka lub panewka z dystanserami do równomiernego rozprowadzenia cementu z okapem.	Szt.	1				
	Głowa metalowa o średnicy 28 mm w 3 rozmiarach długości szyjki	Szt.	1				
	Polietylowy korek rewizyjny do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 10 mm do 20 mm	Szt.	1				
	Cement kostny – trzy opakowania po 40 gram każdy z dwoma antybiotykami (kolistyną i erytromycyną)	Szt.	3				

	Jeden mieszalnik z długim aplikatorem podciśnieniowego mieszania i podawania cementu	Szt.	1				
	Dwie elastyczne metalowe siatki do rekonstrukcji ubytków trzpienia bądź panewki	Szt.	2				
	Trzy śruby do mocowania siatek	Szt.	3				
5.	<b>Linki i płyty do złamań okołoprotezowych</b>	Kpl.	4				
	Kable o średnicy 1,6 mm oraz 2,0 mm i długości min. 500 mm z plecionki 49 drutów ze stali chromowo-niklowo-manganowej w kompakcie z zaciskiem	Szt.	10				
	Płytki kompresyjne 5, 7, 9, 11 otworowe z nacięciami do linek odpowiednio 6, 8, 10, 12 nacięć.	Szt.	2				
<b>Razem</b>							

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni robocze od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
4. Dostarczenie napędu motorowego:
  - a). Piła oscylacyjna akumulatorowa 1 szt.
  - b). Wiertarka akumulatorowa 1 szt.
  - c). Ładowarka do akumulatorów 1 szt.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu oryginalnego oprzyrządowania do ww. sprzętu użytego przez wykonawcę. (Rodzaj i ilość oprzyrządowania zostanie ustalona w trakcie trwania umowy).

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r

.....  
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet 18 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto (pln)	Wartość netto	Stawka vat	Wartość brutto	Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1	<b>Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - metal - polietylen</b> <b>Komplet zawiera:</b>	Kpl	60					
	Trzpień tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się 12/14	Szt	1					
	Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu „pressfit”, wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66 mm ze skokiem co 2 mm w opcji panewka 44-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub ( w zależności od rozmiaru)	Szt	1					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

	Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości „cross link polietylen” w rozmiarach 44-66 mm, ze skokiem co 2 mm, o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 32 mm lub 36 mm	Szt	1					
	Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub 32 mm lub 36 mm, w minimum 3 rozmiarach długości szyjki	szt	1					
	Zaślepka do panewki typu „pressfit”	szt	1					
	Śruba do panewki o długości od 20-50 mm ze skokiem do 5 mm	sz	1					
2	<b>Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - ceramika - ceramika</b> Komplet zawiera:	kpl	5					
	Trzpień tytanowy, prosty, nieanatomiczny zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroksyapatytem na całej długości, w 12 rozmiarach, od 110 mm do 190 mm, w opcji trzpień Coxa Vara oraz trzpienie bezkołnierzowe typu High offset. Stożek trzpienia 12/14	szt	1					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

	Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu „Press fit” wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładekpolietylenowych, wkładek metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnicazewnętrzna panewki 48-66 mm ze skokiem co 2 mm, w opcji panewka 44-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru)	szt	1					
	Wkładka ceramiczna (72iolog delta) o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm (od rozmiaru panewki 52 mm)	szt	1					
	Głowa ceramiczna (biolog delta) 28 mm, 32 mm i 36 mm, min. 3 rozmiary długości szyjki.	szt	1					
	Zaślepka do panewki typu „pressfit”	szt	1					
	Śruba do panewki o długości od 20-50 mm ze skokiem co 5 mm	szt	1					
3	<b>Endoproteza cementowa stawu biodrowego</b>	kpl	10					
	Trzpień cementowy stalowy, gładki, prosty, uniwersalny, bezkołnierkowy w 11 rozmiarach, od 115 mm do 190 mm z możliwością trzpieni Standard i HighOffset, Stożek trzpienia 12/14	szt	1					



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

	Głowa - metalowa o średnicy 28 mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki	szt	1					
	Panewka cementowa- wykonana z polietylenu w rozmiarach od 44 mm do 54 mm średnica wewnętrzna panewki 28 mm lub 32 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny.	szt	1					
	Korek do blokowania kanału kości.	szt	1					
4	<b>Endoproteza rewizyjna, bezcementowa, modulana</b>	kpl	2					
	Trzpień modułarny, prosty, kołnierzowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 180-240 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, dystalnie nacięty, stożek 12/14.	szt	1					
	Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm w co najmniej 3 długościach szyjki	szt	1					
	Panewka rewizyjna, bezcementowa typu „pressfit” wykonana ze stopu tytanowego, porowata, pokryta szorstkimi płatkami tytanu. Średnica zewnętrzna panewki 54-80 mm ze skokiem co 2 mm, 5-9 otworów w kopule panewki na śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, na obrzeżu panewki śruby peryferyjne o średnicy 5 mm.	szt	1					

Panewka rewizyjna o pogłębionym profilu dająca możliwość lateralizacji 4-6 mm w zależności od rozmiaru, bezcementowa typu „Press-fit” wykonana ze stopu tytanowego, porowata, pokryta szorstkimi płatkami tytanu. Średnica zewnętrzna panewki 54-72 mm ze skokiem co 2 mm, 5-9 otworów w kopule panewki na śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm z otworami na obrzeżu panewki na śruby peryferyjne o średnicy 5 mm	szt	1					
Wkład z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm lub 36 mm. Offset 10 lub 0 stopni	szt	1					
Razem							

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 19.PROTEZA CEMENTOWA I BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1.	<b>Proteza Bezcementowa Stawu Biodrowego</b>	Kpl.	30					
2.	<b>Proteza Cementowa Stawu Biodrowego</b>	Kpl.	30					
	Trzpień bezcementowy , w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność .Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo - trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych . Trzpień min. w 11 rozmiarach.. Od 8mm do 18mm.	Szt.	20					

<p>Panewka Press fitt z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanu w min 15 rozmiarach ( o skoku co 2mm), oraz do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby a także z 7-oma otworami do zastosowań rewizyjnych. Śruby stabilizujące ze stopu tytanu o długościach od 16 do 68 mm włącznie . Opcjonalnie panewka bezcementowa wkręcana. Materiał: stop tytanu, .Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu Rozmiary: Ø48mm do 60 mm co 2mm oraz 64 i 68mm. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej.</p>	Szt.	20		
<p>Głowa ceramiczna fi 32mm i fi 28mm w 3- ch rozmiarach długości szyjki. Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28mm i 32mm w 5 rozmiarach długości szyjki</p>	Szt.	40		
<p>Wkłady ceramiczne symetryczne o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy dla 28 mm o średnicy panewki 44mm do 46mm Dla głowy 32mm od 48mm do 66mm</p>	Szt.	5		
<p>Wkłady polietylenowe symetryczne i asymetryczne do wyboru operatora o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy. Symetryczne i asymetryczne dla głowy 28mm od 44mm do 68mm. Symetryczne dla głowy 32mm od 48mm do 68mm i asymetryczne od 52mm do 68mm .</p>	Szt.	15		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

	Endoproteza cementowana: trzpień bezkońierzowy ze stopu kolbltowo-chromowo-molibdenowego, trzpień wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzonej w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną . Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo - trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych . Trzpień min. w 5 rozmiarach.. Od 9mm do 17mm.	Szt.	20				
	Panewka polietylenowa cementowana , w wersji niskoprofilowej. Dostosowana do głowy endoprotezy o fi 28 lub 32 mm .Panewki w min 12 rozmiarach (dla głów 28mm) i w min 7 rozmiarach (dla głów 32 mm) . Wyposażona w znacznik widoczny w RTG.	Szt.	20				
	Centralizer dostosowany do wielkości trzpienia w 5 rozmiarach od 9mm do 17mm.	Szt.	20				
	Korek żelatynowo- glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu) - do blokowania jamy szpikowej kości udowej , o średnicach w zakresie 8-18 mm (włącznie), w minimum 6-u rozmiarach.	Szt.	20				
3.	<b>Endoproteza cementowa stawu biodrowego</b>	Kpl.	5				
	Trzpień bezkońierzowy kobaltowo-molibdenowy ze stożkiem 12/14 długości 120-145 mm w 5 standardowych rozmiarach z możliwością zastosowania trzpienia o długości 200 mm	Szt.	1				

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

Głowa metalowa średnicy 22.2 mm, 28.0 mm, 32.00 mm w 5 długościach szyjki lub zamiennie głowa ceramiczna w rozmiarach 28.0 mm i 32.0 mm.	Szt.	1		
Panewka polietylenowa standardowa o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie wyposażona w stalowy krąg pozwalający na zobrazowanie zdjęć rtg o średnicy wewnętrznej 22.2 mm, 28.0 mm, lub 32.0 mm, o średnicy zewnętrznej 42 - 64 mm w 12 rozmiarach.	Szt.	1		
Centralizer w odpowiednich rozmiarach do trzpieni	Szt.	1		
Korek wchłaniący do zamknięcia kanału szpikowego kości udowej	Szt.	1		
<b>Razem</b>				

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu - dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) - uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
4. Dostarczenie napędu motorowego:
  - a) Piła oscylacyjna akumulatorowa 1szt.
  - b) Wiertarka wolnoobrotowa.
  - c) Wiertarka akumulatorowa 1 szt.
  - d) Ładowarka do akumulatorów.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu oryginalnego oprzyrządowania do ww. sprzętu użyczonego przez wykonawcę.  
( Rodzaj i ilość oprzyrządowania zostanie ustalona w trakcie trwania umowy).

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r.

.....  
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 20 - CEMENT KOSTNY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1.	Cement kostny bez antybiotyku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione, opakowania 1 x 40 g	Kpl.	10					
2.	Cement kostny bez antybiotyku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione, opakowania 2 x 40 g	Kpl.	10					
3.	Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione, opakowanie 1 x 20 g	Szt.	30					
4.	Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione, opakowanie 1 x 40 g	Szt.	80					
5.	Cement kostny rewizyjny z gentamycyną i klindamycyną sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowania 40 g	Szt.	10					
6.	Cement kostny rewizyjny z gentamycyną i klindamycyną sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowania 40 g	Szt.	40					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

7.	Mieszalnik próżniowy do cementu z 2 mieszalnikostrzykawkami. Zaopatrzony m.in. w prezuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węglowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80 g cementu	Szt.	40					
8.	Zestaw do ciśnieniowego płukania kości bez/wraz z odsysaniem. W zestawie dysze o 2 długościach oraz osłonka przeciw rozbryzgowa	Szt.	60					
9.	Cement kostny rewizyjny z gentamycyną (0,5 g) i vankomycyną (2,0 g) oba komponenty barwione. Opakowania 40 g	Szt.	2					
<b>Razem</b>								

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r.

.....  
 podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy



(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## PAKIET 21 PROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z KRÓTKIM TRZPIENIEM

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1	Proteza Bezcementowa Stawu Biodrowego z krótkim trzpieniem 1	Kpl.	10					
	Trzpień krótki modułarny składający się z dwóch części. a.- trzpień + modulana część szykowa . Trzpień wykonany z litego tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia. Dostępny w 6 długościach od 9,75cm do 12,25cm co 0,5cm b.- Część szykowa modułarna z konusem 12/14 dostępna w 9 rozmiarach - 3 różne projekcje ( kąty nachylenia) szyjka - trzpień tj 130,135,140 stopni - 3 różne ante i retro nachylenia ( nachylenie szyjki endoprotezy) +7,5 stopni (ante), 0 stopni (neutral) , -7,5stopni (retro).	Szt.	10					
	Wkłady ceramiczne symetryczne o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy dla 28 mm o średnicy panewki 44mm do 46mm Dla głowy 32mm od 48mm do 66mm.	Szt.	10					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

	Głowa ceramiczna fi 32mm i fi 28mm w 3- ch rozmiarach długości szyjki. Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28mm i 32mm w 5 rozmiarach długości szyjki	Szt.	10					
	Panewka Press fitt z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanu w min 15 rozmiarach ( o skoku co 2mm), oraz do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby a także z 7-oma otworami do zastosowań rewizyjnych. Śruby stabilizujące ze stopu tytanu o długościach od 16 do 68 mm włącznie . Opcjonalnie panewka bezcementowa wkręcana. Materiał: stop tytanu, .Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu Rozmiary: Ø48mm do 60 mm co 2mm oraz 64 i 68mm. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej.	Szt.	10					
2.	Proteza Bezcementowa Stawu Biodrowego z krótkim trzpieniem 2	Kpl.	10					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

<p>Trzpień krótki modułarny składający się z dwóch części.  a.- trzpień + modulana część szykowa .  Trzpień wykonany z litego tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia. Dostępny w 6 długościach od 9,75cm do 12,25cm co 0,5cm  b.- Część szykowa modułarna z konusem 12/14 dostępna w 9 rozmiarach  - 3 różne projekcje ( kąty nachylenia) szyjka - trzpień tj 130,135,140 stopni  - 3 różne ante i retro nachylenia ( nachylenie szyjki endoprotezy) +7,5 stopni (ante), 0 stopni (neutral) , -7,5stopni (retro).</p>	Szt.	10					
<p>Wkłady polietylenowe symetryczne i asymetryczne do wyboru operatora o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy. Symetryczne i asymetryczne dla głowy 28mm od 44mm do 68mm. Symetryczne dla głowy 32mm od 48mm do 68mm i asymetryczne od 52mm do 68mm .</p>	Szt.	10					
<p>Głowa ceramiczna fi 32mm i fi 28mm w 3- ch rozmiarach długości szyjki. Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28mm i 32mm w 5 rozmiarach długości szyjki</p>	Szt.	10					

Panewka Press fitt z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanu w min 15 rozmiarach ( o skoku co 2mm), oraz do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby a także z 7-oma otworami do zastosowań rewizyjnych. Śruby stabilizujące ze stopu tytanu o długościach od 16 do 68 mm włącznie . Opcjonalnie panewka bezcementowa wkręcana. Materiał: stop tytanu, .Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu Rozmiary: Ø48mm do 60 mm co 2mm oraz 64 i 68mm. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej.	Szt.	10					
<b>Razem</b>							

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

## PAKIET 22 IMPLANTY DO ZESPALANIA ODŁAMÓW BLIŻSZEGO I DALSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ, W TYM DO LECZENIA ZŁAMAŃ SZYJKI KOŚCI UDOWEJ I ZŁAMAŃ PRZEZ I MIĘDZYKRĘTARZOWYCH

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1	Płytką zwykłą lub samodociskowa o kącie trzonowo szyjkowym od 130-150 <sup>0</sup> (co 5 <sup>0</sup> ) dł. części szyjkowej od 25 lub 38 mm, ilość otworów od 2-20, w części bliższej płytki otwór przystosowany do wkrętów do kości gąbczastych.	Szt.	40					
2.	Śruba do części szyjkowej umożliwiająca samogwintowanie przy wkręcaniu oraz zabezpieczające główkę kości udowej przez rotacją w dł. od 50-150 mm	Szt.	40					
3.	Wkręt kompresyjny	Szt.	40					
4.	Kłykciowy stabilizator dynamiczny (DCS)	Zestaw	5					
	Płyta kłykcia dynamiczna, zgięta pod kątem 95 stopni, grubość 6 mm, szerokość 18 mm, otwory na wkręty Ø 4,5	Szt.	1					
	Śruba szyjkowa, średnica 12,5 mm, długość od 55 mm do 150 mm	Szt.	1					
	Śruba kompresyjna do uzyskania docisku międzyodwłamowego	Szt.	1					

RAZEM			
-------	--	--	--

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
4. Zamawiający nie wymaga w w/w pakiecie asortymentu sterylnego.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r.

.....  
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

## PAKIET 23 WKRETY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1	Wkręty do kości korowej o średnicy 4,5 mm; krzyżak, samogwintujące; rozmiar: 12-110 mm. Zamawiający dopuszcza gniazdo sześciokątne	Szt.	200					
2.	Wkręty do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm; krzyżak, samogwintujące; rozmiar: 40-150 mm, o dł. gwintu 32 mm. Zamawiający dopuszcza gniazdo sześciokątne	Szt.	60					
3.	Wkręty do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, krzyżak, samogwintujące; rozmiar: 25-120 mm, o dł. gwintu 16 mm. Zamawiający dopuszcza gniazdo sześciokątne	Szt.	60					
4.	Wkręty do kości korowej o średnicy 3,5 mm; krzyżak, samogwintujące, Shermana; rozmiar: 10-75 mm. Zamawiający dopuszcza gniazdo sześciokątne	Szt.	600					
5.	Podkładki pod wkręty gąbczaste o średnicy zewnętrznej 10-20 mm	Szt.	20					
6.	Wkręty do kości drobnych o średnicy 3,5 mm x 1,25 mm; krzyżak, samogwintujące; rozmiar: 8-50 mm. Zamawiający dopuszcza gniazdo sześciokątne	Szt.	340					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

7.	Wkręty kostkowe samogwintujące, krzyżak, o średnicy 4,5 mm; rozmiar: 25-70 mm. Zamawiający dopuszcza gniazdo sześciokątne	Szt.	120					
8.	Wkręty kaniulowane o średnicy 7 mm, samogwintujące; rozmiar: 40-130 mm	Szt.	60					
9.	Wkręty kaniulowane o średnicy 4,5 mm; samogwintujące, rozmiar: 10-80 mm	Szt.	60					
10.	Podkładki pod wkręty kaniulowane do wkrętów o średnicy 7 mm	Szt.	20					
11.	Podkładki pod wkręty kaniulowane do wkrętów o średnicy 4,5 mm	Szt.	20					
12.	Wkręty do kości drobnych o średnicy 2mm; długości od 5-20 mm	Szt.	60					
				RAZEM				

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy



(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

## PAKIET 24 PŁYTKI

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1	Płytki rekonstrukcyjne proste, grubości 4,5 mm; dla wkrętów o średnicy 6,5; 4,5; 3,5 mm o różnych rozmiarach długości lub płytki o grubości 4,0 mm dla wkrętów o średnicy 6,5; 4,5 mm.	Szt.	10					
2.	Płytki rekonstrukcyjne proste, grubości 2,5 mm; dla wkrętów o średnicy 6,5; 4,5; 3,5; o różnych rozmiarach długości	Szt.	40					
3.	Płytki rekonstrukcyjne wygięte, grubości 4,0 lub 2,5 mm o różnych rozmiarach	Szt.	16					
4.	Płytki T długie do zespoń bliższej nasady kości piszczelowej, grubości 2 mm, o różnych kształtach i wygięciu	Szt.	20					
5.	Płytki T wąskie, grubości 1,2 mm o różnym wygięciu i długości	Szt.	10					
6.	Płytki Y grubość 2,5 mm; szerokość 10 mm lub 16 mm o różnych długościach	Szt.	10					
7.	Płytki do nasady bliższej kości ramiennej, grubości 2,5 mm w różnych rozmiarach	Szt.	10					
8.	Płytki L szerokie i wąskie w różnych rozmiarach długości; prawe i lewe, grubości 1,0 mm lub 1,2 mm lub 2,0 mm.	Szt.	20					

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-42/14

9.	Płytki rekonstrukcyjne proste, grubości 2 mm, do wkrętów 3,5 od 4 do 10 otworów	Szt.	100					
10.	Płytki typu „kończynka” grubości 1,2 mm dla śrub o średnicy 4,5; 6,5 mm w różnych rozmiarach lub płytki o grubości 1,5 mm dla śrub o średnicy 4,5 mm i 3,5 mm.	Szt.	20					
11.	Płytki do kości piętowej w różnych rozmiarach	Szt.	10					
12.	Wiertła o średnicy 2,5 – 4,5 mm z końcówką na szybką wymianę*	Szt.	40					
13.	Drut Kirschnera o średnicy 0,8 – 3 mm; długość 70-380 mm; zakończenie typu trójkąt lub lancet	Szt.	1400					
14.	Grot Steimana o średnicy 4,5 mm i długości 200 – 280 mm	Szt.	80					
15.	Grot Steimana gwintowany w środku o średnicy 4,5 mm i długości 200 – 280 mm	Szt.	80					
16.	Grot Steimana o średnicy 4 mm i długości 120-180 mm	Szt.	60					
17.	Drut do wiązania odłamów o średnicy 0,5 – 1,5 mm	Szt.	60					

<b>RAZEM</b>			
--------------	--	--	--

\*Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania wiertel kompatybilnych z wiertarką firmy Aesculap, która znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Dostarczenie wkrętaka oraz gietaka do zakładania w/w asortymencie – dostawa do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy (dotyczy pozycji od 1 do 11).
2. Uzupelnienie zuzytych elementow wkrętaka oraz gietaka w ciągu 4 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
3. Zamawiający nie wymaga w w/w pakiecie asortymentu sterylneho.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Załącznik nr 1**

**Pakiet 25 PŁYTA ANATOMICZNA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI PISZCZELOWEJ**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
-----	----------------------------	------	-------	-----------------------	--------------------	----------------	---------------------	--

1	<p>Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytką anatomiczną o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokującą - kompresyjną do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokującą - kompresyjną z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal</p> <p>- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.</p> <p>- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.</p>	Szt.	10					
RAZEM								

**WYKONAWCA ZAPEWNI:**

1. Instrumentarium dostarczane na zabieg do 48 h od zamówienia telefonicznego.
2. Stworzenie na bloku operacyjnym tutejszego szpitala podmagazynu zaopatrzonego w pełen zestaw w/w asortymentu (po 1 szt. z każdego asortymentu i rozmiaru) – uzupełnienie zużytych elementów w ciągu 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.
3. Uzupełnienie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r

.....  
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

## PAKIET 26 WSZCZEPY DO STABILIZATORÓW ZEWNĘTRZNYCH

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
<b>*A Do mini stabilizatora</b>								
1.	Wszczepy Ø 3 mm, dł. 100-100 mm, dł. Gwintu 20mm	Szt.	8					
2.	Wszczepy Ø 2mm, dł. 80-100 mm, dł.gwintu 15 mm	Szt.	4					
<b>*B Wszczepy przelotowe z gwintem w środku</b>								
3.	Wszczepy dł. 250 mm, Ø 5mm z ostrą końcówką	Szt.	10					
4.	Wszczepy dł. 300 mm, Ø 5 mm z ostrą końcówką, dł. Gwintu 50-60mm	Szt.	10					
<b>*C Wszczepu do podudzi</b>								
5.	Wszczep dł. 150 mm, Ø 5 mm, dł. Gwintu 50-60 mm, samogwintujące z ostrą końcówką	Szt.	20					
6.	Wszczep dł. 180 mm, Ø 5 mm, dł. Gwintu 50-60 mm, samogwintujące z ostrąkońcówką	Szt.	20					
<b>*D Wszczepy do uda</b>								
7.	Wszczep dł. 200 mm, Ø 6mm, dł. Gwintu 50-60 mm samogwintujące z ostrą końcówką	Szt.	10					
8.	Wszczep dł. 250 mm, Ø 6mm, dł. Gwintu 50-60 mm samogwintujące z ostrą końcówką	Szt.	10					
<b>*E Wszczepy do miednicy</b>								
9.	Wszczep dł. 250 mm, Ø 6mm, dł. Gwintu 50-60 mm samogwintujące z tępą końcówką	Szt.	10					
				RAZEM				

\* Wykonawca oświadcza, że ww. produkty są kompatybilne do kostek stabilizatora zewnętrznego typu Hoffmann II.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r

.....  
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy



(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

## PAKIET 27 ZESTAW DO STABILIZACJI ZŁAMANIA I STAWU RZEKOMEGO KOŚCI ŁÓDECZKOWATEJ NADGARSTKA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość Netto (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość Brutto (zł)	Producent, nazwa handlowa, Nr katalogowy
1	Płyta + śruby stabilizujące kątowe - tytanowe	zestawy	4					
RAZEM								

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r

.....  
 podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY: .....

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: .....

ADRES: .....

POWIAT: ..... WOJEWÓDZTWO: .....

TEL.: ..... FAKS: ..... E-MAIL: .....

NIP: ..... REGON: .....

BANK/ NR KONTA: .....

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: .....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są **dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju**, (BZP/38/382-42/14), oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

## Pakiet 1 PŁYTKI ORTOPEDYCZNE

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

## Pakiet 2 ENDOPROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENNEJ;

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

## Pakiet 3 IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĄZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO;

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

## Pakiet 4 IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI ŁĘKOTEK, WIELORAZOWY OBCINACZ NITEK;

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 5 KOTWICE;**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 6 GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE;**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 7 PROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWOEGO Z PANEWKĄ BIPOLARNĄ;**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 8 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO;**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 9 ENDOPROTEZA REWIZYJNA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO, ANATOMICZNA KŁYKCIOWA**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 10 ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 11 ENDOPROTEZA CEMENTOWA, DWUKŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 12 PŁYTKI TYTANOWE DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ W ODREBIE KOŚCI PALCÓW I KOŚCI SRÓDRĘCZA**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 13 ŚRUBY KOMPRESYJNE DO ZESPALANIA ZŁAMANEJ KOŚCI ŁÓDECZKOWATEJ ORAZ DO ARTODEZY STAWÓW STOPY**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 14 ZESTAW DO DRENAŻU**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 15 ELEKTRODY BIPOLARNE**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 16 SYSTEM DO REKONSTRUKCJI USZKODOZNYCH ŚCIĘGIEN**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 17 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO, LINKI I PŁYTY DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 18 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 19 PROTEZA CEMENTOWA I BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 20 CEMENT KOSTNY**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 21 PROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z KRÓTKIM TRZPIENIEM**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 22 IMPLANTY DO ZESPALANIA ODŁAMÓW BLIŻSZEGO I DALSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ, W TYM DO LECZENIA ZŁAMAŃ SZYJKI KOŚCI UDOWEJ I ZŁAMAŃ PRZEZ I MIĘDZYKRĘTARZOWYCH**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 23 WKRETY**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 24 PŁYTKI**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 25 PŁYTA ANATOMICZNA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI PISZCZELOWEJ**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 26 WSZCZEPY DO STABILIZATORÓW ZEWNĘTRZNYCH**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Pakiet 27 ZESTAW DO STABILIZACJI ZŁAMANIA I STAWU RZEKOMEGO KOŚCI ŁÓDECZKOWATEJ NADGARSTKA**

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

**Termin płatności:** przelewem w ciągu ..... **dni\*** od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim dostarczeniu towaru.

\* Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wpisał preferowany przez siebie termin płatności spośród następujących opcji: 60 dni lub 90 dni

**Termin realizacji umowy:**

Od dnia obowiązywania umowy do 31.12.2016 r.. Z tym, że umowy dla Pakietów od 1 do 16 i od 26 do 27 będą obowiązywać nie wcześniej niż od 01.01.2015 r., a dla Pakietów od 17 do 25 będą obowiązywać nie wcześniej niż od 27.02.2015 r.

**Jednocześnie oświadczam, że:**

1. Akceptuję zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłam/łem konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptuję wzór umowy i w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
4. Złożone przeze mnie dokumenty zawierają dane prawdziwe i są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym na dzień wyznaczony do składania oferty przetargowej.
5. Zobowiązuję się do dostarczenia towaru z odpowiednim terminem ważności, nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
6. Uważam się za osobę związaną niniejszą ofertą na okres 60 dni od terminu składania ofert.
7. Wnoszę wadium w kwocie ..... zł /słownie:...../ na części: ..... w dniu ..... w formie .....
8. Proszę o dokonanie jego zwrotu na konto.....
9. **Zastrzeżenie Wykonawcy:**  
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca zastrzega sobie, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (dołączone do oferty w oddzielnej kopercie):  
.....

Oświadczamy, iż dostarczymy instrukcje obsługi, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, pakowania, sterylizacji (w przypadku wyrobów wielokrotnego użytku) przy pierwszej dostawie danego produktu oraz dostarczymy w czasie trwania umowy te instrukcje, w których treści nastąpiły zmiany.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas asortyment określony w Pakietach nr: ..... ..... <b>może być użyty tylko jeden raz</b>	TAK*	NIE*	NIE DOTYCZY
Oświadczamy, iż oferowany przez nas asortyment określony w Pakietach nr: ..... ..... <b>jest sterylny</b>	TAK*	NIE*	NIE DOTYCZY
Oświadczamy, iż oferowany przez nas asortyment określony w Pakietach nr: ..... ..... <b>może być użyty wielokrotnie</b> W związku z powyższym dołączamy do niniejszej oferty następujące instrukcje: obsługi, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, pakowania, sterylizacji z podaniem jednocześnie parametrów krytycznych procesu oraz wszelkie ograniczenia w odniesieniu do ilości kolejnych użyć - na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).	TAK*	NIE*	NIE DOTYCZY

\* - niepotrzebne skreślić

Prosimy o określenie w powyższej tabeli nr Pakietów i pozycji w poszczególnych pakietach, których dotyczą zawarte w tabeli oświadczenia.

10. Przedmiot zamówienia wykonam: sam/z udziałem podwykonawców\*) następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:

L.p.	Nazwa części zamówienia

\*) niepotrzebne skreślić

11. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszego postępowania przetargowego jest: .....  
 .....  
 telefon/faks.....

12. Upoważnionymi do reprezentowania mojej firmy są następujące osoby:

Imię i Nazwisko	Wzór podpisu
.....	.....
.....	.....

13. Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (-ych) dokumentu(-ów) ..... , które dołączamy do oferty.

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Nr zał..... str. w ofercie .....
2. Nr zał..... str. w ofercie .....
3. Nr zał..... str. w ofercie .....
4. Nr zał..... str. w ofercie .....
5. Nr zał..... str. w ofercie .....

15. Oferta zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r.

.....  
*Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

NAZWA WYKONAWCY: .....

ADRES: .....

**Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym  
dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.  
(BZP/38/382-42/14)**


W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum\* oświadczam, że na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907) spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
*Podpis i pieczęć osoby(osób) upoważnionej  
do występowania w imieniu Wykonawcy*

\* niepotrzebne skreślić





### O Ś W I A D C Z E N I E dot. grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.  
(BZP/38/382-42/14)

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum\*:

.....

.....

oświadczam, że:

- 1) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późniejszymi zmianami)\*,
- 2) należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późniejszymi zmianami) i w związku z powyższym, poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*

Lp.	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014r.

.....  
Podpis i pieczętka osoby(osób) upoważnionej  
do występowania w imieniu Wykonawcy

\* niepotrzebne skreślić

(Pieczęć Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NAZWA WYKONAWCY: .....

ADRES: .....

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na **dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (BZP/38/382-42/14)** w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum\* oświadczam, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia z powodu niżej przedstawionych przesłanek:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) (uchylony)

1a) (uchylony)

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;


10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

**11)** wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku”.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r.

.....  
.....  
Podpis i pieczęć osoby(osób) upoważnionej  
do występowania w imieniu Wykonawcy

\* niepotrzebne skreślić



### OŚWIADCZENIE

(dotyczy wyłącznie osób fizycznych)

NAZWA WYKONAWCY: .....

ADRES: .....

**Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.  
(BZP/38/382-42/14)**

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- nie otwarto wobec mnie likwidacji,
- nie ogłoszono upadłości\*;
- ogłoszono wobec mnie upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego\*.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r.

.....  
*Podpis i pieczęć osoby(osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy*

- niepotrzebne skreślić



(Pieczęć Wykonawcy)

### Pełnomocnictwo

1. .... z siedzibą w ....., przy ul. ....  
/wpisać nazwę firmy nr 1/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1. ....
2. ....

2. .... z siedzibą w ....., przy ul. ....  
/wpisać nazwę firmy nr 2/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1. ....
2. ....

3\*. .... z siedzibą w ....., przy ul. ....  
/wpisać nazwę firmy nr 3/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1. ....
2. ....

zwani łącznie Wykonawcą, ubiegający się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia publicznego i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) ustanawiamy


.....  
/wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby którą ustanawia się pełnomocnikiem/

pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, i udzielamy pełnomocnictwa do:

a) \*\* reprezentowania Wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (BZP/38/382-42/14)” prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia publicznego.

b) \*\* reprezentowania Wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (BZP/38/382-42/14)”





**OŚWIADCZENIE  
O POSIADANIU POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I UŻYWANIA  
ORAZ O POTWIERDZENIU GOTOWOŚCI DO ICH UDOSTĘPNIENIA**

NAZWA WYKONAWCY: .....

ADRES: .....

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na **dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (BZP/38/382-42/14)**

**oświadczamy, że:**

oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada aktualne pozwolenia  
na dopuszczenie do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
oraz potwierdzamy gotowość do ich udostępnienia na żądanie Zamawiającego.

Miejscowość, ....., dnia ..... 2014 r.

.....  
.....  
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy*



**WZÓR UMOWY**  
UMOWA NR        /2014

zawarta w dniu .....2014 roku w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,

reprezentowanym przez:

- mgr Grażyna Kuczera - Dyrektor,

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

..... wpisaną do Rejestru  
..... pod numerem ..... prowadzonego przez  
....., której kapitał zakładowy wynosi ..... i która posługuje się  
numerem NIP ..... oraz numerem REGON .....

reprezentowanym przez .....,

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

**§ 1**

**Tryb zawarcia umowy**

Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz 907. ze zm.) w następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr BZP/38/382-42/14 ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr .....

**§ 2**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy są sukcesywnie **dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.**
2. Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe podane zostały w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz asortymentowo - cenowy) - przedmiot umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji finansowych, uzależniając swą decyzję od faktycznej potrzeby Zamawiającego występującej podczas obowiązywania niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 jest dopuszczony do obrotu i stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Oferowane produkty posiadają termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 a Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.
7. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:

Pakiet 1 – Płytki ortopedyczne;

Netto: ..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 2 – Endoproteza głowy kości promiennej;

Netto:..... zł /słownie: ...../

Brutto:.....zł/słownie:...../

Pakiet 3 – Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego;

Netto:..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 4 – Implanty do rekonstrukcji łąkotek, wielorazowy obcinacz nitek;

Netto:..... zł /słownie: ...../

Brutto:.....zł /słownie: ...../

Pakiet 5 - Kotwice;

Netto:.....zł/słownie:...../

Brutto:.....zł /słownie: ...../

Pakiet 6 – Gwoździe śródszpikowe;

Netto:..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 7 – Proteza cementowa stawu biodrowego z Panewką Bipolarną;

Netto:..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 8 – Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego;

Netto:..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 9 – Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego, anatomiczna kłykciowa;

Netto: ..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 10 – Endoproteza jednoprzędziowa cementowa stawu kolanowego;

Netto: ..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 11 – Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego;

Netto: ..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 12 – Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców i kości śródreżca;

Netto: ..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 13 – Śruby kompresyjne do zespalania złamanej kości łożeczkowej oraz do artrodezy stawów stopy;

Netto: ..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 14 – Zestaw do drenażu;

Netto: ..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 15 – Elektrody bipolarne;

Netto: ..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 16 – System do rekonstrukcji uszkodzonych ścięgien;

Netto: ..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 17 – Endoproteza stawu biodrowego, linki i płyty do złamań okołoprotezowych;

Netto: ..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł /słownie: ...../

Pakiet 18 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego;

Netto: ..... zł /słownie: ...../

Brutto: ..... zł / słownie: ...../

Pakiet 19 – Proteza cementowa i bezcementowa stawu biodrowego;

Netto: ..... zł / słownie: ...../

Brutto: ..... zł / słownie: ...../

Pakiet 20 – Cement kostny;

Netto: ..... zł / słownie: ...../

Brutto: ..... zł / słownie: ...../

Pakiet 21 – Proteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzepieniem;

Netto: ..... zł / słownie: ...../

Brutto: ..... zł / słownie: ...../

Pakiet 22 –Implanty do zespalania odłamów bliższego odcinka kości udowej;

Netto: ..... zł / słownie: ...../

Brutto: ..... zł / słownie: ...../

Pakiet 23 – Wkręty;

Netto: ..... zł / słownie: ...../

Brutto: ..... zł / słownie: ...../

Pakiet 24 – Płytki;

Netto: ..... zł / słownie: ...../

Brutto: ..... zł / słownie: ...../

Pakiet 25 – Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej;

Netto: ..... zł / słownie: ...../

Brutto: ..... zł / słownie: ...../

Pakiet 26 – Wszczyepy do stabilizatorów zewnętrznych;

Netto: ..... zł / słownie: ...../

Brutto: ..... zł / słownie: ...../

Pakiet 27 – Płyta do stabilizacji złamania i stawu rzekomego kości łódeczkowatej nadgarstka;

Netto: ..... zł / słownie: ...../

Brutto: ..... zł / słownie: ...../

Cena ogółem:

Netto: ..... zł / słownie: ...../

Brutto: .....zł / słownie: ...../

Termin realizacji umowy:

Od dnia obowiązywania umowy do 31.12.2016 r.. Z tym, że umowy dla Pakietów od 1 do 16 i od 26 do 27 będą obowiązywać nie wcześniej niż od 01.01.2015 r., a dla Pakietów od 17 do 25 będą obowiązywać nie wcześniej niż od 27.02.2015 r.

8. Umowa obowiązuje od dnia ..... do dnia 31.12.2016r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).
9. Realizacja każdej części z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.

### § 3

#### Warunki płatności

1. Należność za dostarczane produkty płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą w terminie ..... dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze numer umowy i datę jej zawarcia.
3. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

4. Ceny jednostkowe podane w Załączniku Nr 1 do umowy będą stałe przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 9 ust 5.
5. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 5 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 ust. 7 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 ust. 7 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

#### § 4

##### Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w Załączniku Nr 1 do Umowy według częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia (dla pakietu od 1 do 22 oraz od 24 do 27) oraz do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia (dla pakietu 23) pod nr faksu ..... lub pod adresem e-mail .....
2. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko loco magazyn Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.
4. Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do Magazynu Apteki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
  - braków ilościowych w ciągu 2 dni,
  - wad jakościowych w ciągu 7 dniod dnia jej otrzymania pod nr telefonu ..... lub pod nr faksu ..... Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym.
6. Przewiduje się w nagłych wypadkach realizację dodatkowych dostaw w trybie pilnym w terminie do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia telefonicznego dokonanego przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar z odpowiednim terminem ważności, nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
8. Dostarczany przedmiot zamówienia winien zawierać ulotki i instrukcje w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje.
9. W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8.

10. Wykonawca zobowiązuje się również w ramach obowiązującej umowy do spełnienia indywidualnych wymogów Zamawiającego opisanych dla poszczególnych pakietów w Formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
11. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.

## **§ 5**

### **Jakość**

1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości oraz posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia pozwoleń, o których mowa w ust. 1, na każde wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega od obowiązujących norm z zastrzeżeniem warunków odbioru określonych w § 6 Umowy. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wymiany wadliwego towaru na towar dobrej jakości w terminie podanym w § 4 ust. 5 na własny koszt i ryzyko. Po przekroczeniu ww. terminu Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8.

## **§ 6**

### **Warunki odbioru**

1. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji dostaw.
2. Dostawy zostaną odebrane na podstawie dowodu dostawy, tj. faktury VAT.
3. Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia) ponosi Wykonawca.
4. Odbiór przeprowadzony będzie u Zamawiającego i obejmować będzie:
  - sprawdzenie jakości i ilości dostawy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wyrobów jednorazowego użytku odbiór jakościowy odbywa się w momencie użycia wyrobu;
  - sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem częściowym;
  - sprawdzenie zgodności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania, jeżeli takie będą wymagane.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem dostawy, a stanem faktycznym sporządzony zostanie protokół odbioru dostawy, który winien zawierać uzgodnienia poczynione w toku odbioru, jak również będzie stanowił podstawę do zapłaty lub odmowy zapłaty za przedmiot dostawy.

## **§ 7**

### **Osoby odpowiedzialne**

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:

ze strony Zamawiającego - Pan(i) - lek. med. Andrzej Tomczak - lekarz zarządzający Oddziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

(imię, nazwisko)

ze strony Wykonawcy - Pan(i) - .....

(imię, nazwisko)

## **§ 8**

### **Kary umowne**

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
  - a) w wysokości 8% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
  - b) w wysokości 3% wartości brutto dostawy w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości, towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz towar w ilości niezgodnej z zamówieniem;
  - c) w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy, jednak nie mniej niż 100 złotych, za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy;
  - d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 10 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto;

- e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3% wartości umowy brutto.
2. Kary wskazane w § 8 ust. 1 naliczane zostaną niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych przez Zamawiającego wynikających z umowy.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
  4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
  5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

## § 9

### Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia\*

Lp.	Nazwa części zamówienia

\* W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części zamówienia - powyższy punkt przyjmie brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie we własnym zakresie.

2. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
  - 1) korzystania z rabatów cenowych przyznanych przez Wykonawcę w okresie trwania umowy z zastrzeżeniem wymaganych parametrów jakościowych dla danego specyfiku;
  - 2) sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej obowiązującej stawki podatku VAT.
6. Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego: nie dokonania dostawy, dokonania jej nieterminowo, nie dostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia, dostarczenia towaru o złej jakości lub nie posiadającego deklarowanych właściwości. Postanowienie § 8 ust. 1 lit. a) stosuje się odpowiednio.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.
9. Niniejszy dokument Umowy obejmuje wszelkie postanowienia umowy, żadne z oświadczeń, zapewnień lub porozumień, które nie są objęte tym dokumentem, nie składa się na treść Umowy.
10. Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia niniejszej Umowy są nieważne, albo gdyby wystąpiła luka w niniejszej Umowie, ważność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona, chyba że nieważnością dotknięte są istotne postanowienia umowy lub z jej treści wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta. Zastąpione one zostaną takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

1 - Formularz asortymentowo - cenowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA