

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia BZP/38/382-27/15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 30.07.2015r.

W związku z złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1

W załączniku nr 1 „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych” z dnia 28 lipca 2015 r Zamawiający w punkcie 28 wymagał:

28	Wielokanałowa cewka (typu array) do całego kręgosłupa (cervical + thoracic + lumbar) - umożliwiająca badanie całego kręgosłupa z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania bez repozycjonowania pacjenta	≥24 elementów pomiarowych	Wartość największa 2 pkt, graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	
----	---	---------------------------	---	--

W opublikowanym w dniu 29 lipca 2015 nowym załączniku nr 1 „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych PO ZMIANACH Z DNIA 29.07.2015 R.” w punkcie 28 pojawił się zapis:

28	Wielokanałowa cewka do badania głowy , umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badania obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) Otwarta konstrukcja cewki umożliwiająca wykonywanie badań bez zasłaniania twarzy pacjenta	≥24 elementów pomiarowych	Wartość największa 2 pkt, graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	
----	---	---------------------------	---	--

Zapis ten jest kopią pkt 26:

26	Wielokanałowa cewka do badania głowy, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badania obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) Otwarta konstrukcja cewki umożliwiająca wykonywanie badań bez zasłaniania twarzy pacjenta	≥15 elementów pomiarowych	Wartość największa 2 pkt, graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	
----	---	---------------------------	---	--

Prosimy o wyjaśnienie: Czy Zamawiający odstępuje od wymogu oferowania cewki kręgosłupowej w punkcie 29, czy też przywróci poprzedni opis pkt 29 wymagań opublikowanych w dniu 28 lipca? Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie posiadamy dla systemu o polu 1.5T cewki głowowej o 24 elementach pomiarowych, a w szczególności o „otwartej konstrukcji, bez zasłaniania twarzy pacjenta” i obecny zapis wymagań uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pkt. nr 29 do Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 29.07.2015 r. zmienia zapis z:

29	Wielokanałowa cewka do badania głowy, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badania obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) Otwarta konstrukcja cewki umożliwiająca wykonywanie badań bez zasłaniania twarzy pacjenta	≥24 elementów pomiarowych	Wartość największa 2 pkt, graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	
----	---	---------------------------	---	--

Który otrzymuje nowe brzmienie:

29	Wielokanałowa cewka (typu array) do całego kręgosłupa (cervical + thoracic + lumbar) - umożliwiająca badanie całego kręgosłupa z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania bez repozycjonowania pacjenta	≥24 elementów pomiarowych	Wartość największa 2 pkt, graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	
----	--	---------------------------	---	--

W związku z powyższym, Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:

- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 30.07.2015 r.;

Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: szpital@wss2.pl, www.wss2.pl