



WOJEWÓDZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU

DZP/38/382-7/14

Jastrzębie-Zdrój, 11.03.2014 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, igły do biopsji mózgu dla Oddziału Neurochirurgii - powtórka oraz klipsy laparoskopowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-7/14)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 11.03.2014 r.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. części nr 11

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli zgłębniki do karmienia w rozmiarach od 4F do 10Fr. Pragniemy nadmienić, iż nie istnieją na rynku zgłębniki w rozmiarze 3,5 Fr?

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W części 11 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis:

Zgłębnik do karmienia długość min 40 cm max 50 cm, znakowany kolorystycznie, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu, wskaźniki głębokości, cewniki do karmienia skalowane co 1 cm

- rozmiar: Fr 3,5, Fr 4, Fr 5, Fr 6, Fr 7, Fr 8, Fr 10
(według potrzeb zamawiającego)

który otrzymuje nowe brzmienie:

Zgłębnik do karmienia długość min 40 cm max 50 cm, znakowany kolorystycznie, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu, wskaźniki głębokości, cewniki do karmienia skalowane co 1 cm

- rozmiar: Fr 4, Fr 5, Fr 6, Fr 7, Fr 8, Fr 10
(według potrzeb zamawiającego)

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- w pkt. 15.10. SIWZ zmienia brzmienie na:

Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

Oferta na: Dostawy sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, igły do biopsji mózgu dla Oddziału Neurochirurgii - powtórka oraz klipsy laparoskopowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - część nr"

NIE OTWIERAĆ przed 14.03.2014r. godz. 12³⁰, znak sprawy: DZP/38/382-7/14

- w pkt. 16.1. SIWZ zmienia brzmienie na:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze, do dnia 14.03.2014r. do godz. 12⁰⁰ (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. Od 7²⁵ do 14³⁰).

- w pkt. 16.3. SIWZ zmienia brzmienie na:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2014r. o godz. 12³⁰, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21).

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia.

Ponadto Zamawiający dołącza SIWZ po zmianach z dnia 11.03.2014r. oraz Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 11.03.2014r.

Nowy termin składania ofert: 14.03.2014r. do godz. 12⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert: 14.03.2014r. o godz. 12³⁰

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

