

BZP.38.382-4.23.18

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń (BZP.38.382-4.18)**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 23.01.2018 r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

**Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 25, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na przenikanie cieczy na poziomie 150 cm H<sub>2</sub>O, który to parametr spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznych normy 13795?

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 25 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
1	Sterylna serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach 120 cmx150cm (+/- 10 cm) o gramaturze nie niższej niż 55- 56g/m <sup>2</sup> . Odporność na przenikanie cieczy 250cm H <sub>2</sub> O, zgodnie z normą PNEN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta.

**który otrzymuje nowe brzmienie:**

Lp	Nazwa towaru
1	Sterylna serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach 120 cmx150cm (+/- 10 cm) o gramaturze nie niższej niż 55- 56g/m <sup>2</sup> . Odporność na przenikanie cieczy <b>minimum 150 cm</b> H <sub>2</sub> O, zgodnie z normą PNEN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta.

**Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 26, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o rozmiarze 175 x 180 cm w miejsce serwety 225 x 260 cm z wycięciem U 10 x 100cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 26 w poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
4	<b>Zestaw do laparotomii.</b> Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stół instrumentariuszki min.150cmx190cm, 4 rękawiczki celulozowe min.30cmx40cm, 4 fartuchy chirurgiczne w włókny SMMS min. 35g/m <sup>2</sup> posiadające wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150cm (+/-5cm), 1 obłożenie na stół Mayo min. 80cmx145cm, 40 kompresów gazowych z nitką RTG 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm (przewiązane po 10 sztuk), 4 serwety wykonane z gazy 20 nitkowej, 4 lub 6 warstw, ze znacznikiem kontrastującym w promieniach rtg i tasiemką, rozmiar po praniu wstępnym 40x40cm, 5 tupferów wykonanych z gazy 20 nitkowej z nitką rtg o wykroju gazy 14cmx15cm (+/-1cm), 1 dren do ssaka z końcówką Yankauer Ch 18 (6mm) długość 300cm, 1 ostrze do skalpela nr 11, 1 ostrze do skalpela nr 20, 1 kieszeń na narzędzia jednokomorowa 38x40cm, 2 samoprzylepne uchwyty na przewody i drenaży z 2 trokami z włókny o długości min. 25 cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie przymocowanymi do taśmy lepnej o wymiarach min. 9 x 11 cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx50cm, 2 serwety samoprzylepne 75x90cm z laminatu 2-warstwowego, 2 serwety samoprzylepne 75x90cm Serweta wykonana z laminatu 2 - warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m <sup>2</sup> Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m <sup>2</sup> , 1 serweta samoprzylepna 150cmx240cm (ekran anestetyczny) Serweta wykonana z laminatu 2 - warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m <sup>2</sup> Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m <sup>2</sup> , 1 serweta samoprzylepna 225cmx260cm (+/-5cm) z wycięciem U 10x100cm Serweta wykonana z laminatu 2 - warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m <sup>2</sup> Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m <sup>2</sup> . Sprzęt jednorazowy oraz materiał opatrunkowy zapakowany w wewnętrzne pudełko z pokrywką.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
4	<b>Zestaw do laparotomii.</b> Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stół instrumentariuszki min.150cmx190cm, 4 rękawiczki celulozowe min.30cmx40cm, 4 fartuchy chirurgiczne w włókny SMMS min. 35g/m <sup>2</sup> posiadające wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150cm (+/-5cm), 1 obłożenie na stół Mayo min. 80cmx145cm, 40 kompresów gazowych z nitką RTG17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm (przewiązane po 10 sztuk), 4 serwety wykonane z gazy 20 nitkowej, 4 lub 6 warstw, ze znacznikiem kontrastującym w promieniach rtg i tasiemką, rozmiar po praniu wstępnym 40x40cm, 5 tupferów wykonanych z gazy 20 nitkowej z nitką rtg o wykroju gazy 14cmx15cm (+/-1cm), 1 dren do ssaka z końcówką Yankauer Ch 18 (6mm) długość 300cm, 1 ostrze do skalpela nr 11, 1 ostrze do skalpela nr 20, 1 kieszeń na narzędzia jednokomorowa 38x40cm, 2 samoprzylepne uchwyty na przewody i drenaży z 2 trokami z włókny o długości min. 25 cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie przymocowanymi do taśmy lepnej o wymiarach min. 9 x 11 cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx50cm, 2 serwety samoprzylepne 75x90cm z laminatu 2-warstwowego, 2 serwety samoprzylepne 75x90cm Serweta wykonana z laminatu 2 - warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m <sup>2</sup> Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m <sup>2</sup> , 1 serweta samoprzylepna 150cmx240cm (ekran anestetyczny) Serweta wykonana z laminatu 2 - warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m <sup>2</sup> Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m <sup>2</sup> , <b>1 serweta samoprzylepna 175cmx 180 cm (+/-5cm)</b> Serweta wykonana z laminatu 2 - warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m <sup>2</sup> Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m <sup>2</sup> . Sprzęt jednorazowy oraz materiał opatrunkowy zapakowany w wewnętrzne pudełko z pokrywką.

**Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 26, poz. 1-5:**

Czy Zamawiający dopuszcza na etapie badania ofert wezwanie Wykonawcy do przedstawienia próbki zaofiarowanych wyrobów w celu weryfikacji zgodności z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 26, poz. 3:**

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>? Wokół pola operacyjnego

dotatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 109,5 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 26 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
3	<b>Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony. Minimalny skład zestawu:</b> 1 serweta na stół instrumentariuszki min.150cmx190cm, 4 ręczniki min.30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stół Mayo 80cmx145cm, 1 taśma samoprzylepna min.9cmx50cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne min.75cmx90cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175cmx180cm (+/-5cm) z paskiem samoprzylepnym min.80cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150cmx250cm (+/-5cm) z dzielonym paskiem samoprzylepnym min. 100cm

**który otrzymuje nowe brzmienie:**

Lp	Nazwa towaru
3	<b>Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony. Minimalny skład zestawu:</b> 1 serweta na stół instrumentariuszki min.150cmx190cm, 4 ręczniki min.30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stół Mayo 80cmx145cm, 1 taśma samoprzylepna min.9cmx50cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne min.75cmx90cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175cmx180cm (+/-5cm) z paskiem samoprzylepnym min.80cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150cmx250cm (+/-5cm) z dzielonym paskiem samoprzylepnym min. 100cm, <b>serwety główne wykonane z laminatu 2-warstwowego polipropylen / polietylen o gramaturze 57,5g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m<sup>2</sup>.</b>

**Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 26, poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na tarczycy wykonany z laminatu 2-warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>? Dolna serweta posiada łąkę chłonną o wysokiej absorpcji o gramaturze 109,5 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 26 w poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
5	<b>Sterylny zestaw do zabiegów na tarczycy, serwety z możliwością regulacji otworu. Minimalny skład zestawu:</b> 1 serweta na stół instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 4 ręczniki min. 30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stół Mayo min. 80 cmx145cm, 1 serweta 225cmx240cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx20cm, 1 serweta 150cmx260cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx60cm. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min.55- 57 g/m <sup>2</sup> . Dolna serweta musi posiadać łąkę chłonną o wysokiej absorpcji o gramaturze min. 110-112 g/m <sup>2</sup> . Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokie normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

**który otrzymuje nowe brzmienie:**

Lp	Nazwa towaru
----	--------------

**Sterylny zestaw do zabiegów na tarczycy, serwety z możliwością regulacji otworu. Minimalny skład zestawu:** 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 4 ręczniki min. 30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo min. 80 cmx145cm, 1 serweta 225cmx240cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx20cm, 1 serweta 150cmx260cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx60cm. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min.55- 57 g/m<sup>2</sup>. Dolna serweta musi posiadać łatę chłonną o wysokiej absorpcji o gramaturze min. 110-112 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokie normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. **Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Dolna serweta musi posiadać łatę chłonną o wysokiej absorpcji o gramaturze 109,5 g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 23, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny z usztywnieniem na całym obwodzie i lejkiem odprowadzającym płyny oraz zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm pakowana osobno

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 7, poz. 1, 2,5:**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 1.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 7, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza co pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co z kolei wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu wpływa na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą, gdyż brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 7, poz. 1, 2,5:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napelnienia produktu moczem zmienia kolor? Dopuszczenie powyższego jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 7, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia oddychające pieluszki w rozmiarze 12-22kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 7, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia oddychające pieluszki w rozmiarze 12-22kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 7, poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia oddychające pieluszki w rozmiarze 7-14kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 7, poz. 9:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycja: 9): oddychające pieluszki w rozmiarze 12-22kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 7, poz. 3,4,6,7,8,9:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 20, poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu nr 20. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 20, poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Produkt zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7 mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przesyć) - nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłaniałość co najmniej 4 l potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm<sup>2</sup> każde. Gramatura produktu 125g/m<sup>2</sup> (+/-1%). Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 20 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
1	Jednorazowy niesterylny podkład chłonny na stół operacyjny kolor biały wymiary 100cmx235cm (+/- 5 cm) wymiary strefy absorpcyjnej min. 90cmx205cm (+/-5cm) absorbcja >3000 ml NaCl 0,9% wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne, włókniny polipropylenowej typu spunbond warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej, hydrofilowej oraz przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej rdzeń chłonny przy kontakcie z płynami, pozostaje suchy w przeciągu 5 min. nośność > 120 kg złożony w sposób umożliwiający szybką i wygodną aplikację pakowane w torebkę z folii PE, posiadającą , na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta. Produkt niesterylny łączna waga podkładu > 450 g

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
----	--------------

1	<p>Jednorazowy niesterylny podkład chłonny na stół operacyjny kolor biały wymiary 100cmx235cm (+/- 5 cm) wymiary strefy absorpcyjnej min. 90cmx205cm (+/-5cm) absorbcja &gt;3000 ml NaCl 0,9% wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne, włókniny polipropylenowej typu spunbond warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej, hydrofilowej oraz przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej rdzeń chłonny przy kontakcie z płynami, pozostaje suchy w przeciągu 5 min. nośność &gt; 120 kg złożony w sposób umożliwiający szybką i wygodną aplikację pakowane w torebkę z folii PE, posiadającą, na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta. Produkt niesterylny łączna waga podkładu &gt; 450 g</p> <p>Lub</p> <p>jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Produkt zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7 mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 2cm) x 225cm (+/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednolitej powierzchni (bez zagęść, pikowań czy przeszyc) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianność co najmniej 4 l potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm<sup>2</sup> każde. Gramatura produktu 125g/m<sup>2</sup> (+/-1%).</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 19, poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy w przypadku wyceny prześcieradła o długości 40 m wymaga odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości, tj. 1 000 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 19 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Ilość” zmienia zapis:

Lp	Ilość
1	500

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Ilość
1	500 po 80 m lub 1000 po 40 m

**Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 19, poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji prześcieradła o długości 50 m z odpowiednim przeliczenia wymaganych ilości, tj. 800 szt., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 3, poz. 1,2:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opaski gipsowej o zawartości gipsu naturalnego min. 94%, gips obustronnie nakładany, nawinięty na krzyżak plastikowy, ułatwiający równomierne namakanie, zapewniająca łatwiejsze modelowanie oraz nakładanie opaski, a także zapewnia mniejszy ubytek gipsu, pakowanej a'1 sztuka.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 3, poz. 3,4:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania podkładu pod opaskę gipsową wykonanego z poliestru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 22, poz. 1,2:**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawa typu reglan, w celu zapewnienia wyższego komfortu oraz swobody ruchu użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 22, poz. 2:**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby fartuch posiadał dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej oraz na rękawach wykonane z paroprzepuszczalnego („oddychającego”) laminatu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 23, poz. 1:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z dwuwarstwowego laminatu folii polietylenowej oraz włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 62 g/m<sup>2</sup>, o składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo w rozmiarze 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem w rozmiarze min. 60x85cm o gram. 40 g/m<sup>2</sup>,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 140x190cm, wzmocnienie min. 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta w kształcie T w rozmiarze 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarze min. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o wymiarze min. 80x80cm, z dwoma zaworami i kształtownikiem,
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 90x100cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



**Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 24, poz. 1:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania maski posiadającej usztywnienie na nos o długości min. 10,5cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25 dot. pakietu nr 24, poz. 2:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania maski posiadającej dolne troki o długości 420mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26 dot. pakietu nr 25, poz. 1:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety na stół Mayo wykonanej z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej, o wymiarach 80cm x 145cm o gramaturze włókniny polipropylenowej – 40 g/m<sup>2</sup> + grubości folii polietylenowej 0,065mm, odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O, zgodnie z normą PN EN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, opakowanie – torebka foliowa, posiadająca dwie naklejki transferowe typu TAG, powiadające datę ważności, nr lot, indeks wyrobu, nazwę importera.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27 dot. pakietu nr 6 poz. 2,3,6,7,8,9,10:**

Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup> pozostałe wymagania bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 28 dot. pakietu nr 6 poz. 4:**

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29 dot. pakietu nr 6 poz. 4:**

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30 dot. pakietu nr 6 poz. 4:**

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 31 dot. pakietu nr 6 poz. 4:**

Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 32 dot. pakietu nr 6 poz. 4:**

Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 33 dot. pakietu nr 6 poz. 4:**

Czy zamawiający dopuści gazę dla której masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079: 23 g/m<sup>2</sup> gazy 17 nitkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 34 dot. pakietu nr 13, poz. 5:**

Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą z jedną zapinką, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 35 dot. pakietu nr 15, poz. 1,2,3:**

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 36 dot. pakietu nr 16, poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 37 dot. pakietu nr 16, poz. 2:**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 38 dot. pakietu nr 24, poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną na gumkę, z usztywnieniem na nos o długości ok. 11 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 39 dot. pakietu nr 24, poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych, która spełnia wymogi w odniesieniu do derektywy 93/42/EWG?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 40 dot. pakietu nr 24, poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 41 dot. pakietu nr 24, poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 24 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „J.m.” oraz „Ilość” zmienia zapis z:

Lp	J.m.	Ilość
1	Szt.	3040

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	J.m.	Ilość
1	szt./ op.	3040 szt. lub 61 op. (po 50 szt.)

**Pytanie nr 42 dot. pakietu nr 24, poz. 2:**

Czy zamawiający dopuści maskę wiązaną na troki o rozmiarze 175 mm x 98 mm, po rozłożeniu szerokość ok. 160 mm, troki górne ok 400 mm, troki dolne ok 390 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 24 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
----	--------------

2	<p><b>Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki,</b> przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy ( z usztywnieniem na nos), rozmiar maski 180 mm x 95 mm (+/- 0,5 cm) rozmiar maski po rozłożeniu szerokość min 170 mm, górne troki długość 430mm (+/-25mm) dolne troki długość 380mm +/-25mm; maska musi spełniać wymagania normy 14683 (typ II), skuteczność filtracji bakteryjnej ≥ 98%, niepyląca, hypoalergiczna. Niebarwiona, kolor warstwy wewnętrznej biały. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo.</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
2	<p><b>Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki,</b> przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy ( z usztywnieniem na nos), rozmiar maski <b>180 mm (+/- 0,5 cm) x 95 mm (+ 3 mm)</b> rozmiar maski po rozłożeniu szerokość min <b>160 mm lub</b> 170 mm, górne troki długość <b>400 mm lub</b> 430mm (+/-25mm) dolne troki długość 380mm +/-25mm; maska musi spełniać wymagania normy 14683 (typ II), skuteczność filtracji bakteryjnej ≥ 98%, niepyląca, hypoalergiczna. Niebarwiona, kolor warstwy wewnętrznej biały. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo.</p>

**Pytanie nr 43 dot. pakietu nr 24, poz. 2:**

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych, która spełnia wymogi w odniesieniu do derektywy 93/42/EWG?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 44 dot. pakietu nr 24, poz. 2:**

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 45 dot. pakietu nr 24, poz. 2:**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 24 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „J.m.” oraz „Ilość” zmienia zapis z:

Lp	J.m.	Ilość
1	Szt.	10480

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	J.m.	Ilość
1	szt./ op.	10480 szt. lub 210 op (po 50 szt.)

**Pytanie nr 46 dot. pakietu nr 4, poz. 4,5,6,7:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 4-7 z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 47 dot. pakietu nr 14, poz. 1,3:**

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający w pozycji 1 i 3 opisał ten sam opatrunek w rozmiarze 10x10 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 48 dot. pakietu nr 16, poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6x7cm, pozostała zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 16 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

Rozmiar
6 cm x 8 cm +/- 0,5 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

Rozmiar
6 cm (+/- 0,5 cm) x 8 cm (+/- 1 cm)

**Pytanie nr 49 dot. pakietu nr 16, poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie wyceny za opakowanie a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 16 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „J.m.” i „Ilość” zmienia zapis z:

J.m.	Ilość
Szt	8000

który otrzymuje nowe brzmienie:

J.m.	Ilość
Szt lub Op.	8000 szt. lub 80 op. (po 100 szt.)

**Pytanie nr 50 dot. pakietu nr 20, poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie podkładu chłonnego na stół operacyjny, przeciwoleżynowego, 5-ciowarstwowego, zintegrowanego wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samo wygładzającego się, zapobiegającego przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonanego z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: - chłonność min. 35ml/100cm<sup>2</sup>, - gramatura podstawowa: 295 g/m<sup>2</sup> - wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %- pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 20 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
1	Jednorazowy niesterylny podkład chłonny na stół operacyjny kolor biały wymiary 100cmx235cm (+/- 5 cm) wymiary strefy absorpcyjnej min. 90cmx205cm (+/-5cm) absorbcja >3000 ml NaCl 0,9% wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne, włókniny polipropylenowej typu spunbond warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej, hydrofilowej oraz przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej rdzeń chłonny przy kontakcie z płynami, pozostaje suchy w przeciągu 5 min. nośność > 120 kg złożony w sposób umożliwiający szybką i wygodną aplikację pakowane w torebkę z folii PE, posiadającą , na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta. Produkt niesterylny łączna waga podkładu > 450 g Lub jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Produkt zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14

<p>mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7 mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 2cm) x 225cm (+/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłaniałość co najmniej 4 l potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm<sup>2</sup> każde. Gramatura produktu 125g/m<sup>2</sup> (+/-1%).</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
1	<p>Jednorazowy niesterylny podkład chłonny na stół operacyjny kolor biały wymiary 100cmx235cm (+/- 5 cm) wymiary strefy absorpcyjnej min. 90cmx205cm (+/-5cm) absorbcja &gt;3000 ml NaCl 0,9% wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne, włókniny polipropylenowej typu spunbond warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej, hydrofilowej oraz przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej rdzeń chłonny przy kontakcie z płynami, pozostaje suchy w przeciągu 5 min. nośność &gt; 120 kg złożony w sposób umożliwiający szybką i wygodną aplikację pakowane w torebkę z folii PE, posiadającą, na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta. Produkt niesterylny łączna waga podkładu &gt; 450 g</p> <p>Lub</p> <p>jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Produkt zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7 mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 2cm) x 225cm (+/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłaniałość co najmniej 4 l potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm<sup>2</sup> każde. Gramatura produktu 125g/m<sup>2</sup> (+/-1%).</p> <p>lub</p> <p>podkład chłonny na stół operacyjny, przeciwoleżynowy, 5-ciowarstwowy, zintegrowany wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samo wygładzającego się, zapobiegającego przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonanego z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: - chłonność min. 35ml/100cm<sup>2</sup>, gramatura podstawowa: 295 g/m<sup>2</sup> - wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %</p>

**Pytanie nr 51 dot. pakietu nr 20, poz. 1:**

Czy w trosce o środowisko naturalne oraz jakość wyrobu zamawiający oczekuje, aby oferowane podkłady posiadały certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji ISO 13485, ISO 9001 oraz certyfikat wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 52 dot. pakietu nr 20, poz. 2:**

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego niesterylne go kocyku do repozycjonowania i przykrycia pacjenta o wymiarach 152 x 198 cm, wytrzymałość do 226 kg (suche lub mokre), niepylący materiał podstawowy, gramatura 113 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 20 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
2	Serweta do przykrycia pacjenta: - kolor biały, - - wymiary 100cm x200cm (+/- 5 cm), - wykonana z miękkiej, nieprzeźroczystej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny o min. gramaturze 75g/m <sup>2</sup> , - pakowane po 10 szt. w torebkę z folii PE posiadającą na stałe przymocowaną etykietę samoprzyklepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwę producenta, - produkt niesterylny

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
2	Serweta do przykrycia pacjenta: - kolor biały, - - wymiary 100cm x200cm (+/- 5 cm), - wykonana z miękkiej, nieprzeźroczystej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny o min. gramaturze 75g/m <sup>2</sup> , - pakowane po 10 szt. w torebkę z folii PE posiadającą na stałe przymocowaną etykietę samoprzyklepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwę producenta, - produkt niesterylny lub jednorazowy niesterylny kocyk do repozycjonowania i przykrycia pacjenta o wymiarach 152 x 198 cm, wytrzymałość do 226 kg (suche lub mokre), niepylący materiał podstawowy, gramatura 113 g/m <sup>2</sup>

**Pytanie nr 53 dot. pakietu nr 20, poz. 3:**

Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji 3 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty na dwa powyższe produkty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 54 dot. pakietu nr 22, poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w następujących rozmiarach: M (120 cm), L (130 cm), XL (140cm), XXL (150cm), pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 22 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:



Lp	Nazwa towaru
1	<b>Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.</b> Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m <sup>2</sup> , rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie, numer serii w postaci, naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. Długości fartucha: - M/120, (+/- 5cm), lub L(120cm(+/-7cm), - L/130 cm(+/- 5 cm) lub XL 130 cm (+/- 5 cm), - XXL lub XLL/150 cm (+/- 5 cm) lub XXL/157 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
1	<b>Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.</b> Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m <sup>2</sup> , rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie, numer serii w postaci, naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. Długości fartucha: - M/120, (+/- 5cm) lub L(120cm(+/-7cm), - L/130 cm(+/- 5 cm) lub XL 130 cm (+ 10 cm), - XXL lub XLL/150 cm (+/- 5 cm) lub XXL/157 cm

**Pytanie nr 55 dot. pakietu nr 22, poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w następujących rozmiarach: M (120 cm), L (130 cm), XL (140cm), XXL (150cm), pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 22 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
2	<b>Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.</b> Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m <sup>2</sup> , posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu polietylen/propylen. Fartuch zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie ważności i numer serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. <b>Długości fartucha:</b> - M/120, (+/- 5cm), <b>lub L(120cm(+/-7cm), - L/130 cm(+/- 5 cm) lub XL 130 cm (+/- 5 cm), -XXL lub XLL/150 cm (+/- 5 cm) lub XXL/157 cm</b>

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
----	--------------

2	<p><b>Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.</b> Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m<sup>2</sup>, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu polietylen/propylen. Fartuch zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie ważności i numer serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. <b>Długości fartucha:</b> - M/120, (+/- 5cm) lub L(120cm(+/-7cm), - L/130 cm(+/- 5 cm) lub XL 130 cm (+ 10 cm), -XXL lub XLL/150 cm (+/- 5 cm) lub XXL/157 cm</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Pytanie nr 56 dot. pakietu nr 23:**

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm

-1 x kocik dla noworodka 100x105 cm

-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m<sup>2</sup>, boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezyjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego, klej repozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 57 dot. pakietu nr 24, poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw włókien polipropylenowych, wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, mocowanej na gumki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maski typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 24 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
----	--------------

1	<p><b>Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, mocowana na gumki</b>, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy (z usztywnieniem na nos o długości min.120mm), maska musi spełniać wymagania normy 14683 (typ II), skuteczność filtracji bakteryjnej <math>\geq 98\%</math>, niepyląca. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy zgrzewane ultradźwiękowo lub wysokobarierową</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
1	<p><b>Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, mocowana na gumki</b>, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy (z usztywnieniem na nos o długości min.120mm), maska musi spełniać wymagania normy 14683 (typ II), skuteczność filtracji bakteryjnej <math>\geq 98\%</math>, niepyląca. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy zgrzewane ultradźwiękowo lub maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włókien polipropylenowych, wyposażony w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, mocowanej na gumki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.</p>

**Pytanie nr 58 dot. pakietu nr 24, poz. 2:**

Prosimy o dopuszczenie maski chirurgicznej hipoalergicznnej wykonanej z min. trzech warstw włókien – (w częściach zewnętrznych z celulozy), wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na troki mocowane na szerszej części maski, nie zawierająca barwników. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana po 50 szt. w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 24 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
2	<p><b>Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki</b>, przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy (z usztywnieniem na nos), rozmiar maski 180 mmx 95 mm (+/- 0,5 cm) rozmiar maski po rozłożeniu szerokość min 160 mm lub 170 mm, górne troki długość 400 mm lub 430mm (+/-25mm) dolne troki długość 380mm +/-25mm; maska musi spełniać wymagania normy 14683 (typ II), skuteczność filtracji bakteryjnej <math>\geq 98\%</math>, niepyląca, hipoalergicznna. Niebarwiona, kolor warstwy wewnętrznej biały. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo lub wysokobarierową</p>

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru

2	<p><b>Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki,</b> przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy ( z usztywnieniem na nos), rozmiar maski 180 mmx 95 mm (+/- 0,5 cm) rozmiar maski po rozłożeniu szerokość min <b>160 mm lub</b> 170 mm, górne troki długość <b>400 mm lub</b> 430mm (+/-25mm) dolne troki długość 380mm +/-25mm; maska musi spełniać wymagania normy 14683 (typ II), skuteczność filtracji bakteryjnej <math>\geq 98\%</math>, niepyląca, hypoalergiczna. Niebarwiona, kolor warstwy wewnętrznej biały. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo <b>lub</b> wysokobarierową</p> <p><b>Lub</b></p> <p>maski chirurgicznej hypoalergicznej wykonanej z min. trzech warstw włókien - (w częściach zewnętrznych z celulozy), wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na troki mocowane na szerszej części maski, nie zawierająca barwników. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym.</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Pytanie nr 59 dot. pakietu nr 24, poz. 1,2:**

Czy Zamawiający oczekuje aby maski pakowane były w określonych warunkach wymaganych w standardach jakościowych dla Wyrobów Medycznych? Czy w związku z tym oczekuje załączenie do oferty Certyfikatu zgodności z ISO 13485 i ISO 14001 odnoszących się do podstawowych jakości, jakie powinien spełniać producent?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 60 dot. pakietu nr 19:**

Prosimy o dopuszczenie pozycji prześcieradło jednorazowe bibułowo-foliowe o długości rolki 50mb z możliwością przeliczenia rolek na 800 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 14, poz. 3 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zapis z:

Lp	Nazwa towaru
3	Opatrunek hydrowłóknisty z dodatkiem 1,2% jonów srebra

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
3	Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z trzech warstw hydrokoloidów do ran z małym i średnim wysiękiem

w pakiecie nr 26, poz. 4 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zapis z:

Lp	Nazwa towaru
4	<b>Zestaw do laparotomii.</b> Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stół instrumentariuszki min.150cmx190cm, 4 ręczniki celulozowe min.30cmx40cm, 4 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMMS min. 35g/m2 posiadające wzmocnienia z laminatu polipropylen/ polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150cm (+/-5cm), 1 obłożenie na stół Mayo min. 80cmx145cm, 40 kompresów gazowych z nitką RTG17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm (przewiązane po 10 sztuk), 4 serwety wykonane z gazy 20 nitkowej, 4 lub 6 warstw, ze znacznikiem kontrastującym w promieniach rtg i tasiemką, rozmiar po praniu wstępnym 40x40cm, 5 tupferów wykonanych z gazy 20 nitkowej z nitką rtg o wykroju gazy 14cmx15cm (+/-1cm), 1 dren do ssaka z końcówką Yankauer Ch 18 (6mm) długość 300cm, 1 ostrze do skalpela nr 11, 1 ostrze do skalpela nr 20, 1 kieszeń na narzędzia jednokomorowa 38x40cm, 2 samoprzylepne uchwyty na przewody i drenaży z 2 trokami z włókniny o długości min. 25 cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie przymocowanymi do taśmy lepnej o wymiarach min. 9 x 11 cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx50cm, 2 serweta samoprzylepna 75x90cm z laminatu 2-warstwowego, 2 serweta samoprzylepna 75x90cm Serweta wykonana z laminatu 2 - warstwowego polipropylen/ polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m2, 1 serweta samoprzylepna 150cmx240cm (ekran anestezyjologiczny) Serweta wykonana z laminatu 2 - warstwowego polipropylen/ polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m2, 1 serweta samoprzylepna 175cmx 180 cm (+/-5cm) Serweta wykonana z laminatu 2 - warstwowego polipropylen/ polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m2. Sprzęt jednorazowy oraz materiał opatrunkowy zapakowany w wewnętrzne pudełko z pokrywką.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
4	<b>Zestaw do laparotomii.</b> Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stół instrumentariuszki min.150cmx190cm, 4 ręczniki celulozowe min.30cmx40cm, 4 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMMS min. 35g/m2 posiadające wzmocnienia z laminatu polipropylen/ polietylen na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 150cm (+/-5cm), 1 obłożenie na stół Mayo min. 80cmx145cm, 40 kompresów gazowych z nitką RTG17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm (przewiązane po 10 sztuk), 4 serwety wykonane z gazy 20 nitkowej, 4 lub 6 warstw, ze znacznikiem kontrastującym w promieniach rtg i tasiemką, rozmiar po praniu wstępnym 40x40cm, 5 tupferów wykonanych z gazy 20 nitkowej z nitką rtg o wykroju gazy 14cmx15cm (+/-1cm), 1 dren do ssaka z końcówką Yankauer Ch 18 (6mm) długość 300cm, 1 ostrze do skalpela nr 11, 1 ostrze do skalpela nr 20, 1 kieszeń na narzędzia jednokomorowa 38x40cm, 2 samoprzylepne uchwyty na przewody i drenaży z 2 trokami z włókniny o długości min. 25 cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie przymocowanymi do taśmy lepnej o wymiarach min. 9 x 11 cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9cmx50cm, 2 serweta samoprzylepna 75x90cm z laminatu 2-warstwowego, 2 serweta samoprzylepna 75x90cm Serweta wykonana z laminatu 2 - warstwowego polipropylen/ polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m2, 1 serweta samoprzylepna 150cmx250cm (ekran anestezyjologiczny) Serweta wykonana z laminatu 2 - warstwowego polipropylen/ polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m2, 1 serweta samoprzylepna 175cmx 180 cm (+/-5cm) Serweta wykonana z laminatu 2 - warstwowego polipropylen/ polietylen o gramaturze 57,5 g/m2 Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 109,5 g/m2. Sprzęt jednorazowy oraz materiał opatrunkowy zapakowany w wewnętrzne pudełko z pokrywką.

w pakiecie nr 26 w poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
5	<b>Sterylny zestaw do zabiegów na tarczycy, serwety z możliwością regulacji otworu. Minimalny skład zestawu:</b> 1 serweta na stół instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 4 ręczniki min. 30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stół Mayo min. 80 cmx145cm, 1 serweta 225cmx240cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx20cm, 1 serweta 150cmx260cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx60cm. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego polipropylen/ polietylen o gramaturze min.55- 57 g/m2. Dolna serweta musi posiadać łatę chłonną o wysokiej absorpcji o gramaturze min. 110-112 g/m2. Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokiej normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego polipropylen/ polietylen o gramaturze 57,5 g/m2. Dolna serweta musi posiadać łatę chłonną o wysokiej absorpcji o gramaturze 109,5 g/m2.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
5	<b>Sterylny zestaw do zabiegów na tarczycy, serwety z możliwością regulacji otworu. Minimalny skład zestawu:</b> 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 4 ręczniki min. 30cmx40cm, lub 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo min. 80 cmx145cm, 1 serweta 225cmx240cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx20cm, 1 serweta 150cmx260cm (+/-5cm) z wycięciem „U” 20cmx60cm. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min.55- 57 g/m2. Dolna serweta musi posiadać łatę chłonną o wysokiej absorpcji o gramaturze min. 110-112 g/m2. Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokie normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze 57,5 g/m2. Dolna serweta musi posiadać łatę chłonną o wysokiej absorpcji o gramaturze 109,5 g/m2. <b>Obszar nie krytyczny laminat 2-warstwowy o gramaturze 57,5g/m2</b>

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zmienia w treści SIWZ, następujące zapisy:

a) w pkt. 8.10 SIWZ z zapisu:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Oferta na: „Dostawy materiałów opatrunkowych i obłożeń”  
(BZ.38.382-4.18)

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 26.01.2018 r. godz. 11:30”

Na zapis:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Oferta na: „Dostawy materiałów opatrunkowych i obłożeń”  
(BZ.38.382-4.18)

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 30.01.2018 r. godz. 11:30”

d) w pkt. 16.1. SIWZ z zapisu:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia **26.01.2018 r., do godziny 11:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 8 SIWZ.

Na zapis:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia **30.01.2018 r., do godziny 11:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 8 SIWZ.

e) w pkt. 16.4. SIWZ z zapisu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w **Sali Konferencyjnej na I piętrze, pokój A21 w dniu 26.01.2018 r., o godzinie 11:30.**

Na zapis:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w **Sali Konferencyjnej na I piętrze, pokój A21 w dniu 30.01.2018 r., o godzinie 11:30.**

W związku z wprowadzonymi zmianami do treści SIWZ Zamawiający przesuwa termin

otwarcia ofert z dnia 26.01.2018r. na dzień 30.01.2018r., wobec czego, na podstawie art. 38 ust. 4a zmianie ulega również Ogłoszenie o zamówieniu.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26 po zmianach z dnia 23.01.2018r.
- SIWZ po zmianach z dnia 23.01.2018r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 23.01.2018r.

Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Zamawiający informuje, iż na pozostałe pytania, które wpłynęły w dniach 19.01.2018r. - 22.01.2018r. udzieli odpowiedzi niezwłocznie.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,  
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój  
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl