

BZP.38.382-24.16.20

Jastrzębie - Zdrój, 07.07.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-24.20.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ  
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.07.2020 r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

**Pytanie nr 1 dot. Pakietu 6**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 6 poz 2 i 3 umożliwi to nam wtedy złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2 dot. Pakietu 2 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 34-47 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 2 pozycja 2 zmienia zapis z :

2.	Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze 33-47 cm , kompatybilny z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM 8000 firmy MINDRAY,
----	---

na:

2.	Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze 33-47 cm <b>lub 34-47 cm</b> , kompatybilny z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM 8000 firmy MINDRAY,
----	---

**Pytanie nr 3 dot. Pakietu 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga czujnika ze zintegrowanym kablem 3m wpinanym bezpośrednio do monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie wymaga czujnika ze zintegrowanym kablem 3m wpinanym bezpośrednio do monitora.

**Pytanie nr 4 dot. Pakietu 11**

Czy kabel i odprowadzenia mają być rozłączne czy zintegrowane?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 11 zmienia zapis z :

	Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z monitorem MP 30 firmy PHILIPS, kabel główny + odprowadzenia
1.	Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

na:

	Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z monitorem MP 30 firmy PHILIPS, kabel główny + odprowadzenia <b>rozłączne</b>
1.	Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

**Pytanie nr 5 dot. Pakietu 24 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga czujnika z kablem krótkim i adaptera przedłużającego w wersji rozłącznej?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 24 poz 1 i 2 zmienia zapis z :

1.	Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem i krótkim przewodem/przedłużką i adaptera/przedłużką min. 2 m do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, klips na palec dla dorosłych
2.	Miękki czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem i krótkim przewodem przedłużką i adaptera / przedłużką min. 2 m, do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, miękki klips na palec dla dorosłych

na:

1.	Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem i krótkim przewodem/przedłużką i adaptera/przedłużką min. 2 m <b>w wersji rozłącznej</b> do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, klips na palec dla dorosłych
2.	Miękki czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem i krótkim przewodem przedłużką i adaptera / przedłużką min. 2 m, <b>w wersji rozłącznej</b> do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, miękki klips na palec dla dorosłych

**Pytanie nr 6 dot. Pakietu 31 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35/44cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 31 pozycja 2 zmienia zapis z :

2.	Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Dräger, rozmiar, rozm 23-33cm/43cm (+ - 3cm) lub 25,3 - 34,3 cm, lub 25-35cm/45 cm złącze nowego typu nr katalogowy MP00929 lub równoważne
----	---

na:

2.	Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Dräger, rozmiar, rozm 23-33cm/43cm (+ - 3cm) lub 25,3 - 34,3 cm, lub 25-35cm/45 cm <b>lub 25-35/44 cm</b> złącze nowego typu nr katalogowy MP00929 lub równoważne
----	--

**Pytanie nr 7 dot. Pakietu 31 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarach: 20-26 cm (S), 14-20 cm (XS), 10-14 (XXS) lub 8-15 cm (XXS)

Prosimy o podanie jakie złącza mają posiadać mankiety ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8 dot. Pakietu 31 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 46-66 cm lub 44-55 cm

Prosimy o podanie jakie złącza mają posiadać mankiety ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9 dot. Pakietu 31 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie adaptera o długości 2,5 m lub 3m

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10 dot. Pakietu 31 poz. 6**

Prosimy o wydzielenie poz. 6 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11 dot. Pakietu 35 poz. 1-3**

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12 dot. Pakietu 56**

Prosimy o podanie, czy chodzi o przewody wpinane do modułu Mortara AM12?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 56 zmienia zapis z :

1.	Kabel 10-cio odprowadzeniowy do EKG ELI 250 c, 280 Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk
----	--

na:

1.	Kabel 10-cio odprowadzeniowy do EKG ELI 250 c, 280 Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk. <b>Przewody wpinane do modułu Montara AM12.</b>
----	---

**Pytanie nr 13 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14 dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 10 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15 dot. Wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
  - a) w wysokości **10%** wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
  - b) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części zamówienia w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować przedmioty umowy o złej jakości, przedmioty umowy nie posiadające deklarowanych właściwości oraz przedmioty umowy w ilości niezgodnej z zamówieniem;
  - c) w wysokości 0,1% wartości brutto **opóźnionej w realizacji lub wadliwej części** dostawy, jednak nie mniej niż 100 złotych, za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy **oraz więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w realizacji lub wadliwej części**;
  - d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 10 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto;
  - e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto;
  - f) za opóźnienie w wymianie wadliwych środków na pełnowartościowe w terminie o którym mowa w § 5 ust. 4 i 5, w wysokości **0,5%** wartości brutto tych środków za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto środków podlegających wymianie**.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16 dot. Pakietu 4 poz 3**

Czy Zamawiający wymaga , Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – silikonowy czy typu klips na palec?

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 4 poz. 3 zmienia zapis z :

	Czujnik do pulsoksymetru DOLPHIN MEDICAL 2100 miękki silikonowy klips na palec dla dorosłych
3.	Czujnik z połączeniem do kabla.

na:

	Czujnik do pulsoksymetru DOLPHIN MEDICAL 2100 miękki silikonowy klips na palec dla dorosłych <b>lub wielokrotnego użytku – silikonowy</b>
3.	Czujnik z połączeniem do kabla.

**Pytanie nr 17 dot. Pakietu 5 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na palec, dla dorosłych, typu Novamatrix, długość 3 m.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 5 poz.1 zmienia zapis z :

	Czujnik do pulsoksymetru OXYPLETH - model 520A firmy NOVAMETRIX - klips na palec z kablem przedłużką w całości o długości 2,5 - 3,3 m lub klips i kabel rozłącznie - dł. czujnika do 90 cm, dł przedłużki do 3 m, Czujnik zakończony wtykiem do aparatu Oxypleth
1	

na:

	Czujnik do pulsoksymetru OXYPLETH - model 520A firmy NOVAMETRIX - klips na palec z kablem przedłużką w całości o długości 2,5 - 3,3 m lub klips i kabel rozłącznie - dł. czujnika do 90 cm, dł przedłużki do 3 m, <b>lub Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku -klips na palec dla dorosłych typu Novametrox, długość 3 m</b> Czujnik zakończony wtykiem do aparatu Oxypleth
1	

**Pytanie nr 18 dot. Pakietu 1 poz 2**

Czy Zamawiający dopuszcza długość kabla 2,2m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 1 poz. 2 zmienia zapis z :

2.	Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika pulsoksymetru MASIMO LNCS, dł. 3 m <b>lub 2,4 m lub 305 cm</b> , kompatybilny z czujnikami nr kat. MS17522
----	---

na:

2.	Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika pulsoksymetru MASIMO LNCS, dł. 3 m <b>lub 2,4 m lub 305 cm, lub 2,2 m</b> kompatybilny z czujnikami nr kat. MS17522
----	--

**Pytanie nr 19 dot. Pakietu 6 poz 3**

Czy Zamawiający dopuszcza długość kabla 3.0m

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20 dot. Pakietu 10 poz 1,2 i 3**

Czy kable i czujniki są w technologii Nellcor OxiMax, czy OxiSmart?

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 10 poz. 1, 2 i 3 zmienia zapis z :

1.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9 m <b>działający w technologii Nellcor, nr katalogowy M301024 lub równoważny</b>
2.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9 m
3.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do kardiomonitora IPM 12, działający w technologii Nellcor

na:

1.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9 m <b>działający w technologii Nellcor OxiMax, nr katalogowy M301024 lub równoważny</b>
2	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9 m <b>działający w technologii Nellcor OxiMax</b>
3	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do kardiomonitora IPM 12 , działający w technologii <b>Nellcor OxiMax</b>

**Pytanie nr 21 dot. Pakietu 11**

Czy Zamawiający wymaga kabli z połączeniem jednorzędowym, czy dwurzędowym między kablem głównym, a odprowadzeniami pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 11 zmienia zapis z :

1.	Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z monitorem MP 30 firmy PHILIPS, kabel główny + odprowadzenia <b>rozłączne,</b> Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
----	--

na:

1.	Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z monitorem MP 30 firmy PHILIPS, kabel główny + odprowadzenia <b>rozłączne, połączenie jednorzędowe</b> Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
----	--

**Pytanie nr 22 dot. Pakietu 22 poz 2**

W urzędzeniu wymienia się czujniki w komplecie po 2 sztuki na raz. Czy Zamawiający potrzebuje 6 kompletów po 2 sztuki, czy 6 czujników, czyli 3 komplety po 2 sztuki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 22 poz. 2 zmienia zapis z :



2.	Sensor tlenowy do inkubatora zamkniętego Giraffe firmy GE Healthcare, nr katalogowy OOM112 lub równoważny	Szt.	6
----	---	------	---

**na:**

2.	Sensor tlenowy do inkubatora zamkniętego Giraffe firmy GE Healthcare, nr katalogowy OOM112 lub równoważny	Szt. lub Kpl (po 2 szt w opakowaniu)	6 lub 3
----	---	--------------------------------------	---------

**Pytanie nr 23 dot. Pakietu 28**

Czy Zamawiający posiada urządzenia w technologii Nellcor OxiMax, czy Nellcro OxiSmart?

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 28 zmienia zapis z :

1.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor</b>
2.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor</b>
3.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY Moduł saturacji w monitorach VS i PM Mindray <b>działający w technologii Nellcor</b>
4.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor</b>
5.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor</b>
6.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor</b>

**na:**

1.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor OxiMax</b>
2.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor OxiMax</b>
3.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY Moduł saturacji w monitorach VS i PM Mindray <b>działający w technologii Nellcor OxiMax</b>
4.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor OxiMax</b>
5.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor OxiMax</b>
6.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY <b>działający w technologii Nellcor OxiMax</b>

**Pytanie nr 24 dot. Pakietu 29 poz 3**

Czy zamawiający wymaga kabli głównych EKG z wtyczką 6, czy 12 pinową?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 29 poz. 3 zmienia zapis z :

3.	Przewód główny EKG trójżyłowego kompatybilnego z kardiomonitorem PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY
----	--

na:

3.	Przewód główny EKG trójżyłowego <b>z wtyczką 6</b> , kompatybilnego z kardiomonitorem PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY
----	---

**Pytanie nr 25 dot. Pakietu 57 poz 3**

Dla jakiego rodzaju pacjenta są przeznaczone czujniki: dorosły, dziecko, niemowlęta? Mocowanie

czujnika ma być za pomocą taśmy z klejem typu 3M, czy delikatnej pianki bezklejowej?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 57 poz. 3 zmienia zapis z :

3	Czujniki jednorazowe (jednopacjentowy) Spo2, typ Masimo do monitora GE Healthcare B105 - kompatybilny z przewodem w poz. 2
---	--

na:

3	Czujniki jednorazowe (jednopacjentowy) Spo2 <b>dla niemowląt, mocowanie czujnika za pomocą delikatnej pianki bezklejowej</b> , typ Masimo do monitora GE Healthcare B105 -kompatybilny z przewodem w poz. 2
---	---

**Pytanie nr 26 dot. Pakietu 58 poz 3**

Jaką technologię czujników posiadają urządzenia Zamawiającego: COMEN digital, Nellcor OxiMax, Masimo LNCS, czy Masimo M-LNCS?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 58 poz. 3 zmienia zapis z :

3	czujnik SpO2 wielorazowy typu klips dla dorosłych do kardiomonitorów Comen serii C
---	--

na:

3	czujnik SpO2 wielorazowy typu klips dla dorosłych do kardiomonitorów <b>COMEN analogowy</b> serii C
---	---

**Pytanie nr 27 dot. Pakietu 58 poz 6**

Czy czujniki temperatury mają oporność 10K czy 2.252K?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 58 poz. 6 zmienia zapis z :

6	czujnik temperatury powierzchniowy dla dorosłych wielorazowy do kardiomonitorów Comen serii C
---	---

**na:**

6	czujnik temperatury powierzchniowy dla dorosłych wielorazowy do kardiomonitorów Comen serii C, <b>oporność 10k</b>
---	---

**Pytanie nr 28 dot. Pakietu 1 poz 1**

Czy Zamawiający wymaga czujnika w technologii Masimo SET – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, dzięki eliminacji sygnału z krwi żyłnej

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29 dot. Pakietu 1 poz 2**

Producent kabla w technologii Masimo SET z połączeniem LNCS przewidział kable w dwóch długościach – 305 cm, i 150 cm, czy w związku z tym Zamawiającym będzie wymagał kabla w technologii Masimo SET o powyższych długościach?

Czy Zamawiający będzie wymagał od oferenta autoryzowanego serwisu na terenie Polski?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30 dot. Pakietu 3**

Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający będzie wymagał czujnika w technologii GE Trusignal?

Producent oryginalnych czujników do pulsoksymetrii do monitora Cardiocap firma GE przewiduje czujniki bezpośrednie (łącznie z kablem) o dł. 4 m, czy Zamawiający będzie wymagał takiego czujnika?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 31 dot. Pakietu 34 poz 3**

Czy w związku z tym, że producent czujników Masimo SET firma Masimo Corporation wycofała z produkcji czujniki z połączeniem LNOP, Zamawiający będzie wymagał Czujnik saturacji Masimo, LNCS NeoPt-3 SofTouch ? i RD SET NeoPt, jednopacjentowy dla dzieci poniżej 1kg, nie sterylne, opakowanie a 20 szt. Wykonany bez użycia lateksu naturalnego, podlega rewitalizacji po przetarciu alkoholem, czujnik RD SET NeoPt opakowane folia papier z dodatkowymi elementami zwiększającymi adhezję czujnika, 6 szt. Na czujnik,

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 34 poz. 3 zmienia zapis z :

3.	Czujnik saturacji Masimo, LNOP NeoPt-3 SofTouch i RD SET NeoPt, jednopacjentowy dla dzieci poniżej 1kg, nie sterylny, opakowanie a 20 szt. Wykonany bez użycia lateksu naturalnego, podlega rewitalizacji po przetarciu alkoholem, czujnik RD SET NeoPt opakowane folia papier z dodatkowymi elementami zwiększającymi adhezję czujnika, 6 szt. Na czujnik,
----	---

**na:**

3.	Czujnik saturacji Masimo, LNOP NeoPt-3 SofTouch i RD SET NeoPt, jednopacjentowy dla dzieci poniżej 1kg, nie sterylny, opakowanie a 20 szt. Wykonany bez użycia lateksu naturalnego, podlega rewitalizacji po przetarciu alkoholem, czujnik RD SET NeoPt opakowane folia papier z dodatkowymi elementami zwiększającymi adhezję czujnika, 6 szt. Na czujnik, <b>lub Czujnik saturacji Masimo RD SET NeoPt, jednopacjentowy dla dzieci poniżej 1kg, nie sterylny, opakowanie a 20 szt. Wykonany bez użycia lateksu naturalnego, podlega rewitalizacji po przetarciu alkoholem, czujnik RD SET NeoPt opakowane folia papier z dodatkowymi elementami zwiększającymi adhezję czujnika.</b>
----	--

**Pytanie nr 32 dot. Dotyczy postanowień siwz i wzoru umowy:**

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczanego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność

odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 33 dot. Dotyczy postanowień siwz i wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §2 ust. 4 poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: „Zamawiający oświadcza, że wartość niewykorzystania nie przekroczy 20% wartości umowy.”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 34 dot. Dotyczy postanowień siwz i wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §3 ust. 8 i 9 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 35 dot. Dotyczy postanowień siwz i wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu §3 ust. 9 i 10.

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współzycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 36 dot. Dotyczy postanowień siwz i wzoru umowy:**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust.1 wzoru umowy w następujący sposób: „Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:

- a) w wysokości 8 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- b) w wysokości 1% wartości brutto dostawy w przypadku gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości oraz towary nie posiadające deklarowanych właściwości
- c) w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy realizowanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający postanowił zmienić w treści SIWZ, następujące zapisy:

a) w pkt. 11.2. SIWZ z zapisu:

**Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:**

**Oferta na: „Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-24.20.**

**Pakiet nr .....**

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w **dniu 10.07.2020r.** o godz. 10:30 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Na zapis:

**Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:**

**Oferta na: „Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-24.20.**

**Pakiet nr .....**

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w **dniu 10.07.2020r. o godz. 12:00** i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

b) w pkt. 11.5. SIWZ z zapisu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Biurze Zamówień Publicznych na XI piętrze w pokoju nr 19 i zostanie przeprowadzone poprzez transmisję on-line pod adresem: <https://www.wss2.pl/strona.php?id=31> w dniu 10.07.2020 r., o godzinie 10:30.

Na zapis:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Biurze Zamówień Publicznych na XI piętrze w pokoju nr 19 i zostanie przeprowadzone poprzez transmisję on-line pod adresem: <https://www.wss2.pl/strona.php?id=31> w dniu 10.07.2020 r., o godzinie 12:00.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 1 Akcesoria do kardiomonitora INFINITY DELTA firmy Dräger I w technologii MASIMO - 2) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 2 Mankiety do pomiaru ciśnienia) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 4 Czujniki do pulsoksymetrów 2100 i 2150 firmy DOLPHIN MEDICAL) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 5 Czujniki do pulsoksymetru OXYPLETH - model 520A firmy NOVAMETRIX) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 10 Akcesoria do czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB 190, IPM 12 firmy Biameditek) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 11 Kable EKG 1) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;

- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 22 Sensory tlenowe do aparatury medycznej 3) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 24 Czujniki do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 28 Akcesoria do czujników do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 oraz monitorów PM 8000 i MEC - 1200 firmy MINDRAY) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 29 Kable EKG do kardiomonitorów MEC - 1200 oraz PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
  
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 31 Mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 34 Czujniki do pulsoksymetru - typ MASIMO) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 56 Kable EKG 8) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 57 Akcesoria do kardiomonitora GE Healthcare B105) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 58 Akcesoria do kardiomonitora COMEN SERIA C5) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
  
- SIWZ po zmianach z dnia 07.07.2020r.

Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem