

BZP/38/382-27/15

Jastrzębie-Zdrój, 28.07.2015r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia BZP/38/382-27/15

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 28.07.2015r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1

Z uwagi na znaczny zakres prac adaptacyjnych i budowlanych koniecznych do realizacji zadania, czas realizacji określony dla II etapu całego zadania określony przez Zamawiającego jest praktycznie niemożliwy do spełnienia. Należy mieć na uwadze, iż w terminie wskazanym przez Zamawiającego znajduje się okres świąteczny co dodatkowo skraca czas dostępny dla Wykonawcy. Zwracamy się zatem z prośbą o wydłużenie czasu realizacji II części zadania do min. 16 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2

Realizacja zadania wyznaczonego przez Zamawiającego wymaga uzyskania pozwoleń administracyjnych jak np. odbiorów Sanepidu. Ponieważ Oferent nie ma wpływu na termin uzyskania stosownych pozwoleń administracyjnych (które są narzucone urzędowo) zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na możliwość wydłużenia czasu realizacji zadania dokładnie o czas jaki jest niezbędny na uzyskanie stosownych odbiorów Sanepidu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wszelka dokumentacja serwisowa została dostarczona w wersji elektronicznej (np. na płycie CD)?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Dodaje nowy pkt. nr 256a w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ), który otrzymuje poniższe brzmienie:

256a	Wszelka dokumentacja serwisowa dostarczana w wersji papierowej	Tak	nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
------	----------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza aby w ramach realizacji zadania możliwe było wykonanie tylko szkoleń BHP (bezpiecznej obsługi rezonansu), które nie wymagają uzyskania odbioru pracowni MR przez Sanepid?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5

W ramach realizacji zadania, Oferent zobowiązany jest to wykonania instalacji wentylacyjnej dla pracowni rezonansu magnetycznego. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji czy Zamawiający oczekuje standaryzacji urządzeń wentylacji, czy pozostawia Oferentowi wolną rękę w doborze jednostek oraz dostawcy tych urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji czy Zamawiający dopuści instalację zewnętrznych jednostek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz agregatu wody lodowej na gruncie, bezpośrednio obok budynku pracowni MR.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania klimatyzatorów typu SPLIT w pomieszczeniu sterowni rezonansu, pomieszczeniu technicznym, pomieszczeniu rejestracji oraz pomieszczeniu opisowym?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Rozdziale II Zakres robót ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, Wyszczególnienie pomieszczeń objętych inwestycją w pkt 6) „Pokój opisowy” w Programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) zmienia zapis z:

6) Pokój opisowy

Wymienić wykładzinę podłogową, malowanie pomieszczenia.

Wykonać instalację okablowania sieciowego wraz z zasilaniem i podłączyć do patchpanelu w szafie serwerowej i switcha w istniejącej serwerowni obok Rezonansu Magnetycznego. Zabudować 3 gniazda RJ45 elektryczne „Data” z zasilaniem z przyłącza sieci strukturalnej z serwerowni.. Na jedno gniazdo RJ45 powinny być dwa gniazda elektryczne.

Okablowanie wykonać w kategorii VIA wraz z zasilaniem.

Wyposażenie meblowe:

- a) blat dwustanowiskowy na stelażu metalowym 220x70xh75
- b) szafka z półkami
- c) fotel obrotowy – 2 szt.

który otrzymuje nowe brzmienie:

6) Pokój opisowy

Wymienić wykładzinę podłogową, ściany gładź gipsowa, malowanie pomieszczenia. Zabudować nowe drzwi typu Porta, laminat 0,7. Posadzka wykładzina Tarkett,

W pomieszczeniu zabudować klimatyzator typu SPLIT. Jednostka zewnętrzna na dachu budynku.

Wykonać instalację okablowania sieciowego wraz z zasilaniem i podłączyć do patchpanelu w szafie serwerowej i switcha w istniejącej serwerowni obok Rezonasu Magnetycznego. Zabudować 3 gniazda RJ45 elektryczne „Data” z zasilaniem z przyłącza sieci strukturalnej z serwerowni.. Na jedno gniazdo RJ45 powinny być dwa gniazda elektryczne.

Okablowanie wykonać w kategorii VIA wraz z zasilaniem.

Wyposażenie meblowe:

- a) blat dwustanowiskowy na stelażu metalowym 220x70xh75
- b) szafka z półkami
- c) fotel obrotowy – 2 szt.

Ponadto Zamawiający informuje, iż pozostałe warunki zgodnie z zapisami SIWZ, a mianowicie Zamawiający nie dopuszcza zastosowania klimatyzatora typu SPLIT w pomieszczeniu sterowni (przygotowania pacjenta), oraz w rejestracji, natomiast wymagane jest zainstalowanie klimatyzatora typu SPLIT w pomieszczeniu technicznym 2.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na elewacji budynku szpitalnego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje mocą elektryczną ok. 160kW na potrzeby zasilania nowego rezonansu magnetycznego oraz instalacji wody lodowej, wentylacji i klimatyzacji.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dysponuje mocą elektryczną ok. 160kW na potrzeby zasilania nowego rezonansu magnetycznego oraz instalacji wody lodowej, wentylacji i klimatyzacji.

Pytanie nr 10

W ramach specyfikacji SIWZ Zamawiający wskazuje konieczność instalacji urządzenia UPS do podtrzymania kluczowych elementów systemu MR. Czy Zamawiający potwierdza, iż ma na myśli jednostkę UPS która pozwoli przerwać badanie i bezpiecznie wyłączyć system MR (bez możliwości kontynuacji badań do czasu powrotu docelowego zasilania)?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający zapewni dostęp do istniejącej instalacji ciepłowniczej aby możliwe było zapewnienie odpowiednich parametrów pracy centrali wentylacyjnej? Przewidywany max. pobór ciepła to ok. 35kW.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż zapewni dostęp do istniejącej instalacji ciepłowniczej.

Pytanie nr 12

W przypadku gdy Zamawiający nie zapewni dostępu do ciepła technologicznego, prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację nagrzewnic elektrycznych czy będzie wymagać rozbudowy węzła cieplnego?

Odpowiedź:

Nie dotyczy, patrz odpowiedź do pytania nr 11

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby rura awaryjnego wyrzutu helu została wykonana na elewacji istniejącego budynku szpitalnego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji gazów medycznych w innych pomieszczeniach pracowni rezonansu magnetycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15

Wykonanie nowej instalacji gazów medycznych wymaga dołączenia się do istniejącej instalacji sieci szpitalnej. Po wykonaniu instalacji, konieczne jest wykonanie stosownych prób ciśnieniowych oraz uzyskanie odpowiednich certyfikatów. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby próby ciśnieniowe oraz wymagane certyfikaty dotyczyły tylko części instalacji gazów medycznych wykonanych przez Oferenta czy Zamawiający wymaga stosownych prób i certyfikatów dla całej instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę, aby próby ciśnieniowe oraz wymagane certyfikaty dotyczyły tylko części instalacji gazów medycznych wykonanych przez Oferenta

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza aby ściany w pomieszczeniu badań MR były wykończone płytami MDF (płyty melaminowane, dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach diagnostycznych)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgody na powyższe, należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 17

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji czy Zamawiający wymaga wykonania okna podglądowego z pom. sterowni do pomieszczenia badań o konkretnych wymiarach czy wielkość okna pozostaje w gestii Oferenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wszelkie informacje na temat rozmiarów podane są w załączniku nr 2b - rys. 3 - pomieszczenia rezonansu, koncepcja

Pytanie nr 18

Niektóre modele rezonansów magnetycznych oferowanych na rynku polskim, wymagają instalacji elementów systemowych bezpośrednio przy klatce faradaya (na zewnątrz klatki faradaya). Elementy te nie mogą się znajdować na innej kondygnacji niż rezonans magnetyczny. Konieczne jest zatem wydzielenie małego pomieszczenia przylegającego bezpośrednio do pomieszczenia badań MR. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza inny układ pomieszczeń w ramach nowej pracowni MR w porównaniu do koncepcji zaproponowanej przez Zamawiającego w dokumentacji SIWZ z możliwością wydzielenia niedużego pomieszczenia przylegającego bezpośrednio do pomieszczenia badań MR?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość wydzielenia powierzchni (pomieszczenia) do 3 m2 pod warunkiem, że powierzchnia ta nie będzie wychodziła poza obrys Sali badań i nie naruszy funkcjonalności pracowni.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający będzie wymagał gwarancji serwisu urządzeń klimatyzacyjnych wraz z przeglądami i materiałami eksploatacyjnymi?

Odpowiedź:

Tak wraz z przeglądami i materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do przeglądów, pozostałe zapisy SIWZ Zamawiający podtrzymuje.

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dysponuje wolnym polem w rozdzielni z której będzie zasilany rezonans magnetyczny?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający w ramach wykonania nowej linii zasilającej wymaga modernizacji rozdzielni? Jeśli tak, prosimy o podanie zakresu modernizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga powyższego

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający posiada trasy kablowe, które można wykorzystać do ułożenia linii zasilającej Rezonans Magnetyczny, czy też wymaga budowy nowych tras kablowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nowe trasy kablowe. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23

Prosimy Zamawiającego o podanie przybliżonej odległości od przyszłej pracowni MR do punktu dystrybucyjnego sieci logicznej, który należy wykorzystać do potrzeb infrastruktury urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przybliżona odległość od przyszłej pracowni MR do punktu dystrybucyjnego sieci logicznej wynosi ok. 10 m

Pytanie nr 24

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości wolnych modułów w patchpanel'u oraz switch'u.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada następujące wolne moduły: patchpanel'u 7 modułów, w switch'u 16 modułów.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń aktywnych sieci logicznej, jeśli wymaga prosimy o podanie specyfikacji i ilości tych urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga powyższego

Pytanie nr 26

Czy w remontowanych pomieszczeniach Zamawiający posiada instalację SAP (System Alarmu Pożarowego)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada w/w instalacji

Pytanie nr 27

Czy i w jakim zakresie Zamawiający przewiduje rozbudowę/budowę instalacji SAP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nową instalację ppoż. dla pomieszczeń rezonansu i wentylatorowni łącznie z czujkami ppoż. Instalację poprzez centralkę przyłączyć do istniejącej centrali ppoż. typ Polon 4900, system Polon 4000 znajdującej się w piwnicy w Dyspozytorni – zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 28

Jeśli Zamawiający planuje rozbudowę instalacji SAP, prosimy o podanie typu centrali SAP oraz o udostępnienie informacji czy Zamawiający posiada wolne adresy w centrali SAP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż typ centrali SAP to Polon 4900. Ponadto Zamawiający informuje, że posiada wolne adresy w centrali SAP.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia UPS do podtrzymania komputerów. Jeśli tak prosimy o podanie wymagań co do tego urządzenia?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wymaga zainstalowania intercomu tylko w pomieszczeniu badań MR czy również w innych pomieszczeniach? Jeśli tak prosimy o udzielenie informacji pomiędzy którymi pomieszczeniami oraz wymaganego trybu pracy intercomu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zainstalowanie intercomu należy wykonać w pomieszczeniu badań i sterowni, zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wymaga zainstalowanie Systemu Kontroli Dostępu? Jeśli tak prosimy o podanie ilości par drzwi, które system ma obsługiwać.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy w/w system tylko do wejścia Zakładu Diagnostyki Obrazowej, jedna para drzwi zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki rezonansu i zapewnienia jak najszybszego czasu reakcji serwisu? Wymagane parametry łącza internetowego: w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej na routerze Oferenta - stały adres IP, prędkość łącza minimum 2 Mbit/s. W przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej na routerze Zamawiającego – uruchomiony zostanie tunel VPN typu IPSec."

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pozycji 253 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

253	Zdalna diagnostyka serwisowa urządzenia przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe.	Tak
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----

który otrzymuje nowe brzmienie:

253	Zdalna diagnostyka serwisowa urządzenia przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe. <i>UWAGA - Zamawiający informuje, iż zapewni łącze internetowe 24 godziny na dobę do zdalnego sterowania, posiada router do połączenia Spiec Site to Site oraz posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera dostarczonego przez Wykonawcę.</i>	Tak
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe 24 godziny na dobę w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki?

Odpowiedź:

Patrz na odpowiedź do pytania nr 32

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający potwierdza iż wymagany okres gwarancji dotyczy całego zakresu zadania (systemu MR, wszystkich dodatkowych akcesoriów oraz prac adaptacyjnych)?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający będzie wymagał gwarancji serwisu urządzeń klimatyzacyjnych wraz z przeglądami i materiałami eksploatacyjnymi?

Odpowiedź:

Patrz na odpowiedź do pytania nr 19

Pytanie nr 36

W dokumentacji SIZW Zamawiający wymaga instalacji dwóch agregatów wody lodowej na potrzeby podtrzymania chłodzenia cewki rezonansu. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż niektóre modele rezonansów magnetycznych wykorzystują instalację wody lodowej do chłodzenia nie tylko cewki rezonansu ale również m.in. szaf modułów sterujących znajdujących się w pomieszczeniu technicznym. Zwracamy się zatem z prośbą o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dodatkowego agregatu wody lodowej do podtrzymania chłodzenia wyłącznie cewki rezonansu (bez możliwości kontynuowania badań), czy też agregatu umożliwiającego chłodzenie całego systemu MR (z możliwością kontynuacji badań)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje dodatkowego agregatu wody lodowej systemu MR (z możliwością kontynuacji badań)

Pytanie nr 37

§ 13 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy - Zastrzeżenie kary umownej powinno odnosić się tylko do określonych, zindywidualizowanych postaci nienależytego wykonania umowy. Naszym zdaniem zawarcie w umowie ogólnej klauzuli "nienależytego wykonania umowy" definiuje zbyt szeroko zbiór przypadków, który umożliwiłby naliczenie wysokiej, 15%-owej, kary umownej, w rezultacie prowadząc do naruszenia równowagi stron. W interesie obu stron leży prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, a zastrzeżenie kar umownych ma na celu służyć dyscyplinowaniu Wykonawcy, a nie wzbogacenie Zamawiającego. Pozostałe zapisy w sposób wystarczający chronią

interes Zamawiającego. W związku z tym prosimy o usunięcie §13 ust. 1 pkt 4 lub ewentualnie o jego modyfikację i nałożenie na Zamawiającego obowiązku wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia, przed naliczeniem kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 38

Zamawiający w punkcie 8 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 wymaga, aby zaoferowany system MR posiadał system redukcji hałasu zrealizowany poprzez rozwiązania sprzętowe oraz softwareowe. Systemy redukcji hałasu są znane od wielu lat i powszechnie stosowane przez wszystkich producentów aparatów MR (patrz: ART-Acoustic Reduction Technology, Quiet Mode, Whisper Mode, (Auto) Softone, Pianissimo (Plus)). Są to systemy oparte o sekwencje ze zoptymalizowaną pracą cewek gradientowych i/lub wykorzystujące zmianę parametrów sekwencji i są one już na tyle powszechne, że właściwie są stosowane jako standardowe. Rozwiązanie wykraczające poza taki system redukcji hałasu umożliwia praktycznie bezgłośne obrazowanie. Głośność takiego obrazowania niewiele różni się od poziomu tła. Naszym zdaniem właśnie takie rozwiązanie warto byłoby premiować przyznawaniem dodatkowych punktów, gdyż stanowi znaczący skok technologiczny w porównaniu do stosowanych obecnie powszechnie innych rozwiązań.

Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę?:

Lp.	Nazwa parametru	Parametry graniczne wymagane	Liczba punktów przyznanych za parametry techniczne	Parametry oferowane
8.a	Rozwiązanie redukujące hałas pracy systemu MR podczas akwizycji do poziomu maksymalnie 3dB wyższym niż poziom tła, umożliwiające obrazowanie z czasem TE=0ms, możliwe do zastosowania co najmniej w obrazowaniu T1, oraz przy akwizycji wykorzystującej co najmniej zaoferowaną wielokanałową cewkę do głowy i szyi oraz przynajmniej jedną wielokanałową cewkę do badań stawów.	Tak/Nie Jeśli tak, podać nazwę rozwiązania	Tak - 15 pkt, Nie - 0 pkt.	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39

Zamawiający w punktach 11.a-f. Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 stawia wymagania dotyczące homogeniczności wytwarzanego

przez magnes pola magnetycznego oraz zamierza premiować przyznaniem dodatkowych punktów wartości najlepsze. Świadczy to o szczególnej ważności homogeniczności pola magnetycznego dla Zamawiającego. Ponadto w punkcie 138 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 Zamawiający wymaga jak największego pola widzenia FOV. Naszym zdaniem właściwym byłoby także wymaganie, lub co najmniej przyznanie punktów za jak najlepszą homogeniczność pola magnetycznego dla dużych średnic (de facto dużego FOV), przykładowo dla 50 cm x 50 cm x 50 cm. Utrzymanie wysokiej homogeniczności pola magnetycznego jest technicznie dość trudna, a ma olbrzymi wpływ na jakość obrazowania (bez artefaktów) czy też na możliwość obrazowania w ogóle (np. podczas badań spektroskopowych).

Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę:

Lp.	Nazwa parametru	Parametry graniczne wymagane	Liczba punktów przyznanych za parametry techniczne	Parametry oferowane
11.e	Homogeniczność pola w kuli (wartość typowa w [ppm] mierzona dla kuli metodą Volume-Root-Mean-Square (VRMS), dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacji technicznej produktu, o średnicy 50 cm \leq 3,3 ppm	Tak/Nie Jeśli tak, podać wartość	Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt.	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 40

Zamawiający w punkcie 22 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 zamierza premiować „Dynamikę sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF”. Takie postępowanie nie jest właściwe, gdyż dokonuje niewłaściwego premiowania. Niewłaściwość ta polega na tym, że premiowany jest tylko jeden z kilku komponentów toru odbiorczego. Może się zdarzyć, że system odbiorczy o dużej wartości dynamiki sygnału ale o małym zakresie przenoszenia (tzw. receive bandwidth) w efekcie przetwarza sygnał odebrany z pacjenta w sposób gorszy, niż system o odpowiednio szerokim paśmie przenoszenia a o nieznacznie mniejszej dynamice. Chcąc dokonywać oceny punktowej systemu odbiorczego należałoby oprócz premiowania dynamiki odbiornika dokonać premiowania również jego pasma przenoszenia, przykładowo o wartości co najmniej 1000 kHz (dość wspomnieć, że pojawiają się opinie jednego z producentów systemów rezonansowych mówiące, że tylko 3000 kHz jest celowe i warte rozważania).

Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę:

Lp.	Nazwa parametru	Parametry graniczne wymagane	Liczba punktów przyznanych za parametry techniczne	Parametry oferowane

22.a	Pasmo przenoszenia odbiornika	Podać [kHz]	Wartość największa 2 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	
------	-------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------	--

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 41

Zamawiający w punktach 38 - 41 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 zamieszcza wymagania dotyczące Pozycjonowania i nadzoru pacjenta. Bardzo ważnym elementem badania pacjentów jest możliwość wykonania każdego badania (także i badań głowy) w pozycji „head first” lub „feet first”. W przypadku badań cewką do głowy, przekłada się to na możliwość wykonywania badań głowy z cewką zamontowaną na każdym z dwóch końców stołu pacjenta.

Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę:

Lp.	Nazwa parametru	Parametry graniczne wymagane	Liczba punktów przyznanych za parametry techniczne	Parametry oferowane
41.a	Wykonywanie każdego typu badań (w tym także i badań głowy – zaoferowaną cewką wielokanałową do badań głowy umieszczaną po obu stronach stołu) w pozycji „head first” lub „feet first”.	Tak/Nie	Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt.	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 42

Zamawiający w punktach 54 - 62 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 zamieszcza wymagania dotyczące badań dyfuzyjnych. Nowe rozwiązania wprowadzone w obrazowaniu m.in. dyfuzyjnym pozwalają na akwizycje z tzw. efektem lupy – tj. zastosowanie specjalnego „powiększenia” umożliwiającego zastosowanie wysokiej matrycy akwizycyjnej na wycinku badanej anatomii. Obrazowanie z wykorzystaniem takiej akwizycji znakomicie przyczynia się do zwiększenia jakości obrazowania i pewności diagnozy, wszędzie tam, gdzie wykonuje się badania dyfuzyjne (szczególnie w zakresie onkologii).

Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę:

Lp.	Nazwa parametru	Parametry graniczne wymagane	Liczba punktów przyznanych za parametry techniczne	Parametry oferowane

55.a	DWI w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV bez artefaktów typu folding, możliwe dzięki technologii selektywnego pobudzenia fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta).	Tak/Nie Jeśli tak, podać nazwę rozwiązania	Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt.	
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------	--

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 43

Zamawiający w punkcie 72 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 wymaga zaoferowania bezkontrastowej perfuzji mózgu (Arterial Spin Labeling i odpowiednio do nomenklatury producenta) z prezentacją map barwnych. Jednakże Zamawiający nie określił czy zaoferowana ma być sekwencja 2D (łatwiejsza do uzyskania, ale posiadająca znaczne ograniczenia m.in. w zakresie rozdzielczości przestrzennej) czy też 3D (bardziej wymagająca technicznie, ale za to bez wad 2D). ASL działająca w oparciu o akwizycję wolumetryczną 3D wykorzystującą zmienny kąt odchylenia wektora magnetyzacji (flip angle) pozwala jednocześnie na uzyskanie większej rozdzielczości oraz większego SNR na wynikowym obrazie.

Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę:

Lp.	Nazwa parametru	Parametry graniczne wymagane	Liczba punktów przyznanych za parametry techniczne	Parametry oferowane
72.a	Perfuzja bezkontrastowa ASL (Arterial Spin Labeling) z wykorzystaniem sekwencji FSE oparta o akwizycję 3D	Tak/Nie	Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt.	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 44

Zamawiający w punkcie 72 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 wymaga zaoferowania bezkontrastowej perfuzji mózgu (Arterial Spin Labeling i odpowiednio do nomenklatury producenta) z prezentacją map barwnych. Według nas, niezmiernie istotnym dla Zamawiającego byłaby możliwość, uzyskania na bazie perfuzji bezkontrastowej, informacji o parametrach liczbowych (np. CBF) przepływu, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku perfuzji w wykorzystaniem środka kontrastującego, gdzie możliwe są do uzyskanie takie informacje jak właśnie CBF, CBV, itp.

Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę:

Lp.	Nazwa parametru	Parametry graniczne wymagane	Liczba punktów przyznanych za parametry techniczne	Parametry oferowane
72.b	Perfuzja bezkontrastowa ASL (Arterial Spin Labeling) z wykorzystaniem sekwencji FSE umożliwiające uzyskanie liczbowych parametrów przepływów, min. np. CBF wraz z możliwością opracowania badania na konsoli operatorskiej	Tak/Nie	Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt.	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 45

Zamawiający w punkcie 204 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 wymaga zaoferowania oprogramowania do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole body imaging) w jeden obraz całego pacjenta funkcjonujące w sposób automatyczny (Inlinecomposing lub odpowiednio do nomenklatury producenta).

Czy Zamawiający zaakceptuje brak zaoferowania takiej funkcjonalności na Serwerze dystrybuującym aplikacje kliniczne/stacjach lekarskich, jeżeli funkcjonalność ta będzie zaoferowana na konsoli operatorskiej? Alternatywnie wnosimy o zmianę charakteru tego punktu z punktu/parametru wymaganego na podlegający ocenie.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pozycji 204 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

204	Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole body imaging) w jeden obraz całego pacjenta funkcjonujące w sposób automatyczny (Inlinecomposing lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

204	Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole body imaging) w jeden obraz całego pacjenta funkcjonujące w sposób automatyczny (Inlinecomposing lub odpowiednio do nomenklatury producenta) <i>lub</i> <i>Urządzenie, w którym oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole body imaging) w jeden całego pacjenta funkcjonujące w sposób automatyczny realizowane jest na konsoli</i>	tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

	operatorskiej, a połączone w poszczególne obrazy jest automatycznie, bez ingerencji użytkownika na konsolach diagnostycznych.		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Pytanie nr 46

§11 ust. 2.1) wzoru umowy oraz pkt 6.2. 1) SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie tego zapisu w sposób następujący: bieg terminu gwarancji i rękojmi na rezonans magnetyczny rozpoczyna się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru rezonansu magnetycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 47

§11 ust. 2.2) wzoru umowy oraz pkt 6.2.3) SIWZ

Gwarancja na hel naszym zdaniem powinna obowiązywać tylko w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie tego zapisu w sposób następujący: *Gwarancja na nieodpłatne uzupełnianie helu nie obowiązuje w przypadku zaniedbania obsługi kompresora, niewłaściwego użytkowania rezonansu magnetycznego, brak napięcia czy zanik mediów. Warunkiem gwarancji na hel jest istnienie działającego i poprawnie skonfigurowanego łącza internetowego do monitorowania magnesu*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 48

§11 ust. 2.7) wzoru umowy oraz pkt 6.2.8) SIWZ

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 5 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w §11 ust. 2. pkt. 7 lit. d) wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ) zmienia zapis z:

dokonania naprawy wymagającej części zamiennych ≤ 5 dni od otrzymania na piśmie bądź faksem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego aparatu, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

który otrzymuje nowe brzmienie:

dokonania naprawy wymagającej części zamiennych ≤ 5 dni roboczych *lub ≤ 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE* od otrzymania na piśmie bądź faksem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego aparatu, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

oraz w pkt 6.2.8) lit. d) SIWZ zmienia zapis z:

dokonania naprawy wymagającej części zmiennych ≤ 5 dni roboczych od otrzymania na piśmie bądź faksem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego aparatu, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

który otrzymuje nowe brzmienie:

dokonania naprawy wymagającej części zmiennych ≤ 5 dni roboczych *lub* ≤ 7 dni roboczych *w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE* od otrzymania na piśmie bądź faksem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego aparatu, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Pytanie nr 49

§11 ust. 2.8) wzoru umowy oraz pkt 6.2.9) SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z tego zapisu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 50

§11 ust. 2.10) wzoru umowy oraz pkt 6.2.10) SIWZ

Naprawy urządzenia, będącego przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowości naprawy wykonanej przez serwis nieautoryzowany. W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się następującą modyfikacją tego zapisu:
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w pkt.7 (w SIWZ odpowiednio w punkcie 8) Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu autoryzowanemu przez producenta serwisowi na koszt Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 51

§11 ust. 2.11) wzoru umowy oraz pkt 6.2.12) SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie tego zapisu:

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu będącego częścią zamienną na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek i wad tego samego podzespołu i tego samego rodzaju.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 52

§11 ust. 2.14) wzoru umowy oraz pkt 6.2.15) SIWZ

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony zostanie tunel VPN typu IPSec

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w §11 ust. 2. pkt. 13 wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ) zmienia zapis z:

Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe. *W celu umożliwienia zdalnej diagnostyki Zamawiający zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:*

- *w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,*
- *w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony zostanie tunel VPN typu Spiec.*

oraz w pkt 6.2.14) SIWZ zmienia zapis z:

Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe;

który otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe. *W celu umożliwienia zdalnej diagnostyki Zamawiający zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:*

- *w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,*
- *w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony zostanie tunel VPN typu Spiec.*

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do treści umowy wprowadzić zapis dotyczący gwarancji, który w przejrzysty sposób chroniłby interes zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy? Propozycja takiego zapisu podyktowana jest przez fakt, iż gwarancja na rezonans magnetyczny obowiązywać ma przez 5 lat.

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych (z wyłączeniem głowicy). Gwarancja nie obejmuje defektów lub osłabień działania (włączając niedopasowanie do opisu produktu bądź jego specyfikacji), które są całkowicie lub częściowo spowodowane:

- *niewłaściwym przechowywaniem lub transportem produktu przez Kupującego, osoby przez niego zatrudnione lub inne osoby działające na rzecz Kupującego,*
- *nie przygotowanie przez Kupującego miejsca, nie zapewnienie dostaw prądu lub nie zabezpieczenie warunków działania wymienionych w odpowiednich instrukcjach lub przedstawionych przez Sprzedawcę lub producenta,*
- *nie posiadanie któregoś z produktów, podzespołów lub akcesoriów zalecanych przez Sprzedawcę lub producenta, a pominiętych na polecenie Kupującego,*
- *warunkami, specyfikacjami, instrukcjami wydanymi przez Kupującego, jego pracowników inne osoby działające na rzecz Kupującego,*
- *zmianami w produkcie wprowadzone przez osoby inne niż Sprzedawca,*
- *łączeniem produktu Sprzedawcy z innymi produktami,*
- *łączeniem niekompatybilnych produktów Sprzedawcy,*
- *niewłaściwym bądź niezgodnym z instrukcją użytkowaniem produktu, niewłaściwą obsługą produktu, nie wykonaniem instrukcji i zaleceń Sprzedawcy lub producenta lub użytkowaniem sprzętu niezgodnym z jego przeznaczeniem,*
- *uszkodzeń sprzętu spowodowanych korzystaniem przez Kupującego z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,*

- zaistnieniem siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Sprzedającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 54

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych- pkt 255

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą modyfikację tego zapisu:

Wykonawca nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji protokolarnie przekaze niezbędne kody, loginy i hasła oraz inne niezbędne informacje do rezonansu magnetycznego umożliwiające świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym firmom serwisowym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 55

Dot.: SIWZ pkt. 6.2 pkt 3, Załącznika nr 1 do SIWZ, Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, pkt 242 oraz Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2 pkt 6.

Prosimy o potwierdzenie, że w w/w miejscach SIWZ wraz z załącznikami Zamawiający wymaga uzupełnienia helu do poziomu operacyjnego rekomendowanego przez producenta rezonansu magnetycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1. w SIWZ pkt. 6.2 pkt 3 zmienia zapis z:

Gwarancja obejmuje również nieodpłatne uzupełnianie helu w magnecie z ostatnim uzupełnieniem helu w końcowym miesiącu gwarancji;

który otrzymuje nowe brzmienie:

Gwarancja obejmuje również nieodpłatne uzupełnianie helu w magnecie do poziomu operacyjnego rekomendowanego przez producenta rezonansu magnetycznego z ostatnim uzupełnieniem helu w końcowym miesiącu gwarancji;

2. w pozycji 2 w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

242	Uzupełnienie helu w magnecie w ostatnim miesiącu gwarancji do wymaganego przez producenta maksymalnego poziomu	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

242	<i>Uzupełnianie helu w magnecie do poziomu operacyjnego rekomendowanego przez producenta rezonansu magnetycznego z ostatnim uzupełnieniem helu w końcowym miesiącu gwarancji</i>	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

3. w §11 ust.2 pkt 6 wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ) zmienia zapis z:

Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z ewentualną wymianą części zamiennych, które na dzień przeglądu uległy awarii / uszkodzeniu konserwacją urządzenia, przez wyspecjalizowany autoryzowany serwis wykonawcy powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji, co najmniej na 15 dni przed jej zakończeniem;

który otrzymuje nowe brzmienie:

Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z ewentualną wymianą części zamiennych, oraz uzupełnienie helu w magnesie do poziomu operacyjnego rekomendowanego przez producenta rezonansu magnetycznego, które na dzień przeglądu uległy awarii / uszkodzeniu konserwacją urządzenia, przez wyspecjalizowany autoryzowany serwis wykonawcy powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji, co najmniej na 15 dni przed jej zakończeniem;

Pytanie nr 56

Dot.: SIWZ pkt. 6.2 pkt 9 oraz Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2 pkt 8

Ze względu na rodzaj urządzenia będącego przedmiotem zamówienia dostarczenie rezonansu magnetycznego jako urządzenia zamiennego jest praktycznie niemożliwe.

Prosimy o potwierdzenie, że zapisy w w/w miejscach SIWZ wraz z załącznikami oznaczają wymóg dostarczenia w opisaney sytuacji nie całego urządzenia lecz jego podzespołu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 57

Dot.: SIWZ pkt. 6.2 pkt 10 oraz Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2 pkt 9

Prosimy o wyłączenie możliwości żądania od Wykonawców pokrycia kosztów przestoju oraz utraconych korzyści przez Zamawiającego, zgodnie z powszechnie stosowaną przez Zamawiających w postępowaniach o zamówienie publiczne zasadą ograniczania odpowiedzialności Wykonawców lub alternatywnie do ograniczenia rekompensat z tego tytułu w trakcie gwarancji do kwoty 1% wartości umowy netto.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 58

Dot.: SIWZ pkt. 6.2 pkt 10 oraz Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2 pkt 16

Wnosimy o zmianę zapisów w w/w miejscach SIWZ na następujący:

„W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą następstwem nieprawidłowego użytkowania, Zamawiający może przekazać aparat/aparaty do oceny niezależnemu podmiotowi, którego wybór został uzgodniony z Wykonawcą, bez utraty gwarancji. W przypadku, gdy wynik ekspertyzy będzie negatywny dla Wykonawcy, Wykonawca poniesie koszt ekspertyzy; jeśli wynik ekspertyzy będzie pozytywny dla Wykonawcy, jej koszt ponosi Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 59

Dot.: Załącznika nr 1 do SIWZ, Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, pkt 171

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany serwer obsługiwał jednocześnie min. 5 stanowisk, w tym minimum 4 korzystające z aplikacji klinicznych.

Do prawidłowej pracy takiego systemu niezbędne jest, aby serwer umożliwiał załadowanie i przetwarzanie łącznie odpowiedniej ilości warstw oraz posiadał odpowiednią pojemność pamięci RAM.

Bazując na doświadczeniach z wdrożeń analogicznych systemów konsol diagnostycznych stwierdzamy, iż:

- 2 użytkowników opisujących porównawcze badania onkologiczne, składające się z badania bieżącego i 3 badań poprzednich, każde o rozmiarze 2 000 warstw, generuje łącznie 16 000 warstw,
- 2 użytkowników opisujących zaawansowane badania MR typu traktografia, perfuzja, każde o rozmiarze 3000 warstw, generuje łącznie 6 000 warstw

- 1 użytkownik opisujący duże złożone badanie MR, generuje 10 000 warstw

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając 20 % rezerwy dla przyszłych zastosowań należy liczyć się z koniecznością załadowania i przetwarzania przez serwer jednocześnie łącznie około 38 000 warstw.

Minimalna ilość pamięci RAM serwera do obsługi takiej ilości i rozmiaru badań to 120 GB.

Dlatego też w dobrze pojętym interesie Zamawiającego wnosimy o dodanie w pkt. 171 załącznika nr 1 do SIWZ wymagań dotyczących serwera:

- możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 38 000 warstw
- pamięć RAM min. 120 GB

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 60

Dot.: Załącznika nr 1 do SIWZ, Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, pkt 172

Zamawiający wymaga w w/w punkcie jednoczesowego dostępu do wszystkich aplikacji klinicznych ze wszystkich (minimum 4) stanowisk pracy bez spowolnienia pracy i ograniczeń.

Aplikacje opisane przez Zamawiającego w punktach 199 - 202, 204 - 206 oraz 210 - 212 są rzadziej wykorzystywane w badaniach MR i w praktyce nie zachodzi konieczność jednoczesowego opracowywania tego typu badań aż na 4 konsolach.

Poszczególne pływające licencje takiego oprogramowania są w stanie zaspokoić rzeczywiste zapotrzebowanie diagnostyczne pozwalając jednocześnie zredukować zbędne koszty zakupu sprzętu.

Wnosimy o rozważenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia w każdym z punktów 199 - 202, 204 - 206 oraz 210 - 212 załącznika nr 1 do SIWZ wymaganej ilości licencji umożliwiających jednoczesowy dostęp do poszczególnego oprogramowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 61

Dot.: Załącznika nr 1 do SIWZ, Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, pkt 204

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, w którym oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole body imaging) w jeden obraz całego pacjenta funkcjonujące w sposób automatyczny realizowane jest na konsoli operatorskiej, a połączone poszczególne obrazy są automatycznie, bez ingerencji użytkownika dostępne na konsolach diagnostycznych.

Odpowiedź:

Patrz na odpowiedź do pytania nr 45

Pytanie nr 62

Dot.: Załącznika nr 2 do SIWZ, Program funkcjonalno-użytkowy, Rozdział II. Zakres robót ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, Prace przygotowawcze

Zamawiający wymaga demontażu aparatu rtg znajdującego się w pomieszczeniu.

Prosimy o podanie czy po tym demontażu aparat rtg będzie przeznaczony do ponownego montażu, czy też do utylizacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Rozdziale II Zakres robót ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, Prace przygotowawcze w Programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) zmienia zapis z:

Prace przygotowawcze (demontaże i prace rozbiórkowe)

Demontaż znajdującego się w pomieszczeniu aparatu rtg. Wyburzenia ścian wykonać zgodnie z koncepcją architektoniczną. Roboty rozbiórkowe obejmują m. In. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, skucie tynków, posadzek, zerwanie wykładzin PCV, płytek ceramicznych, zbędnych instalacji wod-kan, wentylacyjnych, elektrycznych.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Prace przygotowawcze (demontaże i prace rozbiórkowe)

Demontaż znajdującego się w pomieszczeniu aparatu rtg. Przetransportowanie aparatu do miejsca w Szpitalu wyznaczonego przez Zamawiającego, zdemontowany aparat przeznaczony będzie do utylizacji. Wyburzenia ścian wykonać zgodnie z koncepcją architektoniczną. Roboty rozbiórkowe obejmują m. In. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, skucie tynków, posadzek, zerwanie wykładzin PCV, płytek ceramicznych, zbędnych instalacji wod-kan, wentylacyjnych, elektrycznych.

Pytanie nr 63

Dot.: Załącznika nr 2 do SIWZ, Program funkcjonalno-użytkowy, Rozdział II. Zakres robót ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, Prace przygotowawcze
Prosimy o podanie co wykonawca ma zrobić ze zdemontowanym aparatem rtg.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pytania nr 62

Pytanie nr 64

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §6 ust.2

Prosimy o usunięcie końcowego terminu obowiązywania umowy, gdyż zobowiązania umowne, chociażby z tytułu gwarancji i rękojmi, uzasadniają przekonanie, że umowa obowiązuje również po dacie 15.03.2016

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w § 6 ust. 2. wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ) zmienia zapis z:

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania, t.j. od r. do 15 marca 2016 r.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania, t.j. od r. do 15 marca 2016 r. z zastrzeżeniem §11.

Pytanie nr 65

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §10 ust.4 i ust. 7

Prosimy o maksymalne skrócenie (np. do 5 dni) terminów akceptacji umowy przez Zamawiającego, gdyż okres przeznaczony przez Zamawiającego do akceptacji umowy jednocześnie skraca okres możliwości realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 66

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §10 ust.11

Prosimy o maksymalne zmniejszenie kary umownej z tytułów wskazanych w ust. 11.

Zwracamy uwagę, że kara jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do niewłaściwego zachowania Wykonawcy, do „przewinienia” Wykonawcy, szczególnie że interesy Zamawiającego są w każdym z ww. przypadków zabezpieczone tj. wynagrodzenie Wykonawcy jest wstrzymane zgodnie z par. 7 ust. 8 do czasu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę, a

jednocześnie, nawet za podwykonawców, których umowy nie zostały przedłożone do akceptacji Zamawiającego, Wykonawca w pełni odpowiada na mocy §10 ust. 2.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 67

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2 pkt 10

Celem doprecyzowania zapisów umowy wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu następującego zwrotu:

„po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 68

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2 pkt 12

Prosimy o zastąpienie w w/w ustępie słowa „gwarantuje” wyrazem „zapewni”. Słowo „gwarantuje” sugeruje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, podczas gdy normą wynikającą z kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność oparta na zasadzie winy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 69

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2

Prosimy o uzupełnienie treści §11 ust.2 umowy o punkt 18 o poniższym brzmieniu:

„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”
i potwierdzenie, że Strony poprzez to uzupełnienie w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 70

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2

Celem doprecyzowania warunków gwarancji wnosimy o dodanie w §11 ust.2 umowy punktu 19 o poniższym brzmieniu:

„Każda naprawa w ramach gwarancji powoduje jej przedłużenie o okres niesprawności urządzenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 71

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.6

Celem doprecyzowania terminu usuwania wad w ramach gwarancji i rękojmi wnosimy o zmianę brzmienia w/w ustępu na poniższe:

„Zgłoszone przez inspektora nadzoru wady powinny być w terminie ustalonym przez strony umowy, odpowiednim dla konieczności usunięcia danej wady, nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych, usunięte przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru poświadczą usunięcie wad protokołem.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 72

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.7

Celem doprecyzowania zapisów umowy wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu następującego zwrotu:

„po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 73

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §13 ust.1 pkt 1 oraz pkt 2

Podstawą naliczania kary umownej powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Ponadto mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu, prosimy o następującą zmianę zapisów punktu 1 i 2 w/w/ ustępu:

- „1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umowy netto za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto
- 2) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umowy netto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 74

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §13 ust.1 pkt 3

Wnosimy o zmianę zapisu w/w punktu na następujący:

„odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umowy netto,”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 75

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §13 ust.1 pkt 4

Prosimy o doprecyzowanie, że kara umowna w wysokości 15% przysługuje Zamawiającemu wyłącznie w przypadku niewykonania umowy, a tym samym usunięcie odniesienie do kary za

nienależyte Wykonanie umowy. Taki zapis jak zaproponowany przez Zamawiającego rodzi po stronie wykonawców ryzyko, że Zamawiający będzie obciążał za każde najdrobniejsze przewinienie Wykonawcy sprzeczne z zapisami umowy, np. nieprzekazanie dokumentacji powykonawczej w formie oprawionych teczek, karą 15% wynagrodzenia umownego, pobierając ją dodatkowo z wniesionego zabezpieczenia, na co Wykonawca nie będzie miał wpływu. Przypadki penalizacji karą umowną zachowań Wykonawcy istotnych dla Zamawiającego zostały w treści umowy wyraźnie wskazane, w związku z czym brak jest potrzeby określania w sposób generalny kary umownej 15% za "nienależyte wykonanie umowy".

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 76

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §13 ust.1 pkt 5

Wnosimy o zmianę zapisu w/w punktu na następujący:

„za niespełnienie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 18 w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 77

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §13 ust.2

Coraz szerzej stosowana jest międzynarodowa praktyka, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Dlatego też wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu poniższego wyrażenia:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 78

Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §15 ust.1 pkt 1

Prosimy o zmianę w w/w ustępie słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.

Ponadto wnosimy o dodanie na końcu w/w punktu wyrażenia:

„Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 79

Dotyczy: SIWZ pkt 9.7 w zakresie wymaganych dokumentów

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczeń Producenta na potwierdzenie wymaganych parametrów sprzętu medycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Rozdziale 9. pkt. 9.7. ppkt. 1) SIW zmienia zapis z:

„szczegółowy opis oferowanego urządzenia (katalogi, ulotki informacyjne, broszury, foldery, itp.) z danymi technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającymi spełnienie wymagań techniczno-użytkowych stawianych przez Zamawiającego”

który otrzymuje nowe brzmienie:

„szczegółowy opis oferowanego urządzenia (katalogi, ulotki informacyjne, broszury, foldery, oświadczenia Producenta na potwierdzenie wymaganych parametrów sprzętu medycznego, itp.) z danymi technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającymi spełnienie wymagań techniczno-użytkowych stawianych przez Zamawiającego”

Pytanie nr 80

Dotyczy Załącznik Nr 1 pkt. 20 „ Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu”

Czy Zamawiający wprowadzi ocenę punktową za zaoferowanie systemu wyposażonego w cewki cyfrowe (posiadające wbudowany przetwornik ADC) tj. takiego, w którym transmisja sygnału MR odbywa się w technologii optycznej (światłowodem) od cewki do rekonstruktora w pomieszczeniu technicznym, na zasadzie zaproponowanej poniżej:

20a	W pełny cyfrowy system MR posiadający cewki z wbudowanymi przetwornikami ADC (analogowo-cyfrowymi) i wyjściami cyfrowymi-optycznymi bezpośrednio z cewek RF i cyfrowymi gniazdami cewek z wejściem optycznym (technologia DSTREAM lub równoważna)	Tak/Nie	Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt.
20b	Cewki cyfrowe z wbudowanym przetwornikiem ADC i wyjściem optycznym sygnału RF	Podać ilość cewek cyfrowych i ich nazwy	5 pkt. za każdą cewkę cyfrową

Takie rozwiązanie jest gwarancją:

- najwyższej jakości obrazowania (ze względu na brak strat i zakłóceń wynikających z przesyłu sygnałów analogowych),
- mniejszej awaryjności cewek ze względu na prostą i zwartą budowę wtyków (brak pinów analogowych zastąpionych połączeniami optycznymi),
- lżejszej i mniejszej konstrukcji cewek, poprawiającej komfort pracy obsługi MR i pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 81

Dotyczy Załącznik Nr 1 pkt. 26,: „Wielokanałowa cewka do badania głowy, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badania obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) Otwarta konstrukcja cewki umożliwiająca wykonywanie badań bez zasłaniania twarzy pacjenta”

oraz pkt 27 “Wielokanałowa cewka (typu array) do głowy i szyi (neuro-vascular) (lub kombinacja cewki do głowy z cewką do szyi) do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturą producenta inna niż w pkt 26”

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem Zamawiający będzie oceniał ilość elementów oferowanych cewek, a nie układów cewek wspieranych cewkami do badania kręgosłupa i/lub tułowia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 82

Dotyczy Załącznik Nr 1 pkt. Punkt 33 „ Dedykowana wielokanałowa nadawczo-odbiorcza cewka sztywna do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta)”

W celu umożliwienia naszej firmie złożenia ważnej oferty w postępowaniu przetargowym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 8 lub 16 kanałowej cewki odbiorczej do badania stawu kolanowego? Obecny zapis SIWZ uniemożliwia nam złożenie oferty w postępowaniu.

Proponujemy zapis:

33	Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta)	≥ 8 kanałów odbiorczych	Wartość największa 2 pkt, graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pozycji 33 w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

33	Dedykowana wielokanałowa nadawczo-odbiorcza cewka sztywna do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta)	≥8 kanałów odbiorczych	Wartość największa 2 pkt, graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

33	Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta)	≥8 kanałów odbiorczych	Wartość największa 2 pkt, graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--

Pytanie nr 83

Pytanie 5: Dotyczy Załącznik Nr 1 pkt. Punkt 138 „ Max FOV (w osi x, y, z)”

Czy Zamawiający wprowadzi ocenę punktową za zaoferowanie systemu o największym polu widzenia (FOV) na zasadzie:

- w osiach X, Y - wartość największa 5 pkt., graniczna 0, pozostałe proporcjonalnie,
- w osi Z - wartość największa 5 pkt., graniczna 0, pozostałe proporcjonalnie.

Jest to jeden z najważniejszych parametrów MR, wpływających bezpośrednio na czas i jakość wykonywanych badań.

Prosimy o dodanie następujących parametrów oceny:

138	Max FOV (w osi x, y, z)	≥ 45 cm we wszystkich osiach		
138a	Max FOV w osi X, Y	≥ 45 cm w obu osiach	Wartość największa 5 pkt, graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	
138b	Max FOV w osi Z	≥ 45 cm w obu osiach	Wartość największa 5 pkt, graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 84

Dotyczy Załącznik Nr 1 pkt. Punkt 187a : „DICOM 3.0- DICOM WORKLIST”

Czy Zamawiający usunie ten punkt ze specyfikacji?

Umożliwi to naszej firmie złożenie ważnej oferty w postępowaniu.

Uzasadnienie: Konsola lekarska nie służy do rejestracji pacjenta do badania, dlatego funkcja DICOM WORKLIST jest domeną stacji technika, która jest zintegrowana z RIS i HIS. Jest to opcja niedostępna na konsolach lekarskich.

Ponadto pragniemy zauważyć, iż wymagania odnośnie pracy w sieci stacji lekarskiej powtórzone są w punktach 186-190 oraz 216-220.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 85

Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 3 oraz Zał. Nr 12 par 11 ust 2 pkt 2, 4

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie uzupełnienia helu w magnecie do poziomu maksymalnego zalecanego przez Producenta.

Odpowiedź:

Patrz na odpowiedź do pytania nr 55

Pytanie nr 86

Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 8, 14 oraz Zał. Nr 12 par 11 ust 2 pkt 7a,13 oraz Zał. Nr 1 pkt 253, 257

Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Rozdziale 6. pkt. 6.2. ppkt. 8a, 13 SIWZ zmienia zapis z:

8a „podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 4h – w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”

który otrzymuje nowe brzmienie:

„podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 4h – w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”*

14 „Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe. W celu umożliwienia zdalnej diagnostyki Zamawiający zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:

- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony zostanie tunel VPN typu Spiec.”

który otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe. W celu umożliwienia zdalnej diagnostyki Zamawiający zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:*

- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony zostanie tunel VPN typu Spiec.”

Zamawiający dodaje zapis w Rozdziale 6. pkt. 6.2., który otrzymuje brzmienie:

** Zamawiający informuje, iż zapewni łącze internetowe do zdalnego sterowania, posiada router do połączenia Spiec Site to Site oraz posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera dostarczonego przez Wykonawcę.*

w pozycji 253 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ)
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

w pozycji 253 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

257	czas podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <=4h w dni robocze	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	-------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

257	czas podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <=4h w dni robocze <i>UWAGA - Zamawiający informuje, iż zapewni łącze internetowe 24 godziny na dobę do zdalnego sterowania, posiada router do połączenia Spiec Site to Site oraz posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera dostarczonego przez Wykonawcę.</i>	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

w § 11 ust. 13 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

ust. 7 lit. a „podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 4h – w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”

który otrzymuje nowe brzmienie:

„podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 4h – w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”*

ust. 13 „Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe. W celu umożliwienia zdalnej diagnostyki Zamawiający zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:

- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony zostanie tunel VPN typu Spiec.”

który otrzymuje nowe brzmienie:

ust. 13 „Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe. W celu umożliwienia zdalnej diagnostyki Zamawiający zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:*

- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze statycznym adresem IP,*
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony zostanie tunel VPN typu Spiec.”*

Zamawiający dodaje zapis w § 11 ust 2, który otrzymuje brzmienie:

** Zamawiający informuje, iż zapewni łącze internetowe do zdalnego sterowania, posiada router do połączenia Spiec Site to Site oraz posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera dostarczonego przez Wykonawcę.*

Pytanie nr 87

Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 8, 14 oraz Zał. Nr 12 par 11 ust 2 pkt 7a,13 oraz Zał. Nr 1 pkt 253, 257

Czy Zamawiający posiada router lub inne urządzenie sieciowe pozwalające na ustanowienie połączenia IPsec Site to Site?

Odpowiedź:

Patrz na odpowiedź do pytania nr 86

Pytanie nr 88

Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 8, 14 oraz Zał. Nr 12 par 11 ust 2 pkt 7a,13 oraz Zał. Nr 1 pkt 253, 257

Czy Zamawiający posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera, który dostarczyłby Wykonawca?

Odpowiedź:

Patrz na odpowiedź do pytania nr 86

Pytanie nr 89

Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 9 oraz Zał. Nr 12 par 11 ust 2 pkt 8

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego urządzenia/urządzeń w czasie określonym w pkt. 8) od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści przez zamawiającego, niezależnie od naliczanych kar umownych.

Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający wyliczy wymagane pokrycie kosztów przestoju oraz utraconych korzyści?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 90

Dotyczy Załącznik nr 12 par 4 ust 18, 20 oraz Zał. Nr 1 pkt 255

W związku z faktem, że nie jest możliwe wykonanie szkolenia dla wskazanego przez Zamawiającego personelu w miejscu montażu urządzenia, gdyż w części praktycznej wymagają one dostępu do aparatu szkoleniowego, który jest demontowany w trakcie szkolenia informujemy, że szkolenia serwisowe zapewniają tylko odpowiednie ośrodki szkoleniowe, gdzie językiem wykładowym jest język angielski w celu zapewnienia najwyższego standardu obsługi urządzenia. W celu przedstawienia rzetelnej oferty wnosimy o jednoznaczne wskazanie, która strona przyszłej umowy poniesie koszty związane z realizacją szkolenia w tym kosztów przejazdów, zakwaterowania oraz dla jakiej ilości osób?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby całkowity koszt szkoleń leżał po stronie wykonawcy. Całkowity koszt szkoleń powinien zostać w kalkulowany w cenę złożonej oferty, zgodnie z zapisem 12.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 91

Dotyczy Załącznik nr 12 par 5 oraz Zał. Nr 12 par 12 ust 4 pkt 1h, ust 5 oraz Zał. Nr 1 pkt 245,246
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zaplanowane szkolenia odbywały się po podpisaniu protokołu odbioru aparatu? Powyższe podyktowane jest faktem, że szkolenia aplikacyjne wymagają przeprowadzania ich podczas pracy z pacjentami celem dopasowania ustawień systemu do wymagań użytkownika, co nie jest możliwe przed przekazaniem systemu do eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1. w Rozdziale 7. pkt. 7.1. ppkt. 2 SIWZ zmienia zapis z:

wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego, dostawa, montaż, uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu, przekazanie do eksploatacji.

który otrzymuje nowe brzmienie:

wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego, dostawa, montaż, uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu (*Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu*), przekazanie do eksploatacji.

2. w pozycji 245 w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

245	Szkolenie personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w miejscu użytkowania RM. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

245	Szkolenie personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w miejscu użytkowania RM. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze <i>UWAGA - Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu</i>	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

3. w pozycji 246 w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4. w § 5 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

§5 Szkolenia

1. Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w miejscu użytkowania rezonansu. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze;
- 2) Do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia przypominającego w zakresie obsługi i oprogramowania dla 5 lekarzy i 6 techników w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu rezonansu. Łączny czas szkoleń: 5 dni roboczych.
- 3) Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni rezonansu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy rezonansu.

który otrzymuje nowe brzmienie:

§5 Szkolenia*

1. Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w miejscu użytkowania rezonansu. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze;
- 2) Do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia przypominającego w zakresie obsługi i oprogramowania dla 5 lekarzy i 6 techników w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu rezonansu. Łączny czas szkoleń: 5 dni roboczych.
- 3) Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni rezonansu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy rezonansu.

** Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu*

5. w § 6 ust. 1 pkt. 2 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego, dostawa, montaż, uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu, przekazanie do eksploatacji

który otrzymuje nowe brzmienie:

wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego, dostawa, montaż, uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu (*Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu*), przekazanie do eksploatacji

6. w § 12 ust 4 pkt 1 lit. h Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
protokół z odbytych szkoleń.

który otrzymuje nowe brzmienie:

protokół z odbytych szkoleń, bądź harmonogram z zaplanowanymi szkoleniami personelu (termin realizacji szkoleń nie może być dłuższy niż 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru).

7. w § 12 ust 5 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

Wykonawca dostarczy w dniu zgłoszenia do odbioru instrukcje użytkowania, konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, certyfikaty i atesty oraz protokół przeszkolenia w tym zakresie odpowiednich służb Zamawiającego.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca dostarczy w dniu zgłoszenia do odbioru instrukcje użytkowania, konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, certyfikaty i atesty oraz protokół przeszkolenia [bądź harmonogram z zaplanowanymi szkoleniami personelu (termin realizacji szkoleń nie może być dłuższy niż 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru)].w tym zakresie odpowiednich służb Zamawiającego.

Pytanie nr 92

Dotyczy Załącznik nr 12 par 5 oraz Zał. Nr 1 pkt 245,246

Czy Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia aplikacyjnego?

Uzasadnienie:

Szkolenie aplikacyjne skoncentrowane jest na właściwym przeprowadzeniu za pomocą zakupionego systemu procedur klinicznych w związku, z czym jego efektywności, będzie dużo większa, jeśli będzie ono przeprowadzone podczas rzeczywistych badań.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1. w § 5 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

§5
Szkolenia*

1. Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w miejscu użytkowania rezonansu. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze;
- 2) Do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia przypominającego w zakresie obsługi i oprogramowania dla 5 lekarzy i 6 techników w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu rezonansu. Łączny czas szkoleń: 5 dni roboczych.
- 3) Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni rezonansu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy rezonansu.

** Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu*

który otrzymuje nowe brzmienie:

§5
Szkolenia*

1. Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w miejscu użytkowania rezonansu. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze;
- 2) Do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia przypominającego w zakresie obsługi i oprogramowania dla 5 lekarzy i 6 techników w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu rezonansu. Łączny czas szkoleń: 5 dni roboczych.

UWAGA - Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega możliwość odbycia szkolenia aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie.

- 3) Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni rezonansu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy rezonansu.

** Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu*

2. w pozycji 245 w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

245	Szkolenie personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w miejscu użytkowania RM. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze <i>UWAGA - Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu</i>	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

245	Szkolenie personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w miejscu użytkowania RM. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze <i>UWAGA - Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu;</i> <i>UWAGA - Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega możliwość odbycia szkolenia aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie.</i>	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

3. w pozycji 245 w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

246	Dodatkowe szkolenie przypominające w zakresie obsługi i oprogramowania dla 5 lekarzy i 6 techników w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu rezonansu. Łączny czas szkoleń: 5 ni roboczych	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

246	Dodatkowe szkolenie przypominające w zakresie obsługi i oprogramowania dla 5 lekarzy i 6 techników w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu rezonansu. Łączny czas szkoleń: 5 ni roboczych <i>UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega możliwość odbycia szkolenia aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie.</i>	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie nr 93

Dotyczy Zał. Nr 1 pkt 249

Zamawiający wymaga by wykonawca w okresie gwarancji przeprowadzał "aktualizację aplikacji-oprogramowania". Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania (w okresie gwarancji) polegającej na instalacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami serwisu, tj. nowych wersji eliminujących wszelakie błędy i dysfunkcje oprogramowania, ale bez instalacji nowych funkcjonalności? Wynika to z faktu, że instalacja nowych funkcji jest rozbudową, a nie aktualizacją systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 94

Dotyczy Zał. Nr 12 par 4 ust 7 2)

Wykonawca zobowiązuje się również do: przestrzegania regulaminów wewnętrznych i zarządzeń Dyrektora Szpitala (...) Prosimy o dodanie po w/w zdaniu zastrzeżenia: „ pod warunkiem, że zostaną one udostępnione wcześniej Wykonawcy do zapoznania się z nimi.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 95

Dotyczy Zał. Nr 12 par 5 ust 1 3)

Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni rezonansu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy rezonansu”

Prosimy o dodanie po w/w zdaniu zastrzeżenia ‘poprzez zapewnienie doraźnej pomocy serwisowej’. Obecnie sformuowany punkt jest dość szeroki nie precyzuje dokładnie zakresu wymaganego wsparcia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 96

Dotyczy Zał. Nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie limitu kar umownych do 10% wartości brutto zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 97

Dotyczy Zał. Nr 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 98

Dotyczy Zał. Nr 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 99

Dot.: Przedmiotu zamówienia

W Programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiający wymaga:

„Zabudować nowe drzwi typu Porta, laminat 0,7”

Natomiast na rysunku poczekalni jest zapis „ STOLARKA DRZWIOWA: pokryte laminatem HPL o grubości HPL 1,00 lub 2,00mm”

Prosimy o wskazanie obowiązującego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zabudować nowe drzwi typu Porta, laminat 0,7

Pytanie nr 100

Dot.: Przedmiotu zamówienia

W Programie funkcjonalno-użytkowym, w części dotyczącej pomieszczenia gospodarczego Zamawiający wymaga:

„Do drzwi wejściowych zabudować domofon”.

Czy Zamawiający podtrzymuje ten zapis, czy też miał na myśli kontrolę dostępu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga otwierania drzwi poprzez kod cyfrowy. Dodatkowo możliwość (dla osoby obcej) skomunikowania się z pokojem techników rtg i zdalnego otwarcia drzwi przez technika.

Pytanie nr 101

Dot.: Przedmiotu zamówienia

W Programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiający wymaga, aby część urządzeń mogła być sterowana z poziomu BMS.

Prosimy o podanie rodzaju systemu jaki Zamawiający posiada oraz określenia jakie protokoły komunikacyjne są wymagane przez Zamawiającego.

Prosimy także o określenie czy podłączenie i integracja z systemem Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy czy też Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zabudowa BMS (dotyczy instalacji wentylacji i klimatyzacji), podłączenie, integracja należy do Wykonawcy

Pytanie nr 102

Dot.: Przedmiotu Zamówienia

W Programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiający wymaga:

„Projekt budowlany oraz projekty branżowe p.poż. muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. Opracowany powinien zostać scenariusz pożarowy oraz systemy ochrony p.poż. dostosowane do całego obiektu, (wentylacja, wydzielenia stref, hydranty, system sygnalizacji pożaru, ewakuacja (oświetlenie), podręczny sprzęt gaśniczy.”

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający posiada kompleksową ekspertyzę p.poż. szpitala lub program przystosowawczy w zakresie dostosowania pomieszczeń szpitala do obowiązujących przepisów lub z ewentualnymi odstępstwami wydanymi przez PSP ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada powyższe.

Pytanie nr 103

Dot.: Przedmiotu Zamówienia

a) Czy ewentualne opracowania, o których mowa powyżej (ekspertyza lub program przystosowawczy) obejmują również pomieszczenia przeznaczone do adaptacji ?

b) Czy Zamawiający przez cały obiekt rozumie cały Szpital, czy tylko pracownię rezonansu magnetycznego ?

Odpowiedź:

Ad. a) Zamawiający informuje, iż opracowania opisane w pytaniu nr 102 obejmują również pomieszczenia przeznaczone do adaptacji.

Ad. b) Zamawiający informuje, iż dotyczy pracowni rezonansu magnetycznego

Pytanie nr 104

Dot.: Przedmiotu zamówienia

W Programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiający wymaga:

„Instalację poprzez centralkę przyłączyć do istniejącej centrali ppoż. typ Polon 4900, system Polon 4000 znajdującej się w piwnicy w Dyspozytorni.”

a) Prosimy o podanie jakie systemy p.poż. oraz jaki typ centrali: POLON 4900 czy POLON 4000 Zamawiający posiada.

b) Prosimy także o informację, czy w centrali jest wolne miejsce do zabudowania 1 pętli instalacji ?

Odpowiedź:

Ad. a) Zamawiający informuje, iż posiada system POLON 4000 oraz centralę POLON 4900

Ad. b) Zamawiający informuje, iż w centrali jest wolne miejsce do zabudowania 1 pętli instalacji

Pytanie nr 105

Dot.: Przedmiotu zamówienia

W Programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiający podaje:

„Ciepło dla nagrzewnic centrali wentylacyjnej zostanie pokryte z węzła ciepłego wspólnego dla pracowni rezonansu i radiologii zabiegowej. Wykonać podłączenie centrali wentylacyjnej do instalacji ciepła w piwnicy.”

Prosimy o podanie długości trasy łączącej wspólny węzeł ciepły z miejscem posadowienia centrali wentylacyjnej rezonansu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odległość centrali wentylacyjnej do instalacji ciepła w piwnicy: ok. 10 m.

Pytanie nr 106

Dot. Urządzenie dodatkowe, pkt 263: Strzykawka automatyczna do MR.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania oferty z automatyczną strzykawką do podawania kontrastu Empower MR o następujących parametrach:

- Dwugłowicowy wstrzykiwacz automatyczny umożliwiający podanie środka kontrastowego i soli fizjologicznej;
- Hydrauliczny układ napędowy tłoków (brak zakłóceń skaner-iniektor);
- Głowica bez zasilania bateryjno/akumulatorowego;
- Zatwierdzony dla skanerów o polu magnetycznym do 7 Tesli;
- Blokada przechyłu, pomagająca minimalizować ryzyko wystąpienia zatorów powietrznych;
- Prędkość przepływu od 0,1ml/s do 10 ml/s (co 0,1);
- System KVO (Keep Vein Open), zapewnienie drożności wkłucia przez podawanie 0,25 ml soli fizjologicznej w systematycznych odstępach czasu (30s);
- Aplikacja do obsługi danych IRISMR (m.in.: dane pacjenta, dane środka kontrastowego, kalkulator GFR);
- Zakres ciśnienia: 40 - 300 PSI (ustawienie co 1,0 PSI);
- Kolorowy, dotykowy panel sterujący;
- Pamięć do 50 protokołów badań?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pozycji 263 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

263	Strzykawka automatyczna do MR dwugłowicowa: zasilanie przewodowe 230V i/lub z akumulatora zamontowanego w strzykawce (możliwość wielokrotnego ładowania akumulatora), dotykowy pulpit sterujący, panel programowania strzykawki w sterowni, niezbędne okablowanie, statyw jezdny, możliwość napełniania wkładów środkiem kontrastowym poza pomieszczeniem, w którym znajduje się MR, czyli poza działaniem pola. Startowy zestaw 100 sztuk wkładów z łącznikami ciśnieniowymi dostarczonych ze strzykawką.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

263	Strzykawka automatyczna do MR dwugłowicowa: zasilanie przewodowe 230V i/lub z akumulatora zamontowanego w strzykawce (możliwość wielokrotnego ładowania akumulatora), dotykowy pulpit sterujący, panel programowania strzykawki w sterowni, niezbędne okablowanie, statyw jezdny, możliwość napełniania wkładów środkiem kontrastowym poza pomieszczeniem, w którym	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

	<p>znajduje się MR, czyli poza działaniem pola. Startowy zestaw 100 sztuk wkładów z łącznikami ciśnieniowymi dostarczonych ze strzykawką. <i>lub:</i> <i>Dwugłowicowy wstrzykiwacz automatyczny umożliwiający podanie środka kontrastowego i soli fizjologicznej;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hydrauliczny układ napędowy tłoków (brak zakłóceń skaner-iniektor);</i> • <i>Głowica bez zasilania bateryjno/akumulatorowego;</i> • <i>Zatwierdzony dla skanerów o polu magnetycznym do 7 Tesli;</i> • <i>Blokada przechyłu, pomagająca minimalizować ryzyko wystąpienia zatorów powietrznych;</i> • <i>Prędkość przepływu od 0,1ml/s do 10 ml/s (co 0,1);</i> • <i>Systeme KVO (Keep Vein Open), zapewnienie drożności wkłucia przez podawanie 0,25 ml soli fizjologicznej w systematycznych odstępach czasu (30s);</i> • <i>Aplikacja do obsługi danych IRISMR (m.in.: dane pacjenta, dane środka kontrastowego, kalkulator GFR);</i> • <i>Zakres ciśnienia: 40 - 300 PSI (ustawienie co 1,0 PSI);</i> • <i>Kolorowy, dotykowy panel sterujący;</i> • <i>Pamięć do 50 protokołów badań?</i> 		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1. W SIWZ zmienia zapis z:

Przewodniczącą Magdalena Kozak.....

Sekretarz: Katarzyna Cieślak

Członkowie: Tomasz Ważny

Agnieszka Wiktor

Adam Ryszczuk

Jolanta Wojcierowska

Ewa Kosecka

który otrzymuje nowe brzmienie:

Przewodniczącą Katarzyna Cieślak

Sekretarz: Monika Kokot

Członkowie: **Zdzisław Lach**

 Agnieszka Wiktor

 Adam Ryszczuk

 Jolanta Wojciewska

 Ewa Kosecka

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia, oraz dołącza do niniejszego pisma:

- SIWZ po zmianach z dnia 28.07.2015 r.;
- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 28.07.2015 r.;
- Program funkcjonalno – użytkowy - załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie z dnia 28.07.2015 r.;
- Wzór umowy - załącznik nr 12 do SIWZ po zmianie z dnia 28.07.2015 r..

Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: szpital@wss2.pl, www.wss2.pl