

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż Dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia BZP/38/382-14/15

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 15.07.2015r.

W związku ze złożonymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

#### Pytanie nr 1

Pkt 9.7 SIWZ w zakresie wymaganych dokumentów

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczeń Producenta na potwierdzenie wymaganych parametrów sprzętu medycznego?

#### Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Rozdziale 9. pkt. 9.7. ppkt. 1) SIW zmienia zapis z:

*„szczegółowy opis oferowanego urządzenia (katalogi, ulotki informacyjne, broszury, foldery, itp.) z danymi technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającymi spełnienie wymagań techniczno-użytkowych stawianych przez Zamawiającego”*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*„szczegółowy opis oferowanego urządzenia (katalogi, ulotki informacyjne, broszury, foldery, oświadczenia Producenta na potwierdzenie wymaganych parametrów sprzętu medycznego, itp.) z danymi technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającymi spełnienie wymagań techniczno-użytkowych stawianych przez Zamawiającego”*

#### Pytanie 2

Pkt 9.7 SIWZ w zakresie wymaganych dokumentów

Czy Zamawiający dopuści załączenie dokumentów wymienionych w SIWZ w p.9.7 w języku angielskim?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### Pytanie 3

Dotyczy: poz. 165

165	System zasilania awaryjnego UPS (moc min. 35 [kW]) dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 10 min. Uwaga - dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego wymagane jest zapewnienie min. fluoroskopii, ruchów stołu i statywu w zdefiniowanym powyżej czasie
-----	---

Czy Zamawiający dopuści System zasilania awaryjnego UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 10 min i o mocy 15 kVA? Uzasadnienie: Istnieje

rozwiązanie umożliwiające zastosowanie UPS o mniejszej mocy niż 35kVA, tak, aby spełniało wymogi określone przez Zamawiającego dla podtrzymania pracy angiografu

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pozycji 165 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

165	<i>System zasilania awaryjnego UPS (moc min. 35 [kVW]) dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 10 min. Uwaga - dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego wymagane jest zapewnienie min. fluoroskopii, ruchów stołu i statywu w zdefiniowanym powyżej czasie</i>
-----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

165	<i>System zasilania awaryjnego UPS (moc min. 35 [kVW]) dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 10 min. Uwaga - dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego wymagane jest zapewnienie min. fluoroskopii, ruchów stołu i statywu w zdefiniowanym powyżej czasie Uwaga – system zasilania awaryjnego UPS zasilać będzie sieć IT (gniazda 230V i oświetlenie).</i>
-----	---

Ponadto w pozostałych kwestiach Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 4**

Dotyczy: 172

172	<i>Aparat do mierzenia krzepliwości pełnej krwi – wymagane parametry techniczne w zał. nr 2</i>
-----	---

Czy Zamawiający ma na myśli parametry techniczne opisane w **Załączniku nr 1b**?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pozycji 172 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

172	<i>Aparat do mierzenia krzepliwości pełnej krwi – wymagane parametry techniczne w zał. nr 2</i>
-----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

172	<i>Aparat do mierzenia krzepliwości pełnej krwi – wymagane parametry techniczne w zał. nr 1b</i>
-----	--

**Pytanie 5**

Dotyczy SIWZ ust. 6.2 pkt. 6 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:

Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z ewentualną wymianą części zamiennych, które na dzień przeglądu uległy awarii / uszkodzeniu konserwacją urządzenia, przez wyspecjalizowany autoryzowany serwis wykonawcy powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji, co najmniej na 15 dni przed jej zakończeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Rozdziale 6. pkt. 6.2. ppkt. 6) SIWZ oraz w § 11 ust. 6 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

*„Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z ewentualną wymianą części zamiennych, które na dzień przeglądu uległy awarii / uszkodzeniu konserwacją urządzenia, przez wyspecjalizowany serwis fabryczny powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji, co najmniej na 15 dni przed jej zakończeniem”*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*„Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z ewentualną wymianą części zamiennych, które na dzień przeglądu uległy awarii / uszkodzeniu konserwacją urządzenia, przez wyspecjalizowany autoryzowany serwis wykonawcy powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji, co najmniej na 15 dni przed jej zakończeniem.”*

**Pytanie nr 6**

Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 7a, 14 oraz Załącznik nr 1 pkt 184 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 14  
Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Rozdziale 6. pkt. 6.2. ppkt. 7a, 13 SIWZ zmienia zapis z:

*7a „podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 4h – w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*„podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 4h – w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy\*”*

*13 „Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe;”*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*„Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe;\*”*

Zamawiający dodaje zapis w Rozdziale 6. pkt. 6.2., który otrzymuje brzmienie:

*\* Zamawiający informuje, iż zapewni łącze internetowe do zdalnego sterowania, posiada router do połączenia Spiec Site to Site oraz posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera dostarczonego przez Wykonawcę.*

w pozycji 184 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

184	Zdalna diagnostyka serwisowa urządzenia przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe.
-----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

184	Zdalna diagnostyka serwisowa urządzenia przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe. <b>UWAGA - Zamawiający informuje, iż zapewni łącze internetowe do zdalnego sterowania, oraz posiada router do połączenia Spiec Site to Site</b>
-----	---

w § 11 ust. 13 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

*ust. 7 lit. a „podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 4h – w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*„podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 4h – w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy\*”*

*ust. 13 „Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe;”*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*„Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe;\*”*

Zamawiający dodaje zapis w § 11, który otrzymuje brzmienie:

*\* Zamawiający informuje, iż zapewni łącze internetowe do zdalnego sterowania, posiada router do połączenia Spiec Site to Site oraz posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera dostarczonego przez Wykonawcę.*

**Pytanie nr 7**

Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 7a, 14 oraz Załącznik nr 1 pkt 184 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 14  
Czy Zamawiający posiada router lub inne urządzenie sieciowe pozwalające na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pytania nr 6

**Pytanie nr 8**

Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 7a, 14 oraz Załącznik nr 1 pkt 184 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 14  
Czy Zamawiający posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera, który dostarczyłby Wykonawca?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pytania nr 6

**Pytanie nr 9**

Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 7a, 14 oraz Załącznik nr 1 pkt 184 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 14  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę o uzupełnienie umowy paragrafem dotyczącym zabezpieczenia danych osobowych o treści?:

„1.Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.

2.Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotyczących pacjentów szpitala.3.Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy świadczeń uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania świadczeń objętych umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania. Wykonawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Powyższe czyni zadość przepisowi art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zaleca się by Zamawiający, każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania jakiegokolwiek świadczenia objętego umową, wykonał kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń. Wykonawca nie odpowiada za utratę ww. danych podczas wykonywania świadczeń objętych umową, w tym za koszty odtworzenia utraconych danych, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w której utrata danych nastąpiła z winy Wykonawcy rozumianej, jako wina umyślna”.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w § 16 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

## § 16

### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych\ niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
  - 1) w zakresie innych podmiotów na zasobach, których wykonawca się opierał wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania dotychczasowy podwykonawca;
  - 2) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikała na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia;
  - 3) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami wymaganymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
5. Przedstawione w § 17 ust. 4 przypadki strony udokumentują w sposób nie budzący zastrzeżeń, ustalając przy tym nowy termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
6. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron

i tym samym dodaje nowe paragrafy, które otrzymują brzmienie:

## § 16

### Zabezpieczenie danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.
2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotyczących pacjentów szpitala.
3. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy świadczeń uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania świadczeń objętych umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania. Wykonawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Powyższe czyni zadość przepisowi art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zaleca się by Zamawiający, każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania jakiegokolwiek świadczenia objętego umową, wykonał kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń. Wykonawca nie odpowiada za utratę ww. danych podczas wykonywania świadczeń objętych umową, w tym za koszty odtworzenia utraconych danych, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w której utrata danych nastąpiła z winy Wykonawcy rozumianej, jako wina umyślna.



4. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych.

## § 17

### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych\ niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
  - 1) w zakresie innych podmiotów na zasobach, których wykonawca się opierał wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania dotychczasowy podwykonawca;
  - 2) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia;
  - 3) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami wymaganymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
5. Przedstawione w § 17 ust. 4 przypadki strony udokumentują w sposób nie budzący zastrzeżeń, ustalając przy tym nowy termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
6. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron

#### **Pytanie nr 10**

Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 7c oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 7 pkt c

Prosimy o potwierdzenie, że dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

#### Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

dodaje do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, brakujący § 3, który otrzymuje brzmienie:

## § 3

### Dni robocze

Ilekoć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć, dni robocze liczone od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

#### **Pytanie nr 11**

Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 8 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 8

Nie istnieje techniczna możliwość dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku angiografu. Instalacja trwa szereg tygodni, powiązana jest z koniecznością odbioru przez Sanepid. Niniejszy podpunkt nie ma zastosowania w przypadku takiego typu urządzenia. Mając na uwadze powyższe prosimy Zamawiającego o usunięcie podpunktu.

#### Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Rozdziale 6. pkt. 6.2. ppkt. 8) SIWZ oraz w § 11 ust. 8 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

*„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego urządzenia/urządzeń w czasie określonym w pkt. 7) od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczenia urządzenie zamienne(podzespół) tej samej klasy i o tych samych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat.”*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego urządzenia/urządzeń w czasie określonym w pkt. 7) od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści przez zamawiającego, niezależnie od naliczanych kar umownych.”*

#### **Pytanie nr 12**

Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 10 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 10

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosimy o wykreślenie zapisu: „W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w pkt. 7), bądź niestawiennictwie na oględziny w terminie określonym w pkt. 7), Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

Powyższy wniosek wynika z faktu, że trudnym jest zgodzić się Wykonawcy na wykonywanie jakichkolwiek prac serwisowych przez pracowników nie posiadających odpowiednich uprawnień udzielonych przez Wytwórcę do wykonywania czynności serwisowych szczególnie w okresie gwarancji, kiedy to Wykonawca odpowiada między innymi za ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z wadliwego działania sprzętu. Dodać należy, że tylko personel posiadający odpowiednie uprawnienia nadane i aktualizowane przez Wytwórcę może wykonywać odpowiednie czynności serwisowe i gwarantuje poprawne działanie sprzętu. W przypadku udzielenia wyjaśnienia negatywnego wnosimy o uzasadnienie decyzji lub zmianę powołanej regulacji w sposób następujący:

*„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w pkt. 7), bądź niestawiennictwie na oględziny w terminie określonym w pkt. 7), Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej posiadającej autoryzację Wytwórcy na koszt i ryzyko Wykonawcy”*

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Rozdziale 6. pkt. 6.2. ppkt. 10) SIWZ oraz w § 11 ust. 10 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

*„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w pkt. 7), bądź niestawiennictwie na oględziny w terminie określonym w pkt. 7), Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.”*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w pkt. 7), bądź niestawiennictwie na oględziny w terminie określonym w pkt. 7), Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej posiadającej autoryzację Wytwórcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.”*

#### **Pytanie nr 13**

Dotyczy SIWZ ust 7.1 pkt 2 oraz Załącznik nr 1 pkt 166, 167 oraz Załącznik nr 12 par 5, par 6 ust 1 pkt 2 oraz Załącznik nr 12 par 12 ust 4 pkt 1h, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zaplanowane szkolenia odbywały się po podpisaniu protokołu odbioru aparatu? Powyższe podyktowane jest faktem, że szkolenia aplikacyjne wymagają przeprowadzania ich podczas pracy z pacjentami celem dopasowania ustawień systemu do wymagań użytkownika, co nie jest możliwe przed przekazaniem systemu do eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Rozdziale 7. pkt. 7.1. ppkt. 2 SIWZ zmienia zapis z:

*„wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Angiografu, dostawa, montaż, uruchomienie Angiografu, przeszkolenie personelu, przekazanie do eksploatacji”*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*„wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Angiografu, dostawa, montaż, uruchomienie Angiografu, przeszkolenie personelu (Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu), przekazanie do eksploatacji”*

**w pozycji 166 w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:**

166	Szkolenie aplikacyjne w ośrodku referencyjnym dla 3 lekarzy min 2 dni
-----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

166	Szkolenie aplikacyjne w ośrodku referencyjnym dla 3 lekarzy min 2 dni UWAGA - Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu
-----	--

**w pozycji 167 w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:**

167	Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego dla 5 lekarzy i 6 techników min 14 dni UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega możliwość odbycia szkolenia aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie
-----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

167	Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego dla 5 lekarzy i 6 techników min 14 dni UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega możliwość odbycia szkolenia aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie UWAGA - Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu
-----	--

**w § 5 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:**

#### §5

#### Szkolenia

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 3 lekarzy w ośrodku referencyjnym Wykonawcy przez minimum 2 dni robocze;
- 2) Szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w siedzibie Zamawiającego min 14 dni  
UWAGA - Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega możliwość odbycia szkolenia aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie.
- 3) Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni Angiografu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy Angiografu.

który otrzymuje nowe brzmienie:

#### §5

#### Szkolenia\*

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 3 lekarzy w ośrodku referencyjnym Wykonawcy przez minimum 2 dni robocze;
- 2) Szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w siedzibie Zamawiającego min 14 dni  
UWAGA - Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega możliwość odbycia szkolenia aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie.



- 3) Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni Angiografu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy Angiografu.

*\* Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu*

**w § 6 ust. 1 pkt. 2 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:**

wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Angiografu, dostawa, montaż, uruchomienie Angiografu, przeszkolenie personelu, przekazanie do eksploatacji

który otrzymuje nowe brzmienie:

wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Angiografu, dostawa, montaż, uruchomienie Angiografu, przeszkolenie personelu (Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu), przekazanie do eksploatacji.

**w § 12 ust 4 pkt 1 lit. h Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:**

protokół z odbytych szkoleń.

który otrzymuje nowe brzmienie:

protokół z odbytych szkoleń, bądź harmonogram z zaplanowanymi szkoleniami personelu (termin realizacji szkoleń nie może być dłuższy niż 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru).

**w § 12 ust 4 pkt 5 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:**

Wykonawca dostarczy w dniu zgłoszenia do odbioru instrukcje użytkowania, konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, certyfikaty i atesty oraz protokół przeszkolenia w tym zakresie odpowiednich służb Zamawiającego.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca dostarczy w dniu zgłoszenia do odbioru instrukcje użytkowania, konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, certyfikaty i atesty oraz protokół przeszkolenia [bądź harmonogram z zaplanowanymi szkoleniami personelu (termin realizacji szkoleń nie może być dłuższy niż 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru)].w tym zakresie odpowiednich służb Zamawiającego.

**Pytanie nr 14**

Dotyczy Załącznik nr 1 pkt 166 oraz Załącznik nr 12 par 5 ust 1 pkt 1

*Szkolenie aplikacyjne w ośrodku referencyjnym dla 3 lekarzy min 2 dni*

Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku szkolenia poza siedzibą Zamawiającego zwrotu przez Wykonawcę kosztów transportu (samolot/pociąg) oraz noclegu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby całkowity koszt szkoleń leżał po stronie wykonawcy. Całkowity koszt szkoleń powinien zostać w kalkulowany w cenę złożonej oferty, zgodnie z zapisem 12.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 15**

Załącznik nr 1 pkt 167 oraz Załącznik nr 12 par 5 ust 1 pkt 2

*Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego dla 5 lekarzy i 6 techników min 14 dni*

Czy Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia aplikacyjnego?

Uzasadnienie:

Szkolenie aplikacyjne skoncentrowane jest na właściwym przeprowadzeniu za pomocą zakupionego systemu procedur klinicznych w związku, z czym jego efektywności, będzie dużo większa, jeśli będzie ono przeprowadzone podczas rzeczywistych badań.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pozycji 167 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

167	Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego dla 5 lekarzy i 6 techników min 14 dni
-----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

167	Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego dla 5 lekarzy i 6 techników min 14 dni UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega możliwość odbycia szkolenia aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie
-----	---

oraz w § 5 ust 1 pkt 2 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

*“Szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w siedzibie Zamawiającego min 14 dni;”*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*“Szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w siedzibie Zamawiającego min 14 dni*

*UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega możliwość odbycia szkolenia aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie.”*

**Pytanie nr 16**

Dotyczy Załącznik nr 1 pkt 186 w zw. z par. 4 pkt 18

Mając na względzie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie obowiązku udostępnienia kodów / loginów / haseł serwisowych po upływie gwarancji i zastąpienie powołanego wymagania odpowiednim szkoleniem pracowników technicznych zamawiającego.

Jednocześnie w przypadku odpowiedzi negatywnej czy zamawiający przewiduje zawarcie odpowiedniej umowy licencyjnej wraz z zachowaniem tajemnicy służbowej i poufności?

Wskazać należy, że prawa autorskie do oprogramowania serwisowego, w tym kodów / loginów / haseł serwisowych, należą, co do zasady do wytwórcy wyrobu medycznego i korzystanie z nich przez inne podmioty - zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa autorskiego - wymaga zawarcia odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę wyrobu medycznego, gdzie licencje takowe bazują na wzorach, co do zasady jednakowych dla wszystkich licencjobiorców, i na ich treść zasadniczo nie mają wpływu dystrybutorzy ani importerzy wyrobów medycznych. Pragniemy również zwrócić uwagę, że tylko przeszkolone osoby powinny dysponować dostępem do zaawansowanych funkcji serwisowych gdyż wszelka ingerencja na tym poziomie może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub pogorszeniem warunków jego pracy. Przekazując kody / loginy / hasła serwisowe Zamawiający bierze na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko z tytułu wystąpienia incydentu medycznego w przypadku, jeżeli by taki wystąpił. Należy dodać, że wszystkie autoryzowane serwisy powinny zatrudniać inżynierów wyszkolonych przez Wytwórców, posiadających również dostęp do odpowiednich aktualizacji oprogramowania, które to może być modyfikowane w trakcie eksploatacji urządzenia. Dodatkowo wniosek o wyjaśnienie jest o tyle zasadny, że może wystąpić sytuacja, kiedy Zamawiający udostępni powołane kluczy/hasła serwisowe nieautoryzowanym serwisom sprzętu medycznego, czyli faktycznie osobom nieuprawnionym do wykonywania odpowiednich czynności, gdzie, co warto dodać to pracownik Zamawiającego nabywa odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności a nie Zamawiający. Tym samym według Nas zasadnym jest, aby w miejsce wymagań dostarczenia kluczy serwisowych po upływie okresu gwarancji dokonać szkolenia dla pracowników Zamawiającego przez Wytwórcę w zakresie serwisowania wyrobów dostarczonych, co zapewni możliwość dobrej współpracy z autoryzowanymi serwisami i lepszą kontrolę ich pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pozycji 186 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w § 4 ust. 18 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

*„Wykonawca nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji protokolarnie przekaze wszystkie niezbędne kody, loginy i hasła oraz inne niezbędne informacje do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiające świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub certyfikowanym firmom serwisowym”.*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*„Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji do protokolarnego przekazania wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych niezbędnych informacji do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiających świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub certyfikowanym firmom serwisowym lub przez pracownikom Zamawiającego przeszkolonym przez Wykonawcę, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę wyrobu medycznego”.*

**Pytanie nr 17**

Dotyczy §11 ust. 8 i 9 wzoru umowy

Prosimy o zmianę ust. 9 na: „W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania opisanego w pkt. 8), będzie on zobowiązany do pokrycia w całości kosztów pilnych badań zleconych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ponadto patrz odpowiedź na pytanie nr 11 i 12.

**Pytanie nr 18**

W różnych częściach SIWZ istnieją drobne rozbieżności w zapisach z zakresu gwarancji. Czy zamawiający potwierdza, iż każdorazowo w SIWZ jeśli mowa o gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia należy ich zakres rozumieć jako: „Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia rękojmię i gwarancję pełną z przeglądami, częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi (bez jednorazowych i zużywalnych) wymaganymi do przeglądów okresowych, serwisem min 60 miesięcy”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 19**

Dotyczy załącznika nr 2 „Program funkcjonalno-użytkowy” ETAP II pkt11. Sala konsultacyjna.

Zamawiający wymaga dostawy komputera z możliwością wyświetlania obrazów z PACS. Prosimy o sprecyzowanie, czy komputer ma być wyposażony w oprogramowanie do przeglądania obrazów w formacie DICOM oraz jakie funkcjonalności oprogramowania są wymagane?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Programie funkcjonalno – użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt II. Zakres robót ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, ppkt 11. Sala konsultacyjna dodaje zapis:

\* Komputer zainstalowany w Sali Konsultacyjnej będzie podłączony do sieci PACS i wyposażony w możliwość projekcji obrazu na telewizor i rzutnik. Komputer powinien zostać wyposażony w aplikację kliniczną do otwierania plików DICOM i funkcje obróbki obrazu tj: funkcje geometryczne – pomiar długości, gęstości, itp. Zoomowanie, zmiana gęstości, zmiana layoutu itp., funkcji MIP, MPR, VR.

Komputer powinien zostać wyposażony w stację CD/DVD-ROM i możliwość importu i wyświetlania obrazów z nośnika CD/DVD.

**Pytanie nr 20**

Prosimy o potwierdzenie, że dla urządzeń wymaganych do dostarczenia w ramach cz. II SIWZ II. „Zakres robót ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia”, zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert dostarczenia CE, DOC?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert dostarczenia CE, DOC. Zatem Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21**

W SIWZ w pkt.7 podany jest termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 11.12.2015. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej dokumentacji projektowej dla potrzeb angiografu wraz z uzyskaniem wszelkich potrzebnych materiałów, badań, uzgodnień branżowych i ekspertyz. Ponadto dokumentacja musi być kompletna i spełniać wszelkie wymogi prawne w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, gdzie termin urzędowy wynosi do 65 dni od daty złożenia dokumentacji, podany termin realizacji zamówienia, określony na konkretną datę, może się okazać niemożliwy do wykonania, z uwagi na np. przedłużającą się procedurę urzędową uzyskania pozwolenia na budowę, na którą Wykonawca nie ma wpływu. Wnosimy o zapisanie, że w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę, Zamawiający wydłuży okres realizacji zamówienia o okres niniejszej zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 22**

W SIWZ w pkt. 6.3 podany jest okres gwarancji i rękojmi wraz z minimalnymi wymaganiami dla robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb angiografu. Czy Zamawiający dopuszcza aby okres gwarancji na dostarczone materiały i urządzenia związane z robotami budowlanymi był zgodny z gwarancją producenta? Czy Zamawiający będzie wymagał w ramach trwania gwarancji serwisu dostarczonych urządzeń w zakresie robót budowlanych np. centrali wentylacyjnej oraz urządzeń klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia objęte adaptacją wraz z materiałami eksploatacyjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 23**

W Programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2) w części opisowej (Par. I) mamy podane dwa etapy realizacji przedmiotu zamówienia. W opisie Etapu II Wykonawca zobligowany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Z uwagi, że Wykonawca nie ma wpływu na terminy urzędowe, prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie miało wpływu na termin wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 24**

W Programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2) w zakresie robót ogólnobudowlanych (Par. II) mamy zapis, że nowy kabel zasilający dla centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej z nawilżaniem na potrzeby angiografu, ma przewidywać także zapas mocy dla centrali wentylacyjnej pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego. Czy Wykonawca ma założyć, w celu policzenia zapasu mocy kabla, centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną z nawilżaniem dla pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego? Czy należy także przewidzieć rezerwę mocy dla agregatu wody lodowej na potrzeby pracowni Rezonansu Magnetycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Programie funkcjonalno - użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt II. Zakres robót ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, ppkt 1. *Pomieszczenie techniczne 1 (segment 7) dodaje zapis:*

*Należy przewidzieć rezerwę mocy dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji Rezonansu Magnetycznego oraz przewidzieć rezerwę mocy dla agregatu wody lodowej dla Rezonansu Magnetycznego.*

**Pytanie nr 25**

W Programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2) w zakresie robót ogólnobudowlanych (Par. II) mamy zapis dotyczący myjni lekarskiej dwustanowiskowej. Prosimy o potwierdzenie, czy myjnia niniejsza ma być ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Programie funkcjonalno - użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt II. Zakres robót ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, ppkt 7. Myjnia lekarzy zmienia zapis z:

Posadzka - wykładzina elektroantystyczna Tarkett lub równoważna. Sufit podwieszany z atestem do pomieszczeń zabiegowych. Ściany zabezpieczone tapetą z włókna malowane zgodnie z wymaganiami do sal zabiegowych. Zabudować myjnię lekarską dwustanowiskową. Myjnie wyposażić w wymagane urządzenia higieniczne ze stali nierdzewnej. Pomieszczenie wentylowane i klimatyzowane.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Posadzka - wykładzina elektroantystyczna Tarkett lub równoważna. Sufit podwieszany z atestem do pomieszczeń zabiegowych. Ściany zabezpieczone tapetą z włókna malowane zgodnie z wymaganiami do sal zabiegowych. Zabudować myjnię lekarską dwustanowiskową (myjnia lekarska dwustanowiskowa powinna posiadać wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty, nie koniecznie ze stali nierdzewnej, natomiast wyposażenie myjni ze stali nierdzewnej). Myjnie wyposażić w wymagane urządzenia higieniczne ze stali nierdzewnej. Pomieszczenie wentylowane i klimatyzowane.

**Pytanie nr 26**

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagać instalacji lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, to prosimy o sprecyzowanie ilości oraz parametrów lamp?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 27**

Dotyczy pkt 55

55	Zakres napięcia kV dla radiografii [kV]	50 - 125
----	---	----------

Prosimy o wprowadzenie znaku „min” poprzedzającego wymagany przez Zamawiającego zakres w następujący sposób: Zakres napięcia kV dla radiografii [kV] min. 50 - 125

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pozycji 55 w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

55	Zakres napięcia kV dla radiografii [kV]	50 - 125
----	---	----------



który otrzymuje nowe brzmienie:

55	Zakres napięcia kV dla radiografii [kV]	min 50 - 125
----	---	--------------

**Pytanie nr 28**

Dotyczy pkt 90

90	Wymiary detektora dla płaszczyzny B (min. 30 [cm] x 30 [cm]) z efektywnym polem obrazowania min. 29 [cm] x 26 [cm]	Tak
----	--	-----

W związku z tym, że system biplane dedykowany jest do badań neuro-radiologicznych uzasadnieniem merytorycznym jest zaferowanie detektora płaszczyzny B o rozmiarze dostosowanym do rozmiaru głowy i parametrem granicznym efektywne pole obrazowania min. 29 cm x 26 cm. Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowej punktacji według poniższego wzoru:

Efektywne pole obrazowania = 29 x 26 cm - 5 pkt

Efektywne pole obrazowania większe niż 29 x 26 cm - 0 pkt

Jednocześnie, jeżeli Zamawiający zgadza się z powyższą punktacją proponujemy zrezygnować z premiowania parametrów w punktach 91, 92, 94. Tak wyspecyfikowane parametry stałyby wówczas w sprzeczności z przeznaczeniem detektora, który przede wszystkim winien być dostosowany do rozmiaru i zgodny z przeznaczeniem wymaganym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 29**

Dot. Par. 5

Czy Zamawiający dopuszcza aby ośrodki referencyjne wskazane zostały przez wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w § 5 ust. 1 pkt. 1 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 3 lekarzy w ośrodku referencyjnym Wykonawcy przez minimum 2 dni robocze;

który otrzymuje nowe brzmienie:

Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 3 lekarzy w ośrodku referencyjnym Wykonawcy, który może wskazać Wykonawca przez minimum 2 dni robocze;

**Pytanie nr 30**

Dotyczy par. 7 ust. 2

Prosimy o potwierdzenie, że w cenie mając być również skalkulowane koszty udzielania licencji na oprogramowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Dodaje pozycję 193 do Zestawienia parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w § 4 ust. 20 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

*„Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę oprogramowania, przy czym:*

- 1) licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia,
- 2) licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za dostawę urządzenia,
- 3) licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia,
- 4) prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia,
- 5) jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą protokolarnie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w ostatnim dniu trwania gwarancji”.

#### **Pytanie nr 31**

Dotyczy par. 9 w zw. z par. 6

Prosimy o doprecyzowanie, iż termin realizacji umowy uwarunkowany jest terminem przekazania pomieszczeń do adaptacji, które Zamawiający winien przekazać w terminie nie później niż .....

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### **Pytanie nr 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie limitu kar umownych do 10% wartości brutto zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### **Pytanie nr 33**

Prosimy o wskazanie, w jakim terminie Zamawiający uzurpuje sobie prawo do odstąpienia?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

§ 15 ust. 1 pkt. 3 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

*„oprócz przypadku wymienionego w § 15 ust.1 pkt. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:*

- a) *gdy zostanie złożony wniosek o upadłość lub nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy;*
- b) *gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;*
- c) *gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.”*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*„oprócz przypadku wymienionego w § 15 ust.1 pkt. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni w następujących sytuacjach:*

- d) *gdy zostanie złożony wniosek o upadłość lub nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy;*
- e) *gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;*
- f) *gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.”*

#### **Pytanie nr 34**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy

z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### **Pytanie nr 35**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu rękojmi tak, aby okres rękojmi którym będzie związany Wykonawca odpowiadał okresowi wskazanemu w przepisach kodeksu cywilnego. Przyjęcie kodeksowego terminu rękojmi pozwoli na utrzymanie równowagi Stron umowy, a słuszny interes Zamawiającego nadal zostanie zabezpieczony niestandardowym 36 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Ponadto, Wykonawca nie będąc obciążony dodatkowym ryzykiem wydłużonego okresu rękojmi może zaoferować Zamawiającemu korzystniejszą cenę realizacji przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe oraz fakt, że Strony w profesjonalnym obrocie realizują swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają przede wszystkim z możliwości jakie daje im gwarancja postulujemy o zmianę okresu rękojmi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### **Pytanie nr 36**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

dodaje do § 16 ust. 4 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

*„Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych.”*

#### **Pytanie nr 37**

Zał. nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne

Ad wymagania ogólne

Czy Zamawiający oczekuje by konstrukcja aparatu umożliwiała zamocowanie monitora funkcji życiowych zarówno z boku aparatu (na ramieniu) jak i na górze aparatu (w specjalnym regulowanym uchwycie)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### **Pytanie nr 38**

Zał. nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne

Ad 21

Czy Zamawiający oczekuje aparatu z systemem oddechowym (nie dotyczy rur oddechowych na ramieniu) zamocowanym na ramieniu obrotowym umożliwiającym pozycjonowanie odpowiednio

do sytuacji na sali operacyjnej? Oraz posiadającym możliwość konfiguracji systemu oddechowego po prawej lub po lewej stronie aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 39**

Załącznik nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne

Ad tryb wentylacji

Czy Zamawiający oczekuje aparatu z wbudowanym respiratorem anestetycznym nie zużywającym gazów do napędu? Takie rozwiązanie przynosi oczywiste korzyści finansowe – brak dodatkowego zużycia drogich gazów medycznych – oraz kliniczne – jakość prowadzonej wentylacji jest porównywalna z jakością jaką oferują respiratory stacjonarne stosowane na OIT.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 40**

Załącznik nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne

Ad 33

Czy Zamawiający oczekuje by dostarczony aparat posiadał tryb wentylacji synchronizowanej ze wspomaganie ciśnieniowym tzn. SIMV/PS? Taki rozwiązanie ma istotne znaczenie kliniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 41**

Załącznik nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne

Ad Prezentacja graficzna

Czy Zamawiający oczekuje by ekran respiratora był wbudowany w ścianę przednią aparatu, czy dopuszcza także inne rozwiązania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 42**

Załącznik nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne

Monitor pacjenta

Do punktu 17

Czy Zamawiający wymaga, aby opisana w tym punkcie stacja dokująca była wyposażona w replikator gniazd takich jak zasilanie, podłączenie drukarki, podłączenie dodatkowego ekranu, podłączenie sieci przesyłania danych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 43**

Załącznik nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne

Do punktu 18

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane jednoczesne wyświetlanie co najmniej 6 odprowadzeń jest oczekiwane w przypadku zastosowania układu 5 elektrod EKG.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 44**

Załącznik nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne

Do punktu 33

Czy Zamawiający wymaga aby opisany w tym punkcie pomiar był realizowany przez moduł pomiarowy, sterowany z oferowanego systemu monitorowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### Pytanie nr 45

Załącznik nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne

Do punktu 34

Czy Zamawiający wymaga aby opisany w tym punkcie pomiar był realizowany przez moduł pomiarowy, sterowany z oferowanego systemu monitorowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### Pytanie nr 46

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 3

Lp.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
3	Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające redukcję dawki promieniowania (na ciało pacjenta) o minimum 50% w fluoroskopii i o minimum 70% w badaniach subtrakcyjnych w stosunku do badań wykonywanych na systemach angiograficznych oferenta produkowanych do roku 2012, co zostało potwierdzone w badaniach opublikowanych w czasopiśmie medycznych	Tak/Nie	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	

W powyższym wymogu Zamawiający punktuje producentów, którzy od niedawna (nie wcześniej niż 2012 r.) dbają o bezpieczeństwo pacjenta i obsługi obniżając dawkę dla oferowanych systemów jednocześnie dyskryminując producentów, którzy od dawna stosowali systemy aktywnej redukcji dawki. Nasza firma stosuje z dużym powodzeniem bardzo skuteczne i zaawansowane systemy redukcji dawki od wielu lat, dużo wcześniej niż inne firmy, dlatego odniesienie się do systemów z tak wczesnych lat produkcji jest nie adekwatne do faktycznych możliwości aparatu.

- W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

Lp.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
3	Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające redukcję dawki promieniowania udowodnione publikacjami lub badaniami	Tak/Nie	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### Pytanie nr 47

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 20

Lp.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
20	Automatyczny, elektroniczny lub silnikowy, bez ingerencji obsługi, obrót obrazu dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta	Tak		

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga kompensacji obrotu obrazu dla każdego możliwego w oferowanym urządzeniu kąta ramienia z boku pacjenta?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pisząc o kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia do pozycji z boku stołu rozumie kąt 90 stopni. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 48**

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 21

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
21	Ręczne, bez używania silników ustawianie statywu do pozycji parkingowej z wbudowanym hamulcem uruchamianym ręcznie. Włącznik hamulców umieszczony po obu stronach statywu montowanego do podłogi	Tak/Nie	Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt	

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu antykolizyjności przy ręcznym przesuwaniu statywu do pozycji parkingowej? Pragniemy wskazać, że z uwagi na wymaganą pełną automatykę urządzenia wszystkie ruchy są w pełni zautomatyzowane i niemożliwe do zrealizowania bez udziału silników, a tzw. awaryjne przesunięcie do wymaganej pozycji odbywa się za pomocą przycisków na obudowie statywu. Ponadto, biorąc pod uwagę wymóg zapewnienia urządzenia w UPS gwarantującego zapewnienie ruchów stołu i statywu, premiowanie funkcjonalności polegającej na ręcznym (bez udziału silników) ustawianiu ruchów w tak skomplikowanym urządzeniu jest zupełnie bezzasadne. Poza tym ręczne przesuwanie statywu nie zapewnia antykolizyjnego zabezpieczenia ruchów statywu.

- W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
21	Manualne ustawianie statywu do pozycji z boku pacjenta uruchamiane ręcznie przyciskami na statywie z zachowaniem pełnej antykolizyjności systemu,	Tak/Nie	Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 49**

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 23

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
23	Pozycjoner składający się z dwóch niezależnych ramion C, umożliwiających wzajemnie niezależne wykonywanie ruchów rotacji i angulacji.	Tak/Nie	Tak - 3 pkt Nie - 0 pkt	

Wymagana w pkt. 23 funkcjonalność umożliwiająca wzajemnie niezależne wykonywanie ruchów rotacji i angulacji realizowana jest w różny sposób przez systemy oferowane na rynku przez czołowych producentów tego typu urządzeń. Opisane i wymagane w pkt. 23 rozwiązanie (połączenie dwóch niezależnych ramion) oferowane jest w systemach producenta - firmę Philips. ma zasadniczą wadę - zmniejszony rozmiar ramienia „wewnętrzne”.

- W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
23	Pozycjoner umożliwiających wzajemnie niezależne wykonywanie ruchów rotacji i angulacji.	Tak/Nie	Tak - 3 pkt Nie - 0 pkt	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 50**

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 33

L.p.		Parametr	Liczba punktów za	Parametry
------	--	----------	-------------------	-----------

		wymagany	parametry techniczne	oferowane
33	Ręczne, bez używania silników ustawianie statywu do pozycji parkingowej z wbudowanym hamulcem uruchamianym ręcznie. Włącznik hamulców umieszczony po obu stronach statywu	Tak/Nie	Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt	

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu antykolizyjności przy ręcznym przesuwaniu statywu do pozycji parkingowej? Pragniemy wskazać, że z uwagi na wymaganą pełną automatykę urządzenia wszystkie ruchy są w pełni zautomatyzowane i niemożliwe do zrealizowania bez udziału silników, a tzw. awaryjne przesunięcie do wymaganej pozycji odbywa się za pomocą przycisków na obudowie statywu. Ponadto, biorąc pod uwagę wymóg zapewnienia urządzenia w UPS gwarantującego zapewnienie ruchów stołu i statywu, premiowanie funkcjonalności polegającej na ręcznym (bez udziału silników) ustawianiu ruchów w tak skomplikowanym urządzeniu jest zupełnie bezzasadne. Dodatkowo, pragniemy nadmienić, że ręczne przesuwanie statywu nie zapewnia antykolizyjnego zabezpieczenia ruchów statywu.

- W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
33	Manualne ustawianie statywu do pozycji z boku pacjenta uruchamiane ręcznie przyciskami na statywie z zachowaniem pełnej antykolizyjności systemu,	Tak/Nie	Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### Pytanie nr 51

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 38

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
38	Zmotoryzowany ruch wzdłużny płyty pacjenta (co najmniej przy angiografii peryferyjnej)	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	

Czy Zamawiający dopuści aparat z równoważną funkcjonalnością automatycznego płynnego ruchu statywu z lampą i detektorem wzdłuż całej dostępnej części przeziernego stołu?

- W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
38	Zmotoryzowany ruch wzdłużny płyty pacjenta (co najmniej przy angiografii peryferyjnej) lub równoważny w całym zakresie przesuwu blatu ruch statywu z lampą	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pozycji 38 w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
38	Zmotoryzowany ruch wzdłużny płyty pacjenta (co najmniej przy angiografii peryferyjnej)	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny	

			ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	
--	--	--	--------------------------------	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
38	Zmotoryzowany ruch wzdłużny płyty pacjenta (co najmniej przy angiografii peryferyjnej) lub równoważny w całym zakresie przesuwu blatu ruch statywu z lampą	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	

### Pytanie nr 52

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 51

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
51	Pochłalność blatu pacjenta na całej długości jego przezierności nie większa niż ekwiwalent 1,4 mm Al	$\leq 1,4$	Wartość najmniejsza - 3 pkt Wartość graniczna - 0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie	

Czy Zamawiający dopuści aparat z niewiele większą pochłalnością blatu tj 1,5 mmAl?

- W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
51	Pochłalność blatu pacjenta na całej długości jego przezierności nie większa niż ekwiwalent 1,4 mm Al	$\leq 1,5$	Wartość najmniejsza - 3 pkt Wartość graniczna - 0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### Pytanie nr 53

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 69

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
69	Rozpraszanie ciepła anody dla płaszczyzny A [W]	$\geq 6667$ W	Wartość największa - 2 pkt, graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	

Nasza firma od wielu lat stosuje z dużym powodzeniem bardzo skuteczne i zaawansowane systemy redukcji dawki, dlatego w systemie, który proponujemy nie ma potrzeby stosowania lamp o tak dużym rozpraszaniu ciepła.

- W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
69	Rozpraszanie ciepła anody dla płaszczyzny A [W]	$\geq 5500$ W	Wartość największa - 2 pkt, graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 54**

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 79

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
79	Rozpraszanie ciepła anody dla płaszczyzny A [W]	$\geq 6667$ W	Wartość największa - 2 pkt, graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	

Nasza firma od wielu lat stosuje z dużym powodzeniem bardzo skuteczne i zaawansowane systemy redukcji dawki, dlatego w systemie, który proponujemy nie ma potrzeby stosowania lamp o tak dużym rozpraszaniu ciepła.

- W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
79	Rozpraszanie ciepła anody dla płaszczyzny A [W]	$\geq 5500$ W	Wartość największa - 2 pkt, graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 55**

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 85

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
85	Matryca detekcyjna panelu dla płaszczyzny A (fizyczna matryca detekcyjna, rozumiana jako liczba rzeczywistych elementów, z których odczytywany jest obraz w panelu) [°]	$\geq 4,5$ mln	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	

Czy Zamawiający dostosuje wielkość pikseli matrycy do wymaganej wielkości piksela tj 194 um?

- W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
85	Matryca detekcyjna panelu dla płaszczyzny A (fizyczna matryca detekcyjna, rozumiana jako liczba rzeczywistych elementów, z których odczytywany jest obraz w panelu) [°]	$\geq 3,1$ mln	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 56**

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 104

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
104	Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne z częstotliwością między 20-30 oraz 10-15 [pulsów/s] oraz jedna wartość poniżej 10	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny	

	[pulsow/s].		ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	
--	-------------	--	--------------------------------	--

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z fluoroskopią o wartościach między innymi 20 i 30 imp/s?.

- W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
104	Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne z częstotliwością z zakresu 20-30 oraz 10-15 [pulsow/s] oraz min jedna wartość poniżej 10 [pulsow/s].	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### Pytanie nr 57

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 116

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
116	Metoda wykonywania angiografii peryferyjnej - bolus realizowany przesuwem płynnym stołu przy nieruchomym statywie lub przesuw krokowy	Tak	przesuw płynny stołu przy nieruchomym statywie z interaktywnym wpływem na przebieg badania - 5 pkt przesuw krokowy stołu przy nieruchomym statywie lub odwrotnie - 1 pkt. Inne - 0 pkt	

Czy Zamawiający dopuści aparat z równoważną funkcjonalnością automatycznego płynnego ruchu statywu z lampą i detektorem wzdłuż całej dostępnej części przeziernej stołu?

- W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
116	Metoda wykonywania angiografii peryferyjnej - bolus realizowany przesuwem płynnym stołu przy nieruchomym statywie lub przesuw krokowy lub realizowany przesuwem statywu z lampą przy nieruchomym stole	Tak	przesuw płynny stołu lub statywu z lampą przy nieruchomym statywie / stole z interaktywnym wpływem na przebieg badania - 5 pkt przesuw krokowy stołu przy nieruchomym statywie lub odwrotnie - 1 pkt. Inne - 0 pkt	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ



**Pytanie nr 58**

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 124

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
124	HD [GB].	>= 280	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	

Czy Zamawiający dopuści aparat z pojemnością dysku stacji roboczej do rekonstrukcji min 160 GB? Stacja rekonstrukcji nie służy do archiwizacji badań i proponowana pojemność w sposób wystarczający zapewnia płynność pracy na urządzeniu.

- W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
124	HD [GB]	>= 160	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 59**

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 139

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
139	Funkcjonalność umożliwiające zastosowanie jako roadmappingu 3D zaimportowanych obrazów 3D w formacie DICOM 3.0 z systemów PET. Obrazy te powinny zostać uprzednie w odpowiedni sposób zarejestrowane z oprogramowaniem angiografu. Funkcjonalność powinna współpracować z obrazami uzyskanymi na systemach PET różnych producentów.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	

Wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
139	Funkcjonalność umożliwiające zastosowanie jako roadmappingu 3D zaimportowanych obrazów 3D w formacie DICOM 3.0 z systemów PET. Obrazy te powinny zostać uprzednie w odpowiedni sposób zarejestrowane z oprogramowaniem angiografu. Funkcjonalność powinna współpracować z obrazami uzyskanymi na systemach PET różnych producentów.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pozycji 139 w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia zapis z:

139	Funkcjonalność umożliwiające zastosowanie jako roadmappingu 3D zaimportowanych obrazów 3D w formacie DICOM 3.0 z systemów PET. Obrazy te powinny zostać uprzednio w odpowiedni sposób zarejestrowane z oprogramowaniem angiografu. Funkcjonalność powinna współpracować z obrazami uzyskanymi na systemach PET różnych producentów.	Tak
-----	---	-----

który otrzymuje nowe brzmienie:

139	Funkcjonalność umożliwiające zastosowanie jako roadmappingu 3D zaimportowanych obrazów 3D w formacie DICOM 3.0 z systemów PET. Obrazy te powinny zostać uprzednio w odpowiedni sposób zarejestrowane z oprogramowaniem angiografu. Funkcjonalność powinna współpracować z obrazami uzyskanymi na systemach PET różnych producentów.	Tak
-----	---	-----

### Pytanie nr 60

Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 163

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
163	Monitor LCD 40 cali montowany w sterowni przekazujący sygnał funkcji życiowych z kolumny anestezyjologicznej, umożliwiający wgląd wizualny parametrów życiowych pacjenta lekarzowi anestezyjologowi w sterowni bez wchodzenia do sali badań wraz z instalacją sygnału aparat do znieczulenia - monitor w sterowni	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	

Wnosimy o wyjaśnienie oczywistej pomyłki pisarskiej i zmianę tego punktu na:

L.p.		Parametr wymagany	Liczba punktów za parametry techniczne	Parametry oferowane
163	Monitor LCD min. 40 cali montowany w sterowni przekazujący sygnał funkcji życiowych z kolumny anestezyjologicznej, umożliwiający wgląd wizualny parametrów życiowych pacjenta lekarzowi anestezyjologowi w sterowni bez wchodzenia do sali badań wraz z instalacją sygnału aparat do znieczulenia - monitor w sterowni	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### Pytanie nr 61

Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ, punkt 161 oraz jego modyfikacją z dnia 07.07.2015 zwracamy się z wnioskiem o przywrócenie pierwotnych, neutralnych zapisów dotyczących w/w punktu („Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem (z pakietem startowym – 100 wkładów).

UZASADNIENIE:

Modyfikacja z dnia 07.07.2015 dokonana przez Zamawiającego w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ, punkt 161 wskazuje na jaskrawe preferowanie jednego w skali światowej urządzenia, jakim jest wstrzykiwacz kontrastu ACCUTRON HP D niemieckiej firmy MEDTRON A.G., na rzecz dyskryminowania wszelkich innych produktów z tej grupy, co nie jest zgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Dokonana przez Zamawiającego w/w modyfikacja jest z punktu widzenia potrzeb klinicznych i wyniku prowadzonego badania, w nieuzasadniony sposób rażąco krzywdząca dla innych niż produkt niemieckiej firmy MEDTRON A.G. o nazwie ACCUTRON HP D, wstrzykiwaczy kontrastu i wskazuje na jaskrawe preferowanie rozwiązań technologicznych stosowanych wyłącznie we wstrzykiwaczach kontrastu o nazwie handlowej ACCUTRON HP D, produkowanych przez niemiecką firmę MEDTRON A.G., ponieważ tylko te urządzenia spełniają aktualne wymogi Zamawiającego.

Ponadto, pragniemy także zauważyć, iż dystrybutorem sprzętu niemieckiej firmy MEDTRON A.G. w Polsce, na zasadach wyłączności, jest firma SYNEKTIK S.A. z Warszawy. Firma SYNEKTIK SA z Warszawy występuje też JEDNOCZEŚNIE jako jeden z autoryzowanych w Polsce dystrybutorów sprzętu firmy SIEMENS (w tym również angiografów tej firmy).

Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą jak na wstępie tj. o przywrócenie pierwotnych, neutralnych zapisów dotyczących Załącznika nr 1 do SIWZ, punkt 161, co pozwoli na zaoferowanie w przedmiotowym postępowaniu przetargowym jednego z kilku dostępnych na rynku światowym modeli automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu produkowanych przez kilka renomowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### **Pytanie nr 62**

W punkcie 6.6.2, podpunkt 7 podane są wymagane terminy działań naprawczych. Zamawiający wymaga podjęcia prac przy zdalnej diagnostyce w ciągu maksymalnie 4 godzin oraz podjęcia działań naprawczych w miejscu zainstalowania aparatu w ciągu 24 godzin.

Prosimy o wydłużenie ww terminów w sposób następujący:

- 7) Wykonawca będzie zobowiązany w ramach serwisu gwarancyjnego do:
  - a) podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 8h – w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  - b) podjęcia działań naprawczych w przypadku naprawy w miejscu instalacji <= 48h w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### **Pytanie nr 63**

W punkcie 8.1. podpunkt 2 Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się realizacją w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert przynajmniej jednego zadania polegającego na dostawie i montażu stacjonarnego angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń, którego wartość winna wynosić minimum 3.500.000,00 zł. brutto.

W Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wydane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1), paragraf 1.1, punkt 3 stanowi, że Zamawiający może żądać „3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;”

Wyżej przytoczone Rozporządzenie stwierdza, że zamawiający może (nie musi) żądać wykazu wykonanych dostaw lub usług, a przede wszystkim nie określa kwot, tj. wartości dostaw lub usług, których realizacją wykonawca ma się wykazać. Zrozumiałe jest, że zamawiający chce mieć pewność, iż wykonawca posiada doświadczenie w realizacji zadania porównywalnego z przedmiotem

zamówienia. Jednakże nie wartość zrealizowanego przedmiotu zamówienia jest najważniejsza, a stopień jego złożoności.

Prosimy o obniżenie wymaganej wartości zrealizowanego zadania polegającego na dostawie i montażu stacjonarnego angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń do kwoty 3 milionów złotych lub wyrażenie zgody na wykazanie się realizacją dostawy i instalacji innych systemów rtg (np. tomografów).

#### Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Rozdziale 8. pkt. 8.1. ppkt. 2) SIWZ zmienia zapis z:

*„W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia – co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie i montażu Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń, którego wartość winna wynosić minimum 3 500 000,00zł brutto.”*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*„W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia – co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie i montażu Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń, którego wartość winna wynosić minimum 3 000 000,00zł brutto.”*

w załączniku nr 8 do SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ZADAŃ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT zmienia zapis z:

*\*W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń, którego wartość winna wynosić minimum 3 500 000,00zł brutto.*

który otrzymuje nowe brzmienie:

*\*W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń, którego wartość winna wynosić minimum 3 000 000,00zł brutto.*

#### **Pytanie nr 64**

W paragrafie 13 wzoru umowy Zamawiający przewiduje następujące kary umowne:

- a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,
- b) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
- c) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umowy brutto,
- d) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto,
- e) za niespełnienie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 18 w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto,

Wyżej wymienione kary są dużo wyższe niż powszechnie stosowane w tego rodzaju kontraktach. Prosimy o ich obniżenie w sposób następujący:

- a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

- b) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
- c) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umowy brutto,
- d) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
- e) za niespełnienie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 18 w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 65**

Proszę o podanie z czego wykonane są ściany istniejące dylatacyjne (żelbet, cegła?).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ściana dylatacyjna w rejonie wejścia do projektowanego pomieszczenia angiografu wykonana jest z cegły.

**Pytanie nr 66**

Proszę o podanie z czego wykonana jest ściana pomiędzy salką konsultacyjną, a korytarzem głównym, w której należy wykonać nowe przejścia (żelbet, cegła?).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ściana pomiędzy korytarzem a salką konsultacyjną (obecnie pomieszczenie zespołu ds. zakażeń) wykonana jest z cegły.

**Pytanie nr 67**

Według SIWZ nowo projektowaną instalację gazów medycznych należy włączyć do istniejących przewodów zlokalizowanych w piwnicy w segmencie 19. Proszę o określenie punktu włączenia w piwnicy lub orientacyjnej odległości.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Programie funkcjonalno – użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 5. Wymagania ogólne dotyczące instalacji, ppkt 3) **Instalacja gazów medycznych, zmienia zapis z:**

**3) Instalacja gazów medycznych**

*Wykonanie instalacji w zakresie wynikającym z potrzeb technologicznych i wymagań dla pracowni Angiografu. Należy doprowadzić instalacje tlenu (2 punkty), próżni, podtlenu azotu, sprężonego powietrza 5bar (2 punkty) do kolumny sufitowej w pomieszczenia Sali badań. Dodatkowo dla kolumny należy zabudować odciąg gazów poanestetycznych.*

*W pomieszczeniu przygotowania i wybudzenia pacjenta wykonać instalację i ściennie punkty poboru GM w ilości: 1xO<sub>2</sub>, 1xVAC, 1xAir.*

*Nowoprojektowaną instalację włączyć do istniejących przewodów zlokalizowanych w piwnicy w segmencie 19. Na poziomie piwnic pod pionami zamontować skrzynki odwadniające, natomiast dla pracowni angiografu zabudować skrzynkę zaworowo sygnalizacyjno informacyjną wraz z sygnalizatorami wynośnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

który otrzymuje nowe brzmienie:

**3) Instalacja gazów medycznych**

*Wykonanie instalacji w zakresie wynikającym z potrzeb technologicznych i wymagań dla pracowni Angiografu. Należy doprowadzić instalacje tlenu (2 punkty), próżni, podtlenu azotu, sprężonego powietrza 5bar (2 punkty) do kolumny sufitowej w pomieszczenia Sali badań. Dodatkowo dla kolumny należy zabudować odciąg gazów poanestetycznych.*

W pomieszczeniu przygotowania i wybudzenia pacjenta wykonać instalację i ściennie punkty poboru GM w ilości: 1xO<sub>2</sub>, 1xVAC, 1xAir.

Nowoprojektowaną instalację włączyć do istniejących przewodów zlokalizowanych w piwnicy w segmencie 19. Planowany punkt włączenia się do instalacji gazów medycznych w segmencie 19 „przecięcie korytarzy”, przewidywana długość nowej instalacji poziomej około 50mb o ile projekt nie założy inaczej.

Na poziomie piwnic pod pionami zamontować skrzynki odwadniające, natomiast dla pracowni angiografu zabudować skrzynkę zaworowo sygnalizacyjno informacyjną wraz z sygnalizatorami wynośnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Pytanie nr 68**

W PFU brak informacji na temat rolet dla okien w pomieszczeniu sterowni. Prosimy o potwierdzenie, że należy ująć w ofercie.

#### Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Programie funkcjonalno – użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt II. Zakres robót ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, ppkt 9 STEROWNIA, zmienia zapis z:

#### **9. Sterownia**

Posadzka - wykładzina przewodząca z odprowadzeniem ładunków elektrostatycznych, Sufit podwieszany z atestem do pomieszczeń zabiegowych. Ściany zabezpieczone tapetą z włókna malowane zgodnie z wymaganiami do sal zabiegowych. Wejście do magazynu: drzwi aluminiowe otwierane ręcznie, przeszklone szybą mleczną. W sterowni zabudować grzejnik c.o. z termostatem w celu ewentualnego dogrzania pomieszczenia. Pomieszczenie wentylowane i klimatyzowane.

Wypośażenie meblowe:

- blat dwustanowiskowy
- fotele obrotowe w tapicerce zmywalnej - 2 sztuki

który otrzymuje nowe brzmienie:

#### **9. Sterownia**

Posadzka - wykładzina przewodząca z odprowadzeniem ładunków elektrostatycznych, Sufit podwieszany z atestem do pomieszczeń zabiegowych. Ściany zabezpieczone tapetą z włókna malowane zgodnie z wymaganiami do sal zabiegowych. Wejście do magazynu: drzwi aluminiowe otwierane ręcznie, przeszklone szybą mleczną. W sterowni zabudować grzejnik c.o. z termostatem w celu ewentualnego dogrzania pomieszczenia. Wykonanie żaluzji aluminiowych, wewnętrznych, podnoszonych elektrycznie 100% zaciemnienia. Pomieszczenie wentylowane i klimatyzowane.

Wypośażenie meblowe:

- blat dwustanowiskowy
- fotele obrotowe w tapicerce zmywalnej - 2 sztuki

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Załączniku nr 1 do SIWZ „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych” w punkcie 168 Zamawiający, zmienia zapis z:

168	Aparat do znieczulania z monitorowaniem montowanym na kolumnie sufitowej – wymagane parametry techniczne w załączniku nr 1
-----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

168	Aparat do znieczulania z monitorowaniem montowanym na kolumnie sufitowej – wymagane parametry techniczne w załączniku nr 1a
-----	---

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia, oraz dołącza do niniejszego pisma:

- SIWZ po zmianach z dnia 15.07.2015 r.;
- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 r.;
- Program funkcjonalno – użytkowy - załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 r.;



- WYKAZ WYKONANYCH ZADAŃ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT - załącznik nr 8 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 r.;
- Wzór umowy - załącznik nr 12 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 r..

Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój  
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: [szpital@wss2.pl](mailto:szpital@wss2.pl), [www.wss2.pl](http://www.wss2.pl)