

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju (BZP.38.382-11.19).**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 19.02.2019r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1 dot. Lampy diagnostycznej jezdnej:

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 9 (3 moduły po 3 diody białe)?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. Lampy diagnostycznej jezdnej:

Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół diod dla każdej czaszy na poziomie max 10 W? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. Lampy diagnostycznej jezdnej:

Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczną, z natężeniem światła w odległości 1 m wynoszącym 50.000 lux? Rozwiązanie dużo korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. Lampy diagnostycznej jezdnej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lamp diagnostycznych do osobnego pakietu? Pozwoli to na wystartowanie większej liczby wykonawców, a przez to uzyskanie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem