

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego” (BZP.38.382-24.17)”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU NR 13 - OKULARY DO LAMPY, OKULARY DO LASERA, GOGLE, PÓLMASKA OCHRONNA

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego” - BZP.38.382-24.17, dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet 13 - Okulary do lampy, okulary do lasera, gogle, półmaska ochronna

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:

Nr oferty	Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę	Wartość brutto	Liczba punktów: kryterium Cena (koszt) - 100 %
10	Sinmed Sp. z o.o. ul. Toszecka 6 44-100 Gliwice	9 600,15 zł	100 pkt

Złożono jedną oferty niepodlegającą odrzuceniu

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, nastąpi w terminie określonym na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Dodatkowo, Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym **ODRZUCA następującą ofertę:**

Anmar Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Strefowa 22
43-100 Tychy

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę Wykonawcy w powyższym pakiecie, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:

Wykonawca zaoferował w załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Formularzu asortymentowo-cenowym okulary ochronne, o numerze katalogowym K204, które nie posiadają wielostopniowej regulacji kąta pochylenia szybki, podczas gdy Zamawiający wymagał wielostopniowej regulacji kąta nachylenia szybki. Ponadto, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca złożył wyjaśnienia, w których potwierdził, że zaoferowane przez niego okulary ochronne nie posiadają w/w funkcjonalności..

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: szpital@wss2.pl, www.wss2.pl