

Jastrzębie – Zdrój, 04 czerwca 2018r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawy klipsów neurochirurgicznych oraz protezy krążka międzykręgowego dla Oddziału Neurochirurgii”- powtórka (BZP.38.383-22.18).**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r., Zamawiający **wybrał oferty najkorzystniejsze** na podstawie kryterium „Cena” - 100%

<p><u>Pakiet nr 1 – Klipsy neurochirurgiczne</u> Aesculap Chifa Sp. z o. o. Ul. Tysiąclecia 14, 64-Nowy Tomyśl</p> <p>wartość netto: 13.615,00 PLN, wartość brutto: 14.704,20 PLN</p>
<p><u>Pakiet nr 2 – Proteza krążka międzykręgowego</u> Alteris S.A Ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice</p> <p>wartość netto: 30.000,00 PLN, wartość brutto: 32.400,00 PLN</p>

Jednocześnie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r. **odrzuca oferty:**

1) Advance Europe Sp. z o. o.

Ul. Skrzetuskiego 30 m 3  
02-726 Warszawa

**w pakiecie nr 1 – Klipsy neurochirurgiczne**

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 16a w/w Regulaminu odrzuca ofertę Wykonawcy w powyższym pakiecie, ponieważ jej treść nie odpowiada treści zapisów Formularza oferty.

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający w Formularzu asortymentowo - cenowym w pakiecie nr 1 zamieścił zapis o treści:  
UWGA!

- Dostarczyć na czas trwania umowy tacę do przechowywania i sterylizacji klipsów tytanowych z minimum 18 przegródkami pasującymi do zamawianych klipsów mini, standard i długich oraz taką

samą ilością miejsc na tabliczki informacyjne nad każdą przegródką. Tabliczka ma służyć do zamieszczania numeru katalogowego klipsa, jego rozmiaru, typu i zdjęcia w oryginalnej wielkości. Taca ma być perforowana na dnie i ma posiadać dopasowaną pokrywę zamykającą, wgłębienia na klipsy, uniemożliwiają ich wypadnięcie po przewróceniu tacy. Taca ma być wykonana z materiału nadającego się do sterylizacji parowej.

-Dostarczyć na czas trwania umowy 2 klipsownice (duża i mała z uchylną główką).

Wykonawca złożył ofertę w pakiecie nr 1 bez w/w zapisu w Formularzu asortymentowo – cenowym.

W związku z powyższym Wykonawca nie oświadczył, iż będzie realizował w/w wymagania.

2) Pioneer Surgical Technology BV

Voorvaste 7, 3992 DC Houten

The Netherlands

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 16b w/w Regulaminu odrzuca ofertę Wykonawcy, gdyż złożona została po wyznaczonym terminie – ofertę należy zwrócić bez jej otwierania, z zastrzeżeniem ust. 17.

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:

Termin składania ofert upływał dnia 29.05.2018r o godz. 10:00, natomiast oferta Wykonawcy wpłynęła do Sekretariatu Szpitala dnia 29.05.2018r. o godz. 12:00. W związku z tym oferta została odrzucona i odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.

Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, Zamawiający podpisze w terminie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. Dyrektora WSSz nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Z poważaniem