

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup, dostawę i montaż urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (BZP/38/382-21/16)**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ II Z DNIA 16.08.2016 r.
I ZMIANA TREŚCI SIWZ II Z DNIA 16.08.2016 r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.), Zamawiający kontynuuje wyjaśnienia treści SIWZ oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie 124 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 4 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf który podczas pracy generuje hałas na poziomie poniżej 42 dB?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 7 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 125 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 7 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf która posiada blokadę 2 przednich kół?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. I nr 7 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

7. Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół

który otrzymuje nowe brzmienie:

7. Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół **lub blokadę 2 przednich kół**

Pytanie 126 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 9 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający panel dotykowy o przekątnej 12 cali ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 127 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 10 W wymogach regulacji panelu sterowania Zamawiający nie określił zakresu. Wobec powyższego czy Zamawiający będzie wymagał aby urządzenie było w pełni ergonomiczne i posiadało regulację panelu sterowania prawo/lewo w zakresie minimum +/- 160 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 128 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 11 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający manualną regulację wzmocnienia poziomego TGC za pomocą 8 potencjometrów suwakowych i czy będzie wymagał cyfrowej regulacji wzmocnienia pionowego LGC?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. I nr 11 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

11. Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień

który otrzymuje nowe brzmienie:

11. Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień **lub manualna regulacja wzmocnienia poziomego TGC za pomocą 8 potencjometrów suwakowych z cyfrową regulacją wzmocnienia pionowego LGC**

Pytanie 129 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 12 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający klawiaturę dotykową na panelu LCD?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. I nr 12 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

12. Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora

który otrzymuje nowe brzmienie:

12. Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora **lub klawiaturę dotykową na panelu LCD**

Pytanie 130 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 15 Przedmiotem zamówienia jest ultrasonograf wysokiej klasy. Obecnie nowoczesne urządzenia posiadają liczbę cyfrowych kanałów przetwarzania powyżej 4 000 000. Wobec powyższego czy Zamawiający nie wyrazi zgody na modyfikację tego parametru?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 131 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 16 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający zakres pracy dostępnych głowic od 2.0 MHz do 18.0 MHz?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 9 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 132 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 18 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający pamięć CINE na poziomie 2200 klatek?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. I nr 18 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

18. Min. 25 000

który otrzymuje nowe brzmienie:

18. Min. 2 200

Pytanie 133 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 21 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD.DVD, pamięci Pen-Drive w formatach JPG, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych), oraz czy dla większej wygody będzie wymagał aby dane formatu DICOM były wgrywane z przeglądarką DICOM?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. I nr 21 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

21. Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF lub bez możliwości zapisu w formacie TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych)

który otrzymuje nowe brzmienie:

21. Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF lub bez możliwości zapisu w formacie TIFF, DICOM **lub format DICOM z wgrywaniem z przeglądarką DICOM** , AVI (dla pętli obrazowych)

Pytanie 134 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 24 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający zakres regulacji głębokości penetracji od 2 cm do 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. I nr 24 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

24. Min. 1 – 38 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

24. Min. 1 – 38 cm **lub 2 - 30 cm**

Pytanie 135 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 29 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający częstotliwość odświeżania na poziomie 1400 fps?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. I nr 29 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

29. min. 2000 fps

który otrzymuje nowe brzmienie:

29. min. **1400 fps**

Pytanie 136 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 32 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający zakres rotacji obrazu góra/dół, lewo/prawo?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 137 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 37 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający posiadający pełne rozwinięcie obrazowania M - mode o Anatomiczny M-mode i czy ten parametr będzie wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 138 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 40 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający częstotliwość odświeżania dla trybu Dopplera Kolorowego na poziomie 120 fps?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. I nr 40 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

40. min. 400 fps

który otrzymuje nowe brzmienie:

40. min. **120 fps**

Pytanie 139 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 43 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający zakres regulacji okna dopplera kolorowego +/- 20 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. I nr 43 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:
43. min: +/- 30°

który otrzymuje nowe brzmienie:
43. min: +/- 20°

Pytanie 140 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 46 Zwracamy się z prośbą o skreślenie tego wymogu z treści specyfikacji. Regulacja dynamiki ma główne zastosowanie w trybie obrazowania 2D gdzie istotnie można poprawić jakość wizualizacji badanych struktur.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. I nr 46 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

46. Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie

który otrzymuje nowe brzmienie:

49. **Możliwość** Dynamiki systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie

oraz w pakiecie nr 8 poz. I nr 46 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

49. TAK

który otrzymuje nowe brzmienie:

49. TAK/NIE

Pytanie 141 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 49 Istotnym parametrem w badaniach naczyniowych oprócz regulacji szerokości bramki dopplerowskiej jest możliwość regulacji kąta korekcji. Większość nowoczesnych urządzeń posiada kąt korekcji na poziomie +/- 90 stopni (+/- 5%). Czy wobec powyższego Zamawiający zgodzi się na modyfikację tego parametru?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. I nr 49 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

49. Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym

który otrzymuje nowe brzmienie:

49. Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym **lub** **bramka dopplerowska z możliwością regulacji kąta korekcji, kąt korekcji na poziomie +/- 90 stopni (+/- 5%)**

Pytanie 142 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu I podpunkt 53 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający wysokoczuły Power Doppler kierunkowy do wizualizacji bardzo wolnych przepływów?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. I nr 53 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

53. Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów

który otrzymuje nowe brzmienie:

53. Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów **lub Power Doppler kierunkowy do wizualizacji bardzo wolnych przepływów**

Pytanie 143 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu II podpunkt 2 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający głowicę liniową pracującą w zakresie 4.0 MHz - 12.0 MHz?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 12 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 144 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu II podpunkt 3 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający głowicę konweksową pracującą w zakresie od 2.0 MHz do 6.0 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. I nr 3 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

Głowica convex do badań brzusznych

- Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz, lub 2-5 MHz
- Ilość elementów: min. 192,
- Kąt skanowania: min. 58°,
- Przystawka biopsyjna

który otrzymuje nowe brzmienie:

Głowica convex do badań brzusznych

- Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz, lub 2-5 MHz **lub 2-6 MHz**
- Ilość elementów: min. 192,
- Kąt skanowania: min. 58°,
- Przystawka biopsyjna

Pytanie 145 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu IV podpunkt 5 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne o długości skanu 60 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. IV nr 5 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

5. Min. 70 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

5. Min. 60 cm

Pytanie 146 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu IV podpunkt 7 i punktu I podpunkt 58 Prosimy o wyjaśnienie, czy tryb pracy skrzyżowanych ultradźwięków jest wymagany bezwzględnie czy opcja do rozbudowy?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. IV nr 7 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” usuwa zapis:

7. Możliwość rozbudowy o obrazowanie krzyżowe

a poz. I nr 58 pozostaje bez zmian.

Pytanie 147 dot. pakietu nr 8

Dotyczy punktu IV podpunkt 10 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf nie posiadający możliwości rozbudowy o fabryczny podgrzewacz do żelu?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. IV nr 10 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

10. Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz do żelu

który otrzymuje nowe brzmienie:

10. Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz do żelu **lub bez możliwości rozbudowy o fabryczny podgrzewacz do żelu**

oraz w pakiecie nr 8 poz. IV nr 10 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

10. TAK

który otrzymuje nowe brzmienie:

10. TAK/NIE

Pytanie 148 dot. pakietu nr 8

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o głowicę przezprzełykową kardiologiczną matrycową o minimum 2500 kryształach, częstotliwości pracy min 2.0 MHz do 7.0 MHz wraz z obrazowaniem harmonicznym, ponieważ z analizy treści specyfikacji wynika, że przedmiotem zakupu jest aparat posiadający aplikację echokardiograficzną?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 8 poz. IV w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” dodaje zapis z:

13. Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową kardiologiczną matrycową o minimum 2500 kryształach, częstotliwości pracy min 2.0 MHz do 7.0 MHz wraz z obrazowaniem harmonicznym.

oraz w pakiecie nr 8 poz. IV nr 13 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” dodaje zapis:

13. TAK/NIE

Pytanie 149 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się, by aparat podłączony był do zdalnego serwisu, co przełoży się na szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. IV w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” dodaje zapis z:

5. Możliwość podłączenia aparatu do zdalnego serwisu.

oraz w pakiecie nr 8 poz. IV nr 13 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” dodaje zapis:

13. TAK/NIE

Pytanie 150 dot. pakietu nr 8

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu paragrafu 4 ust. 6 wzoru umowy, który brzmi: "Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji do protokolarnego przekazania wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych niezbędnych informacji do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiających świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub certyfikowanym firmom serwisowym lub przez pracowników Zamawiającego przeszkolonych przez Wykonawcę."

Dla oferowanego przez nas aparatu nie istnieją żadne stałe kody, loginy czy też hasła serwisowe, a jedynie jednorazowe kody generowane przez producenta w sytuacji, gdy konieczne jest podjęcie interwencji serwisowej. Kody ważne są przez 1 dzień.

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że wymóg Zamawiającego w tym zakresie zostanie spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego po kresie gwarancji, wygeneruje i przekaże mu kod jednorazowy, potrzebny do podjęcia takiej interwencji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 151 dot. Wzoru Umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 152 dot. Wzoru Umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 1:

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:

1) wykonawca zapłaci kary umowne:

- a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowego wykonania przedmiotu umowy
- b) za nieterminowe wykonanie przeglądu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umowy brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowego wykonania przeglądu przedmiotu umowy
- c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy
- d) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia niezrealizowanej części umowy brutto,
- e) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia niezrealizowanej części umownego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 153 dot. Wzoru Umowy

Wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy, który będzie stanowił, iż postanowienia, o których mowa w par. 16 mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy wykonawcy wykonując przedmiot umowy będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe przekazane przez Zamawiającego.

Mając na uwadze postanowienia par. 19 ust. 2 projektu umowy prosimy o wskazanie rodzaju danych osobowych jakie Zamawiający zamierza przekazywać Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 154 dot. pakietu nr 4

Czy biorąc pod uwagę, że stół będzie wykorzystywany do zabiegów urologicznych m. in. laparoskopowych i endoskopowych, Zamawiający oczekuje, by wysokość minimalna była wygodna dla pracy operatorów i w związku z tym wymaga, by wynosiła ona nie więcej niż 60 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 155 dot. pakietu nr 4

Czy mając na względzie wygodną pracę operatorów stołu i zaistnienie możliwości braku sposobności regulacji stołu za pomocą pilota, Zamawiający oczekuje dogodnego sterowania i w związku z tym wymaga stołu wyposażonego w sterowniki nożne z funkcjami co najmniej regulacji wysokości blatu i regulacji przechyłów wzdłużnych?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. I w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” dodaje zapis:

15a. Możliwość stołu wyposażonego w sterowniki nożne z funkcjami co najmniej regulacji wysokości blatu i regulacji przechyłów wzdłużnych.

oraz w pakiecie nr 4 poz. I nr w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” dodaje zapis:

15a. TAK/NIE

Pytanie 156 dot. pakietu nr 3

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści system wizyjny HDTV o większej rozdzielczości jaką jest FullHD 1920 x 1080p (skanowanie progresywne) ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. 2 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

2. System telewizyjny HDTV 1920x1080i

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. System telewizyjny HDTV 1920x1080i **lub FullHD 1920 x 1080p (skanowanie progresywne)**

Pytanie 157 dot. pakietu nr 3

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści wyjścia sygnału cyfrowe DVI i 3G-SDI, będące najwyższym standardem połączeń cyfrowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. 4 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

4. Wyjścia analogowe RGB, Y/C

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. Wyjścia analogowe RGB, Y/C **lub wyjścia cyfrowe DVI i 3G-SDI**

Pytanie 158 dot. pakietu nr 3

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści możliwość archiwizacji obrazu w postaci zdjęć i filmów w jakości FullHD z przycisków na głowicy kamery lub przycisków wideoendoskopu na pamięci przenośnej typu Pendrive ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. 6 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

6. Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery, videolaparoskopu, videoendoskopu, na pamięci przenośnej USB i pamięci wewnętrznej

który otrzymuje nowe brzmienie:

6. Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery, videolaparoskopu, videoendoskopu, na pamięci przenośnej USB i pamięci wewnętrznej **lub archiwizacja obrazu w postaci zdjęć i filmów w jakości FullHD z przycisków na głowicy kamery lub przycisków wideoendoskopu na pamięci przenośnej typu Pendrive**

Pytanie 159 dot. pakietu nr 3

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści możliwość opisu całej dokumentowanej procedury na pamięci USB przy pomocy dedykowanej silikonowej klawiatury ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. 7 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

7. Możliwość opisu zdjęć przy pomocy klawiatury procesora obrazu. Możliwość zapisu na pamięci USB oraz w pamięci procesora

który otrzymuje nowe brzmienie:

7. Możliwość opisu zdjęć przy pomocy klawiatury procesora obrazu. Możliwość zapisu na pamięci USB oraz w pamięci procesora **lub możliwość opisu całej dokumentowanej procedury na pamięci USB przy pomocy dedykowanej silikonowej klawiatury**

Pytanie 160 dot. pakietu nr 3

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści możliwość współpracy i pełnej kompatybilności z optykami cystoskopowymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego i oferowanym wideocystoskopem, z dodatkową możliwością równoczesnej pracy endoskopu z wideocystoskopem ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. 8 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

8. Współpraca z videocystoskopami HDTV i SDTV, z kamerą wbudowana w końcówkę endoskopu, videolaparoskopami HD i SD

który otrzymuje nowe brzmienie:

8. Współpraca z videocystoskopami HDTV i SDTV, z kamerą wbudowana w końcówkę endoskopu, videolaparoskopami HD i SD **lub kompatybilności z optykami cystoskopowymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego i oferowanym wideocystoskopem, z dodatkową możliwością równoczesnej pracy endoskopu z wideocystoskopem**

Pytanie 161 dot. pakietu nr 3

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści możliwość 2 przycisków funkcyjnych w pełni programowalnych na głowicy kamery z możliwością przypisania po 2 funkcji do każdego przycisku ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. 10 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

10. Przyciski funkcyjne na panelu centralnym

który otrzymuje nowe brzmienie:

10. Przyciski funkcyjne na panelu centralnym **lub 2 przyciski funkcjonalne w pełni programowalne na głowicy kamery z możliwością przypisania po 2 funkcje do każdego przycisku**

Pytanie 162 dot. pakietu nr 3

Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści funkcję obrazowania redukującą różnice w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie doświetlonego obrazu ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. 13 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

13. Funkcja mierzenia najjaśniejszego punktu obrazu, w celu dostosowania intensywności światła, aktywowana z panelu procesora, głowicy kamery, videoendoskopu, videolaparoskopu

który otrzymuje nowe brzmienie:

13. Funkcja mierzenia najjaśniejszego punktu obrazu, w celu dostosowania intensywności światła, aktywowana z panelu procesora, głowicy kamery, videoendoskopu, videolaparoskopu **lub funkcja obrazowania redukująca różnice w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie doświetlonego obrazu**

Pytanie 163 dot. pakietu nr 3

Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści możliwość zapamiętania jednocześnie 20 pacjentów, z dalszą możliwością nadpisywania istniejących ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. 14 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

14. Min. 40 pacjentów

który otrzymuje nowe brzmienie:

14. Min. **20 pacjentów, z dalszą możliwością nadpisywania istniejących**

Pytanie 164 dot. pakietu nr 3

Poz. 18 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania procesora kompatybilnego z obrazowaniem w wąskim paśmie światła w oparciu o technologię cyfrową w procesorze obrazu, charakteryzującą się następującymi funkcjami wspomaganie obrazowania :

- Funkcja obrazowania redukująca różnice w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie doświetlonego obrazu
- Funkcja obrazowania wzmacniająca kontrast kolorów w celu uwydatnienia struktury tkanek i unaczynienia
- Funkcja obrazowania w postaci filtra cyfrowego eliminującego widmo czerwone światła widzialnego w celu lepszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. 18 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

18. Procesor kompatybilny z obrazowaniem w wąskim paśmie światła w oparciu o technologię łączącą rozwiązania optyczne w źródle światła i cyfrowe w procesorze obrazu

który otrzymuje nowe brzmienie:

18. Procesor kompatybilny z obrazowaniem w wąskim paśmie światła w oparciu o technologię łączącą rozwiązania optyczne w źródle światła i cyfrowe w procesorze obrazu **lub procesor kompatybilny z obrazowaniem w wąskim paśmie światła w oparciu o technologię cyfrową w procesorze obrazu, charakteryzującą się następującymi funkcjami wspomaganie obrazowania :**

- **Funkcja obrazowania redukująca różnice w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie doświetlonego obrazu**

- **Funkcja obrazowania wzmacniająca kontrast kolorów w celu uwydatnienia struktury tkanek i unaczynienia**

Funkcja obrazowania w postaci filtra cyfrowego eliminującego widmo czerwone światła widzialnego w celu lepszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie

Pytanie 165 dot. pakietu nr 3

Poz. 1- 5 Czy Zamawiający dopuści źródło światła najnowszej generacji w technologii LED, żywotności diody LED min. 30 000 godzin, z możliwością sterowania z panelu czołowego źródła światła lub bezpośrednio z głowicy kamery. Dodatkowo istnieje możliwość pracy z automatycznym sterowaniem jasnością światła w zależności od odległości od struktur tkankowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. II pkt 1-5 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” dodaje zapis:

9. Możliwość źródła światła najnowszej generacji w technologii LED, żywotności diody LED min. 30 000 godzin, z możliwością sterowania z panelu czołowego źródła światła lub bezpośrednio z głowicy kamery. Istnieje możliwość pracy z automatycznym sterowaniem jasnością światła w zależności od odległości od struktur tkankowych.

oraz w pakiecie nr 3 poz. II nr 1-5 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” dodaje zapis:

9. TAK/NIE*

* jeżeli NIE to w pkt 1-5 podać TAK

oraz w pakiecie nr 3 poz. II nr 1-5 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 1. | Moc źródła światła | Min. 300 W | TAK, podać |
| 2. | Automatyczna regulacja jasności światła | | TAK |
| 3. | Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej | | TAK |
| 4. | Miernik pracy żarówki | Min. 500 h | TAK, podać |
| 5. | Filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego w celu diagnostyki w wąskim paśmie światła | | TAK |

który otrzymuje nowe brzmienie:

| | | | |
|----|---|------------|--|
| 1. | Moc źródła światła | Min. 300 W | TAK/NIE** |
| 2. | Automatyczna regulacja jasności światła | | TAK/NIE** |
| 3. | Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej | | TAK/NIE** |
| 4. | Miernik pracy żarówki | Min. 500 h | TAK/NIE** |
| 5. | Filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego w celu diagnostyki w wąskim paśmie światła | | TAK/NIE** **jeżeli Nie to w pkt 9 podać TAK |

Pytanie 166 dot. pakietu nr 3

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści światłowód o śr. 3,5 mm, dł. 230 cm dedykowany do zabiegów endourologicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. II pkt. 7 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

7. Światłowód dla endoskopów o średnicy mniejszej bądź równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3m – 2 sztuki

który otrzymuje nowe brzmienie:

7. Światłowód dla endoskopów o średnicy mniejszej bądź równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3m – 2 sztuki **lub światłowód o śr. 3,5 mm, dł. 230 cm dedykowany do zabiegów endourologicznych**

Pytanie 167 dot. pakietu nr 3

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści połączenie z optyką typ kątowy L, pracująca w systemie HDTV, 2 programowalne przyciski funkcyjne z możliwością zaprogramowania dwóch funkcji do każdego przycisku ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. IV pkt. 1 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

1. Połączenie z optyką typ kątowy L, pracująca w systemie HDTV, 3 programowalne przyciski funkcyjne na przewodzie transmisyjnym

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Połączenie z optyką typ kątowy L, pracująca w systemie HDTV, 3 programowalne przyciski funkcyjne na przewodzie transmisyjnym **lub połączenie z optyką typ kątowy L, pracująca w systemie HDTV, 2 programowalne przyciski funkcyjne z możliwością zaprogramowania dwóch funkcji do każdego przycisku**

Pytanie 168 dot. pakietu nr 3

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści głowicę kamery w pełni kompatybilną z oferowanymi funkcjami wspomaganie obrazowania w technologii cyfrowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. IV pkt. 2 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

2. Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową, pozwalająca na obrazowanie w wąskim paśmie światła

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową, pozwalająca na obrazowanie w wąskim paśmie światła **lub kompatybilną z oferowanymi funkcjami wspomaganie obrazowania w technologii cyfrowej**

Pytanie 169 dot. pakietu nr 3

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści centralny uchwyt do mocowania monitora z przyłączem VESA?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. V pkt 1 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

1. Centralne pneumatyczne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Centralne pneumatyczne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA **lub centralny uchwyt do mocowania monitora z przyłączem VESA**

Pytanie 170 dot. pakietu nr 3

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści 2 półki zamontowane do wózka w zupełności wystarczające na zamontowanie oferowanego sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 171 dot. pakietu nr 3

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści wymiar zewnętrzny sondy mniejszy od wymaganego równy 16 Fr?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. I pkt. 4 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

4. 16,2 Fr

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. 16,2 Fr **lub 16 Fr**

Pytanie 172 dot. pakietu nr 3

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści wymiar zewnętrzny sondy równy na całej długości endoskopu 16 Fr?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. I pkt. 5 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

5. 12,9 Fr

który otrzymuje nowe brzmienie:

5. 12,9 Fr **lub 16 Fr**

Pytanie 173 dot. pakietu nr 3

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści wymiar kanału roboczego równy 6,5 Fr ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. I pkt. 6 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

6. 6,6 Fr

który otrzymuje nowe brzmienie:

6. 6,6 Fr **lub 6,5 Fr**

Pytanie 174 dot. pakietu nr 3

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści długość roboczą endoskopu równą 370 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. I poz. 7 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

7. Min. 380 mm

który otrzymuje nowe brzmienie:

7. Min. **370 mm**

Pytanie 175 dot. pakietu nr 3

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści wygięcie końcówki dystalnej w dół większe od wymaganego równe 140°?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. I pkt. 10 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

10. 120°

który otrzymuje nowe brzmienie:

10. 120° **lub 140°**

Pytanie 176 dot. pakietu nr 3

Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści videocystoskop w pełni kompatybilny z oferowanymi funkcjami wspomaganie obrazowania w technologii cyfrowej?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. I pkt. 13 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

13. Kompatybilny z technologią optyczno-cyfrową, pozwalającą na obrazowanie tkanek w wąskim paśmie światła

który otrzymuje nowe brzmienie:

13. Kompatybilny z technologią optyczno-cyfrową, pozwalającą na obrazowanie tkanek w wąskim paśmie światła **lub kompatybilny z oferowanymi funkcjami wspomaganie obrazowania w technologii cyfrowej**

Pytanie 177 dot. pakietu nr 3

Poz.15 Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki chwytające, obwód 5 Fr, długość 730 mm, giętke ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. I pkt. 15 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

15. Kleszczyki chwytające, obwód 5 Fr, min. 640 mm max 660 mm giętkie – 1 sztuka

który otrzymuje nowe brzmienie:

15. Kleszczyki chwytające, obwód 5 Fr, min. 640 mm max **730 mm** giętkie – 1 sztuka

Pytanie 178 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w listwy boczne akcesoryjne, które przy segmencie oparcia pleców oraz w części lędźwiowej nie posiadają dodatkowych zabezpieczeń/ograniczników przed przypadkowym wysuwem korpusów?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 26 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 179 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, w którym nie występuje ryzyko uderzenia stołu o podłogę w przypadku blatu wypoziomowanego wykonując przechyły wzdłużne i boczne tym samym bez systemu antykolizyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. I pkt. 4 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

4. Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wypoziomowanym blacie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny **bez systemu antykolizyjnego**. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wypoziomowanym blacie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu

Pytanie 180 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. I pkt. 7 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

7. 720 do 1160 mm (+/- 20 mm) lub 550 do 1000 mm (+/- 50 mm)

który otrzymuje nowe brzmienie:

7. 720 do 1160 mm (+/- 20 mm) lub 550 do 1000 mm (+/- 50 mm) **lub 530 do 1010 mm**

Pytanie 181 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 stopni do +80 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. I pkt 8 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

8. - 45° do 85° (+/- 10°)

który otrzymuje nowe brzmienie:

8. - 45° do 85° (+/- 15°)

Pytanie 182 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją podglówka w zakresie od -90 do +60 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. I pkt 9 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

9. - 55° do 60° (+/- 15°)

który otrzymuje nowe brzmienie:

9. - 55° do 60° (+/- 15°) **lub -90° do +60°**

Pytanie 183 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją przechyłów bocznych blatu w zakresie +/- 25 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 35 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 184 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga w zakresie 30 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. I pkt 11, 12 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

11. Patrz odpowiedź 36 po zmianach z dnia 10.08.2016 r.

oraz w pakiecie nr 4 poz. I pkt 12 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:

12. 40° lub 25°

który otrzymuje nowe brzmienie:

12. 40° lub 25° **lub** 30°

Pytanie 185 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie 360 mm realizowaną poprzez układ elektrohydrauliczny stołu? Dotyczy punktu 14 oraz 24 tabeli technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 186 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z mechaniczną regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej poprzez mechanizm korbowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 187 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z możliwością poziomowania blatu z pilota poprzez układ elektrohydrauliczny z wyłączeniem wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego mechanicznie? Dotyczy punktu 15 oraz 23 tabeli technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. I pkt 15 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

15. Regulacja pilotem następujących pozycji:

regulacja wysokości

regulacja oparcia pleców

funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku)

wypiętrzenie klatki piersiowej

przechyły wzdłużne i boczne

pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej

przesuw wzdłużny blatu

lub

- regulacja wysokości

- regulacja oparcia pleców

- regulacja funkcji flex/reflex po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiednich dla realizowanej funkcji przycisków

- regulacja funkcji przechyłów wzdłużnych i bocznych

- regulacja pozycji „0” z jednego przycisku

-wypiętrzenie klatki piersiowej realizowane mechanicznie

Pilot wyposażony we włącznik wszystkich funkcji i dwa przyciski zmiany orientacji blatu w przypadku zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem.

23. Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota.

który otrzymuje nowe brzmienie:

15. Regulacja pilotem następujących pozycji:

regulacja wysokości

regulacja oparcia pleców

funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku)

wypiętrzenie klatki piersiowej

przechyły wzdłużne i boczne

pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej

przesuw wzdłużny blatu

lub

- regulacja wysokości

- regulacja oparcia pleców

- regulacja funkcji flex/reflex po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiednich dla realizowanej funkcji przycisków

- regulacja funkcji przechyłów wzdłużnych i bocznych

- regulacja pozycji „0” z jednego przycisku

-wypiętrzenie klatki piersiowej realizowane mechanicznie

lub możliwość poziomowania blatu z pilota poprzez układ elektrohydrauliczny z wyłączeniem wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego mechanicznie

Pilot wyposażony we włącznik wszystkich funkcji i dwa przyciski zmiany orientacji blatu w przypadku zamiany miejscami podnóżków z podglówkiem.

23. Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota **lub możliwość poziomowania blatu z pilota poprzez układ elektrohydrauliczny z wyłączeniem wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego mechanicznie**

Pytanie 188 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy wyposażony w przewodowy pilot z podświetlanymi piktogramami, informacją o stanie naładowania baterii w postaci trzech diod, jednak bez wyświetlacza LCD tym samym bez wyświetlanych piktogramów przedstawiających wykonywany ruch stołu z aktualną ich wartością oraz bez informacji o ewentualnych błędach i awariach z komentarzem?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. I pkt 16 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

16. Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu, aktualna wartość regulowanego parametru oraz informacje o błędach i awariach z komentarzem.

lub

stół operacyjny w którym pilot wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz LCD informujący o załączeniu układu sterowania, aktualnie wykonywanym ruchu i jego kierunku oraz stanie naładowania baterii w trzech kolorach /zielony, żółty, czerwony/. Pilot bez informacji wizualnej o błędach i awariach gdyż te sygnalizowane są dźwiękowo

który otrzymuje nowe brzmienie:

16. Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu, aktualna wartość regulowanego parametru oraz informacje o błędach i awariach z komentarzem.

lub

stół operacyjny w którym pilot wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz LCD informujący o załączeniu układu sterowania, aktualnie wykonywanym ruchu i jego kierunku oraz stanie naładowania baterii w trzech kolorach /zielony, żółty, czerwony/. Pilot bez informacji wizualnej o błędach i awariach gdyż te sygnalizowane są dźwiękowo

lub

stół zabiegowy wyposażony w przewodowy pilot z podświetlanymi piktogramami, informacją o stanie naładowania baterii w postaci trzech diod, jednak bez wyświetlacza LCD tym samym bez wyświetlanych piktogramów przedstawiających wykonywany ruch stołu z aktualną ich wartością oraz bez informacji o ewentualnych błędach i awariach z komentarzem

Pytanie 189 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy z pilotem wyposażonym w sygnalizację załączenia układu sterowanie poprzez podświetlenie przycisków funkcyjnych pilota, oraz z diodową sygnalizacją konieczności naładowania baterii?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 190 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści, aby stół zabiegowy posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 191 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy ergonomiczną podstawą w kształcie prostokąta, zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. I pkt 20 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

20. Podstawa w kształcie litery „T” lub „H” zapewniająca dobry lub nieograniczony dostęp chirurga do blatu stołu

który otrzymuje nowe brzmienie:

20. Podstawa w kształcie litery „T” lub „H” **lub w kształcie prostokąta** zapewniająca dobry lub nieograniczony dostęp chirurga do blatu stołu

Pytanie 192 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy przejezdny z elektro-hydraulicznym systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych stopek, sterowany za pomocą pilota ręcznego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. I pkt 15a w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

15. Możliwość stołu wyposażonego w sterowniki nożne z funkcjami co najmniej regulacji wysokości blatu i regulacji przechyłów wzdłużnych.

który otrzymuje nowe brzmienie:

15. Możliwość stołu wyposażonego w sterowniki nożne z funkcjami co najmniej regulacji wysokości blatu i regulacji przechyłów wzdłużnych.

lub

stół zabiegowy przejezdny z elektro-hydraulicznym systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych stopek, sterowany za pomocą pilota ręcznego

Pytanie 193 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z mechaniczną regulacją segmentu podglówka realizowaną poprzez mechanizm zapadkowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 194 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy w którym oparcie pleców dzielone jest w proporcji 1:3 z możliwością mechanicznego wypiętrzenia klatki piersiowej?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. I pkt 3 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

3. Konfiguracja blatu stołu:

- podglówek płytowy na całą szerokość blatu,
- oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe) lub bez możliwości wypiętrzenia klatki piersiowej,
- płyta lędźwiowa,
- podnóżki: lewy i prawy.

Blat z możliwością zamiany lub bez możliwości zamiany miejscami podnóżków z podglówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia.

Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem lub bez powyższych ograniczników

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Konfiguracja blatu stołu:

- podglówek płytowy na całą szerokość blatu,
- oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe) lub bez możliwości wypiętrzenia klatki piersiowej **lub oparcie pleców dzielone jest w proporcji 1:3 z możliwością mechanicznego wypiętrzenia klatki piersiowej**
- płyta lędźwiowa,
- podnóżki: lewy i prawy.

Blat z możliwością zamiany lub bez możliwości zamiany miejscami podnóżków z podglówkiem.

Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia.

Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem lub bez powyższych ograniczników

Pytanie 195 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z blatem umożliwiającym przesuw wzdłużny o zakresie 360 mm? Oferowany stół posiada kolumnę o szerokości 360 mm tak, więc oferowany zakres jest wystarczający do zapewnienia pełnej przezierności blatu

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 196 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, pokryte materiałem antystatycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. I pkt 25 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

25. Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej. Materace mogą, ale nie muszą mieć funkcji mocowania do konstrukcji blatu.

który otrzymuje nowe brzmienie:

25. Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej. Materace mogą, ale nie muszą mieć funkcji mocowania do konstrukcji blatu.

lub materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, pokryte materiałem antystatycznym

Pytanie 197 dot. pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających wpis/zgłoszenie lub powiadomienie do Prezesa Rejestru Wyrobów Medycznych, dokument w postaci powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do użytku jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 198 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o konstrukcji kopuł zwartej na kształt wieloboku, w której kopuła składa się z 6 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 199 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której osłona kopuły oraz tzw. „brudne uchwyty” wykonane z tworzywa sztucznego gładkiego zapewniającego szybkość i łatwą dezynfekcję, bez użycia nanotechnologii srebra hamującej namnażanie się bakterii i wirusów?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź 42 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 200 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której kopuła składa się z 6 modułów diodowych, z których moduły zewnętrzne posiadają po 16 diod LED a moduł środkowy 15 diod LED?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź 42 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 201 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której kopuła posiada średnicę wynoszącą 76 cm?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź 42 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 202 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana jest elektronicznie w 12 stopniach/krokach?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź 42 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 203 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której kopuła posiada tzw. funkcję światła endoskopowego emitującego światło białe?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. nr I pkt 21 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

21. Lampa z tzw. funkcją światła endoskopowego (emisja zielonego światła o niskim natężeniu) **lub** poprzez obniżenie natężenia oświetlenia poniżej 25% jego wartości. Aktywacja funkcji światła endoskopowego z klawiatury umieszczonej na ramieniu lampy (oddzielne klawiatury dla każdej kopuły)

który otrzymuje nowe brzmienie:

21. Lampa z tzw. funkcją światła endoskopowego (emisja zielonego światła o niskim natężeniu **lub światła endoskopowego emitującego światło białe**) lub poprzez obniżenie natężenia oświetlenia poniżej 25% jego wartości. Aktywacja funkcji światła endoskopowego z klawiatury umieszczonej na ramieniu lampy (oddzielne klawiatury dla każdej kopuły)

Pytanie 204 dot. pakietu nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 21 tabeli technicznej, zapis dotyczący oddzielnej klawiatury dla każdej z kopuł został wprowadzony omyłkowo, gdyż wymagane jest zaoferowanie lampy jednokopułowej.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. nr I pkt 21 w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

21. Lampa z tzw. funkcją światła endoskopowego (emisja zielonego światła o niskim natężeniu lub światła endoskopowego emitującego światło białe) lub poprzez obniżenie natężenia oświetlenia poniżej 25% jego wartości. Aktywacja funkcji światła endoskopowego z klawiatury umieszczonej na ramieniu lampy (oddzielne klawiatury dla każdej kopuły)

który otrzymuje nowe brzmienie:

21. Lampa z tzw. funkcją światła endoskopowego (emisja zielonego światła o niskim natężeniu lub światła endoskopowego emitującego światło białe) lub poprzez obniżenie natężenia oświetlenia poniżej 25% jego wartości. Aktywacja funkcji światła endoskopowego z klawiatury umieszczonej na ramieniu lampy

Pytanie 205 dot. pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających wpis/zgłoszenie lub powiadomienie do Prezesa Rejestru Wyrobów Medycznych, dokument w postaci powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do użytku jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 206 dot. pakietu nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie IV 4 tabeli technicznej, zapis dotyczący częstotliwości wymiany żarówek został wprowadzony omyłkowo, gdyż wymagane jest zaoferowanie lampy z źródłem światła w postaci diod LED.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź 51 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 207 dot. pakietu nr 4

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lampy operacyjnej, a jeżeli nie, to czy taką wykona na swój koszt, aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 208 dot. pakietu nr 4

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 209 dot. pakietu nr 4

Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji lampy operacyjnej?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 54 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 210 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lampy operacyjnej poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 53 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 211 dot. pakietu nr 4

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lampy jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 56 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 212 dot. pakietu nr 4

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lampy jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 59 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 213 dot. pakietu nr 4

Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych, w których będzie instalowana lampa operacyjna.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 45 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 214 dot. pakietu nr 4

Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 60 i 61 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 215 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z centralnej baterii, czy też wymaga zaoferowania lampy operacyjnej z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 61 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 216 dot. pakietu nr 4

W związku z wymogiem zawartym w punkcie nr 7.1 ppkt. 1 w SIWZ, z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego - czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 217 dot. pakietu nr 4

W związku z tym że Zamawiający wymaga zaoferowania lampy operacyjnej z źródłem światła w postaci diod LED, prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie określonych kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej – w opisanej lampie nie występują koszty wymiany żarówek.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 51 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r.

Pytanie 218 dot. pakietu nr 2

Dotyczy punktu VII.6. Dodatkowe Załącznika nr 1

Prosimy o usunięcie wymogu podłączenia aparatu do PACS w celu archiwizacji badań.

Wyjaśniamy, że podczas zabiegów z wykorzystaniem ramienia C nie ma potrzeby takiej archiwizacji, poza tym opcja taka znacznie podwyższa cenę aparatu z uwagi na wysoki koszt zakupu licencji od producenta PACS.

Jednocześnie informujemy, w pkt.VI.10 wymagacie Państwo archiwizacji na dysku min.8000 obrazów które w łatwy i tani sposób mogą być przenoszone za pomocą Pendriva.

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie powyższego sposobu przenoszenia zarchiwizowanych badań za pomocą Pendriva.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 219 dot. pakietu nr 2

Dotyczy punktu VI.2. Monitor, Tor wizyjny Załącznika nr 1

Prosimy o dopuszczenie aparatu z monitorem o luminacji 300 cd/m². Wartość taka jest zupełnie wystarczająca do zapewnienia diagnostycznych parametrów obrazowych na najwyższym medycznym poziomie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 220 dot. pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o określenie terminu realizacji zamówienia do 7 tygodni od daty podpisania umowy. W przypadku ewentualnego przesunięcia terminu składania ofert, następnie biorąc pod uwagę termin ogłoszenia wyniku postępowania, termin dostawy do 10.11.2016r., może okazać się nierealny i niewystarczający.

Aparat RTG z ramieniem C jest sprzętem rentgenodiagnostycznym, produkowanym przez producenta zagranicznego, zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy, nie jest możliwa wcześniej, niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przetargowej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a więc termin dostawy zaproponowany przez Zamawiającego, jest za krótki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 221 dot. Wzoru Umowy

Dotyczy punktu 8.VII. Warunki gwarancji i serwisu i ust.2.8b) § 10 projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na usunięcie awarii poprzez wyodrębnienie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych i z wymianą części zamiennych.

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od momentu przystąpienia do naprawy.

Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych.

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody zaproponowany zapis.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 222 dot. Wzoru Umowy

Dotyczy punktu 8.VII. Warunki gwarancji i serwisu i ust.2.9) § 10 projektu Umowy

W nawiązaniu do w/w zapisów, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy (ponad terminy określone przez Zamawiającego).

Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu.

Ponadto z dostarczeniem aparatu zastępczego tj. aparatu RTG z ramieniem C wiąże się szereg czynności związanych z tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony aparat, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego sprzętu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Natomiast uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku aparatu RTG z ramieniem C.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 223 dot. Wzoru Umowy

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 5 (odstąpienia od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego), prosimy o modyfikację zapisu w ust.2.9 § 10 Projektu Umowy i pkt. 8.VII wg poniższego zapisu:

„W przypadku przekroczenia terminu awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 10 dni Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 224

Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy Wykonawca, dostarczy urządzenie zastępcze, nie zostanie obciążony karami umownymi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 225 dot. Wzoru Umowy

Dotyczy ust. 3 § 6 wzoru Umowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 226 dot. Wzoru Umowy

Dotyczy ust.2. 10 i § 10 wzoru Umowy

W nawiązaniu do w/w punktu prosimy o wyjaśnienie jakie są zasady naliczania utraconych korzyści?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 227 dot. Wzoru Umowy

Dotyczy ust. 2.11 § 10 wzoru Umowy i ust. 5 § 10 wzoru Umowy

W nawiązaniu do w/w zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w zapisów. Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta aparatu rentgenowskiego), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na przedmiot umowy. Tylko autoryzowany przez producenta serwis Wykonawcy jest wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urządzenia

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 228 dot. Wzoru Umowy

Dotyczy ust. 6 § 4 projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w punktu.

Wyjaśniamy, że tylko autoryzowany przez producenta serwis jest upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta oraz posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu aparatu.

Blokady, kody serwisowe mają za zadanie zabezpieczyć wszelkie urządzenia przed ingerencją osób niekompetentnych, co może przełożyć się na duże koszty naprawy sprzętu przez Zamawiającego.

Z uwagi, że jest to sprzęt medyczny, a wszelkie zmiany mogą mieć wpływ na zdrowie pacjentów serwisowaniem powinny zajmować się jedynie osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz certyfikaty ze szkoleń producenta aparatu.

Informujemy, że firma, która ma prawo wykonywać naprawy danych urządzeń powinna znać kody dostępu do tych urządzeń. Jeżeli nie ma to znaczy, że nigdy nie wykonywała naprawy takich urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 229 dot. Wzoru Umowy

W nawiązaniu do ust.1a) § 12 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie. Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 230 dot. Wzoru Umowy

W nawiązaniu do ust.1b) § 12 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 231 dot. Wzoru Umowy

W nawiązaniu do ust.1c) § 12 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 232 dot. Wzoru Umowy

W nawiązaniu do ust. 1.d) i 1.e) § 12 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą obniżenie kary za odstąpienie od umowy, do wysokości 10% wynagrodzenia umowy brutto. Kara określona przez Zamawiającego, w wysokości 15 % wartości zamówienia, jest bardzo wysoka. Należy podkreślić, iż kara powinna mieć charakter wyłącznie dyscyplinujący. Motywować, wykonawcę do wywiązywania się z warunków umowy, a nie prowadzić do osiągnięcia korzyści materialnych przez drugą stronę. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby i obniżenie kary do wysokości 15% wartości zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 233 dot. Wzoru Umowy

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o obciążenie karą umowną także Zamawiającego, (w wysokości jak przewidziana dla Wykonawcy), za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 234

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest także wyposażenie dodatkowe m in. fartuchy, kołnierze na tarczę, okulary ochronne, rękawice czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ tak aby były tam wyszczególnione inne pozycje poza aparatem rtg z ramieniem c, gdyż podatek Vat nie musi być zgodny z podatkiem Vat na sprzęt medyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 235

W związku z rozbieżnościami pomiędzy umową, a SIWZ prosimy o informacje czy w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga ZNWU? W umowie są zapisy dotyczące ZNWU w § 13, natomiast w SIWZ na str.15 w pkt.23 jest informacja, że ZNWU nie obowiązuje.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 236

W przypadku obowiązku ZNWU, prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę tj. do 5 % ceny ofertowej brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 237 dot. Wzoru Umowy

Dotyczy ust. 7 i 8 § 6 projektu Umowy

Prosimy o wyjaśnienie, ponieważ Zamawiający powołuje się na zapisy w § 7 ust.5 i § 7 ust.6 projektu Umowy, gdzie takich ustępów nie ma.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

we Wzorce Umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ w § 6 zmienia zapis z:

§ 6

Płatności

1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie faktury.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie należyte wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru zatwierdzonym przez Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni (zgodnie z Ustawą o Terminach Zapłaty w Transakcjach Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2).
4. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
5. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 7 ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego jako brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umowne.
8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 7 ust. 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego jako brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

który otrzymuje nowe brzmienie:

§ 6

Płatności

9. Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie faktury.
10. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie należyte wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru zatwierdzonym przez Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej.
11. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni (zgodnie z Ustawą o Terminach Zapłaty w Transakcjach Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2).
12. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
13. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana

wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

14. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
15. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 6 ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego jako brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umowne.
16. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 6 ust. 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego jako brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pytanie 238 dot. Wzoru Umowy

Dotyczy pkt 5 VIII. Załącznika nr 1

W nawiązaniu do w /w punktu, rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że instrukcję obsługi Wykonawca ma dostarczyć wraz z dostawą aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

25. Tor wizyjny montowany na statywie mikroskopu, składający się z następujących elementów:
- a) Adaptera do podłączenia kamery o przetworniku 1/3 cala,
 - b) Kamery medycznej Full HD, o rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli,
 - c) Monitora medycznego o rozdzielczości Full HD, 1920x1080 pikseli, minimalnej przekątnej ekranu 21.5 cala montowanego na wysięgniku na statywie mikroskopu,
 - d) Rejestratora medycznego Full HD, o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Możliwość rejestracji na wbudowanym dysku twardym min. 1 TB i zewnętrznych nośnikach w postaci pamięci przenośnych lub **respirator** z wbudowanym twardym dyskiem 500Gb oraz zewnętrznym twardym dyskiem o pojemności 1 Tb

który otrzymuje nowe brzmienie:

25. Tor wizyjny montowany na statywie mikroskopu, składający się z następujących elementów:
- a) Adaptera do podłączenia kamery o przetworniku 1/3 cala,
 - b) Kamery medycznej Full HD, o rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli,
 - c) Monitora medycznego o rozdzielczości Full HD, 1920x1080 pikseli, minimalnej przekątnej ekranu 21.5 cala montowanego na wysięgniku na statywie mikroskopu,
 - d) Rejestratora medycznego Full HD, o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Możliwość rejestracji na wbudowanym dysku twardym min. 1 TB i zewnętrznych nośnikach w postaci pamięci

przenośnych lub **rejestrator** z wbudowanym twardym dyskiem 500Gb oraz zewnętrznym twardym dyskiem o pojemności 1 Tb

Dodatkowo w załączniku nr 1 do SIWZ „Parametrów techniczno-użytkowych” w Pakiecie nr 3 poz I pkt 2 „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

2. System telewizyjny HDTV 1920x1080i lub FullHD 1920 x 1080p (skanowanie progresywne)

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. System telewizyjny HDTV 1920x1080**p** lub FullHD 1920 x 1080p (skanowanie progresywne)

oraz w załączniku nr 1 do SIWZ „Parametrów techniczno-użytkowych” w Pakiecie nr 3 poz III pkt 1 „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

1. Połączenie z optyką typ **kątowy L**, pracująca w systemie HDTV, 3 programowalne przyciski funkcyjne na przewodzie transmisyjnym lub połączenie z optyką typ kątowy L, pracująca w systemie HDTV, 2 programowalne przyciski funkcyjne z możliwością zaprogramowania dwóch funkcji do każdego przycisku

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Połączenie z optyką typ **osiowy L**, pracująca w systemie HDTV, 3 programowalne przyciski funkcyjne na przewodzie transmisyjnym lub połączenie z optyką typ kątowy L, pracująca w systemie HDTV, 2 programowalne przyciski funkcyjne z możliwością zaprogramowania dwóch funkcji do każdego przycisku

oraz w załączniku nr 1 do SIWZ „Parametrów techniczno-użytkowych” w Pakiecie nr 6 poz I pkt 24. „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

24. Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji

który otrzymuje nowe brzmienie:

24. Klawiatura numeryczna **lub nawigacyjna** do wprowadzania wartości parametrów infuzji

Dodatkowo w załączniku nr 1 do SIWZ „Parametrów techniczno-użytkowych” w Pakiecie nr 4 poz I pkt 24 „Nazwa parametru” zmienia zapis z:

24. Błat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. **400 mm**)–przewodnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówek, oparcia pleców i siedziska.

który otrzymuje nowe brzmienie:

24. Błat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. **310 mm**)–przewodnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówek, oparcia pleców i siedziska.

Pozostała treść Załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:

- WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ II Z DNIA 16.08.2016 r., I ZMIANA TREŚCI SIWZ II z dnia 16.08.2016 r.,
- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 3 - Tor wizyjny z oprzyrządowaniem, Urządzenia do elektroresekcji, Videocystoskopu) po zmianach z dnia 16.08.2016 r.
- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 4 - Stół zabiegowy, Lampa operacyjna) po zmianach z dnia 16.08.2016 r.
- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 6 - Pompy infuzyjne ze stacją dokującą) po zmianach z dnia 16.08.2016 r.

- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 8 - Aparat USG) po zmianach z dnia 16.08.2016 r.
- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 9 - Mikroskop operacyjny z torem wizyjnym) po zmianach z dnia 16.08.2016 r.
- Wzór Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach z dnia 16.08.2016 r.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębie - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: szpital@wss2.pl, www.wss2.pl