



Jastrzębie-Zdrój, 05.06.2014r.

DZP/38/382-33/14

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch aparatów USG dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-33/14)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 05.06.2014r.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego producenta aparatury medycznej firmy Philips Healthcare posiadający 65536 kanałów przetwarzania, pracujący w rzeczywistym zakresie 1.0-12.0 MHz potwierdzonym częstotliwościami głowic, o głębokości penetracji we wszystkich trybach 0-30 cm, z 19 calowym monitorem z wyjściem VGA oraz SVHS do podłączenia zewnętrznego monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego producenta aparatury medycznej firmy Philips Healthcare posiadający z maksymalną mierzoną prędkością Dopplera PWD 7,95 m/s, z zakresem regulacji kąta korekcji +/- 80°, z dyskiem twardym 320 GB, z powiększeniem obrazu zamrożonego do 8x?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego producenta aparatury medycznej firmy Philips Healthcare posiadający głowicę endowaginalną pracującą w zakresie częstotliwości 4-9 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego producenta aparatury medycznej firmy Philips Healthcare posiadający możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną konweksową pracującą w zakresie 2.0-6.0 MHz?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego producenta aparatury medycznej firmy Philips Healthcare posiadający podręczną pamięć Cineloop z zapisem do 1200 obrazów z możliwością zapisu obrazów w archiwum lokalnym, z możliwością postprocessingu zapisanych danych w trybach 2D, Color Doppler, Power Doppler, bez przetwarzania pętli obrazowych na inne tryby?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego producenta aparatury medycznej firmy Philips Healthcare z funkcją DICOM w standardzie, (bez konieczności rozbudowywania aparatu o tę funkcję w przyszłości) z funkcjami: • Verify, • Print, • Store, • Modality Work list, • Structured Reporting, • Storage Commitment, • MPPS (modality performed procedure step), • Off network/mobile storage queue?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści aparat USG renomowanego producenta aparatury medycznej firmy Philips Healthcare nie posiadający możliwości rozbudowy o tryb 4D, pozwoli to w znaczący sposób obniżyć cenę oferowanego aparatu?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- w pkt. 19.10. SIWZ zmienia brzmienie na:

Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Oferta na: Dostawę dwóch aparatów USG dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

[NIE OTWIERAĆ przed 10-06-2014 r. godz. 10³⁰, znak sprawy: DZP/38/382-33/14](#)

- w pkt. 20.1. SIWZ zmienia brzmienie na:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze, do dnia 10-06-2014 r. do godz. 10⁰⁰ (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. Od 7²⁵ do 14³⁰).

- w pkt. 20.3. SIWZ zmienia brzmienie na:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-06-2014 r. o godz. 10³⁰, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21).

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia.

Ponadto Zamawiający dołącza:

1. SIWZ po zmianach z dnia 05.06.2014r.;

Nowy termin składania ofert: 10.06.2014r. do godz. 10⁰⁰
Nowy termin otwarcia ofert: 10.06.2014r. o godz. 10³⁰

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, iż pozostałe pytania są w trakcie odpowiedzi.

Z poważaniem

