

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

#### Pakiet nr 1 Rękawice diagnostyczne nitrylowe

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu*	Producent i nazwa handlowa/ Producent i nr katalogowy
1.	<p><b>Rękawice diagnostyczne nitrylowe</b> z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców, o grubości na palcu 0,1 mm ± 0,01 mm, na dłoni 0,08 mm i na mankiecie 0,06 mm, o sile zrywania minimum 6N. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym fabrycznie naniesionym piktogramem na opakowaniu. Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi, znakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 420:2005, (minimum 4 substancje chemiczne wraz z określeniem wskaźnika ochrony z uwzględnieniem co najmniej 2 alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych) oraz spełniające wymagania w zakresie odporności na ich przenikanie – na opakowaniu wymagany odpowiedni piktogram, odpowiednia litera oznaczająca substancje chemiczną zastosowaną w badaniu rękawic oraz numer normy EN 374. Oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z normami EN 455 – 1,2,3, EN 374-3, z EN 420 oraz EN 388.</p> <p><u>Opakowanie 100 szt., 150 szt. lub 200 szt. (w rozmiarze XL po 180 szt.)*</u> Rozmiar: S, M, L, XL.</p>	op.	10 000 op. po 150 szt. 15 000 op. po 100 szt. 7 500 op. po 200 szt.						
<b>RAZEM</b>									

\* W przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

Miejscowość ....., dnia ..... 2014 r.

.....  
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

### Pakiet nr 2 Rękawice diagnostyczne lateksowe

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu*	Producent i nazwa handlowa/ Producent i nr katalogowy
1.	Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, o grubości na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,11 mm i na mankiecie 0,08 mm, o sile zrywania minimum 9N przed starzeniem i 6N po starzeniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym fabrycznie naniesionym piktogramem na opakowaniu. Oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z normami EN 455 – 1,2,3 oraz EN 420. Rozmiar: S, M, L – opakowanie po 100 szt. Rozmiar: XL - opakowanie po 90 lub 100 szt.	op.	600						
<b>RAZEM</b>									

\* W przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu. Miejscowość ....., dnia ..... 2014 r.

.....  
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy