

BZP/38/383-46/119/14

Jastrzębie-Zdrój, 03 października 2014 r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa dwóch kardiomonitorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - zdroju” BZP/38/383-46/14.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o przekątne j 12,!'' z wbudowanym akumulatorem wewnętrznym, który będzie miał możliwość wymiany akumulatora przez serwis techniczny Użytkownika?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o przekątne j 12,!'' z wbudowanym akumulatorem wewnętrznym, który będzie miał możliwość wymiany akumulatora przez serwis techniczny Użytkownika.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o wadze nie przekraczającej 6,5 kg, Monitor ma być zamontowany na stojaku jezdnym, a więc dodatkowe 0,5 kg nie będzie miało wpływu na przemieszczanie urządzenia.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o wadze nie przekraczającej 6,5 kg,

Pytanie nr 3

Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości przesyłania danych w standardzie HL7?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości przesyłania danych w standardzie HL7?

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o zakresie akcji serca 30-300 ud/min?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze oferty.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści pomiar SPO2 w uznanej technologii Philips-FAST o zakresie pomiarowym 30-300 bpm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze oferty.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby pomiar SPO2 realizowany był bez użycia przewodu interfejsowego? Czujnik posiada prawie 3 metrowy przewód i nie ma potrzeby stosowania przewodów połączeniowych.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze oferty.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby kardiomonitor posiadały możliwość rozbudowy o pomiar etCO2 z modułem wewnętrznym, który nie jest wymienny pomiędzy kardiomonitorami?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze oferty.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitor posiadały dłuższy czas pamięci trendów, min. 800 godzin?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze oferty.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy o 7 dni roboczych?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze oferty.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitor posiadał możliwość wyświetlania statystyki zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych?

Odp.

Tak. Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitor posiadał możliwość wyświetlania statystyki zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych?

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitor posiadał możliwość jednoczesnej prezentacji 4 kanałów EKG oraz innych krzywych (bez używania trybu 7 EKG bądź 12 EKG)?

Odp.

Tak. Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitor posiadał możliwość jednoczesnej prezentacji 4 kanałów EKG oraz innych krzywych (bez używania trybu 7 EKG bądź 12 EKG)?

Pytanie nr 12

Wymagana maksymalna wartość ustawiania czasu bezdechu 120 s (1 oddech na 2 minuty!) oznacza, że kardiomonitor będzie zbyt późno sygnalizował stan alarmowy wymagający interwencji lekarza. Natomiast minimalna wartość czyli 5 s oznacza, że urządzenie będzie alarmowało przy prawidłowej częstotliwości oddechów czyli 12 R/min. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści kardiomonitor z opóźnieniem alarmu bezdechu regulowanym w zakresie do 10 do 40 s?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze oferty.

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 06.10.2014 godz. 10:00 na 07.10.2014 godz. 10:00.

Pozostałe zapisy wzoru oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

