

**BZP/38/383-61/150/14**

Jastrzębie-Zdrój, 5 grudnia 2014 r.

**Wszyscy uczestnicy w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa elektrokardiografu, pulsoksymetru oraz zestawu do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego” BZP/38/383-61/14.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

**Dotyczy elektrokardiografu**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu elektrokardiograf bez pomiaru poziomu i nachylenia odcinka ST.  
Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze oferty.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu elektrokardiograf bez detekcji stymulatora serca?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze oferty.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu elektrokardiograf bez możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze oferty.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu elektrokardiograf z pamięcią wewnętrzną do przechowywania zapisów z EKG, bez możliwości archiwizacji na nośniku zewnętrznym?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze oferty.

**Dotyczy zestawu do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający może sprecyzować zapis „Zestaw komputerowy z oprogramowaniem”. Czy Zamawiający ma na myśli dostarczenie urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego wraz z oprogramowaniem, które można zainstalować na dowolnym komputerze zamawiającego?

Odp.

Całe stanowisko: komputer + oprogramowanie.

**Pytanie nr 6**

Czy dopuszczą Państwo zestaw do 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego zasilanego przez nie więcej niż cztery baterie alkaliczne LR6 (AA) lub akumulatory (AA) co umożliwi wykonanie 500 pomiarów lub do tygodnia czasu pracy rejestratora?

Odp.

Zamawiający dopuści taki zestaw.

**Pytanie nr 7**

Czy dopuszczą Państwo zestaw do 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego wyłącznie z sygnalizacją obniżenia napięcia baterii (akumulatorów) bez wyświetlania stanu naładowania akumulatorów\baterii?

Odp.

Zamawiający dopuści taki zestaw.

**Pytanie nr 8**

Czy dopuszczą Państwo zestaw do 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, którego:

- Zakres pomiaru HR w rejestratorze wynosi nie mniej niż 40- 250 BPM.
- Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie mniej niż 20- 280 mmHg.

Odp.

Zamawiający dopuści taki zestaw.

**Pytanie nr 9**

Czy dopuszczą Państwo czas reakcji w ramach serwisu gwarancyjnego do 72 godz. (w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania na piśmie bądź faksem lub e-mailem zawiadomienie o awarii, usterce lub wadzie zamontowanych aparatów?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

**Dotyczy pulsoksymetru**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiarową SpO<sub>2</sub>+3%?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z dokładnością pomiaru pulsu 30bpm-240bpm ?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr, który wyświetla krzywą pletyzmografii ?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostawy 3 rezerwowych żarówek ?

Tak. Zamawiający odstąpi.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez zacisku ale z opaską na rękę ?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 15**

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „adapter” ?

Odp.

Adapter sieciowy (kabel).

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści z zakresem temp. -20+55C ?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści.

Pozostałe zapisy wzoru oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

