

BZP/38/383-11/15/15

Jastrzębie-Zdrój, 11 lutego 2015 r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – powtórka BZP/38/383-11/15.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1

W związku z produkcją poszczególnych komponentów przez Producentów Europejskich czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści etykiety w języku obowiązującym dla kraju danego producenta wyrobu medycznego spełniające wymogi ustawy o wyrobach medycznych, która jasno określa, że „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.” (Art.14. pkt.2).?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę i dopuści etykiety w języku angielskim oraz zmienia treść § 4 ust. 8 wzoru umowy. Nowa treść to: „Dostarczany przedmiot zamówienia winien zawierać ulotki i instrukcje w języku polskim lub angielskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje”.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści mieszalnik bez wskaźnika próżni? Pozostałe parametry jak w opisie technicznym.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze oferty.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści cement z gentamycyną 0,5 g i vankomycyną 4,0g?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze oferty.

Pozostałe zapisy wzoru oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem