

**Wszyscy uczestnicy w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**dostawy wyrobów medycznych (w tym sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku – powtórka II)**” BZP/38/383-13/16

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu 1 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników o długości 50cm?

Odp.

Zamawiający zmienia zapis w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 1 – poz.2 - Cewniki do odsysania, dreny Redona, pojemniki do odsysania, cewniki i maski do tlenu,

Z:

„Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia cewnika tzn. zmrożona, z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku lub konektorze lub cewniki do odsysania z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, numerycznym na op. Jednostkowym, sterylne,- rozmiar: ch06/40cm, ch08/40cm, ch10/40cm, ch12/60cm, ch14/60cm, ch16/60cm, ch18/60cm (według potrzeb zamawiającego)”

na zapis:

„Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia cewnika tzn. zmrożona, z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku lub konektorze lub cewniki do odsysania z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, numerycznym na op. Jednostkowym, sterylne,- rozmiar: ch06/40cm, ch08/40cm, ch10/40cm, ch12/60cm, ch14/60cm, ch16/60cm, ch18/60cm (według potrzeb zamawiającego) lub - rozmiar: ch12/50cm, ch14/50cm, ch16/50cm, ch18/50cm (według potrzeb zamawiającego).”

Pytanie nr 2 dot. Pakietu 1 poz.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników pakowanych podwójnie w opakowanie folia-folia?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu 1 poz.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników o długości 40cm i 50cm?

Odp.

Zamawiający zmienia zapis w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 1 – poz.2 - Cewniki do odsysania, dreny Redona, pojemniki do odsysania, cewniki i maski do tlenu,

Z zapisu:

„Dren brzuszny wykonany z silikonowanego, optymalnie dobranej sprężystości i giętkości materiału: rozmiar: ch18, ch20, ch24 – o długości 40cm (do wyboru przez zamawiającego) - rozmiar: ch26, ch28, ch30, ch32, ch34, ch36, - o długości 40 cm lub 60 cm (do wyboru przez zamawiającego) Każdy rozmiar możliwy do zamówienia w wersji z trzema lub siedmioma otworami.”

Na zapis:

„Dren brzuszny wykonany z silikonowanego, optymalnie dobranej sprężystości i giętkości materiału:

rozmiar: ch18, ch20, ch24 – o długości 40cm lub 50 cm (do wyboru przez zamawiającego) - rozmiar: ch26, ch28, ch30, ch32, ch34, ch 36, - o długości 40 cm lub 50 cm lub 60 cm (do wyboru przez zamawiającego) Każdy rozmiar możliwy do zamówienia w wersji z trzema lub siedmioma otworami.”

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 6

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty (zapis w § 2 ust. 4 wzoru umowy).

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w systemie burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce ?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o długości 40cm dla rozmiaru CH 04, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

Zamawiający zmienia zapis w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 1 – poz.1 - Cewniki do odsysania, dreny Redona, pojemniki do odsysania, cewniki i maski do tlenu,

Z zapisu:

„Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia cewnika, sterylny o długości 40cm, rozmiar Ch 05, i dług. 30cm dla rozm. Ch04 cewnik ma posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, lub cewniki do odsysania z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, numerycznym na op. jednostkowym.”

Na zapis:

„Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia cewnika, sterylny o długości 40cm, rozmiar Ch 05, i dług. 30 cm lub 40 cm dla rozm. Ch04 cewnik ma posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na

opakowaniu, lub cewniki do odsysania z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, numerycznym na op. jednostkowym.”

Pytanie nr 10 dot. Pakietu 2,3 poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby butelki posiadały element w kształcie harmonijki?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 11 dot. Pakiet 2,3 poz.1.

Czy Zamawiający dopuści butelki w opakowaniach foliowych?

Odp.

Zamawiający zmienia zapis w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 2 – poz.1 - Pojemnik do odsysania ran I oraz Pakiet 3- poz.1 - Pojemnik do odsysania ran II

Z zapisu:

**A:**

„Pojemnik do odsysania ran, butelka płaska z elementem w kształcie harmonijki przy dnie butelki, sterylny 400 ml (skala co 50ml od 100ml), opakowanie folia-papier, złącze trójstopniowe z zatyczką, butelka z zakrętką gwint, oczko do podwieszania butelki.”

Na zapis:

„Pojemnik do odsysania ran, butelka płaska z elementem w kształcie harmonijki przy dnie butelki, sterylny 400 ml (skala co 50ml od 100ml), opakowanie folia-papier lub w opakowaniu foliowym, złącze trójstopniowe z zatyczką, butelka z zakrętką gwint, oczko do podwieszania butelki.”

**B:**

Z zapisu;

„Pojemnik do odsysania ran, butelka płaska z elementem w kształcie harmonijki przy dnie butelki, sterylny 250 ml (skala co 50ml od 100ml), opakowanie folia-papier, złącze trójstopniowe z zatyczką, butelka z zakrętką gwint, oczko do podwieszania butelki.”

Na zapis:

„Pojemnik do odsysania ran, butelka płaska z elementem w kształcie harmonijki przy dnie butelki, sterylny 250 ml (skala co 50ml od 100ml), opakowanie folia-papier lub w opakowaniu foliowym, złącze trójstopniowe z zatyczką, butelka z zakrętką gwint, oczko do podwieszania butelki.”

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem



(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 08.03.2016 r.

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**PAKIET 1 - Cewniki do odsysania, dreny Redona, pojemniki do odsysania, cewniki i maski do tlenu,**

L.p.	Nazwa towaru	Ilość sztuk	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu*
1.	„Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia cewnika, sterylny o długości 40cm, rozmiar Ch 05, i dług. 30 cm lub 40 cm dla rozm. Ch04 cewnik ma posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, lub cewniki do odsysania z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, numerycznym na op. jednostkowym	1100						
2.	Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia cewnika tzn. zmrożona, z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku lub konektorze lub cewniki do odsysania z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, numerycznym na op. Jednostkowym, sterylny,- rozmiar: ch06/40cm, ch08/40cm, ch10/40cm, ch12/60cm, ch14/60cm, ch16/60cm, ch18/60cm (według potrzeb zamawiającego) lub - rozmiar: ch12/50cm, ch14/50cm, ch16/50cm, ch18/50cm (według potrzeb zamawiającego).”	51 000						
3	Dren typu Redona wykonany z medycznego PCV do drenażu ran, sterylny, pakowany indywidualnie prosto lub zawinięty w opakowaniu - w rozmiarach: CH 08, , CH10 długość 50 cm; CH 12, CH 14, CH16, CH18, długość 70 cm lub 75 cm,	2000						
4	Cewnik do podawania tlenu przez nos, tzw. wąsy tlenowe dla dorosłych o kształcie stożka powodujące rozproszenie tlenu podczas tlenoterapii zmniejszając traumatyzację śluzówki, z drenem o długości min. 200 cm , czyste biologicznie lub sterylne.	2300						
5	Cewnik Foley`a dwudrożny wykonany z lateksu obustronnie lub jednostronnie silikonowanego, posiadający min. 2 otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu, sterylny, opakowanie podwójne folia/folia-papier - rozmiar: ch08, ch10, ch12, ch14, ch16, ch18, ch20, ch22, ch24 lub CH12-CH24. (według potrzeb zamawiającego)	6500						
6	Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych z zastawką antyrefluksyjną, zapobiegającą cofaniu się moczu oraz drenem nieulegającym zaginaniu, z zatyczką, spustowy, posiadający malejącą skalę, tylna ścianka w kolorze białym, przednia przezroczysta umożliwiająca lepsze odczytywanie skali, sterylny, pojemność 2 000	9000						

	ml. Worek do nocnej zbiórki moczu ma posiadać karbowany dren., lub dren do dobowej zbiórki moczu z drenem odpornym na skręcanie, niekarbowanym							
7	Wieszak do worków na mocz – plastikowy do worków o pojemności od 1500ml do 2000ml, do okrągłych i kwadratowych ram łóżka pacjenta.	600						
8	Maski do podawania tlenu dla dorosłych z drenem.	3500						
9	Zatyczki do cewników, sterylne, schodkowe.	800						
10	Dren brzuszny wykonany z silikonowanego, optymalnie dobranej sprężystości i giętkości materiału: rozmiar: ch18, ch20, ch24 – o długości 40cm lub 50 cm (do wyboru przez zamawiającego) - rozmiar: ch26, ch28, ch30, ch32, ch34, ch 36, - o długości 40 cm lub 50 cm lub 60 cm (do wyboru przez zamawiającego) Każdy rozmiar możliwy do zamówienia w wersji z trzema lub siedmioma otworami.	950						
<b>RAZEM:</b>								

\* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokument

Miejscowość ....., dnia ..... 2016 r.

.....  
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 08.03.2016 r

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 2 – Pojemnik do odsysania ran I

Lp.	Nazwa towaru /opakowanie	Ilość sztuk	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu*
1.	Pojemnik do odsysania ran, butelka płaska z elementem w kształcie harmonijki przy dnie butelki, sterylne 400 ml (skala co 50ml od 100ml), opakowanie folia-papier lub w opakowaniu foliowym, złącze trójstopniowe z zatyczką, butelka z zakrętką gwint, oczko do podwieszania butelki.	100						
Razem								

\* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość, ....., dnia .....2016 r.

.....  
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 5 - Pojemnik do odsysania ran 11

Lp.	Nazwa towaru /opakowanie	Ilość sztuk	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy	Nazwa i nr dokumentu dopuszczające do obrotu*
1.	Pojemnik do odsysania ran, butelka płaska z elementem w kształcie harmonijki przy dnie butelki, sterylny 250 ml (skala co 50ml od 100ml), opakowanie folia-papier lub w opakowaniu foliowym, złącze trójstopniowe z zatyczką, butelka z zakrętką gwint, oczko do podwieszania butelki.	2500						
Razem								

\* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość, ....., dnia .....2016 r.

.....  
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy