

**Wszyscy uczestnicy w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawy nici chirurgicznych dla Oddziału Okulistycznego oraz zestawy opatrunkowe dla Oddziału Chirurgii Ogólnej.** (BZP.38.383-7.2017).

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 1 poz. 1 i poz. 2

Czy w pakiecie nr 1 poz.1 i 2 Zamawiający dopuści nici z dwoma igłami o przekroju 0,14mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp.

Tak. W pakiecie nr 1 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści nici z dwoma igłami o przekroju 0,14mm, pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 1 poz. 5

Czy w pakiecie nr 1 poz. 5 Zamawiający dopuści nić 6/0 z dwoma igłami 5/16 koła i przekroju 0,28mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp.

Tak. W pakiecie nr 1 poz. 5 Zamawiający dopuści nić 6/0 z dwoma igłami 5/16 koła i przekroju 0,28mm, pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 1 poz. 6

Czy w pakiecie nr 1 poz. 6 Zamawiający dopuści nić 5/0 z dwoma igłami przekroju 0,33mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp.

Tak. W pakiecie nr 1 poz. 6 Zamawiający dopuści nić 5/0 z dwoma igłami przekroju 0,33mm, pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy w pakiecie nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści nici z dwoma igłami o przekroju 0,14mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp.

Tak. W pakiecie nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści nici z dwoma igłami o przekroju 0,14mm, pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 3 dopuści szew z igłą podwójną o przekroju 0,33mm oraz długości 8mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 4 dopuści szew z igłą podwójną: krzywizna 1/2 koła, przekrój 0,24mm, długości 8mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 5 dopuści szew z igłą podwójną o przekroju 0,24mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 6 dopuści szew z igłą podwójną o przekroju 0,38mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 1 dopuści szew o długości nici 23 cm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

W załączeniu załącznik nr 2 do Formularza oferty ze zmianami z dnia 15.02.2017r.

Z poważaniem

