

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Dostawy przenośników taśmowo – rolkowych oraz wózków**” BZP/38/383-75/15.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 1

Poz. 1 Prosimy dopuszczenie przenośników taśmowo-rolkowych o nośności 160 kg, grubości 3 cm i wadze 3,65 kg, spełniających pozostałe wymagania określone w SIWZ.

Odp.

Zamawiający zmienia zapis w pakiecie nr 1 pozycji nr 1 zapis

z:

Przenośniki taśmowo - rolkowe.

Urządzenie służące do ułatwienia przesuwania w pozycji poziomej pacjentów ciężkich lub bezwładnych (np. po znieczuleniu) z łóżka lub stołu operacyjnego na inne łóżko lub stół.

- Urządzenie lekkie, przenośne, łatwe do transportu i przenoszenia w obrębie pomieszczeń szpitalnych,
- prosta budowa,
- precyzyjny montaż,
- wykonane z materiałów spełniających najwyższe wymagania (odporne na środki dezynfekcyjne, odporne na uderzenia i upadki),
- wytrzymałość przy obciążeniu min. 150 kg,
- waga urządzenia: do 3,2kg,
- wymiary urządzenia: 64cm x36cm x4cm

na:

Przenośniki taśmowo - rolkowe.

Urządzenie służące do ułatwienia przesuwania w pozycji poziomej pacjentów ciężkich lub bezwładnych (np. po znieczuleniu) z łóżka lub stołu operacyjnego na inne łóżko lub stół.

- Urządzenie lekkie, przenośne, łatwe do transportu i przenoszenia w obrębie pomieszczeń szpitalnych,
- prosta budowa,
- precyzyjny montaż,
- wykonane z materiałów spełniających najwyższe wymagania (odporne na środki dezynfekcyjne, odporne na uderzenia i upadki),
- wytrzymałość przy obciążeniu min. 150 kg,
- waga urządzenia: od 3,0 kg do 3,65 kg,
- wymiary urządzenia: 64cm x36cm x 3cm -4cm.

Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 1

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu o nośności 180 kg, z sześcioma uchwytami, o funkcjonalności opisanej w wymaganiach, tj. umożliwiającego przemieszczanie pacjentów w górę łóżka, obracanie i przemieszczanie między płaszczyznami, wykonanego w 100% z poliamidu, przeznaczonego do prania w temp. 70°C i do dezynfekcji powierzchniowej.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 1

Czy istnieje możliwość złożenia oferty częściowej do pakietu numer 1 tylko na przenośnik rolkowo taśmowy?

Odp.

Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 poz. nr 1 i tworzy z niej pakiet nr 3.

Pozostałe zapisy formularza oferty nie ulegają zmianie.

Zamawiający dołącza załącznik nr 2 do Formularza oferty po zmianach z dnia 07.01.2016r oraz zamieści na BIP Formularz oferty po zmianach z dnia 07.01.2016r.

Z poważaniem



Pakiet nr 1 – Ślizgi do przenoszenia pacjentów.

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Ślizgi (maxinosze). Urządzenie służące do przemieszczania pacjentów w górę łóżka, do obracania i przemieszczania między płaszczyznami. Gładka spodnia powierzchnia ze śliskiego nylonu, wyposażona w sześć uchwytów oraz dwuwarstwowy wkład: wkładka plastikowa dająca sztywność, wkładka piankowa zwiększająca komfort w czasie przemieszczania pacjentów, równomiernie podpierająca całe ciało pacjenta.	szt.	3						
RAZEM:									

w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokument

Miejscowość,, dnia2016 r

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2 – Wózkowanny

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	<p>Wózek kąpielowy do mycia pacjenta w pozycji leżącej z elektryczną regulacją wysokości i pochylenia leżyska. Pozwala na szybkie i bezproblemowe przetransportowanie pacjenta do miejsca kąpeli. Dzięki swojej budowie pozwala na umycie, osuszenie i ubranie pacjenta bez narażania opiekuna na urazy kręgosłupa. Max. udźwig 175 kg, wyposażony w materac i podparcie szyi.</p> <p>W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pacjenta boczne i końcowe poręcze posiadają możliwość blokowania w czterech różnych pozycjach. Po kąpeli woda jest odprowadzana drenami umieszczonymi w dnie leżyska, a 10° pochylenie łoża pozwala usunąć wodę z pacjenta, zwiększając wygodę suszenia pacjenta. Leże wyłożone jest gąbka i uzupełnione przez poduszkę, zapewniającą wygodę i komfort dla pacjenta.</p> <p>Wózek posiada centralny hamulec oraz blokadę kierunkową. Krążki odbojowe zapobiegają uszkodzeniu podczas transportu. Urządzenie posiada elektryczną regulację wysokości, sterowaną za pomocą pilota. Siłownik wyposażony jest w przycisk bezpieczeństwa.</p> <p>Dane techniczne: Zewnętrzny wymiar leżyska: 2048 x 770 mm Wewnętrzny wymiar leżyska: 1780 x 600 mm Maksymalny udźwig: 175 kg Waga urządzenia: 115 kg Zakres unoszenia: 596 - 1055 mm Pozycja anty-Trendeleamburg 10° Średnica kółek: 150 mm</p>	szt.	4						

	Regulacja wysokości: Rama:	elektryczna malowana proszkowo								
RAZEM:										

w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokument

Miejscowość,, dnia2016 r

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 3 – Przenośniki taśmowo – rolkowe.

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Przenośniki taśmowo - rolkowe. Urządzenie służące do ułatwienia przesuwania w pozycji poziomej pacjentów ciężkich lub bezwładnych (np. po znieczuleniu) z łóżka lub stołu operacyjnego na inne łóżko lub stół. -Urządzenie lekkie, przenośne, łatwe do transportu i przenoszenia w obrębie pomieszczeń szpitalnych, - prosta budowa, - precyzyjny montaż, -wykonane z materiałów spełniających najwyższe wymagania (odporne na środki dezynfekcyjne, odporne na uderzenia i upadki), - wytrzymałość przy obciążeniu min. 150 kg, - waga urządzenia: od 3,0kg do 3,65kg, - wymiary urządzenia: 64cm x36cm x 3cm-4cm	szt.	19						
				RAZEM:					

w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokument

Miejscowość,, dnia2016 r

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*