

### Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawę aparatów i urządzeń medycznych dla Izby Przyjęć** (BZP.38.383-20.2017).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 2 pompy infuzyjne

Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną:

- ze strzykawką mocowaną ręcznie (Lp.2),
- bez możliwości prowadzenie znieczulenie zewnątrzoponowego (Lp.3),
- z programowaniem trybów infuzji na min. 5 cykli o różnych parametrach (Lp.12),
- z możliwością programowania parametrów infuzji w ml, g, mg, mcg, ng, IU, z uwzględnieniem masy ciała lub też nie w odniesieniu do czasu (Lp.13),
- z szybkością dozowania Bolus-a min. do 1500 ml/h zależnie od zastosowanej strzykawki (Lp.16),
- w której leki, zawarte w Bibliotece Leków są powiązane z parametrami infuzji :limity bezwzględne min-max, parametry standardowe (Lp.18)?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 2 dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 4 i 5 wzoru umowy w następujący sposób:

*„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”* Co następuje, zwracamy się z prośbą o dostosowanie do tej zmiany §6 ust. 6 i 7 wzoru umowy.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 3 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 4 dot. § 9 ust. 1 f wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ww. zapisu wzoru umowy?

Zapis powodujący, że naprawę może wykonywać podmiot do tego nieuprawniony przez producenta bez utraty gwarancji jest niespotykany. Żaden liczący się producent sprzętu medycznego, za którego bezpieczne funkcjonowanie ponosi odpowiedzialność zgodnie z zapisami dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EWG, nie uzna uprawnienia z gwarancji, w sytuacji gdy naprawy tego sprzętu dokonywać miałyby bliżej nieokreślony podmiot nieuprawniony do tego przez wytwórcę.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 5 dot. § 12 ust. 1a wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę kary umownej dot. ww. paragrafu na 10% wartości umowy brutto.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 6 dot. § 12 ust. 1d

Prosimy o usunięcie §12 ust. 1d) wzoru umowy. W połączeniu z pozostałymi punktami dotyczącymi zapłaty kar umownej, zapis ten skutkuje naliczaniem kar umownych 2 razy za to samo przewinienie (w szczególności §13 ust. 1.1), 1.2) wzoru umowy).

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 2 pompa infuzyjna

Zwracamy się z prośbą o zmianę załącznika nr 2, Pompa infuzyjna, „Warunki gwarancji i serwisu” pkt 8 na następujący: „*Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa , nie dłużej jak 48 godzin w dni robocze.*

*Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 5 dni roboczych lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy, w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii”.*

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 8

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku przekroczenia terminu naprawy,

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 3 Kardiomonitor z pomiarem temperatury głębokiej

Ad. IX 2, 3, 4. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor w akumulator: wyposażony we wskaźnik naładowania wyświetlany na ekranie, pozwalający na 4 godziny pracy oraz ładowany do 100% pojemności w ciągu 4 godzin?

Odp.

Zamawiający dopuszcza i zmienia zapisy w:

pkt. IX 3 z:

min. 4,5h na:

min. 4h

pkt. IX 4 z:

max. 2h na:

max 4h

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia treść Formularza oferty w zakresie Pakietu nr 2 - Pompa infuzyjna w następujący sposób:

Zamawiający zmienia w:

pkt III 1 z:

Zasilacz do pomp – 3 sztuki (jeżeli jest konieczny) na:

Zasilacz do pomp – 1 sztuka (jeżeli jest konieczny)

pkt III 2 z:

Uchwyty do pomp 3 sztuki (jeżeli jest konieczny) na:  
Uchwyty do pomp 1 sztuka (jeżeli jest konieczny).

W załączeniu Zamawiający przekazuje załącznik nr 2 do Formularza oferty (pakiet nr 2 i nr 3) po zmianach z dnia 03.04.2017r.

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

