

BZP/38/383/114/15

Jastrzębie-Zdrój, 02 września 2015r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Doposażenie gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną**” BZP/38/383-52/15.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczące pakietu nr 2 – Aparat EKG: Czy Zamawiający ma na myśli aparat EKG z 12 kanałową akwizycją oraz 6-cio kanałową drukarką termiczną o szerokości papieru min. 110mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 2

Pytanie dotyczące pakietu nr 2 – Aparat EKG: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z zasilaniem akumulatorowym na ponad 3h ciągłej pracy urządzenia?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści aparat EKG z zasilaniem akumulatorowym na ponad 3h ciągłej pracy urządzenia.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczące pakietu nr 2 – Aparat EKG: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o regulowanej długości zapisu badania automatycznego od 10 do 24 s?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 4

Pytanie dotyczące pakietu nr 2 – Aparat EKG: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością eksportu badań do pamięci USB, karty SD oraz przez sieć Ethernet? Eksport na skrzynkę e-mail, może być realizowany przez eksport badań na komputer.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści aparat EKG dodatkowo z możliwością eksportu badań do pamięci USB, karty SD oraz przez sieć Ethernet? Eksport na skrzynkę e-mail, może być realizowany przez eksport badań na komputer.

Pozostałe zapisy formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

