

BZP/38/383- 70/15

Jastrzębie-Zdrój, 03 grudnia 2015r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej BZP/38/383-70/15

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 przewoźnego aparatu RTG CORSIX R6 i stworzenie oddzielnego pakietu?

Odp.

Zamawiający wyrazi zgodę i wydzieli z pakietu nr 1 przewoźny aparat RTG CORSIX R6 i stworzy oddzielny pakiet nr 16.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu § 2 ust. 3 umowy. Obowiązek uzyskania dopuszczenia do obrotu tkwi na Wykonawcy dostarczającego przedmiot umowy. Przedmiotem tego postępowania jest przegląd okresowy aparatury elektromedycznej, której właścicielem jest Zamawiający.

Odp.

Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy § 2 ust. 3 „ Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 jest dopuszczony do obrotu i stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 2

Prosimy o rezygnację z zapisu § 5 ust. 7 ppkt 2 oraz ppkt 11 umowy a także punktu V Formularza oferty, z uwagi na to że charakter przeglądów aparatury będącej przedmiotem naszego zainteresowania tj. ultrasonografu, nie wymaga wymiany zestawów przeglądowych.

Odp.

Zamawiający zmienia zapis w punkcie V części A Formularza oferty z:

Okres gwarancji na wymieniane zestawy „przeładowe” - miesięcy na:

Okres gwarancji na wymieniane zestawy „przeładowe”(jeżeli dotyczy) - miesięcy.

Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 04.12.2015r. godz. 10:00 na 07.12.2015r. godz. 11:00.

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

W załączeniu Formularz oferty po zmianach z dnia 03.12.2015r.

Z poważaniem