

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wózków transportowych (BZP.38.383-59.2016).

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 § 3 pkt. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 na 30 dni od dnia doręczenia jej do siedziby Zamawiającego, po uprzednim dostarczeniu przedmiotu zamówienia? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne skrócenie terminu płatności Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 2 § 8 pkt. 1c:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 1% na 0,3% za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wózek transportowy dla pacjentów leżących, posiadał cztery koła jezdne o średnicy $\varnothing 200$ mm, z centralną blokadą kół, z jednym kołem do jazdy na wprost? Rozwiązanie to jest korzystniejsze, gdyż czyni wózek zwrotnym oraz ułatwia manewrowanie wózkiem przez jedną osobę.

Odp.

Zamawiający nie wymaga, aby wózek transportowy dla pacjentów leżących, posiadał cztery koła jezdne o średnicy $\varnothing 200$ mm, z centralną blokadą kół, z jednym kołem do jazdy na wprost ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 1

Pakiet nr 1 – wózek transportowo – obserwacyjny

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie stalowa konstrukcja oparta jest na stabilnych, podwójnych ramionach wznoszących, o bezpiecznym obciążeniu roboczym 250kg?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek bez możliwości wykonywania zdjęć w pozycji siedzącej?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek współpracujący z ramieniem C na całej długości wózka ale nie w pozycji siedzącej pacjenta?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami bez tworzywowych nakładek?

Odp.

Tak Zamawiający dopuści wózek z barierkami bez tworzywowych nakładek.

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek gdzie barierki są zabezpieczone przed przypadkowym opuszczeniem ale bez trzystopniowego zabezpieczenia?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający szczytów od strony głowy i nóg i tym samym bez możliwości ich składania, blokowania oraz bez nakładki tworzywowej?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie 560-930mm?

Odp.

Tak Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie 560-930mm.

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 1950 x 670 mm?

Odp.

Tak Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 1950 x 670 mm.

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2110 x 770 mm?

Odp.

Tak Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2110 x 770 mm.

Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości i szerokości całkowitej 2110 x 770 mm?

Odp.

Tak Zamawiający dopuści wózek o długości i szerokości całkowitej 2110 x 770 mm.

Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości leża 670 mm?

Odp.

Tak Zamawiający dopuści wózek o szerokości leża 670 mm.

Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy dla pacjentów leżących o szerokości leża 573 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza wózka transportowego dla pacjentów leżących o szerokości leża 573 mm.

Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 219 cm?

Odp.

Tak Zamawiający dopuści wózek o długości 219 cm.

Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający oczekuje regulacji oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 27 do 65 stopni?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający oczekuje regulacji hydraulicznej wysokości leża w zakresie 54-98 cm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający oczekuje regulacji hydraulicznej wysokości leża za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych z dwóch stron wózka?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający oczekuje centralnej blokady kół?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający oczekuje blokady kół przy użyciu dźwigni hamulca dostępnych przy każdym narożniku?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający oczekuje bezpiecznego obciążenia roboczego min. 230 kg?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający oczekuje wózka z metalowymi uchwytami do jego prowadzenia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wózek z metalowymi uchwytami do jego prowadzenia.

W załączeniu załącznik nr 2 do Formularza oferty po zmianach z dnia 25.10.2016r.

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

