

### **Wszyscy uczestnicy w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę wózka transportowo – obserwacyjnego oraz wózków transportowych dla pacjentów leżących** (BZP.38.383-70.2016).

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadające leże z prowadnicą na kasetę RTG bez podziałki do pozycjonowania kasety?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych umożliwiającym współpracę z aparatem RTG z ramieniem C na całej długości blatu z wyłączeniem przestrzeni znajdujących się bezpośrednio nad kolumnami konstrukcyjnymi?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający barierki boczne z jednostopniowym zabezpieczeniem przed przypadkowym ich opuszczeniem, poprzez podniesienie dźwigni zabezpieczającej a następnie przesunięcie poręczy w stronę nóg pacjenta i tym samym umożliwienie jej złożenia?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający zamiast szczytów, po dwie składane rączki do przetaczania wózka, składane do ramy leża, poniżej poziomu materaca, z mechanizmem samoblokującym do transportu?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony dwie dźwignie hamulca umieszczone od strony głowy oraz od strony nóg pacjenta?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 565 do 895 mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem o szerokości wynoszącej 600 mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o wymiarach zewnętrznych: 2130 x 820 mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o szerokości z poręczami bocznymi oraz bez poręczy wynoszącej 790 mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o długości 2090 mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 570 do 910 mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wykonany z profili stalowych lakierowanych bez użycia lakieru z nanotechnologią srebra hamującej namnażanie się bakterii i wirusów?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem umożliwiającym wykonywanie zdjęć RTG na całej jego długości, jednak bez możliwości monitorowania pacjenta aparatem RTG z ramieniem C?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z materacem z obszyciem z materiału nieprzemakalnego bez dodatków bakterio i grzybobójczych ograniczających rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli, tym samym bez certyfikatów w tym zakresie?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z materacem bez właściwości niepalnych zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający poręcze boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej?

Odp.

Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych posiadający poręcze boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej.

Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy dla pacjentów leżących, który posiada poręcze boczne chromowane o wysokości 30cm ?

Odp.

Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy dla pacjentów leżących, który posiada poręcze boczne chromowane o wysokości 30cm.

Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek bez podziałki do pozycjonowania kaset RTG?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek przystosowany do współpracy z ramieniem C na całej długości, za wyjątkiem miejsc mocowania kolumn oraz w pozycji siedzącej pacjenta?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający jednostopniowe zabezpieczenie opuszczania barierki bocznych jako zabezpieczenie przed ich przypadkowym opuszczeniem?

Odp.

Zamawiający dopuści wózek posiadający jednostopniowe zabezpieczenie opuszczania barierki bocznych jako zabezpieczenie przed ich przypadkowym opuszczeniem.

Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony od strony głowy w składane pod leże uchwyty z mechanizmem samoblokującym do transportu z tworzywowymi nakładkami oraz od strony nóg duży, chromowany uchwyt do transportu?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w krążki odbojowe w narożnikach wózka oraz listwy odbojowe umieszczone na barierkach bocznych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w krążki odbojowe w narożnikach wózka oraz listwy odbojowe umieszczone na barierkach bocznych.

Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający regulację wysokości nożną hydrauliczną w zakresie 625 – 935 mm dźwigniami umieszczonymi z obu stron wózka?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 25 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający leże o wymiarach 1990 x 690 mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pytanie nr 26 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary zewnętrzne 2060 x 810 mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty.

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

W załączeniu Formularz oferty ze zmienionym dnia 22.11.2016r. załącznikiem nr 2.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój  
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: szpital@wss2.pl, [www.wss2.pl](http://www.wss2.pl)

