

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Dostawa aparatu do badań urodynamicznych dla potrzeb Oddziału Urologicznego**” BZP/38/383-35/15.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do badań urodynamicznych przystosowanego do używania cewników wodnych (wypełnianych płynem)?

Odp.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaoferowanie w/w aparatu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert?

Odp.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert z dnia 08.06.2015 r. godz. 10:00 na dzień 12.06.2015 r. godz. 10:00.

Pozostałe zapisy formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem