

### Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego oraz obłożeń (zestawy ginekologiczne Wojewódzkiego fartuchy chirurgiczne) – powtórka BZP/38/383-47/15**

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 1 oczekuje zaoferowania fartucha urologicznego długości min. 150 cm mierzonej od najwyższego punktu fartucha?

#### Odp.

w pakiecie nr 4 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 Formularz oferty w pozycji „Nazwa towaru”:

Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:

**Sterylny fartuch urologiczny** wykonany z następujących materiałów:

- górna część fartucha ( powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa , paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>
  - rękawy – nieprzemakalny ( odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H<sub>2</sub>O, chłonny laminat dwuwarstwowy ( chłonna włóknina o gramaturze min. 28 g/m<sup>2</sup>) od wewnątrz, oraz folia PE na zewnątrz). Łączenie w strefie krytycznej ( min  $\frac{3}{4}$  rękawa) metodą ultradźwiękową lub klejoną.
  - mankiety wykonane z poliestru, długość mankietów 8 cm (+/- 1 cm)
  - pozostałe części fartucha, wykonane z nieprze,kalanej folii PE o grubości 50 mikronów. Fartuch powinien posiadać w przedniej części kontrafałdy. W tylnej części fartuch powinien posiadać zapięcie typu rzep, oraz dwa troki.. Długość fartucha ( mierzona od najwyższego punktu ( owinięty) w papier krepowy, pakowany razem z ręcznikiem do wycierania rąk – 1 szt.
- Pakowany w opakowanie folia/papier. Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać dwie samoprzylepne naklejki służące do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające następujące informacje: numer ref., numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

#### który otrzymuje nowe brzmienie:

**Sterylny fartuch urologiczny** wykonany z następujących materiałów:

- górna część fartucha ( powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa , paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>
  - rękawy – nieprzemakalny ( odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H<sub>2</sub>O, chłonny laminat dwuwarstwowy ( chłonna włóknina o gramaturze min. 28 g/m<sup>2</sup>) od wewnątrz, oraz folia PE na zewnątrz). Łączenie w strefie krytycznej ( min  $\frac{3}{4}$  rękawa) metodą ultradźwiękową lub klejoną.
  - mankiety wykonane z poliestru, długość mankietów 8 cm (+/- 1 cm)
  - pozostałe części fartucha, wykonane z nieprze,kalanej folii PE o grubości 50 mikronów. Fartuch powinien posiadać w przedniej części kontrafałdy. W tylnej części fartuch powinien posiadać zapięcie typu rzep, oraz dwa troki.. Długość fartucha ( mierzona od najwyższego punktu ( owinięty) w papier krepowy, pakowany razem z ręcznikiem do wycierania rąk – 1 szt.
- Pakowany w opakowanie folia/papier. Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać dwie samoprzylepne naklejki służące do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające następujące informacje: numer ref., numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

długości min. 150 cm mierzonej od najwyższego punktu fartucha

#### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z zadania 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofertwiekszej liczbie wykonawców wykonawców Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

#### Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.

#### Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopiści zestaw do cięcia cesarskiego cesarskiego składzie:

1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm 1 szt. serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm

1 szt. serweta do cięcia cesarskiego 200 cm x 320 cm z otworem z folią operacyjną o wym. 25 cm x 30 cm, torbą do zbiórki płynów o wym. 75 cm x 85 cm ze sztywnikiem, filtrem, dwoma końcówkami odpływowymi

1 szt. serwetka chłonna dla noworodka 75 cm x 80 cm

1 szt. taśma chirurgiczna przylepna 10 cm 4 szt. serwetka chłonna do rąk 30 cm x 30 cm.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo – foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

#### Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.

#### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia poporodowego poporodowego poporodowego wkładką ginekologiczną o wymiarach 34 cm x 8 cm nie nie posiadającej arkusza folii, pozostałe składowe zgodne z opisem zamówienia?

#### Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.

#### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem – zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Medycznych Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzenia do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

#### Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.

#### Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do wydzielenia pozycji nr 2 i 3 z pakietu nr 1 i utworzenia odrębnego pakietu np. 1a? Pojemniki histopatologiczne są samodzielną grupą produktów i umieszczenie ich w pakiecie ze szpatułkami, osłonami oraz patyczkami itp. spowoduje znaczne ograniczenie Wykonawców specjalizujących się w dystrybucji tychże pojemników. Zwracamy się zatem do Zamawiającego o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

#### Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści do zaoferowania w pozycji nr 2 zamiast pojemników 2l /2,5l pojemniki 3000 ml. z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odp.

w pakiecie nr 1 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 Formularz oferty w pozycji „Rozmiar”:

Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:

-2 l \*\* lub 2,5 l

który otrzymuje nowe brzmienie:

-2 l \*\* lub 2,5 l

**\*\* lub**

3000 ml

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści do zaoferowania w pozycji nr 3 pojemniki na wycinki histopatologiczne, platikowe, **przezroczyste**, szczelnie zamykane, odporne na działanie środków chemicznie konserwujących materiał pobrany do badań?

Odp.

w pakiecie nr 1 poz. nr 3 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 Formularz oferty w pozycji „Nazwa towaru”:

Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:

Pojemniki na wycinki histopatologiczne, plastikowe, nieprzezroczyste, szczelnie zamykane, odporne na działanie środków chemicznie konserwujących materiał pobrany do badań

który otrzymuje nowe brzmienie:

Pojemniki na wycinki histopatologiczne, plastikowe, nieprzezroczyste

**lub** przezroczyste,

szczelnie zamykane, odporne na działanie środków chemicznie konserwujących materiał pobrany do badań

Pytanie nr 9

Proszę o podanie prawidłowego terminu realizacji zamówienia dla pakietu nr 1. Rozdział III oraz par 2 pkt 8 umowy obarczony jest błędem pisarskim.

Odp.

a) Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w pkt. III części A w następujący sposób:

z:

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Pakiety 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09.2015 r.

Pakiety 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r

na:

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Pakiety 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09.2017 r.

Pakiety 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r

b) Zamawiający zmienia treść Wzoru umowy w par 2 ust. 8 w następujący sposób:

z:

**8.Umowa obowiązuje:**

Dla Pakietów 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09. 2015 r., lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).

Dla Pakietów 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).

na:

## 8. Umowa obowiązuje:


Dla Pakietów 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09. 2017 r., lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).

Dla Pakietów 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).

### Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 niżej opisanego zestawu do cięcia cesarskiego?

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



### Odp.

Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 Formularz oferty:

**Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego** dodatkowo wzmocniony, w pozycji na wznak z wyprostowanymi kończynami dolnymi (nie w pozycji ginekologicznej), w zestawie z workiem zbierającym płyn

Minimalny skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. wym. 140x190cm,
- 1 obłożenie nakrycia stolika Mayo min. wym. 75x140cm,
- 1 serweta do cięcia cesarskiego min. wym. 180x300cm z otworem w okolicy jamy brzusznej z przezroczystą folią chirurgiczną, z workiem (torbą) na płyny,
- 1 serwety dla noworodka min. wym. 90 x 60 cm.
- 1 taśma samoprzylepna lub taśma lepna min. wym. 9x30cm lub bez taśmy samoprzylepnej w zestawie jednakże z taśmą dostarczoną wraz z zestawem w osobnym opakowaniu
- 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min. wym. 20cm x 20cm

### Lub

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm
- 1 x serweta dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta z trilaminatu do cięcia cesarskiego o wymiarach 196/249x300 cm
- osłony ramion stołu, ze wzmocnieniem 52 x 67 cm oraz z dodatkowym wzmocnieniem na kończyny pacjentki 43 x 57 cm, torba na płyny, przylepny otwór 30 x 36 cm z folią operacyjną z otworem i dodatkowymi przylepcami, 4 uchwyty na przewody,
- 1 x taśma lepna 8x40 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm,

### Lub

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270°, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zastępujące taśmę lepna) oraz dodatkowe wzmocnienie.

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795, zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, materiał musi składać się

z **min. 2 warstw** (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa lub laminatu dwuwarstwowego) o gramaturze materiału na całej powierzchni **min.53g/m<sup>2</sup> lub 63 g/m<sup>2</sup>**, a w warstwie wzmocnionej **min. 110g/m<sup>2</sup>**, produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

lub

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm ( ułożenie płasko na stole)

1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50

2 ręczniki celulozowe 30 x 33

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 cz 1-3 wysokie wymagania. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw pakowany w 2 kartony i blister. Gramatura 55g/m<sup>2</sup>.

Lub

-1x serweta T z workiem, folią chirurgiczną 325x250

- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,

- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,

- 1x serweta na stolik Mayo 145x80,

- 2x serwetki do rąk 40x20,

- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),

lub

- 1x serweta z workiem, folią chirurgiczną 320x180,

- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,

- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,

-1x serweta na stolik Mayo 145x80,

- 2x serwetki do rąk 40x20,

- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),

który otrzymuje nowe brzmienie:

**Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego** dodatkowo wzmocniony, w pozycji na wznak z wyprostowanymi kończynami dolnymi (nie w pozycji ginekologicznej), w zestawie z workiem zbierającym płyn

Minimalny skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. wym. 140x190cm,

- 1 obłożenie nakrycia stolika Mayo min. wym. 75x140cm,

- 1 serweta do cięcia cesarskiego min. wym. 180x300cm z otworem w okolicy jamy brzusznej z przezroczystą folią chirurgiczną, z workiem (torbą) na płyny,

- 1 serwety dla noworodka min. wym. 90 x 60 cm.

- 1 taśma samoprzylepna lub taśma lepna min. wym. 9x30cm lub bez taśmy samoprzylepnej w zestawie jednakże z taśmą dostarczoną wraz z zestawem w osobnym opakowaniu

- 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min. wym. 20cm x 20cm

**Lub**

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm

- 1 x serweta dla noworodka 100x105 cm

- 1 x serweta z trilaminatu do cięcia cesarskiego o wymiarach 196/249x300 cm

osłony ramion stołu, ze wzmocnieniem 52 x 67 cm oraz z dodatkowym wzmocnieniem na kończynie pacjentki 43 x 57 cm, torba na płyny , przylepny otwór 30 x 36 cm z folią operacyjną z otworem i dodatkowymi przylepcami , 4 uchwyty na przewody ,

- 1 x taśma lepna 8x40 cm,

- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm,

**Lub**

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270°, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu,

zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zastępujące taśmę lepną) oraz dodatkowe wzmocnienie.

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795, zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, materiał musi składać się z **min. 2 warstw** (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa lub laminatu dwuwarstwowego) o gramaturze materiału na całej powierzchni **min.53g/m<sup>2</sup> lub 63 g/m<sup>2</sup>**, a w warstwie wzmocnionej **min. 110g/m<sup>2</sup>**, produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

lub

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm ( ułożenie płasko na stole)

1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50

2 ręczniki celulozowe 30 x 33

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 cz 1-3 wysokie wymagania. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw pakowany w 2 kartony i blister. Gramatura 55g/m<sup>2</sup>.

Lub

- 1x serweta T z workiem, folią chirurgiczną 325x250

- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,

- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,

- 1x serweta na stolik Mayo 145x80,

- 2x serwetki do rąk 40x20, włók. kom.

- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),

lub

- 1x serweta z workiem, folią chirurgiczną 320x180,

- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,

- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,

-1x serweta na stolik Mayo 145x80,

- 2x serwetki do rąk 40x20, włók. kom.

- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),

lub

-4 ręczniki do rąk

-1 taśma przylepna 9 x 50 cm

-1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo

-1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm

-1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

#### Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy do cięcia cesarskiego o składzie:

serweta T z workiem, folią chirurgiczną	1	L2	325x250	PROST.
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic	1		90x60	
serweta na stół instrum.	1		190x150	
serweta na stolik Mayo	1		145x80	
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20	

Bez taśmy samoprzylepnej w zestawie? Taśma samoprzylepna ( w formie sterylnej) zostanie uwzględniona w cenie zestawu i będzie dostarczana wraz z zestawem w osobnym opakowaniu.

### Odp.

Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 Formularz oferty:

**Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego** dodatkowo wzmocniony, w pozycji na wznak z wyprostowanymi kończynami dolnymi (nie w pozycji ginekologicznej), w zestawie z workiem zbierającym płyn

Minimalny skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. wym. 140x190cm,
- 1 obłożenie nakrycia stolika Mayo min. wym. 75x140cm,
- 1 serweta do cięcia cesarskiego min. wym. 180x300cm z otworem w okolicy jamy brzusznej z przezroczystą folią chirurgiczną, z workiem (torbą) na płyny,
- 1 serwety dla noworodka min. wym. 90 x 60 cm.
- 1 taśma samoprzylepna lub taśma lepna min. wym. 9x30cm lub bez taśmy samoprzylepnej w zestawie jednakże z taśmą dostarczoną wraz z zestawem w osobnym opakowaniu
- 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min. wym. 20cm x 20cm

### **Lub**

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół narzędziowy 120x140 cm
- 1 x serweta dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta z trilaminatu do cięcia cesarskiego o wymiarach 196/249x300 cm osłony ramion stołu, ze wzmocnieniem 52 x 67 cm oraz z dodatkowym wzmocnieniem na kończyny pacjentki 43 x 57 cm, torba na płyny , przylepny otwór 30 x 36 cm z folią operacyjną z otworem i dodatkowymi przylepcami , 4 uchwyty na przewody ,
- 1 x taśma lepna 8x40 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm,

### **Lub**

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo min. 77x142 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270°, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zastępujące taśmę lepna) oraz dodatkowe wzmocnienie.

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795, zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, materiał musi składać się z **min. 2 warstw** (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa lub laminatu dwuwarstwowego) o gramaturze materiału na całej powierzchni **min.53g/m<sup>2</sup> lub 63 g/m<sup>2</sup>**, a w warstwie wzmocnionej **min. 110g/m<sup>2</sup>**, produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

### **lub**

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm ( ułożenie płasko na stole)
- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 cz 1-3 wysokie wymagania. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw pakowany w 2 kartony i blister. Gramatura 55g/m<sup>2</sup>.

### który otrzymuje nowe brzmienie:

**Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego** dodatkowo wzmocniony, w pozycji na wznak z wyprostowanymi kończynami dolnymi (nie w pozycji ginekologicznej), w zestawie z workiem zbierającym płyn

Minimalny skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. wym. 140x190cm,
- 1 obłożenie nakrycia stolika Mayo min. wym. 75x140cm,

- 1 serweta do cięcia cesarskiego min. wym. 180x300cm z otworem w okolicy jamy brzusznej z przezroczystą folią chirurgiczną, z workiem (torbą) na płyny,
- 1 serwety dla noworodka min. wym. 90 x 60 cm.
- 1 taśma samoprzylepna lub taśma lepna min. wym. 9x30cm lub bez taśmy samoprzylepnej w zestawie jednakże z taśmą dostarczoną wraz z zestawem w osobnym opakowaniu
- 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min. wym. 20cm x 20cm

**Lub**

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm
- 1 x serweta dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta z trilaminatu do cięcia cesarskiego o wymiarach 196/249x300 cm osłony ramion stołu, ze wzmocnieniem 52 x 67 cm oraz z dodatkowym wzmocnieniem na kończyny pacjentki 43 x 57 cm, torba na płyny , przylepny otwór 30 x 36 cm z folią operacyjną z otworem i dodatkowymi przylepcami , 4 uchwyty na przewody ,
- 1 x taśma lepna 8x40 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm,

**Lub**

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270<sup>o</sup>, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zastępujące taśmę lepna) oraz dodatkowe wzmocnienie.

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795, zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, materiał musi składać się z **min. 2 warstw** (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa lub laminatu dwuwarstwowego) o gramaturze materiału na całej powierzchni **min.53g/m<sup>2</sup> lub 63 g/m<sup>2</sup>**, a w warstwie wzmocnionej **min. 110g/m<sup>2</sup>**, produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

**lub**

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm ( ułożenie płasko na stole)
- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 cz 1-3 wysokie wymagania. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw pakowany w 2 kartony i blister. Gramatura 55g/m<sup>2</sup>.

**Lub**

- 1x serweta T z workiem, folią chirurgiczną 325x250
- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,
- 1x serweta na stolik Mayo 145x80,
- 2x serwetki do rąk 40x20, włók. kom.
- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy do cięcia cesarskiego o składzie:

serweta z workiem, folią chirurgiczną	1	L2	320x180	PROST.
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic	1		90x60	



serweta na stół instrum.	1		190x150	
serweta na stolik Mayo	1		145x80	
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20	

Bez taśmy samoprzylepnej w zestawie? Taśma samoprzylepna ( w formie sterylnej) zostanie uwzględniona w cenie zestawu i będzie dostarczana wraz z zestawem w osobnym opakowaniu.

Odp.

Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 Formularz oferty:

**Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego** dodatkowo wzmocniony, w pozycji na wznak z wyprostowanymi kończynami dolnymi (nie w pozycji ginekologicznej), w zestawie z workiem zbierającym płyn

Minimalny skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. wym. 140x190cm,
- 1 obłożenie nakrycia stolika Mayo min. wym. 75x140cm,
- 1 serweta do cięcia cesarskiego min. wym. 180x300cm z otworem w okolicy jamy brzusznej z przezroczystą folią chirurgiczną, z workiem (torbą) na płyny,
- 1 serwety dla noworodka min. wym. 90 x 60 cm.
- 1 taśma samoprzylepna lub taśma lepna min. wym. 9x30cm lub bez taśmy samoprzylepnej w zestawie jednakże z taśmą dostarczoną wraz z zestawem w osobnym opakowaniu
- 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min. wym. 20cm x 20cm

**Lub**

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm
- 1 x serweta dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta z trlaminatu do cięcia cesarskiego o wymiarach 196/249x300 cm

osłony ramion stołu, ze wzmocnieniem 52 x 67 cm oraz z dodatkowym wzmocnieniem na kończyny pacjentki 43 x 57 cm, torba na płyny , przylepny otwór 30 x 36 cm z folią operacyjną z otworem i dodatkowymi przylepcami , 4 uchwyty na przewody ,

- 1 x taśma lepna 8x40 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm,

**Lub**

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270°, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zastępujące taśmę lepna) oraz dodatkowe wzmocnienie.

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795, zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, materiał musi składać się z **min. 2 warstw** (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa lub laminatu dwuwarstwowego) o gramaturze materiału na całej powierzchni **min. 53g/m<sup>2</sup> lub 63 g/m<sup>2</sup>**, a w warstwie wzmocnionej **min. 110g/m<sup>2</sup>**, produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

lub

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm ( ułożenie płasko na stole)
- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 cz 1-3 wysokie wymagania. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw pakowany w 2 kartony i blister. Gramatura 55g/m<sup>2</sup>.

Lub

- 1x serweta T z workiem, folią chirurgiczną 325x250

- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,
- 1x serweta na stolik Mayo 145x80,
- 2x serwetki do rąk 40x20, włók. kom.
- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),

który otrzymuje nowe brzmienie:

Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 Formularz oferty:

**Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego** dodatkowo wzmocniony, w pozycji na wznak z wyprostowanymi kończynami dolnymi (nie w pozycji ginekologicznej), w zestawie z workiem zbierającym płyn

Minimalny skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. wym. 140x190cm,
- 1 obłożenie nakrycia stołu Mayo min. wym. 75x140cm,
- 1 serweta do cięcia cesarskiego min. wym. 180x300cm z otworem w okolicy jamy brzusznej z przezroczystą folią chirurgiczną, z workiem (torbą) na płyny,
- 1 serwety dla noworodka min. wym. 90 x 60 cm.
- 1 taśma samoprzylepna lub taśma lepna min. wym. 9x30cm lub bez taśmy samoprzylepnej w zestawie jednakże z taśmą dostarczoną wraz z zestawem w osobnym opakowaniu
- 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min. wym. 20cm x 20cm

**Lub**

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm
- 1 x serweta dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta z trlaminatu do cięcia cesarskiego o wymiarach 196/249x300 cm

osłony ramion stołu, ze wzmocnieniem 52 x 67 cm oraz z dodatkowym wzmocnieniem na kończyny pacjentki 43 x 57 cm, torba na płyny , przylepny otwór 30 x 36 cm z folią operacyjną z otworem i dodatkowymi przylepcami , 4 uchwyty na przewody ,

- 1 x taśma lepna 8x40 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm,

**Lub**

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270°, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zastępujące taśmę lepna) oraz dodatkowe wzmocnienie.

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795, zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, materiał musi składać się z **min. 2 warstw** (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa lub laminatu dwuwarstwowego) o gramaturze materiału na całej powierzchni **min. 53g/m<sup>2</sup> lub 63 g/m<sup>2</sup>**, a w warstwie wzmocnionej **min. 110g/m<sup>2</sup>**, produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

lub

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm ( ułożenie płasko na stole)

1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50

2 ręczniki celulozowe 30 x 33

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 cz 1-3 wysokie wymagania. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw pakowany w 2 kartony i blister. Gramatura 55g/m<sup>2</sup>.

Lub

- 1x serweta T z workiem, folią chirurgiczną 325x250

- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,
- 1x serweta na stolik Mayo 145x80,
- 2x serwetki do rąk 40x20, włók. kom.
- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),  
lub
- 1x serweta z workiem, folią chirurgiczną 320x180,
- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,
- 1x serweta na stolik Mayo 145x80,
- 2x serwetki do rąk 40x20, włók. kom.
- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),

#### Pytanie nr 13

Czy wszystkie terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

#### Odp.

Zamawiający informuje, iż terminy podane w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych.

#### Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści termin płatności 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury?

#### Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.

#### Pytanie nr 15

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

#### Odp.

Zamawiający informuje, iż zasady zmiany zakresu rzeczowego wskazano w § 9 ust. 5 lit b umowy.

#### Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku odstąpienia od umowy kara wynosiła 10% niezrealizowanej części umowy?

#### Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.

#### Pytanie nr 17

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

#### Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.

Ponadto Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w pkt. 3 części A w następujący sposób:  
z

#### III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Pakiety 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09.2015 r.

Pakiety 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r

na:

**III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Pakiety 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09.2017 r.

Pakiety 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r

Zamawiający zmienia treść Wzoru umowy w par 2 ust. 8 w następujący sposób:

Z:

**§ 2**  
**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne **dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego oraz obłożeń (zestawy ginekologiczne i fartuchy chirurgiczne) – powtórka.**
2. Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe podane zostały w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz asortymentowo - cenowy) – przedmiot umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Oferowane produkty posiadają termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2, a Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.
7. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:

Pakiet 1 - Pojemniki medyczne, osłonki na głowicę USG i UKG, stazy, patyczki, szpatułki i kieliszki

Netto: ..... zł /słownie:

.....

Brutto: ..... zł /słownie:

.....

Pakiet 2 – Folia aluminiowa

Netto: ..... zł /słownie:

.....

Brutto: ..... zł /słownie:

.....

**Pakiet 3 – Pasta elektrodowa, kaniula donosowa, pojemnik do dobowej zbiórki moczu**

Netto: ..... zł /słownie:

.....

Brutto: ..... zł /słownie:

.....

**Pakiet 4– Fartuchy chirurgiczne III**

Netto: ..... zł /słownie:

.....

Brutto: ..... zł /słownie:

.....

**Pakiet 5 – Zestaw do cięcia cesarskiego**

Netto: ..... zł /słownie:

.....

Brutto: ..... zł /słownie:

.....

### **Pakiet 6 – Zestaw do szycia poporodowego**

Netto: ..... zł /słownie:

Brutto: ..... zł /słownie:

Cena ogółem:

Cena netto: ..... /słownie: .....

Cena brutto: ..... /słownie: .....

### **8. Umowa obowiązuje:**

Dla Pakietów 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09. 2015 r., lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).

Dla Pakietów 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).

9. Realizacja każdego pakietu z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.

[na:](#)

## **§ 2 Przedmiot umowy**

8. Przedmiotem umowy są sukcesywne **dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego oraz obłożeń (zestawy ginekologiczne i fartuchy chirurgiczne) – powtórka.**
9. Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe podane zostały w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz asortymentowo - cenowy) – przedmiot umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania niniejszej umowy.
11. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Oferowane produkty posiadają termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2, a Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.
14. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:

Pakiet 1 - Pojemniki medyczne, osłonki na głowicę USG i UKG, stazy, patyczki, szpatułki i kieliszki

Netto: ..... zł /słownie:

Brutto: ..... zł /słownie:

Pakiet 2 – Folia aluminiowa

Netto: ..... zł /słownie:

Brutto: ..... zł /słownie:

**Pakiet 3 – Pasta elektrodowa, kaniula donosowa, pojemnik do dobowej zbiórki moczu**

Netto: ..... zł /słownie:

Brutto: ..... zł /słownie:

**Pakiet 4– Fartuchy chirurgiczne III**

Netto: ..... zł /słownie:

Brutto: ..... zł /słownie:  
.....

**Pakiet 5 – Zestaw do cięcia cesarskiego**

Netto: ..... zł /słownie:  
.....

Brutto: ..... zł /słownie:  
.....

**Pakiet 6 – Zestaw do szycia poporodowego**

Netto: ..... zł /słownie:  
.....

Brutto: ..... zł /słownie:  
.....

Cena ogółem:

Cena netto: ..... /słownie: .....

Cena brutto: ..... /słownie: .....

**8.Umowa obowiązuje:**

Dla Pakietów 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09. 2017 r., lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).

Dla Pakietów 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).

9. Realizacja każdego pakietu z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.

Pozostałe zapisy formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem



---

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój  
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: [szpital@wss2.pl](mailto:szpital@wss2.pl), [www.wss2.pl](http://www.wss2.pl)