

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – **Dostawa poduszek medycznych z osłonami oraz poduszek medycznych z filtrem BZP/38/383-39/16.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Formularza oferty, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju działając na podstawie § 22 pkt 9 obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015r. wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie 1 – dot. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 3, poz. 2:**

Czy Zamawiający chce zamówić wałki czy kliny? Jeśli Zamawiający chce wałki i kliny proszę o określenie ilości, które pozwolą nam określić dokładną cenę.

#### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Formularza asortymentowo-cenowego dotyczącego pakietu nr 3 poz. 2 „Nazwa towaru” z zapisu:

Poduszka pozycjonująca "wałek" lub "klin" z wypełnieniem piankowym wałek: wymiary: **dł.60 cm x średnica 15 cm (±5cm), klin: dł.60 cm, przekrój - trójkąt ok. 30cmX20cmx26cm (±5cm)**

wypełnienie wałka lub klina: twarda pianka o gęstości 50kg/m<sup>3</sup>.

#### **na zapis:**

Poduszka pozycjonująca "wałek" z wypełnieniem piankowym: wymiary: **dł.60 cm x średnica 15 cm (±5cm)**, wypełnienie wałka: twarda pianka o gęstości 50kg/m<sup>3</sup>.

#### **Pytanie 2 – dot. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 2:**

Zamawiający wymaga, aby osłony na poduszkę z Pakietu 2 posiadały Certyfikat CE. Zamawiane pokrowce należą do wyrobów medycznych klasy pierwszej niesterylnej, w związku z czym nie mają obowiązku posiadania Certyfikatu CE (dotyczy on klas wyrobu medycznego: medycznego sterylnej, I z funkcją pomiarową, II a, II B, III). Dla zamawianego asortymentu właściwymi dokumentami są: deklaracja CE oraz wpis/ zgłoszenie do RWM. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 – Osłona na poduszkę medyczną uniwersalną odstąpi od wymogu posiadania Certyfikatu CE, w zamian dopuszczając załączenia do oferty deklarację CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych?

#### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Formularza Oferty CZĘŚĆ A pkt VIII pkt 3. Pakiet 2 z zapisu:

- Pakiet 2 – Osłona na poduszkę medyczną uniwersalną
- CE- 93/42/EEC Dyrektyw z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
- PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 (badanie tłącego papierosa i równoważnika płomienia zapalki),
- ISO/TC 94 /SC 13 N357 (przenikalność krwi i bakteriofagów),
- PN-EN 20811 (wodoszczelność),

- PN-EN 31092 (paroprzepuszczalność),

**na zapis:**

- Pakiet 2 – Osłona na poduszkę medyczną uniwersalną
- [Deklaracja CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych](#),
- PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 (badanie tłęcego papierosa i równoważnika płomienia zapalki),
- ISO/TC 94 /SC 13 N357 (przenikalność krwi i bakteriofagów),
- PN-EN 20811 (wodoszczelność),
- PN-EN 31092 (paroprzepuszczalność),

Zamawiający zmienia zapisy Formularza asortymentowo-cenowego dotyczącego pakietu nr 2 „Nazwa towaru” z zapisu:

- chroni całą poduszkę przed zabrudzeniami i zniszczeniem,
- powłoka jest nieprzepuszczalna dla bakterii, wirusów i roztoczy,
- gładka, wolna od fałd i zagnieceń powierzchnia osłon przeciwdziałająca powstawaniu odleżyn u pacjentów,
- osłona skutecznie chroni pacjenta przed reinfekcją ze strony poduszki szpitalnej,
- posiada zamek błyskawiczny zakryty naszywką materiałową oraz rzepami.
- minimalny poziom pylenia, wysoka barierowość dla drobnoustrojów i płynów.

Materiał: poliuretan, wodoszczelność:  $\geq 2\ 000$  Pa, przepuszczalność pary wodnej:  $\geq 300$  g/m<sup>2</sup>/24h, materiał odporny na ścieranie, elastyczny, łatwy do założenia, przeznaczony do codziennej dezynfekcji, odporny na powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne, materiał uniepalniony.

Zalecenia dotyczące prania i konserwacji:

możliwość prania w temperaturze 95°C,

suszenia w temperaturze min. 100°C.

Wymiary: 70 x 80 cm.

Certyfikaty i normy: CE- 93/42/EEC Dyrektywa z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

przebadane według: PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 (badanie tłęcego papierosa i równoważnika płomienia zapalki),

ISO/TC 94 /SC 13 N357 (przenikalność krwi i bakteriofagów) PN-EN 20811 (wodoszczelność), PN-EN 31092 (paroprzepuszczalność)

**na zapis:**

- chroni całą poduszkę przed zabrudzeniami i zniszczeniem,
- powłoka jest nieprzepuszczalna dla bakterii, wirusów i roztoczy,
- gładka, wolna od fałd i zagnieceń powierzchnia osłon przeciwdziałająca powstawaniu odleżyn u pacjentów,
- osłona skutecznie chroni pacjenta przed reinfekcją ze strony poduszki szpitalnej,
- posiada zamek błyskawiczny zakryty naszywką materiałową oraz rzepami.
- minimalny poziom pylenia, wysoka barierowość dla drobnoustrojów i płynów.

Materiał: poliuretan, wodoszczelność:  $\geq 2\ 000$  Pa, przepuszczalność pary wodnej:  $\geq 300$  g/m<sup>2</sup>/24h, materiał odporny na ścieranie, elastyczny, łatwy do założenia, przeznaczony do codziennej dezynfekcji, odporny na powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne, materiał uniepalniony.

Zalecenia dotyczące prania i konserwacji:

możliwość prania w temperaturze 95°C,

suszenia w temperaturze min. 100°C.

Wymiary: 70 x 80 cm.

Certyfikaty i normy: Deklarację CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych przebadane według: PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 (badanie tłącego papierosa i równoważnika płomienia zapałki), ISO/TC 94 /SC 13 N357 (przenikalność krwi i bakteriofagów) PN-EN 20811 (wodoszczelność), PN-EN 31092 (paroprzepuszczalność)

**Pytanie 3 – dot. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 2:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 odstąpi od wymogu posiadania dokumentów potwierdzających zgodność z PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 oraz ISO/TC94/S.C. 13 N357? Oferowane osłony dopuszczone są do użytkowania w placówkach zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza.

**Pytanie 4 – dot. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 2:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści osłony na poduszkę zapinane na kryty zamek błyskawiczny bez rzepów, wykonane z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02 mm, o odporności na przesiąkanie cieczy min. 500 cm, przepuszczalności pary wodnej min. 800 g/m<sup>2</sup>/24 h, jednocześnie dopuszczając Kartę tkaniny wystawioną przez producenta tkaniny, jako dokument potwierdzający w/w parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza.

**Pytanie 5 – dot. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 2:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści temperaturę prania pokrowców max. 70 st. C oraz temperaturę suszenia max. 80 st. C? Pranie i suszenie w wysokiej temperaturze powoduje znaczne osłabienie struktury materiałowej, a temp. 90-100 st. C może prowadzić do uszkodzenia i sklejanie się tkaniny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.

Ponadto Zamawiający dodaje zapisy do załącznika nr 1 do Formularza oferty tj. Wzoru umowy w następującym paragrafie:

**§ 4:**

9. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego umieszczenia w przedmiocie zamówienia (dotyczy wyłącznie Pakietu 1) chipów do odczytywania w systemie Phenix, które to otrzyma od Zamawiającego w terminie 10 dni od zawarcia umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest również niezwłocznie potwierdzić pisemnie fakt otrzymania chipów, o których mowa w pkt 9.

oraz zmienia w Formularzu Oferty CZĘŚĆ A pkt III z zapisu:

**III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:**

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: **30 dni od dnia zawarcia umowy,**

**na zapis:**

**III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:**

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- dla Pakietu 1 - **30 dni od pisemnego potwierdzenia Wykonawcy o otrzymaniu chipów od**

**Zamawiającego,**

- dla Pakietów 2 i 3 - **30 dni od dnia zawarcia umowy,**

oraz zmienia zapis we Wzorze Umowy w § 2 pkt. 8 z:

8. Umowa obowiązuje: **30 dni od dnia zawarcia umowy.**

**na zapis:**

8. Umowa obowiązuje:

- dla Pakietu 1 **30 dni od pisemnego potwierdzenia Wykonawcy o otrzymaniu chipów od Zamawiającego,**

- dla Pakietów 2 i 3 **30 dni od dnia zawarcia umowy,**

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:

- Formularz oferty - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 28.06.2016 r.,

- Załącznik nr 1 do formularza oferty - Wzór umowy po zmianach z dnia 28.06.2016 r.,

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

