

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój
Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506
E-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl
Regon: 272790824 NIP: 633-10-45-778 KRS: 0000048508

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej

Znak sprawy: BZP.38.382-5.17

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie własne Wykonawcy
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 – Umowa przechowania - wzór

Sporządziła: Monika Kokot
Zatwierdziła pod względem formalnym: Magdalena Kozak
Jastrzębie - Zdrój, dnia 07.02.2017 r.

Zatwierdziła:
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz
przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer telefonu: (032) 47 84 500
Numer faksu: (032) 47 84 506
Adres e-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl

2. TRYB UDZIENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
- 2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
- 2.3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 3.1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne **Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb „Kardiologii inwazyjnej”(BZP.38.382-5.17)** w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
- 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz asortymentowo- cenowy). Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP.
- 3.3 Przedmiot zamówienia został podzielony na 22 pakietów (części), tj.:
 - Pakiet 1 – Akcesoria I
 - Pakiet 2 – Akcesoria II
 - Pakiet 3 – Akcesoria III
 - Pakiet 4 – Akcesoria IV
 - Pakiet 5 – Akcesoria V
 - Pakiet 6 – Akcesoria VI
 - Pakiet 7 – Akcesoria VII
 - Pakiet 8 – Akcesoria VIII
 - Pakiet 9 – Akcesoria IX
 - Pakiet 10 – Akcesoria X
 - Pakiet 11 – Akcesoria XI
 - Pakiet 12 – Akcesoria XII
 - Pakiet 13 – Akcesoria XIII
 - Pakiet 14 – Akcesoria XIV
 - Pakiet 15 – Akcesoria XV
 - Pakiet 16 – Akcesoria XVI
 - Pakiet 17 – Akcesoria XVII
 - Pakiet 18 – Akcesoria XVIII
 - Pakiet 19 – Akcesoria XIX
 - Pakiet 20 – Akcesoria XX
 - Pakiet 21 – Sterylny zestaw do angiografii
 - Pakiet 22 – Balony do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej
- 3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
- 3.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 - 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki
 - 33140000-3 - Materiały medyczne;

- 33190000 -8- Różne urządzenia i produkty medyczne
- 3.5. Warunki, jakim muszą odpowiadać dostawy:
- wyroby muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 - wyroby muszą mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny
 - okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego.
 - dostawy wraz z wniesieniem i rozładunkiem towaru odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy loco magazyn Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.
- 3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji finansowych, uzależniając swą decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
- 3.7. Wykonawca zobowiązuje się stworzyć w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej depozytu asortymentu określonego w Formularzu asortymentowo - cenowym wg Załącznika nr 1 do SIWZ (dot. Pakietów 1-20,22), nie później niż do 3 dni od dnia podpisania umowy.
- 3.8. Dostawy będą się odbywać transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku Pakietów nr 1-20,22 na zasadzie stworzenia w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej depozytu asortymentu określonego w Formularzu asortymentowo - cenowym wg Załącznika nr 1 do SIWZ, uzupełnianego sukcesywnie po wykorzystaniu przez Zamawiającego poszczególnych elementów depozytu, w terminie do 3 dni od momentu złożenia przez Zamawiającego protokołu zużycia wraz z zamówieniem.
- 3.9. Dostawy na pozostały Pakiet nr 21 będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do magazynu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13: 00.
- 3.10. Realizacja każdego zamówienia złożonego telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub złożonego pisemnie nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie- dotyczy Pakietu 21.
- 3.11. Realizowanie dostaw następować będzie częściami. Wielkości poszczególnych zamówień częściowych określane będą przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówienia częściowego (pisemnie, telefonicznie lub faksem).
- 3.12. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych;
 - wad jakościowych w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania.
- Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym
- 3.13. Dostarczany przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Zamawiający dopuszcza etykiety w języku obowiązującym dla kraju danego producenta wyrobu medycznego spełniające wymogi cytowanej ustawy o wyrobach medycznych: "Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.
- 3.14. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie producentów produktów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym w kolumnie „Producent i nazwa handlowa/ Producent i nr katalogowy” - w przypadku, gdy numer katalogowy

nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

- 3.15. Oferowane produkty muszą posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym w kolumnie „Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu” - w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

- 3.16. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3.17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu na poszczególne pozycje.
3.18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
3.20. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy przez okres 6 miesięcy tj. od dnia2017 r., do dnia2017 r. , lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- 5.1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1b ustawy PZP.
- 5.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP.
- 5.3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia;
 - 2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art.. 189a, art. 218-221, art.. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (DZ. U. poz 553, z poen. Zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 199 r. – Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
 - 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w rozdziale 5.3. ppkt 2),
 - 4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłatą lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- 5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 18744 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
 - 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 5.4. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1. W przypadkach, o których mowa w pkt 5.3.2) lit. a)-c) i 5.3.3) SIWZ, gdy osoba o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.3.2) lit a)-c) SIWZ, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
 2. W przypadkach, o których mowa:
 - a) W pkt 5.3.2) lit d) i 5.3.3) SIWZ, gdy osoba, o której w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.3.2) lit d) SIWZ,
 - b) W pkt 5.3.4) SIWZ,
 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
 3. W przypadkach o których mowa w pkt 5.3.7) i 5.3.9) SIWZ jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.3.10) SIWZ, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

5. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.3.11) SIWZ, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
- 5.5. Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-20) ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 5.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.5 SIWZ.
- 5.7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
- 5.8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- 6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
 - a) **Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (Oświadczenie własne Wykonawcy).** Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
- 6.2. Do oferty w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP należy złożyć:
 - a) prospekty, katalogi producenta, ulotki w języku polskim dotyczące wszystkich zaoferowanych pozycji w pakiecie (należy opisać nr pakietu i pozycji) – potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry. Jednocześnie należy podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru – dotyczy wszystkich pakietów.
 - b) certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środek dowodowy potwierdzający zgodność z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 15 tj: potwierdzający możliwość skrócenia podwójnej terapii p/płytkowej do 1 miesiąca po użyciu tego typu stentów.
- 6.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, **na wezwanie Zamawiającego**, złoży następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
 - a) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia ukazania się informacji z sesji otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- b) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy w terminie 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.
- 6.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych zakresie ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy zakresie dnia 17 lutego 2005 r. zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
- 6.5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
- 6.6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 6.7. Forma składanych dokumentów:
- a) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 6.4 niniejszej SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale.
- b) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt. a) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, lub Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- d) Dokument wielostronnicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
- e) Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
- f) Wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
- g) Złożone dokumenty w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez odpowiedni podmiot za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

7.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) wypełniony **Formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
- 2) **Oświadczenie wymienione w pkt. 6.1. lit a) niniejszej SIWZ tj.: załącznik nr 3 do**

- SIWZ** – dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji określonych w art. 22a Ustawy Pzp.
- 3) Wypełniony **Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ)**, stanowiący wartości realizacji zadania.
 - 4) Dokumenty przedmiotowe, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ.
 - 5) **Pełnomocnictwo** – zgodnie z pkt. 7.3. niniejszej SIWZ.
- 7.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, tj. zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego, umową spółki cywilnej, a w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem art. 230 kodeksu spółek handlowych.
- 7.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 7.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 7.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 7.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 7.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 7.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
- 7.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 7.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Oferta na: „**Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej**”
(BZP.38.382-5.17)

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 17.02.2017 r. godz. 10:30”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- 7.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 7.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
- 7.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- 7.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 7.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 7.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
- 7.17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
- 7.18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 8. niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 8.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. **Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.**
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców.
- 8.2. **W przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy, umowę można dołączyć do oferty.**
- 8.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację zamówienia.

9. PODWYKONAWCY

- 9.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
- 9.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takich okolicznościach Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę:
 - a) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom,
 - b) firm Podwykonawców.
- 9.3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasobach Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Ustawy Pzp).

- 9.4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 10.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, o których mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ.
- 10.2. Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).
- 10.3. W Formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawca zobowiązany jest do:
- podania pozycji asortymentowej wchodzącej w skład pakietu (w odpowiednim wierszu tabeli);
 - podania ceny jednostkowej netto wraz z ilościami danej pozycji;
 - wyliczenia i podania wartości netto uwzględniającej odpowiednio liczbę opakowań, sztuk;
 - podania obowiązującej stawki podatku VAT [%] - dla danej pozycji w pakiecie;
 - wyliczenia i podania wartości brutto w danej pozycji (wierszu tabeli) poprzez doliczenie wartości podatku VAT do wartości netto;
 - wyliczenia i podania cen netto i brutto oferty poprzez zsumowanie wartości netto i brutto danej pozycji (wiersza) tabeli i umieszczenie sumy w pozycji „Razem”.
- 10.4. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
- 10.5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
- 10.6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
- 10.7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 10.8. **Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 1 c ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami.**

11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- 11.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodnie z następującym kryterium:
- 1) dla Pakietów : 4,8,11,12,14,15,17,20,21, 22:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena (koszt)	100 %

2) dla Pakietów : 1,2,3,5,6,7,9,10,13 ,16,18,19:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena (koszt)	80%
2.	Jakość	20%

11.2. Powyższym kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Ad.1 - Kryterium „Cena” będzie liczone na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty według niżej przedstawionego wzoru:

Cena brutto:

$$\text{Wartość punktowa ceny} = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100 \times 100\%$$

gdzie: C_{bad} - cena brutto podana w badanej ofercie

C_{\min} - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

11.3. Powyższym kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Ad2)

Kryterium „Cena” będzie liczone na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty według niżej przedstawionego wzoru:

Cena brutto:

$$\text{Wartość punktowa ceny} = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100 \times 80\%$$

gdzie: C_{bad} - cena brutto podana w badanej ofercie

C_{\min} - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

Kryterium „Jakość” będzie wyliczone na podstawie „Parametrów oferowanych” podanych przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo - cenowym według niżej przedstawionych zasad i wzoru:

PJ (Punkty za Jakość) = suma punktów, uzyskana za podane przez Wykonawcę „Parametry oferowane” w danym pakiecie według punktacji określonej w kolumnie „Ilość punktów możliwych do uzyskania.”

$$J = \frac{\text{PJ badanej oferty}}{\text{PJ największa spośród złożonych ofert}} \times 100 \times 20\%$$

Punkty wyliczone w każdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób Zamawiający uzyska ocenę końcową. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę o najwyższej wartości oceny końcowej. Wynik przedstawiony zostanie w punktach. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- 11.4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
- 11.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
- 11.6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
- 11.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 12.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
- 12.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 12.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
- 12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- 13.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
- 13.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
- 13.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres podane w rozdz. 1. niniejszego SIWZ.
- 13.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@wss2.pl, a faksem na nr (032) 47 84 549.
- 13.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
- 13.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
- 13.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 13.02.2017 r.), Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
- 13.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. 13. pkt. 13.7. niniejszej SIWZ.
- 13.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 13.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
- 13.11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Magdalena Kozak - Kierownik Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 561
Monika Kokot - Specjalista d/s Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
- 13.12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia 17.02.2017 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 7. SIWZ.
- 15.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy

- kurierską.
- 15.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ppkt. 15.1. niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
 - 15.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w dniu **17.02.2017 r.**, o godzinie 10:30.
 - 15.5. Otwarcie ofert jest jawne.
 - 15.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
 - 15.7. **Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na**
 - a) **stronie www.bip.wss2.com informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;**
 - b) **firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;**
 - c) **ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.**
- 16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**
- 16.1. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle dwa jednobrzmiące egzemplarze podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami w wersji papierowej na adres Zamawiającego. Następnie Zamawiający podpisze umowę i odeśle jeden z egzemplarzy na adres Wykonawcy lub Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania przedmiotowej umowy w siedzibie Zamawiającego.
 - 16.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
 - 16.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
 - 16.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.
 - 16.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
- 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 18. ISTOTNE DLA STORN POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCIE ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ oraz Wzór umowy przechowania Załącznik nr 5 do SIWZ.
- 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**
- 19.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w

dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- 19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu 07.02.2017 r.

Komisja przetargowa:

Przewodniczący
Magdalena Kozak

Sekretarz:
Monika Kokot

Członek
Mariola
Wierzchanowska

Członek
Henryk Sobocik

Zatwierdziła:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dnia 08.02.2017 r.

.....

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 1 - Akcesoria I

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Introducery do zabiegów diagnostycznych	szt.	200						
2.	Przedłużacz wysokociśnieniowy	Szt.	300						
3.	Prowadniki diagnostyczne	Szt.	250						
RAZEM:									

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Średnice od 4F do 14F (min. 5)	tak , podać dane techniczne		1 pkt za dodatkowe średnice
4	Dostępność średnic co 1F w przedziale od 5 F do 8 F	TAK/NIE, podać dane techniczne		1 pkt
5	Długość 7cm, 11 cm , 23 cm, 40cm	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Dostępne długości koszulek od 5.5cm-7.5cm w przedziale 4-7 F	TAK/NIE, podać dane techniczne		1 pkt
7	Ramię boczne z kranikiem	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Odporność na załamania i zagięcia	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Zastawka hemostatyczna podparcie	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Atraumatyczna końcówka	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
11	Pokrycie kaniuli ułatwiające wprowadzenie koszulki	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
12	Igła prosta ostro zakończona kompatybilna z przewodnikiem 0,038"	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Parametry techniczne ad2			
1	Nazwa	x	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Przedłużacz wysokociśnieniowy z adaptorem rotacyjnym wykonany z przezroczystego materiału , zbrojony, elastyczny, miękki	wymagane	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Dostępne długości 90cm, 120 cm,150 cm	tak , podać dane techniczne	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Światło wew. przedłużacza min. 1.7mm	wymagane	1 pkt powyżej
6	Ciśnienie min. 1000 psi	tak , podać dane techniczne	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
Parametry techniczne ad 3			
1	Nazwa	x	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Średnice ; 0.035'; 0.038'	tak, podać dane techniczne	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Średnice 0.025'; 0.032'	TAK/NIE, podać dane	1 pkt za dodatkowe średnice
4	Końcówki proste i „J”	tak, podać dane techniczne	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Dostępne długości 150cm, 180cm 200cm, 260cm	tak, podać dane techniczne	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Dobrze widoczny w skopii	Tak, opis	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Pokryte PTFE	Tak, podać dane techniczne	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

- 1) Depozyt dla pozycji 1 - 30 sztuk**
- 2) Depozyt dla pozycji 2 - 45 sztuk**
- 3) Depozyt dla pozycji 3 - 38 sztuk**

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 2- Akcesoria II

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Rampa trójdrożna	szt.	300						
2.	Y-konektor	Szt.	200						
3.	Y-konektor z odgałęzieniem bocznym i zaworem odcinającym	Szt.	50						
4.	Igła stępiona	Szt.	50						
5.	Torquery	Szt.	40						
6.	Zestaw do drenażu worka osierdziowego	Szt.	10						
RAZEM:									

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

- 1) Depozyt dla pozycji 1 - 45 sztuk
- 2) Depozyt dla pozycji 2 - 30 sztuk
- 3) Depozyt dla pozycji 3 - 8 sztuk
- 4) Depozyt dla pozycji 4 - 8 sztuk
- 5) Depozyt dla pozycji 5 - 6 sztuk
- 6) Depozyt dla pozycji 6 - 3 sztuki

Parametry techniczne ad1				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Rampy trójdrożne wysokociśnieniowe min. 500 psi	tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Adapter rotacyjny męski z łącznikiem Luer Lock	tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5		Tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Parametry techniczne ad2				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Y-konektor wykonany z przezroczystego materiału	tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Światło wew. zastawki w Y konetorze 9F	tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium

				oceny ofert
5	Zastawka Y konektora nie tracąca szczelności podczas zabiegu	Tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Parametry techniczne ad3				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Y konektor z podwójnym mechanizmem zamykającym	tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Dwuzastawkowa konstrukcja, złożona z zastawki typu push-pull, zaopatrzonej w port boczny z kranikiem	tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Średnica wew. zastawki 9F	Tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Parametry techniczne ad 4				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

3	Igła prosta stepiona 20Gx 100mm	tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Kompatybilna z przewodnikiem 0.014"	tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Parametry techniczne ad 5				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Torquer przeznaczony do przewodników wieńcowych 0.014"	tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Zakręcany mechanizm montażu na przewodniku	tak, podać dane techniczne		1 pkt

Parametry techniczne ad 6				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Cewnik 6 otworów bocznych	tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium

				oceny ofert
4	Rozmiar cewnika 7, 8, 9 F	tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Igła prosta 18G - 11 i 12 cm	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Prowadnik 0.038" typu „J” x 48 cm	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Strzykawka 10 ml	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 3 - Akcesoria III

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Cewnik diagnostyczny do koronarografii	szt.	800						
RAZEM:									

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 120 sztuk

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Cewnik zbrojony podwójnym oplotem z drutu na całej długości zapewniający dobre manewrowanie i obrót	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Dostępne średnice w przedziale 4-6 F (wymagane minimum)	Tak, podać		Dodatkowe średnice 1pkt
5	Dostępność minimum 25 krzywizn dla każdej średnicy 5F, 6F , w tym wymagana krzywizna ułatwiająca dojście z nakłucia tętnicy	tak , podać dane techniczne		1 pkt za największą ilość krzywizn

	promieniowej			
6	Doskonała widoczność w skopii	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Kompatybilne z przewodnikiem 0.038"	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Dostępne długości 100 cm, 110 cm	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Dostępna krzywizna zapewniająca dobre podparcie	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Dostępna długość 125 cm	Nie,		1 pkt za posiadanie długości

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 4 - Akcesoria IV

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Prowadniki diagnostyczne hydrofilne	szt.	25						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 4 sztuk

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Średnice 0,025": 0,032": 0,035"	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Końcówki proste i J	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Powłoka hydrofilna	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Długość w przedziale 180-300 cm	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 5 – Akcesoria V

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Cewnik balonowy do małych naczyń o krętym przebiegu	szt.	400						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 – 60 sztuk

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Min. przedział średnic od 1.20-1.25 mm do 4.0 mm	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Wzrost średnicy w przedziale od 2 mm do 4.0 co 0.25mm	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Profile przejścia balonu max. 0.024" dla średnicy 3.0mm	tak, podać dane techniczne		1 pkt za najmniejszy profil
6	Profil wejścia 0.017"	tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Długości 6-30mm (minimum 5 różnych długości z przedziału -długości skrajne nie są wymagane dla ważności oferty)	tak , podać dane techniczne		1 pkt największa ilość długości

8	Ciśnienie nominalne max. 8atm, RBP min. 12atm dla wszystkich rozmiarów	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Pokrycie hydrofilne	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Dostępny system RX i OTW w całym wymaganym przedziale średnic	tak , podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 6 - Akcesoria VI

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Prowadniki do PCI	szt.	300						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 45 sztuk

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Prowadniki z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Średnica 0,014"	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Długość 190 i 300 cm	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Końcówka „J” i prosta	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Szeroki wybór prowadników (min.15 stopni twardości końcówki w tym 7 rodzajów końcówek do udrożeń)	tak , podać dane techniczne		1 pkt za największą oferowaną ilość stopni i rodzajów
8	Prowadniki do zmian prostych	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

9	Prowadniki wymagające dużego podparcia	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Prowadniki do zmian trudnych i anatomicznie w dystalnych odcinkach	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
11	Prowadniki do udrożnień	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
12	Pokrycie hydrofobowe	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
13	Pokrycie hydrofilne	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 7 - Akcesoria VII

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Cewnik balonowy do CTO	szt.	20						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 3 sztuk

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Dostępne średnice 0.75; 0.90; 1.0 mm	Tak, podać dane techniczne		1 pkt za średnicę 0.75mm
4	Dostępne długości 10mm, 15mm, 20mm	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Ciśnienie nominalne 10 atm.	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Ciśnienie RBP - 18 atm	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 8 - Akcesoria VIII

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej z hydrofilną koszulką	szt.	50						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 8 sztuk

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Koszulka tętnicza o średnicy wew. 6F i zewnętrznej nie większej niż 2,46mm	tak , podać dane		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Igła do nakłucia tętnicy promieniowej 20G lub 21G	tak , podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Dostępna długość 10 cm	tak , podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	W zestawie przewodnik o długości 45cm (dostępny również przewodnik nitinolowy)	tak , podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 9 - Akcesoria IX

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Cewnik aspiracyjny	szt.	30						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 5 sztuk

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Cewnik typu monorail z końcówką typu Luer-lock	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Wymagany zestaw 6F kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 6F	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Obecność w ofercie zestawów 7F kompatybilnych z cewnikami prowadzącymi 7F	TAK/NIE		1 pkt za obecność zestawu 7F

6	Światło aspiracyjne o średnicy min. 0.043" przy 6F, min. 0.050" przy zastosowaniu cewnika 7F	Tak podać	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Długość systemu 6F - 140 cm 7F - 145 cm	Tak,	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	W zestawie cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki z blokadą, koszyczek	Tak,	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 10 - Akcesoria X

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	System protekcji dystalnej	szt.	10						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 3 sztuki (każda w innym rozmiarze)

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Możliwość zastosowania w tętnicach wieńcowych oraz obwodowych	Wymagany		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Dostępność min. 5 rozmiarów w przedziale od 3.0-7.0 mm	Podać		1 pkt za dodatkowy rozmiar
4	Crossing profile mniejszy bądź równy 3.2 F	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla wszystkich rozmiarów	Tak,		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Kompatybilny z przewodnikiem 0.014" oraz 0.018"	Tak,		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 11- Akcesoria XI

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego	szt.	5						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 2 sztuki

Parametry techniczne				
Lp		Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Dostępne średnice 5,5F: 6F: 7F: 8F - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 6F, 7F i 8F	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Długość cewnika 150 cm	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Długość przedłużająca segmentu RX - 25 cm	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii	Tak,		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie przez Y-konektor połączony z cewnikiem prowadzącym	Tak,		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 12 – Akcesoria XII

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Strzykawka z manometrem	szt.	200						
2	Kissing ballon adapter	szt.	10						
3.	Y- connector podwójny	szt.	40						
4.	Connektor do obsługi jednoręcznej	szt.	10						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

- 1) Depozyt dla pozycji 1 – 30 sztuk
- 2) Depozyt dla pozycji 1 – 2 sztuki
- 3) Depozyt dla pozycji 1 – 6 sztuk
- 4) Depozyt dla pozycji 1 – 5 sztuk

Parametry techniczne ad 1.

Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Generowane ciśnienie – do 30 atm.	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Ergonomiczny kształt strzykawki dla prawo i lewo ręcznych	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium

				oceny ofert
5	W zestawie kranik wysokociśnieniowy zintegrowany z drenem wysokociśnieniowym o dł. 30 cm	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Luminescencyjna skala pomiarowa	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Dostępna objętość strzykawki 20 i 25 ml	Tak, wymagane		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Parametry techniczne ad 2

Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Do równoczesnego poszerzania zmian na bifurkacjach	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Możliwość jednoczesnej inflacji dwóch balonów	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	W zestawie dostępne dwie nalepki do oznaczenia	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Adapter składający się z kranika wysokociśnieniowego zintegrowanego z dwoma drenikami wysokociśnieniowymi o długości 10 cm męskim i żeńskim adapterem rotacyjnym	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Wymagane dostarczenie instrukcji obsługi	wymagane		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Testowany do 70 bar			Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Parametry techniczne ad 3

	Cechy przedmiotu zamówienia			Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Nazwa			Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Producent			Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Łącznik typu Y, podwójny z urządzeniem wprowadzającym z polimeru z adapterem rotacyjnym i zastawką typu Touhy-borst	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Światło średnicy 9,5 F			Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Parametry techniczne ad 4

Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
----	-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------

1	Nazwa	podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Obsługa jednoręczna	Tak, opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Podwójna silikonowa zastawka hemostatyczna	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	światło connectora 9F	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Zamknięcie szczelne umożliwiające manewrowanie sprzętem bez utraty krwi	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Port boczny z drenem 15 cm i kranikiem trójdrożnym	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Możliwość pracy i manewrowania drutem przy zamkniętej zastawce	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 13 - Akcesoria XIII

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Cewnik balonowy uwalniający lek	szt.	15						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 4 sztuki (każda w innym rozmiarze i dł.20 mm)

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Cewnik balonowy pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Ciśnienie nominalne 6 atm; RBP max.14 atm dla średnicy 3.0 mm	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Dostępny przedział średnic 2,0 mm, 2,25 mm, 2,5mm, 2,75mm, 3.0 mm, 3,5mm	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

6	Dostępne długości 10 do 40 mm (minimum 3 długości)	Tak, wymagane		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Długość użytkowa 145 cm	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Profil wejścia mniejszy lub równy 0,017"	Tak, podać dane techniczne		1 pkt za najmniejszy profil
9	Ilość substancji czynnej 3µg/ mm ²	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Szaft proksymalny 1,9 F , Szaft dystalny 2,5 F dla wszystkich rozmiarów	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
11	Powłoka hydrofilna	Tak,		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 14 - Akcesoria XIV

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Przyrząd do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej	szt.	30						
				RAZEM:					

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.


WYKONAWCA ZAPEWNI:

3) Depozyt dla pozycji 1 - minimum 5 szt (3 sztuki w rozmiarze 6F, po jednym 5 F i 7F)

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotuzamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa			Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Dostępne rozmiary dla zaopatrzenia wkluc od 5F do 7F	wymagany		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Rozkłada się nie pozostawiając żadnych elementów wewnątrz naczynia	Tak, podać dane		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Rozkład komponentów w ciągu 60-90 dni	Tak, podać ilość dni		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Możliwość nakłucia tego samego miejsca	Tak, podać czas		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy



FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 15- Akcesoria XV

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe lub platynowo-chromowe na balonie uwalniające lek pochodną Sirolimus	szt.	500						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:**1) Depozyt dla pozycji 1 - 100 sztuk**

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa			Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Ciśnienie nominalna min. 9-12 atm/bar	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3.0 mm min. 16-18 atm/bar	tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Różne średnice (minimum 6) 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0mm	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Przedział długości stentów od 8-9 mm do 38 mm (dla stentu 3.0mm)	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Profil stentu < lub = 0.040" dla stentów 3.0 mm	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

8	Ilość markerów zintegrowanych na stencie	Nie, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Grubość ściany stentu max. 0.0037" dla średnicy 3.0mm	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Udokumentowana możliwość skrócenia podwójnej terapii p/plytkowej do 1 miesiąca po użyciu tego typu stentu	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 16- Akcesoria XVI

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe do dużych naczyń wieńcowych pokryte polimerem biodegradowalnym uwalniającym Sirolimus	szt.	30						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 8 sztuk

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa			Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Stent fabrycznie montowany na balonie o dużej elastyczności, pokryty polimerem uwalniającym Sirolimus	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Dostępne średnice minimum 4.5 mm	tak		Największa ilość oferowanych średnic ponad wymagane minimum 1pkt.
5	Dostępne długości stentów w przedziale od 8 do 30 mm (minimum 5 długości , długości 8 i 30 nie są wymagane dla ważności oferty)	Tak, podać		Każda dodatkowa długość ponad wymagane minimum - 1 pkt (max. 6 pkt)
6	Wymagane ciśnienie nominalne min. 8 atm/bar dla stentu 3.0 mm	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Wymagane ciśnienie RBP min. 14-16 atm/bar dla stentu 3.0 mm	Tak, podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

8	Wymany profil przejścia nie większy niż 0.039" dla stentu 3.0 mm	Tak, podać dane techniczne	Najniższy profil spośród oferowanych 1 pkt.
---	--	----------------------------	--

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 17 - Akcesoria XVII

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Pętla typu „gęsiej szyjki” do usuwania ciał obcych, repozycjonowania stentów, cewników	szt.	5						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 2 sztuk

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Możliwość atraumatycznego wprowadzenia do tętnicy	Tak, opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Wykonane z materiału o dużej wytrzymałości	Tak, opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Kompatybilne z cewnikami 6F	Tak, dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

6	Zestaw zawiera pętlę oraz mikrocewnik	Tak, wymagany		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7	Pętla pojedyncza lub złożona z kilku pętli	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Długość > lub= 110 cm	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Rozmiary > lub= 2 mm	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 18 - Akcesoria XVIII

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Cewnik prowadzący do angioplastyki wieńcowej	szt.	300						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 60 sztuk

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Średnice od 5F 6F 7F 8F	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4	Długość cewnika 100 cm	Tak,		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Średnica wewnętrzna cewnika : 0,071" dla 6 F , 0,058" dla 5F , 0,090" dla 8F .	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

6	Pełna gama kształtów umożliwiającą wykonanie zabiegu z tętnicy promieniowej i udowej , zapewniające również dojście do bypass-ów w każdej średnicy (min 89 Krzywizn)	opis		10 pkt największą ilość krzywizn
7	Atraumatyczna dobrze widoczna w skopii końcówka	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Odporny na załamania i zagięcia zachowujący niezmiennie światło na całej długości łącznie z końcówką	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9	Zbrojony opłotem z drutu , zapewniającym bardzo dobre podparcie	tak , opis		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10	Dostępna średnica 9F	TAK/NIE		10 pkt za dostępną średnicę
11	Dostępne długości 55cm, 90cm, 110 cm dla cewnika 6F i 7F	TAK/NIE		10 pkt za długości
12	Stabilność krzywizny w temp. 37 stopni przez okres całego zabiegu	Tak,		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
13	Dostępne cewniki z otworami bocznymi	TAK/NIE		10 pkt dostępne cewniki z otworami bocznymi

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 19 - Akcesoria XIX

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Cewniki balonowe wieńcowe typu non-compliant	szt.	300						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 75 sztuk

Parametry techniczne				
Lp	Cechy przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Nazwa	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Producent	x		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Minimalnie wymagane średnice 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0 ; 4.5 ; 5.0	tak , podać dane techniczne		1 pkt
4	Minimalny wymagany przedział długości od 6 mm do 30 mm (minimum 4 różne długości z przedziału - długości skrajne nie są wymagane dla ważności oferty)	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5	Kompatybilny z przewodnikiem 0,014"	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6	Profil końcówki (tip profile) max.0,017 "	tak , podać dane techniczne		1 pkt za najniższy profil

7	Ciśnienie nominal pressure ≥ 10 atm/bar ciśnienie : bure pressure ≥ 18 atm/bar dla cewnika o średnicy 3.0mm	tak , podać dane techniczne		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8	Niepodatny cewnik balonowy kwalifikujący się do doprężania zaimplantowanych stentów typu „rapid exchange”	tak , opisać budowę i rodzaj materiału z jakiego wykonany jest balon		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 20-Akcesoria XX

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Elektroda do stymulacji czasowej z balonikiem: Elektroda endokawitarna do stymulacji czasowej z balonem i zaworem umożliwiającym wypełnianie balonu Dostępna średnica elektrody: 5F Długość 110 cm - długość +/- 5% Strzykawka jednorazowa do wypełnienia balonu Markery co 100mm	szt.	20						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 - 5 sztuk

Miejscowość, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 21- Sterylny zestaw do angiografii

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	1.Serweta do angiografii o wymiarach 300-350x230- 244cm, włóknina trójwarstwowa z warstwą absorbującą o122 x154cm , z trzema otworami (dwa otwory promieniowe owalne 12x7,6 cm jeden otwór okrągły udowy o średnicy 12cm), krawędź serwety przezroczysta z obydwu stron, która służy do sterylnego zabezpieczenia pulpitu sterowniczego - 1 sztuka 2. fartuch jednorazowy (L i XL) - 2 sztuki - jeden fartuch pakowany osobno w zestawie, 3. serweta wysokochłonna w rozmiarze 40x60 cm - 1 sztuka 20. miska 500 ml - 1 sztuka 5. miska 250 ml - 1 sztuka 6. gąbka z rączką do dezynfekcji pola operacyjnego - 2 sztuki 7. osłona przezroczysta z gumką 120 x 120 cm - 2 sztuki 8.ręczniki białe w rozmiarze 37x 57 cm - 2 sztuki 9.skalpel z zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu się personelu - długość z rączką 14 cm - 1 sztuka 10. kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm - 50 sztuk 11. kleszczyki metalowe proste - 1 sztuka 12. strzykawka 20 ml zwykła - 2 sztuki 13. strzykawka 20 ml LL - 1 sztuka 14. strzykawka 10 ml zwykła - 1 sztuka 15. bezpieczna igła 0,8 x 40mm (osłonka zabezpieczająca umieszczona na zawiasie, która na stałe osłania i zabezpiecza igłę - 1 sztuka 16. dren niskociśnieniowy 150 cm - 1 sztuk 17. aparat do infuzji - 1 sztuka 18.zastawka bezzwrotna (zastawka jednokierunkowa zabezpieczająca 19.przed cofaniem kontrastu do linii infuzji) - 1 sztuka 20.dren do podawania i oszczędzania kontrastu (dren łączący kolec oszczędzający kontrast z rampą , duży rozmiar zastawki zamykającej przepływ kontrastu - długość 140 cm - 1 szt. 21.serweta na stolik zabiegowy z nieprzemakalnego laminatu, stanowiące po rozpakowaniu zestawu czyste przykrycie stolika (rozmiar 150 x 180 cm) - 1 sztuka	szt.	200						

RAZEM:				
---------------	--	--	--	--

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Załącznik nr 1

Pakiet 22- Balony do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Balony do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej - dostępne minimum 5 objętości balonów w zakresie od 25 cc-50 cc - balony kompatybilne z dowolną koszulką max. 8F - długość robocza cewnika w przedziale 715-730 mm -markery widoczne w promieniach RTG na obu końcach balonu - średnica rozprężonego balonu min. 15 mm - budowa cewnika typu co-lumen -dostępny balon o pojemności 50 cc dla wzrostu pacjenta poniżej 165 cm	szt.	10						
RAZEM:									

*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”. Natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

WYKONAWCA ZAPEWNI:

1) Depozyt dla pozycji 1 – 3 sztuki

Miejscowość,, dnia2017 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA WYKONAWCY

.....

ul.

- - - - -

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej” Znak sprawy: BZP.38.382-5.17

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

.....

Wykonawca/Wykonawcy:

.....

.....

.....

Adres:

.....

.....

.....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

.....

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

faks e-mail.....

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

.....

.....

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:

- **Pakiet 1** - Akcesoria I

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	

Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

- Pakiet 2 - Akcesoria II

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

- Pakiet 3 - Akcesoria III

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

- Pakiet 4 - Akcesoria IV

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

- Pakiet 5 - Akcesoria V

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	

Stawka VAT [%]	

- Pakiet 6 - Akcesoria VI

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

- Pakiet 7 - Akcesoria VII

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

- Pakiet 8 - Akcesoria VIII

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

- Pakiet 9 - Akcesoria IX

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 10 - Akcesoria X

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 11 - Akcesoria XI

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 12 - Akcesoria XII

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 13 - Akcesoria XIII

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 14- Akcesoria XIV

Łączna cena netto [PLN]	
-------------------------	--

Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 15- Akcesoria XV

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 16- Akcesoria XVI

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 17- Akcesoria XVII

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 18- Akcesoria XVIII

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	

Stawka VAT [%]	
----------------	--

Pakiet 19- Akcesoria XIX

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 20- Akcesoria XX

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 21- Sterylny zestaw do angiografii

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Pakiet 22- Balony do kontrapulsacji wewnątrzortalnej

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

* **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

C. OŚWIADCZENIA:

- 1) oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.
- 2) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;
- 3) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- 4) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- 5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
- 6) Następujące części zamówienia powierzymy wskazanym **Podwykonawcom** (wypełnić tylko jeżeli dotyczy):

Lp.	Firma Podwykonawcy	Nazwa części zamówienia

- 7) Informuję, że wybór naszej oferty ***będzie/nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawca lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:

.....

Ich wartość bez kwoty podatku:

* Niepotrzebne skreślić

UWAGA: obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
- import usług lub towarów,
- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczać zgodnie z tymi przepisami).

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 - 2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
- e-mail:
- tel./fax:

E. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie własne Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej” Znak sprawy:

BZP.38.382-5.17

prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy PZP.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

(należy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

*nie powołuję się na zasoby innego podmiotu/
powołuję się na zasoby n/w. innego/ych podmiotu/ów na zasadach określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych *.*

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

i nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

ZAMÓWIENIE WYKONAM:

*bez udziału podwykonawcy/
z udziałem podwykonawcy/ów*
niebędącego podmiotem, na którego zasoby się powołuję*

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

i nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

* - niepotrzebne skreślić

WZÓR UMOWY

UMOWA NR /2017

zawarta w dniu2017 roku w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,

reprezentowanym przez:

- mgr Grażyna Kuczera - Dyrektor,

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

.....
wpisaną do Rejestru pod numerem prowadzonego przez, której kapitał zakładowy wynosi i która posługuje się numerem NIP oraz numerem REGON,

reprezentowanym przez,

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

§ 1**Tryb zawarcia umowy**

Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz 2164. ze zm.) w następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr BZP.38.382-5.17 ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr

§ 2**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej. BZP.38.382-5.17
2. Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe podane zostały w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz asortymentowo - cenowy) - przedmiot umowy. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji finansowych, uzależniając swą decyzję od faktycznej potrzeby Zamawiającego występującej podczas obowiązywania niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 jest dopuszczony do obrotu i stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wyroby muszą mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny.
6. Okres ważności dla dostarczanych wyrobów wynosi 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 a Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.

8. Za dni robocze w rozumieniu umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:

Pakiet 1 -Akcesoria I

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 2 -Akcesoria II

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 3 -Akcesoria III

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 4 -Akcesoria IV

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 5 -Akcesoria V

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 6 -Akcesoria VI

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 7 -Akcesoria VII

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 8 -Akcesoria VIII

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 9 -Akcesoria IX

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 10 -Akcesoria X

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 11 -Akcesoria XI

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 12 -Akcesoria XII

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 13 -Akcesoria XIII

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 14 -Akcesoria XIV

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 15 -Akcesoria XV

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 16 -Akcesoria XVI

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 17 -Akcesoria XVII

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 18 -Akcesoria XVIII

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 19 -Akcesoria XIX

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 20 -Akcesoria XX

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 21 -Sterylny zestaw do angiografii

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Pakiet 22- Balony do kontrapulsacji wewnątrzortalej

Netto: zł /słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

Cena ogółem:

Netto: zł /słownie:/
Brutto:zł /słownie:/

Termin realizacji umowy:

Od dnia podpisania umowy przez okres 6 miesięcy tj. od dnia2017 r., do dnia2017 r. , lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

10. Umowa obowiązuje od dnia2017.r, do dnia2017 r., lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).

§ 3

Warunki płatności

1. Należność za dostarczane produkty płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze numer umowy i datę jej zawarcia.

3. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
4. Ceny jednostkowe podane w Załączniku Nr 1 do umowy będą stałe przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 9 ust 5.
5. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 5 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 ust. 9 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 ust. 9 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się stworzyć w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej depozytu asortymentu określonego w Formularzu asortymentowo – cenowym wg Załącznika nr 1 do SIWZ (dot. Pakietów 1-20,22), nie później niż do 3 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w Załączniku Nr 1 do Umowy według częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie: do 7 dni, od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu lub pod adresem e-mail- dotyczy Pakietu 21.
3. Depozyt uzupełniany będzie do 3 dni - Dotyczy Pakietu nr 1-20,22 od momentu złożenia przez Zamawiającego protokołu zużycia wraz z zamówieniem w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.
4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
 - braków ilościowych w ciągu 2 dni,
 - wad jakościowych w ciągu 7 dniod dnia jej otrzymania pod nr telefonu lub pod nr faksu

.....

Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym.

5. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.

§ 5

Jakość

1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości oraz posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia pozwoleń, o których mowa w ust. 1, na każde wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega od obowiązujących norm z zastrzeżeniem warunków odbioru określonych w § 6 Umowy. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wymiany wadliwego towaru na towar dobrej jakości w terminie podanym w § 4 ust. 3 na własny koszt i ryzyko. Po przekroczeniu ww. terminu Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8.

§ 6

Warunki odbioru

1. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji dostaw.
2. Dostawy zostaną odebrane na podstawie dowodu dostawy, tj. faktury VAT.
3. Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia) ponosi Wykonawca.
4. Odbiór przeprowadzony będzie u Zamawiającego i obejmować będzie:
 - sprawdzenie jakości i ilości dostawy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wyrobów jednorazowego użytku odbiór jakościowy odbywa się w momencie użycia wyrobu;
 - sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem cząstkowym;
 - sprawdzenie zgodności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania, jeżeli takie będą wymagane.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem dostawy, a stanem faktycznym sporządzony zostanie protokół odbioru dostawy, który winien zawierać uzgodnienia poczynione w toku odbioru, jak również będzie stanowił podstawę do zapłaty lub odmowy zapłaty za przedmiot dostawy.

§ 7

Osoby odpowiedzialne

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:

ze strony Zamawiającego:

- Pani- Mariola Wierzchanowska- Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej

ze strony Wykonawcy - Pan(i) -

(imię, nazwisko)

§ 8

Kary umowne

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:

- a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - b) w wysokości 5% wartości brutto dostawy w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości, towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz towar w ilości niezgodnej z zamówieniem;
 - c) w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy jednak nie mniej niż 100,00 złotych za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu depozytu;
 - d) w wysokości 2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w ustanowieniu depozytu;
 - e) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 4 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto;
 - f) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
 4. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie we własnym zakresie.
2. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
 - a) zmiany cen w związku z korzystaniem z rabatów cenowych przyznanych przez Wykonawcę w okresie trwania umowy;
 - b) zmiany zakresu rzeczowego, tj. zastąpienie produktu objętego umową innym produktem synonimem (odpowiednikiem), jednak nie droższym i nie o gorszych parametrach za zgodą Zamawiającego
 - c) sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej obowiązującej stawki podatku VAT.
6. Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego: nie dokonania dostawy, dokonania jej nieterminowo, nie dostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia, dostarczenia towaru o złej jakości lub nie posiadającego deklarowanych właściwości. Postanowienie § 8 ust. 1 lit. a) stosuje się odpowiednio.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.

9. Niniejszy dokument Umowy obejmuje wszelkie postanowienia umowy, żadne z oświadczeń, zapewnień lub porozumień, które nie są objęte tym dokumentem, nie składa się na treść Umowy.
10. Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia niniejszej Umowy są nieważne, albo gdyby wystąpiła luka w niniejszej Umowie, ważność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona, chyba, że nieważnością dotknięte są istotne postanowienia umowy lub z jej treści wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta. Zastąpione one zostaną takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

1 - Formularz asortymentowo - cenowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do Umowy dostawy nr

UMOWA PRZECHOWANIA - wzór

zwana dalej Umową, zawarta w dniu w pomiędzy:

..... z siedzibą w wpisanym
do.....pod numerem....., NIP.....,
REGON.....,

reprezentowanym przez:

- 1).....,
- 2)

zwanym dalej Przechowawcą

a

..... z siedzibą w wpisaną do
....., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS:, NIP:, REGON

reprezentowanym przez:

- 1).....,
- 2)

zwanym dalej Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem Umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy nr
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na, które znajduje się Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 – osoba nadzorująca pod magazyn Pani/Pan

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie określonym w Umowie dostawy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w Umowie dostawy.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w §1 ust.1 niniejszej Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy dostawy, towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 niniejszej Umowy.

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje, co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.
3. Składający z przeprowadzonej kontroli przekaze Przechowawcy jeden egzemplarz protokołu spisu z natury.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony ustalony w Umowie dostawy.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy na warunkach określonych w umowie dostawy.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania Umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1 - protokół przyjęcia

2 - raport o zużyciu

SKŁADAJĄCY

Przechowawca

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości
i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

.....
Data i podpis osoby przyjmującej

RAPORT O ZUŻYCIU

1. PEŁNE DANE SZPITALA

NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:.....

3. Nazwiska pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

4. Zużyte elementy

A)

B)

.....
Data, pieczęć i podpis

Proszę o uzupełnienie- **PILNE!**