

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój
Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506
E-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl
Regon: 272790824 NIP: 633-10-45-778 KRS: 0000048508

Znak sprawy: DZP/38/382-31/14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na
Przebudowę części powierzchni Szpitala na Stację Dializ
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju

Sporządziła
oraz Zatwierdziła pod względem formalnym:
Katarzyna Cieślak
Jastrzębie – Zdrój dnia 14-05-2014r.

Zatwierdziła:
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu- Zdroju
Grażyna Kuczera

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.)

1. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój
Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506
E-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP.
- 2.2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest **przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju**. Powierzchnia przeznaczona do przebudowy jest zlokalizowana na parterze bloku łóżkowego obejmująca istniejącą stację dializ oraz część oddziału nefrologii w ilości 379m² oraz części piwnicy do zagospodarowania na cele techniczne w ilości 97m².

3.2 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWIA:

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Projekt budowlano-wykonawczy,
 - a) Architektura i technologia,
 - b) Instalacje sanitarne,
 - c) Instalacje wentylacji,
 - d) Instalacja gazów medycznych,
 - e) Instalacja elektryczna;
 - f) Instalacja okablowania strukturalnego;
 - g) Kolorystyka i aranżacja wnętrz.
3. Specyfikacje techniczne,
 - a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana,
 - b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych,
 - d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 - e) Specyfikacja techniczna i BIOZ wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i strukturalne.

3.3 W OFERCIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ I WYCENIĆ:

1. Urządzenia medyczne:
 - a) 6 sztuk aparatów do hemodializy z pompą SM, wymagania dotyczące parametrów ujęto w załączniku nr 20 do SIWZ,
 - b) 7 sztuk paneli pojedynczych (centrum zasilania mediami dla aparatu do dializ) wymagania dotyczące parametrów ujęto w załącznik nr 21 do SIWZ,
 - c) 3 sztuki paneli podwójnych (centrum zasilania mediami aparatu do dializ) wymagania dotyczące parametrów ujęto w załącznik nr 22 do SIWZ,
 - d) 11 sztuk foteli do dializ z zasilaniem elektrycznym wymagania dotyczące parametrów ujęto w załączniku nr 23 do SIWZ,
 - e) 1 sztuka fotela do dializ z zasilaniem elektrycznym wymagania dotyczące parametrów ujęto w załączniku nr 24 do SIWZ,
 - f) stacja uzdatniania wody z modulem gorącej dezynfekcji z systemem odwróconej osmozy opis w załączniku nr 25 do SIWZ.
2. Wyposażenie ujęte w projekcie wykonawczym „Kolorystyka i aranżacja wnętrz” – zestawienie mebli, zestawienie wyposażenia i sprzętów oraz **dotatkowo uwzględnić i wycenić:**

- a) tablicę informacyjną lekarską o kolorystyce dopasowanej do pomieszczenia (pomarańcz, popiel) o wymiarach 100x110cm.
- b) zlewozmywak metalowy z ociekaczem, dozownik na mydło, pojemnik na ręczniki i kosz na śmieci w pomieszczeniu technika oraz trzy pojemniki na środek dezynfekujący przy umywalkach dla pacjentów,
- c) zakup i montaż opisów informacyjnych dotyczących stacji dializ takie jak np. nazwy poszczególnych pomieszczeń, wejścia do stacji dializ itp.

3. Wyposażenie ujęte w projekcie wykonawczym „Kolorystyka i aranżacja wnętrza”, którego **nie należy uwzględniać w ofercie i nie wyceniać**:

- a) 8 sztuk zestawów komputerowych,
- b) 1 sztuki negatoskopu,

3.4 WYMAGANIA INNE:

- 1) stoliki do dializ powinny być na kółkach z regulowaną wysokością, blat roboczy dzielony, większa część zdejmowana, z boku pojemnik na odpady, wyjmowany z obręczy mocującej, możliwość mycia blatu w zmywarce, nad pojemnikiem plastikowym blat trapezowy, pojemność pojemnika zdejmowanego około 6l, maksymalne obciążenie 25kg,
- 2) lodówki z zestawienia powinny być podblatowe,
- 3) telewizory LED 40" wraz z mocowaniem sufitowym, podłączeniem i montażem,
- 4) szafki ubraniowe metalowe dwudzielne o wym. (szer. * g. * wys. – mm) 400*500*1800mm ,
- 5) regał listwowy mobilny powinien być z min 5 koszami, przeznaczony do transportu i magazynowania materiałów oraz wyrobów medycznych, wykonany z kształtownika ze stali kwasoodpornej zaopatrzonej w zaczepy do instalacji półek, koszy, wieszaków, pojemników, regały osadzone na czterech kółkach, w tym dwa z blokadą o wymiarach: szerokość:550mm
długość:750mm
wysokość: 1900mm
- 6) stelaż do kosza na odpady powinien być na kółkach wykonane ze stali nierdzewnej z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, przystosowany do worków foliowych o różnej pojemności (120-200 litrów), posiadający zabezpieczenie przed zsunięciem się worka z obręczy w postaci klipsów, na dole półka zabezpieczająca worek przed kontaktem z podłogą, kłapa czerwona i niebieska
- 7) możliwość zamiany jednej kozetki na wózek do przewożenia pacjenta z regulowaną wysokością o średnicy kół jezdnych 200 mm z blokadą co najmniej dwóch kółek,
- 8) wózek transportowy powinien być wykonany ze stali i plastiku, o nośności 150kg, na kółkach gumowych lanych z uchwytem składanym,
- 9) oświetlenie awaryjne musi posiadać system centralnego monitoringu, centralka zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni. System będzie służył do wykonywania automatycznych i ręcznych testów poprawnego działania i czasu działania opraw oświetlenia awaryjnego, rejestrację wyników testów, generowanie alarmów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydruk wyników testów oraz blokowanie pracy awaryjnej. Każdy moduł zasilania awaryjnego będzie posiadał swój nr, co umożliwi w trakcie eksploatacji systemu szybko zidentyfikowane w budynku wybranego modułu, do zastosowania oprawy LED z dopuszczeniem CNBOP,
- 10) wózek uniwersalny, regał uniwersalny z półkami perforowanymi, dozownik na mydło, dozownik na środek dezynfekujący, kosz na zużyte ręczniki oraz dozownik ręczników powinny być ze stali nierdzewnej, stół z stali kwasoodpornej, stelaż na worki foliowe 60 l. o wymiarach 80x70x75cm,
- 11) powiększenie otworu drzwiowego w ścianie działowej z 115cm do 250cm wraz z osadzeniem nadproża w pomieszczeniu piwnicy – magazyn bielizny czystej,

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie dostarczonych urządzeń, oraz przeszkolenie użytkownika.

3.5 Oprócz robót zasadniczych, określonych w dokumentacji w pkt 3.8. SIWZ, Wykonawca zabezpieczy wykonanie na własny koszt następujących prac:

- 1) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych;

2) wykonanie innych nie wymienionych wyżej, a limitujących wykonanie inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.6 Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o projekty budowlano - wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter poglądowy.

3.7 Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętych umową wymagane właściwymi przepisami, wykwalifikowanych pracowników oraz odpowiednie środki techniczne potrzebne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

3.8 Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiający oraz Wykonawca ustalą po podpisaniu umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorysy ofertowe szczegółowe.

3.9 Wszelkie prace muszą zostać wykonane zgodnie z sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz zasadami BHP. Zalecana jest wizyta przyszłych oferentów w miejscu realizacji przedmiotowego zadania w celu określenia złożoności i problematyki zadania.

3.10 Wykonawca podejmie kroki w celu stworzenia możliwości utrzymania komunikacji pomiędzy wejściem a działającą częścią oddziału. Zamawiający jednocześnie nadmienia, iż podczas prowadzonych prac będą miały miejsce hemodializy pacjentów, fakt ten należy uwzględnić podczas organizacji inwestycji. W związku z powyższym prace należy podzielić na dwa etapy (opis etapów znajduje się w załączniku nr 14 do SIWZ).

3.11 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszelkich kosztów nie ujętych w przedmiarach i innych załącznikach pozwalających wykonać całościowo zakres zadania. Wartość oferty za całościowe wykonanie zadania jest kwotą ryczałtową.

3.12 Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi a także przekaze Zamawiającemu urządzenia medyczne w stanie kompletnym i gotowym do użytku Zamawiającego bez konieczności dodatkowego ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.

3.13 Wykonawca oświadcza, że urządzenia medyczne, o którym mowa w pkt. 3.3 ust. 1 SIWZ odpowiadają warunkom określonym w dokumentach dopuszczających je do obrotu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie - przepisami prawnymi, a w szczególności spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r nr 107,poz. 679 ze zm.) oraz jest zgodny z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 20-25 do SIWZ. Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych.

3.14 Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia medyczne będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż 2013r. nieużywane (które nie były przedmiotem wystaw, prezentacji) oraz nie są obciążone prawami osób trzecich).

3.15 Oferowane urządzenia medyczne muszą posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. kopie certyfikatów oraz rejestru wyrobów medycznych.

3.16 Wspólny słownik zamówień (CPV):

45.00.00.00-7	Roboty budowlane;
45.21.51.40-0	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych;
45.41.00.00-4	Tynkowanie;
45.43.10.00-7	Kładzenie płytek;
45.44.21.00-8	Roboty malarskie
33.10.00.00-1	Urządzenia medyczne;
39.00.00.00-2	Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące.

3.17 Zgodnie z art. 36 ust. 4 Prawa zamówień publicznych w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie ma wykonać podwykonawca - stosowną deklarację do wypełnienia przez wykonawcę zawarto w Formularzu oferty.

3.18 Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować wzór umowy, stanowiący integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 12 do SIWZ) – stosowną deklarację zawarto w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

3.19 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie terminu wykonania, w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie, o którym mowa w § 5 Wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ), z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób niebudzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie. Nowy termin realizacji zostanie wstępnie ustalony w protokole konieczności i ostatecznie w aneksie do umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.20 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych z zastosowaniem innych

3.21 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane urządzenia i materiały będą posiadały

parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry oraz odpowiednimi obliczeniami winien stanowić załącznik do oferty. Oceny równoważności materiałów i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert.

3.22 Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp, dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzieleni zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe.

3.23 Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.24 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.25 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

4. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami.

4.2. Wykonawca zobowiązuje się użyć do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia własne. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie spełniające wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej.

4.3. Użyte materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku), oryginalne, wykonane z nowych elementów, wcześniej nie używanych bez śladów uszkodzeń, bez wad technicznych.

4.4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy na okres prowadzenia robót oraz ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej obejmującej: ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej:

- a) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej;
- b) ubezpieczenie ludzi (ubezpieczenie cywilne na wypadek śmierci lub kalectwa) pracowników oraz osób trzecich;
- c) ubezpieczenie mienia, za szkody i zniszczenia w wyniku prowadzenia robót;
- d) ubezpieczenie robót, materiałów i sprzętu, a suma ubezpieczenia będzie nie mniejsza niż wartość ceny ofertowej brutto.

4.5. Wykonawca przyjmie na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- a) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do wszystkich robót realizowanych przez podwykonawców;
- b) informowanie Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych; zamiennych lub dodatkowych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania;
- c) przestrzeganie regulaminów wewnętrznych i zarządzeń Dyrektora Szpitala z zastrzeżeniem, iż Stacja Dializ musi funkcjonować, w tym przypadku prace muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie przerwać funkcjonalności Stacji Dializ.

4.6. Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie w związku z czym roboty w wyniku których powstaną wibracje powinny być za każdym razem uzgadniane z Zamawiającym. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót uciążliwych dla pacjentów w porze nocnej tj. między godzinami od 22⁰⁰ do 7⁰⁰ rano.

4.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza po podpisaniu umowy sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy, uzgadniając go wcześniej z Zamawiającym.

4.8. Wykonawca prowadzi będzie Dziennik Budowy zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, w którym zapisywane będą wszelkie ustalenia techniczne, zgłaszanie odbiorów, a w szczególności roboty zanikające lub ulegające zakryciu.

4.9. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wymaganych prawem certyfikatów, atestów i specyfikacji technicznych dla zastosowanych materiałów, najpóźniej w dniu odbioru.

4.10. Zamawiający po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 2 dni liczonych od daty podpisania umowy oraz przekaże (w miarę możliwości) w użytkowanie lub współużytkowanie znajdujących się na placu budowy

- pomieszczeń magazynowych pomieszczenia socjalnego i składowiska, które to nastąpi na odrębnie uzgodnionych zasadach.
- 4.11. Zamawiający udostępni Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb realizacji robót objętych zamówieniem.
 - 4.12. Wykonawca poniesie koszty zużycia w/w mediów wykorzystanych do realizacji zamówienia ryczałtem lub wg wskazań liczników.
 - 4.13. Wykonawca zainstaluje liczniki, o których mowa powyżej na własny koszt.
 - 4.14. Wykonawca zobowiąże się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.
 - 4.15. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
 - 4.16. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt uporządkować teren prowadzonych robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.
 - 4.17. Minimalne wymogi szkoleń personelu (dot. Urzędzeń medycznych) w ramach ceny oferty:
 - a) Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach dostawy, eksploatacji oraz podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego i podstawowej konserwacji urządzenia (w dwóch terminach) wraz z poświadczaniem przeprowadzonego szkolenia.
 - b) Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia/certyfikatu o przebyłym szkoleniu.

5. OKRES GWARANCJI

5.1 Na wykonane roboty oraz na dostarczone wyposażenie i urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 5 lat.

5.2 Termin gwarancji liczony jest od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

5.3 Warunki dotyczące urządzeń medycznych zostały szczegółowo opisane w załącznikach nr 20-25 do SIWZ, ponadto:

- 1) Gwarancja obejmuje między innymi: czas i koszty dojazdu i zakwaterowania serwisanta, pracę serwisu, oględziny i diagnostykę urządzenia, naprawę, wymianę części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej - gwarancyjnej przekazać Zamawiającemu urządzenie w stanie pełnej gotowości do użytkowania.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji sprzętu, urządzeń, technologii (m.in. wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia sprawności działania sprzętu (min. 1 w roku, chyba że producent wymaga więcej).
- 3) Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z ewentualną wymianą części zamiennych, które na dzień przeglądu uległy awarii / uszkodzeniu konserwacją urządzenia, powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji, co najmniej na 15 dni przed jej zakończeniem;
- 4) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego urządzenia w czasie określonym w załącznikach odpowiednio do danego urządzenia od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczenia – w ciągu wyżej wymienionych 5 lub 7 dni – na czas naprawy – urządzenie zamienne (podzespół) tej samej klasy i o tych samych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat;
- 5) W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania opisanego w ust 4), będzie on zobowiązany do pokrycia w całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści przez Zamawiającego;
- 6) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w załącznikach odpowiednio do danego urządzenia, bądź niestawiennictwie na oględziny w terminie określonym w załącznikach odpowiednio do danego urządzenia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;
- 7) W przypadku uzasadnionej reklamacji uszkodzonej części aparatu Wykonawca wymieni tę część na nową a w przypadku 5-ciu uzasadnionych reklamacji wymieni dane urządzenie medyczne na nowe.
- 8) Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych liczony przez okres minimum 10 lat licząc od daty zainstalowania urządzeń medycznych;
- 9) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji aplikacji – oprogramowania w czasie gwarancji, zalecanych przez producenta;
- 10) Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenia wraz z jego wyposażeniem min 60 miesięcy gwarancji i rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.

- 11) Roszczenia z tytułu rękojmi za wady mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi;
- 12) W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą następstwem nieprawidłowego użytkowania, Zamawiający może przekazać aparat do oceny niezależnemu podmiotowi bez utraty gwarancji. W przypadku, gdy wynik ekspertyzy będzie negatywny dla Wykonawcy, Wykonawca poniesie koszt ekspertyzy; jeśli wynik ekspertyzy będzie pozytywny dla Wykonawcy, jej koszt ponosi Zamawiający.
- 13) Gwarancją nie są objęte:
 - a) Uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:
 - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowanie się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby) z zastrzeżeniem pkt. 5.3. 6)
 - naturalne zużycie się urządzenia na skutek korzystania z nich przez użytkownika (akcesoria, części i materiały, elementy zużywalne, eksploatacyjne a także jednorazowego użytku.
- 14) W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy pierwszeństwo w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy;
- 15) W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 7 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.

6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 6.1. Miejsce wykonania zamówienia znajduje się na parterze bloku łóżkowego obejmująca istniejącą stację dializ oraz część oddziału nefrologii oraz części piwnicy do zagospodarowania na cele techniczne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
- 6.2. Termin realizacji zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy nie dłużej niż do 15.09.2014r.

7. WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP;
 - 2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP.
- 7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 - 1) w zakresie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej co najmniej jednej inwestycji w obiekcie zakładu opieki zdrowotnej o wartości co najmniej 2 000 000,00zł brutto o powierzchni co najmniej 400m² zawierającej w swym zakresie stację dializ lub blok operacyjny lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania (według Załącznika nr 4 do SIWZ); do wykazu należy dołączyć dokumenty dotyczące najważniejszych robót potwierdzające, że te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 - 2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować do nadzorowania i kierowania pracami:

 - a) co najmniej 1 osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do PIIB, lub uprawnienia unijne równoważne z polskimi wymogami, ponadto posiada minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy - Załącznik nr 5 do SIWZ;
 - b) co najmniej 1 osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót instalacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do PIIB, lub uprawnienia unijne równoważne z polskimi wymogami, oraz posiada przynajmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót - Załącznik nr 5 do SIWZ;
 - c) co najmniej 1 osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót instalacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do PIIB, lub uprawnienia unijne równoważne z polskimi wymogami, oraz posiada przynajmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót - Załącznik nr 5 do SIWZ;

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:

- a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - w kwocie odpowiadającej co najmniej 2 000 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- b) opłaconą polisę (na dzień składania ofert), a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 2 000 000,00 zł, ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia; w przypadku polisy z krótszym terminem Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności polisy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i przedkładania stosownej polisy Zamawiającemu na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy.

7.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.4 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.3.1) i 2) SIWZ.

7.5 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

- 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, dokumentów wymienionych w pkt 8.2.6) i 7) SIWZ;
- 2) pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (przykładowy wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ), zawierającego: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

7.6 Spełnienie wymogów podanych w pkt 7.1. SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 8.2., 8.3. i 8.4. SIWZ.

7.7 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”.

7.8. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

8.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- 1) wypełniony Formularz cenowy zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
- 2) wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu z ofertą - zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
- 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika jak w pkt 9. i 10. SIWZ);

- 4) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (przykładowy wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ).

UWAGA: Pełnomocnictwo i pisemne zobowiązanie powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

8.2 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP należy przedłożyć:

- 1) oświadczenie według Załącznika nr 3 do SIWZ;
- 2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (według Załącznika nr 4 do SIWZ);
UWAGA: Przeliczenie wartości zadań podanych w euro odbywać się będzie według kursu wprowadzonego właściwym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego, w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych obowiązującego w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
- 3) dowody dotyczące najważniejszych robót potwierdzające, że roboty wykazane w wykazie wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 4 do SIWZ) zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - według Załącznika nr 5 do SIWZ;
- 5) oświadczenie o posiadaniu uprawnień - według Załącznika nr 6 do SIWZ;
- 6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - w kwocie odpowiadającej co najmniej 2 000 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 7) opłaconą polisę (na dzień składania ofert), a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 2 000 000,00 zł, ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia; w przypadku polisy z krótszym terminem Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności polisy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i przedkładania stosownej polisy Zamawiającemu na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy.

8.3 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, należy przedłożyć:

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według Załącznika nr 8 do SIWZ;
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie według Załącznika nr 9 do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.

8.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - o treści zgodnej z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.

8.5 Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsc zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Rozporządzenie Prezes Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

8.6 UWAGA: W/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.

8.7 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 8.5. SIWZ, przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

- 8.8 Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
- 8.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 8.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 8.11 Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. odpisy lub kopie niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) traktowane będzie jak jego brak.

9 OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ

Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy spółki, umowę można dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa - Załącznik nr 11a do SIWZ.

UWAGA: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców, tj. wspólników spółki cywilnej.

10 OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM/PODMIOTY ZAWIERAJĄCE POROZUMIENIE

10.1 Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy konsorcjum, umowę można dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa - Załącznik 11b do SIWZ.

UWAGA: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.

10.2 W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

10.3 Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:

- 1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum - głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy;
- 2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;
- 3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości;
- 4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia;
- 5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji jakości;
- 6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia;
- 7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

10.4 Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.

10.5 Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt 8. SIWZ, z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w pkt 8.3. i 8.4. SIWZ składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno.

10.6 Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w pkt 7.2. SIWZ będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.

10.7 Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

10.8 Wymogi formalne dotyczące konsorcjum mają zastosowanie również do podmiotów zawierających porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

11 PODWYKONAWCY

Zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy PZP, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Stosowną deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty.

12 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 12.1 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
- 12.2 Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w następujący sposób - podania wartości brutto w Formularzu cenowym.
- 12.3 Cenę zawartą w ofercie należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego.
- 12.4 Wynagrodzenie ryczałtowe będzie stanowiło podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.
W związku z powyższym Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia - wynikające z warunków i obowiązków podkreślonych w niniejszej specyfikacji, projekcie umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia, a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny.
- 12.5 Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przygotowania na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
- 12.6 Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w SIWZ mają charakter nadrzędny. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać zgodnie z pkt 18. SIWZ.
- 12.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 12.8 Sposób rozliczenia zamówienia określa wzór umowy.
- 12.9 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...) (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798). Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
- 12.10 Kwotę podatku VAT należy obliczać zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
- 12.11 Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu oferty cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego branżą do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

13 INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

14 OPIS KRYTERIUM OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

14.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena (koszt)	100%

14.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1. SIWZ kryterium będą liczone według następującego wzoru:

Nr kryterium	Wzór
1.	<p>Cena brutto:</p> $\text{Wartość punktowa ceny} = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100$ <p>gdzie: C_{bad} - cena brutto podana w ofercie badanej C_{\min} - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert</p>

- 14.3 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
- 14.4 Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.
- 14.5 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.

15 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 15.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 15.3 Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych w art. 85 ust. 2 Ustawy PZP.

16 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- 16.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem oraz pocztą elektroniczną.
 16.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

17 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1.	<p><u>w zakresie procedury przetargowej:</u> inż. Katarzyna Cieślak - p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel.: (032) 47 84 561; w godzinach od 8⁰⁰ do 14³⁰ mgr inż. Joanna Kalisz - Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel.: (032) 47 84 548; w godzinach od 8⁰⁰ do 14³⁰</p>
2.	<p><u>w zakresie przedmiotu przetargu:</u> mgr inż. Eugeniusz Klapuch - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych mgr inż. Tomasz Ważny - Specjalista ds. Technicznych</p>

18 TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 18.1 Stosownie do art. 38 ust. 1 Ustawy PZP każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 18.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.1. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 18.3 Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy PZP, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.
- 18.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.
- 18.5 **UWAGA:** Wykonawcy, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego, a chcieliby otrzymywać informacje, o których mowa powyżej, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w sposób, o którym mowa w pkt 16. SIWZ.
- 18.6 Pytania dotyczące SIWZ można kierować na nr faksu: (032) 47-84-549, (032) 47-84-506 lub drogą elektroniczną na adres: zp@wss2.pl, szpital@wss2.pl z określeniem postępowania, którego dotyczą.

19 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 19.1 W przypadku złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert w kwocie 55 000,00 zł.
- 19.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 1) pieniądzu (płatne przelewem na konto: Getin Nobile Bank S.A., nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002, z dopiskiem: „Wadium na „Przebudowa części powierzchni

Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”;

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
- 19.3 Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
- 19.4 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
- 1) pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty;
 - 2) innej niż pieniądź - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
- 19.5 Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą.
- 19.6 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 19.7 Wadium w pozostałych formach należy załączyć w formie oryginału do oferty i złożyć w sekretariacie WSzS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, I piętro, pokój A1 do 29.05.2014 r. do godziny 10⁰⁰.
- 19.8 Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach wskazanych w pkt 19.2 2) 3) 4) 5) wyżej winny w szczególności zawierać bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego związanych z prawem do zatrzymania wadium w sytuacjach wskazanych w zapisie art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP.
- 19.9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 19.10 Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
- 19.11 Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP.
- 19.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

20 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 20.1 Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
- 20.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 20.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 Ustawy PZP. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
- 20.4 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 20.5 Zaleca się, aby pierwszą stroną oferty stanowił Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
- 20.6 Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
- 20.7 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
- 20.8 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- 20.9 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
- 20.10 Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Oferta na: Przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”

NIE OTWIERAĆ przed 29.05.2014 r. godz. 10³⁰, znak sprawy: DZP/38/382-31/14

- 20.11 Koperta, w której znajduje się oferta, musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie.
- 20.12 Zaleca się podanie na kopercie adresu zwrotnego.
- 20.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 20.10. SIWZ oraz dodatkowo oznaczone słowami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 20.14 Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEŻONA CZĘŚĆ OFERTY”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP.
- 20.15 Przez „tajemnice przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

21 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 21.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSzS Nr 2, w pokoju A1 (na I piętrze), do dnia 29.05.2014 r. do godz. 10⁰⁰ (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7²⁵ do 14³⁰).
- 21.2 Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
- 21.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2014 r. o godz. 10³⁰, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej, w pokoju A21 (na I piętrze).
- 21.4 Otwarcie ofert jest jawne.
- 21.5 Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) wewnętrznych naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzeń. W przypadku złożenia oferty zamiennnej, oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.
- 21.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 21.7 Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranych dane zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy PZP.
- 21.8 Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaze informacje, o których mowa w pkt. 21.6. i 21.7. SIWZ.

22 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 22.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
- 22.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy PZP.
- 22.3 O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 22.4 Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 - a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - c) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- 22.5 Ogłoszenie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej.
- 22.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, tzn. pomimo dwukrotnego wezwania do podpisania umowy nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający uznaje to za uchylenie się od zawarcia umowy, co upoważni Zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust. 3 Ustawy PZP.

23 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 23.1 Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu:
- 1) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy osoby wskazanej w Załączniku nr 5 do SIWZ;
 - 2) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami osoby przyjmującej obowiązki kierownika budowy wraz z zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego lub dowodami wpłaty potwierdzającymi członkostwo [art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.)] jeżeli przynależność do izby wynika z odrębnych przepisów;
 - 3) uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 - 4) uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;
 - 5) wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wskazaną część zamówienia;
 - 6) projekt umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą zgodnie z art. 647¹ § 2 Kodeksu cywilnego;
 - 7) kosztorys ofertowy szczegółowy;
 - 8) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 23.2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 23.3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 23.2. SIWZ od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
- 23.4 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może żądać w wyznaczonym terminie przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
- 23.5 W przypadku wyboru oferty Wykonawcy działającego na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną przez Wykonawcę kopię aktualnego wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem podpisania umowy.
- 23.6 Zamawiający, w celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, prześle dwa jednobrzmiące egzemplarze umowy (podpisane ze swojej strony) albo zaprosi Wykonawcę do swojej siedziby.

24 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 24.1 Zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny brutto ustalonej w umowie, Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:
- 1) w pieniądzu;

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 24.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
- 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;
 - 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
- 24.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na konto bankowe Zamawiającego, tj.: Getin Nobile Bank S.A., nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002, z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Przebudowa części powierzchni Szpitala na stację dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.
- 24.4 Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.
- 24.5 Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
- 1) 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia;
 - 2) 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji:
 - zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza Wykonawca wpłaci na podane konto Zamawiającego;
 - w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającym z rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 24.6 Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie, o której mowa w pkt 24.1. 2)3)4)5) powinna uzyskać aprobatę Radcy Prawnego Szpitala.
- 24.7 Zamawiający zastrzega sobie, iż w treści gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych mają znaleźć się następujące klauzule:
- 1) Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na każde wezwanie beneficjenta zapłacić należności wynikające z umowy objętej gwarancją albo powstałe na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania tej umowy jeśli zapłacenie tych należności stanie się wymagalne.
 - 2) Gwarant dokona zapłaty na pisemne wezwanie beneficjenta, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania tego wezwania wraz z:
 - pisemnym oświadczeniem, iż zobowiązany nie wywiązał się z umowy objętej gwarancją,
 - potwierdzonym za zgodność z oryginałem wezwaniem zobowiązanego do zapłaty należności z tytułu umowy objętej gwarancją wraz z dowodem nadania.
 - 3) Wezwanie do zapłaty beneficjent przekaże za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentacji oraz zawierać będzie oznaczenie rachunku bankowego, na który nastąpić ma wpłata gwarancji.
 - 4) Spory z umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta.
- UWAGA:** Niedopuszczalne są inne zastrzeżenia ograniczające odpowiedzialność gwaranta. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia gwarancji naruszających powyższe postanowienia.
- 24.8 Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 Ustawy PZP, licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

25 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne postanowienia umowy określa Wzór umowy stanowiącej Załącznik nr 12 do SIWZ.

26 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- 26.1 Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 do 198 Ustawy PZP.
- 26.2 Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 Ustawy PZP.
- 26.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej oraz w terminach określonych w art. 182 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 Ustawy PZP.
- 26.4 Podmioty, o których mowa w pkt 26.1. SIWZ, przed wniesieniem odwołania zobowiązane są do wniesienia na konto UZP wpisu od odwołania, którego wysokość zależy od przedmiotu i wartości zamówienia.

27 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 27.1 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert po upływie terminu ich składania w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
- 27.2 Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:
- 1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
 - 2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;
 - 3) Zamawiający wyznacza członka komisji, w obecności którego udostępnione zostaną dokumenty;
 - 4) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie (cena: 0,62 zł/stronę);
 - 5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
- 27.3 Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 27.4 Zamawiający, zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy PZP, na wniosek Wykonawcy przekazuje odpłatnie SIWZ (koszt druku: 34,10 zł netto + 23%VAT).

Komisja przetargowa:

Przewodniczący: Eugeniusz Klapuch

Sekretarz: Katarzyna Cieślak

Zastępca sekretarza: Joanna Kalisz

Członkowie: Anna Kurek

Tomasz Ważny

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu 14.05.2014 r.

Zatwierdziła: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju dnia 14.05.2014 r.

.....
Podpis dyrektora

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Lp.	Nazwa Załącznika
1.	Formularz cenowy - według Załącznika nr 1 do SIWZ
2.	Formularz oferty - według Załącznika nr 2 do SIWZ
3.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według Załącznika nr 3 do SIWZ
4.	Wykaz wykonanych robót budowlanych - według Załącznika nr 4 do SIWZ
5.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - według Załącznika nr 5 do SIWZ
6.	Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - według Załącznika nr 6 do SIWZ
7.	Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów - wzór - według Załącznika nr 7 do SIWZ
8.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według Załącznika nr 8 do SIWZ
9.	Oświadczenie dotyczące wyłącznie osób fizycznych - według Załącznika nr 9 do SIWZ
10.	Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - według Załącznika nr 10 do SIWZ
11.	Wzór Pełnomocnictwa dotyczący Spółki Cywilnej - według Załącznika nr 11a do SIWZ
12.	Wzór Pełnomocnictwa dotyczący Konsorcjum - według Załącznika nr 11b do SIWZ
13.	Wzór umowy - według Załącznika nr 12 do SIWZ
14.	Projekt Budowlano - Wykonawczy - architektura i technologia - Załącznik nr 14 do SIWZ
15.	Instalacje sanitarne - Załącznik nr 15 do SIWZ
16.	Instalacje wentylacji - Załącznik nr 16 do SIWZ
17.	Gazy medyczne - Załącznik nr 17 do SIWZ
18.	Instalacje elektryczne - Załącznik nr 18 do SIWZ
19.	Kolorystyka i aranżacja - Załącznik nr 19 do SIWZ
20.	Aparat do hemodializy z pompą SM - Załącznik nr 20 do SIWZ
21.	Panel pojedynczy (centrum zasilania mediami dla aparatu do dializ) - Załącznik nr 21 do SIWZ
22.	Panel podwójny (centrum zasilania mediami aparatu do dializ) - Załącznik nr 22 do SIWZ
23.	Fotel do dializ z zasilaniem elektrycznym - Załącznik nr 23 do SIWZ
24.	Fotel do dializ z zasilaniem elektrycznym - Załącznik nr 24 do SIWZ
25.	Stacja uzdatniania wody z modułem gorącej dezynfekcji z systemem odwróconej osmozy - Załącznik nr 25 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto [PLN]
1.	Przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	
Razem:		

Miejscowość,, dnia2014 r.

.....
*Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy*

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:

ADRES:

POWIAT: WOJEWÓDZTWO:

TEL.: FAKS: E-MAIL:

NIP: REGON:

BANK/ NR KONTA:

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-31/14**, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową:

Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	

Termin płatności: przelewem w ciągu 30 dni na podstawie faktury oraz bezusterkowego protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy.

Termin realizacji zamówienia:

- 90 dni od daty podpisania umowy nie dłużej niż do 15.09.2014r.

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Akceptujemy zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy wzór umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ) i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
4. Oświadczamy, że udzielamy letniego (nie mniej niż 5 letniego) okresu gwarancji licząc od dnia protokolarnego odbioru całości robót objętych przedmiotem umowy, a jeżeli producent udziela dłuższej gwarancji na materiały i urządzenia oraz urządzenia medyczne zastosowane do wykonania przedmiotu umowy obowiązuje gwarancja producenta.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
6. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wysokości 10% wartości zamówienia brutto.

7. Złożone przez nas dokumenty zawierają dane prawdziwe i są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym na dzień wyznaczony do składania oferty przetargowej.
8. Użyte materiały i urządzenia są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku), oryginalne, wykonane z nowych elementów, wcześniej nie używanych bez śladów uszkodzeń, bez wad technicznych.
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
10. Wnosimy wadium w kwocie zł/ słownie
w dniu w formie
11. Prosimy o dokonanie jego zwrotu na konto
12. Zobowiązujemy się do przedłużenia opłaconej polisy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i przedkładania stosownej polisy Zamawiającemu na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy.
13. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP Wykonawca zastrzega sobie, iż niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (dołączone do oferty w osobnej kopercie):
.....
.....

14. Przedmiot zamówienia wykonamy: sami / przy udziale podwykonawców*.

Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

Lp.	Nazwa części zamówienia

* niepotrzebne skreślić

15. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszego postępowania przetargowego jest:
Telefon/Faks

16. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

IMIĘ I NAZWISKO:

.....
.....

WZÓR PODPISU:

.....
.....

17. Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego/następujących dokumentu/dokumentów
....., które dołączamy do oferty.

18. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

19. Oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES:


Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-31/14)

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum* oświadczam, że na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
*Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy*

* *niepotrzebne skreślić*



**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT**

Przebudowę części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-31/14)

NAZWA WYKONAWCY:


ADRES:

Lp.	Nazwa podmiotu, w którym realizowano zamówienie	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia	Termin realizacji zamówienia (podać dzień, miesiąc i rok)	
				Rozpoczęcia	Zakończenia
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Uwaga: w przypadku większej ilości, prosimy niniejszą tabelę powielić i stosownie wypełnić.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy



WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Przebudowę części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-31/14)

NAZWA WYKONAWCY:


ADRES:

Lp.	Imię i nazwisko	Proponowana funkcja w realizacji zamówienia	Informacja na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia	Informacja o podstawie do dysponowania osobami
1.				
2.				
3.				
4.				

Uwaga: w przypadku większej ilości, prosimy niniejszą tabelę powielić i stosownie wypełnić.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UPRAWNIENI

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES:

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na Przebudowę części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-31/14)

Niniejszym oświadczam, że osoba wykazana jako:

- 1) Kierownik budowy Pan / Pani posiada uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do PIIB o nr z dnia
- 2) Kierownik robót instalacyjnych / osoba zdolna do wykonania zamówienia* Pan / Pani posiada uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do PIIB o nr z dnia
- 3) Kierownik robót instalacyjnych / osoba zdolna do wykonania zamówienia* Pan / Pani posiada uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do PIIB o nr z dnia

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
*Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy*

* niepotrzebne skreślić



**PISEMNE ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie oraz działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy tj.

.....
.....
(nazwa Wykonawcy)


do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie:

.....
.....
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów będzie wykonane w następujący sposób
.....
(opisać sposób udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia np. jako podwykonawca, doradca itp.)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Przebudowę części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-31/14)”

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy



OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES:


Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-31/14)

Niniejszym oświadczam, iż na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
*Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy*

* *niepotrzebne skreślić*



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIIE OSÓB FIZYCZNYCH

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES:

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-31/14)


Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- nie otwarto wobec mnie likwidacji,
- nie ogłoszono upadłości*;
- ogłoszono wobec mnie upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-31/14)

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum*:

.....

oświadczam, że:

- 1) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późn. zm.)*,
- 2) należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późn. zm.) i w związku z powyższym, poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

Lp.	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
 Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
 do występowania w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 11a
- przykładowy wzór pełnomocnictwa dla Spółki Cywilnej -

PEŁNOMOCNICTWO

My niżej podpisani,
imię i nazwisko wspólnika nr 1, imię i nazwisko wspólnika nr 2, imię i nazwisko wspólnika nr 3*

wspólnicy spółki cywilnej
pełna nazwa spółki cywilnej

z siedzibą w przy ul.
ustanawiamy pełnomocnika w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w osobie,
i udzielamy pełnomocnictwa do:

a) ** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-31/14)” prowadzonym przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia publicznego;

b) ** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-31/14)” prowadzonym przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Podpisy:

.....
(podpis wspólnika nr 1)

.....
(podpis wspólnika nr 2)

.....
(podpis wspólnika nr 3*)

Miejscowość,, dnia 2014 r.

* w przypadku, gdy ofertę składa Spółka cywilna 3 wspólników; w przypadku, gdy ofertę składa Spółka cywilna więcej niż 3
wspólników należy dopisać pozostałych wspólników
** należy wybrać właściwą opcję



Załącznik nr 11b

- przykładowy wzór pełnomocnictwa dla Konsorcjum -

PEŁNOMOCNICTWO

1. z siedzibą w, przy ul.
/wpisać nazwę firmy nr 1/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1.
2.

2. z siedzibą w, przy ul.
/wpisać nazwę firmy nr 2/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1.
2.

3* z siedzibą w, przy ul.
/wpisać nazwę firmy nr 3/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1.
2.

zwani łącznie Wykonawcą, ubiegający się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia publicznego i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ustanawiamy

.....
/wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby którą ustanawia się pełnomocnikiem/

pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, i udzielamy pełnomocnictwa do:

- a) ** reprezentowania Wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-31/14)” prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia publicznego;
- b) ** reprezentowania Wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-31/14)” prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

1. Za
/wpisać nazwę firmy nr 1/

.....
(pieczętka i podpis osoby / osób uprawnionych)

2. Za
/wpisać nazwę firmy nr 2/

.....
(pieczętka i podpis osoby / osób uprawnionych)

3. Za
/wpisać nazwę firmy nr 3/

.....
(pieczętka i podpis osoby / osób uprawnionych)

Miejscowość,, dnia 2014 r.

* w przypadku, gdy ofertę składa Konsorcjum złożone z 3 firm; w przypadku, gdy ofertę składa Konsorcjum złożone z więcej niż 3 firm należy dopisać pozostałe firmy

** należy wybrać właściwą opcję

WZÓR UMOWY

UMOWA NR /2014

zawarta w dniu2014 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,

reprezentowanym przez:

- mgr Grażyna Kuczera - Dyrektor,

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

wpisaną do Rejestru pod numerem prowadzonego przez, której kapitał zakładowy wynosi i która posługuje się numerem NIP oraz numerem REGON,

reprezentowanym przez,

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

§ 1

Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr **DZP/38/382-31/14** ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest **przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju**. Powierzchnia przeznaczona do przebudowy jest zlokalizowana na parterze bloku łóżkowego obejmująca istniejącą stację dializ oraz część oddziału nefrologii w ilości 379m² oraz części piwnicy do zagospodarowania na cele techniczne w ilości 97m².
2. Zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem umowy szczegółowo określają:
 - 1) Opis przedmiotu zamówienia.
 - 2) Projekt budowlano-wykonawczy,
 - a) Architektura i technologia,
 - b) Instalacje sanitarne,
 - c) Instalacje wentylacji,
 - d) Instalacja gazów medycznych,
 - e) Instalacja elektryczna;
 - f) Instalacja okablowania strukturalnego;
 - g) Kolorystyka i aranżacja wnętrz.
 - 3) Specyfikacje techniczne,
 - a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana,
 - b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych,
 - d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 - e) Specyfikacja techniczna i BIOZ wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i strukturalne.

4) Urządzenia medyczne:

- a) 6 sztuk aparatów do hemodializy z pompą SM, wymagania dotyczące parametrów ujęto w załączniku nr 20 do SIWZ,
- b) 7 sztuk paneli pojedynczych (centrum zasilania mediami dla aparatu do dializ) wymagania dotyczące parametrów ujęto w załączniku nr 21 do SIWZ,
- c) 3 sztuki paneli podwójnych (centrum zasilania mediami aparatu do dializ) wymagania dotyczące parametrów ujęto w załączniku nr 22 do SIWZ,
- d) 11 sztuk foteli do dializ z zasilaniem elektrycznym wymagania dotyczące parametrów ujęto w załączniku nr 23 do SIWZ,
- e) 1 sztuka fotela do dializ z zasilaniem elektrycznym wymagania dotyczące parametrów ujęto w załączniku nr 24 do SIWZ,
- f) stacja uzdatniania wody z modułem gorącej dezynfekcji z systemem odwróconej osmozy opis w załączniku nr 25 do SIWZ.

5) Wyposażenie dodatkowe:

- a) tablica informacyjna lekarska o kolorystyce dopasowanej do pomieszczenia (pomarańcz, popiel) o wymiarach 100x110cm.
- b) zlewozmywak metalowy z ociekaczem, dozownik na mydło, pojemnik na ręczniki i kosz na śmieci w pomieszczeniu technika oraz trzy pojemniki na środek dezynfekujący przy umywalkach dla pacjentów,
- c) zakup i montaż opisów informacyjnych dotyczących stacji dializ takie jak np. nazwy poszczególnych pomieszczeń, wejścia do stacji dializ itp.

3. Wymagania inne:

- 12) stoliki do dializ powinny być na kółkach z regulowaną wysokością, blat roboczy dzielony, większa część zdejmowana, z boku pojemnik na odpady, wyjmowany z obręczy mocującej, możliwość mycia blatu w zmywarce, nad pojemnikiem plastikowym blat trapezowy, pojemność pojemnika zdejmowanego około 6l, maksymalne obciążenie 25kg,
- 13) lodówki z zestawienia powinny być podblatowe,
- 14) telewizory LED 40" wraz z mocowaniem sufitowym, podłączeniem i montażem,
- 15) szafki ubraniowe metalowe dwudzielne o wym. (szer. * g. * wys. – mm) 400*500*1800mm ,
- 16) regał listwowy mobilny powinien być z min 5 koszami, przeznaczony do transportu i magazynowania materiałów oraz wyrobów medycznych, wykonany z kształtownika ze stali kwasoodpornej zaopatrzone w zaczepy do instalacji półek, koszy, wieszaków, pojemników, regały osadzone na czterech kółkach, w tym dwa z blokadą o wymiarach: szerokość: 550mm
długość: 750mm
wysokość: 1900mm
- 17) stelaż do kosza na odpady powinien być na kółkach wykonane ze stali nierdzewnej z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, przystosowany do worków foliowych o różnej pojemności (120-200 litrów), posiadający zabezpieczenie przed zsunięciem się worka z obręczy w postaci klipsów, na dole półka zabezpieczająca worek przed kontaktem z podłogą, kłapa czerwona i niebieska
- 18) możliwość zamiany jednej kozetki na wózek do przewożenia pacjenta z regulowaną wysokością o średnicy kół jezdnych 200 mm z blokadą co najmniej dwóch kółek,
- 19) wózek transportowy powinien być wykonany ze stali i plastiku, o nośności 150kg, na kółkach gumowych lanych z uchwytem składanym,
- 20) oświetlenie awaryjne musi posiadać system centralnego monitoringu, centralka zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni. System będzie służył do wykonywania automatycznych i ręcznych testów poprawnego działania i czasu działania opraw oświetlenia awaryjnego, rejestrację wyników testów, generowanie alarmów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydruk wyników testów oraz blokowanie pracy awaryjnej. Każdy moduł zasilania awaryjnego będzie posiadał swój nr, co umożliwi w trakcie eksploatacji systemu szybkie zidentyfikowanie w budynku wybranego modułu, do zastosowania oprawy LED z dopuszczeniem CNBOP,
- 21) wózek uniwersalny, regał uniwersalny z półkami perforowanymi, dozownik na mydło, dozownik na środek dezynfekujący, kosz na zużyte ręczniki oraz dozownik ręczników powinny być ze stali nierdzewnej, stół z stali kwasoodpornej, stelaż na worki foliowe 60 l. o wymiarach 80x70x75cm,

- 22) powiększenie otworu drzwiowego w ścianie działowej z 115cm do 250cm wraz z osadzeniem nadproża w pomieszczeniu piwnicy – magazyn bielizny czystej,

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie dostarczonych urządzeń, oraz przeszkolenie użytkownika.

4. Oprócz robót zasadniczych, określonych w dokumentacji w § 2 ust. 3 pkt. 7, Wykonawca zabezpieczy wykonanie na własny koszt następujących prac:

- 1) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych;
- 2) wykonanie innych nie wymienionych wyżej, a limitujących wykonanie inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o projekty budowlano - wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pogładowy.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętych umową wymagane właściwymi przepisami, wykwalifikowanych pracowników oraz odpowiednie środki techniczne potrzebne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

7. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiający oraz Wykonawca ustalą po podpisaniu umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorysy ofertowe szczegółowe.

8. Wszelkie prace muszą zostać wykonane zgodnie z sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz zasadami BHP.

9. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia kroków w celu stworzenia możliwości utrzymania komunikacji pomiędzy wejściem a działającą częścią oddziału. Zamawiający poinformował Wykonawcę, iż podczas prowadzonych prac będą miały miejsce hemodializy pacjentów, a Wykonawca fakt ten ma uwzględnić podczas organizacji inwestycji. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się prace podzielić na dwa etapy (opis etapów znajduje się w załączniku nr 14 do SIWZ).

10. Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi a także przekaże Zamawiającemu urządzenia medyczne w stanie kompletnym i gotowym do użytku Zamawiającego bez konieczności dodatkowego ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.

11. Wykonawca dostarczy urządzenia medyczne, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4, odpowiadające warunkom określonym w dokumentach dopuszczających je do obrotu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie - przepisami prawnymi, a w szczególności spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz zgodnymi z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 20-25 do SIWZ i zestawieniem parametrów techniczno-użytkowych.

12. Wykonawca dostarczy urządzenia medyczne, które są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż 2013r. nieużywane (które nie były przedmiotem wystaw, prezentacji) oraz nie są obciążone prawami osób trzecich).

13. Oferowane urządzenia medyczne muszą posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. kopie certyfikatów oraz rejestru wyrobów medycznych.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów podczas prowadzenia robót.
2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie postępował zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca prowadził będzie Dziennik Budowy zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, w którym zapisywane będą wszelkie ustalenia techniczne, zgłaszanie odbiorów, a w szczególności roboty zanikające lub ulegające zakryciu.
3. Wykonawca zobowiązuje się użyć do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, spełniające wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej.

4. Użyte materiały i urządzenia są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku), oryginalne, wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych bez śladów uszkodzeń, bez wad technicznych.
5. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wymaganych prawem certyfikatów, atestów i specyfikacji technicznych dla zastosowanych materiałów, najpóźniej w dniu odbioru.
6. Roboty są wykonywane przy czynnym obiekcie. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót uciążliwych dla pacjentów w porze nocnej, tj. pomiędzy godzinami od 22⁰⁰ wieczorem a 7⁰⁰ rano.

§ 5

1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy:

- 90 dni od daty podpisania umowy nie dłużej niż do 15.09.2014r.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym.
3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 2 dni liczonych od daty podpisania umowy.

§ 6

1. **Za prace objęte niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego na kwotę:**

Cena brutto: zł (słownie:)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy), jak również następujące koszty:
 - 1) wszelkiej robocizny, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac;
 - 2) materiałów podstawowych i pomocniczych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub na miejsca składowania na plac budowy;
 - 3) zakupu wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót;
 - 4) wszelkich robót przygotowawczych (zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ogrodzenie placu budowy, podłączenie wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie budowy, uporządkowanie placu budowy i zaplecza łącznie z przywróceniem terenu do stanu poprzedniego);
 - 5) projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją;
 - 6) utrzymania zaplecza budowy;
 - 7) związane z odbiorami wykonanych robót;
 - 8) ubezpieczenia oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie umowne brutto oznacza całkowite wynagrodzenie, określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

1. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową na podstawie wykonanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, który zostanie ustalony po podpisaniu umowy.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest pełne, należyte wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru końcowego zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie należyte wykonanie danej części umowy, potwierdzone protokołem odbioru zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturą końcową na podstawie końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą.
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego lub z konta Banku Ochrony Środowiska w drodze realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego w związku z udzieloną pożyczką Zamawiającemu na rachunek Wykonawcy w terminie do dni od daty otrzymania faktury właściwie wystawionej.
6. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
7. Każdorazowo wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.
8. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu otrzymania tego potwierdzenia.
9. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 7 ust. 9 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego jako brutto w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umowne.
12. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 7 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego jako brutto w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza (według oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia / że całe zamówienie wykona sam*.
2. Powierzenie wykonania części prac objętych umową z podwykonawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne.
5. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje zawodowe podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantuje odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, może on żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.
6. Podwykonawca nie może zlecić robót innemu podwykonawcy.
7. Zamawiający oraz Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez zatwierdzonego podwykonawcę. Warunkiem zapłaty

jakiegokolwiek wynagrodzenia Wykonawcy jest brak jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców.

§ 9

1. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie/będą*:
 -
 -
 -
2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie/będą*:
 -
 -
3. Kierownikiem instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ze strony Wykonawcy będzie/ będą*:
 -
 -
4. Kierownikiem instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony Wykonawcy będzie/ będą*:
 -
 -
5. Zamawiający wyznacza ponadto Pana do bieżących kontaktów z Wykonawcą.

§ 10

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb realizacji robót objętych zamówieniem.
2. Wykonawca poniesie koszty zużycia mediów, o których mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, wykorzystanych do realizacji zamówienia na podstawie zainstalowanych przez niego liczników lub ustalonego ryczału.
3. Wykonawca zainstaluje liczniki, o których mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy na własny koszt.
4. Przekazanie (w miarę możliwości) w użytkowanie lub współużytkowanie znajdujących się na placu budowy pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia socjalnego i składowisk nastąpi na odrębnie uzgodnionych zasadach.
5. Zamawiający zapewni bieżący nadzór inwestorski, obejmujący wszystkie zadania określone w przedmiocie niniejszej umowy.
6. W przypadku awarii lub uszkodzenia mediów z winy Wykonawcy zapewni on media zastępcze oraz pokryje koszty jej naprawy.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do wszystkich robót realizowanych przez podwykonawców;
 - 2) informowanie Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania;
 - 3) przestrzeganie regulaminów wewnętrznych i zarządzeń Dyrektora Szpitala.
3. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
4. Po zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt uporządkować teren prowadzonych robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru przedmiotu umowy.
5. Minimalne wymogi szkoleń personelu (dot. Urządzeń medycznych) w ramach ceny oferty:
 - 1) Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach dostawy, eksploatacji oraz podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego i podstawowej konserwacji urządzenia (w dwóch terminach) wraz z poświadczeniem przeprowadzonego szkolenia.

- 2) Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia/certyfikatu o przebyłym szkoleniu upoważniającym w w/w zakresie.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy na okres prowadzenia przedmiotu umowy oraz ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej obejmującej:
 - 1) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej;
 - 2) ubezpieczenie ludzi (ubezpieczenie cywilne na wypadek śmierci lub kalectwa) pracowników oraz osób trzecich;
 - 3) ubezpieczenie mienia, za szkody i zniszczenia w wyniku prowadzenia robót;
 - 4) ubezpieczenie robót, materiałów i sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oryginały polis dotyczących ubezpieczenia budowy i odpowiedzialności cywilnej, w których suma ubezpieczenia będzie nie mniejsza niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności polisy w kwocie min 2 000 000,00 zł na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i przedkładania stosownej polisy Zamawiającemu na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy.

§ 13

1. Na wykonane roboty oraz na dostarczone wyposażenie i urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okreslat (nie krótszy niż 5 lat).
2. Termin gwarancji liczony jest od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
3. Okres gwarancji biegnie równoległe do okresu rękojmi.
4. Warunki dotyczące urządzeń medycznych zostały szczegółowo opisane w załącznikach nr 20-25 do SIWZ, co stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy, ponadto:
 - 1) Gwarancja obejmuje między innymi: czas i koszty dojazdu i zakwaterowania serwisanta, pracę serwisu, oględziny i diagnostykę urządzenia, naprawę, wymianę części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej - gwarancyjnej przekazać Zamawiającemu urządzenie w stanie pełnej gotowości do użytkowania.
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji sprzętu, urządzeń, technologii (m.in. wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia sprawności działania sprzętu (min. 1 w roku, chyba że producent wymaga więcej).
 - 3) Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z ewentualną wymianą części zamiennych, które na dzień przeglądu uległy awarii / uszkodzeniu konserwacją urządzenia, powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji, co najmniej na 15 dni przed jej zakończeniem;
 - 4) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego urządzenia w czasie określonym w załącznikach odpowiednio do danego urządzenia od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczenia – w ciągu wyżej wymienionych 5 lub 7 dni – na czas naprawy – urządzenie zamienne (podzespół) tej samej klasy i o tych samych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat;
 - 5) W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania opisanego w § 13 ust. 4 pkt 4), będzie on zobowiązany do pokrycia w całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści przez Zamawiającego;
 - 6) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w załącznikach odpowiednio do danego urządzenia, bądź niestawiennictwie na oględziny w terminie określonym w załącznikach odpowiednio do danego urządzenia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;
 - 7) W przypadku uzasadnionej reklamacji uszkodzonej części aparatu Wykonawca wymieni tę część na nową a w przypadku – opisanego w załącznikach odpowiednio do danego urządzenia uzasadnionych reklamacji wymieni dane urządzenie medyczne na nowe.
 - 8) Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych liczony przez okres minimum 10 lat licząc od daty zainstalowania urządzeń medycznych;
 - 9) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji aplikacji – oprogramowania w czasie gwarancji, zalecanych przez producenta;
 - 10) Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenia wraz z jego wyposażeniem min 60 miesięcy gwarancji i rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.

11) Roszczenia z tytułu rękojmi za wady mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi;

12) W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą następstwem nieprawidłowego użytkowania, Zamawiający może przekazać aparat do oceny niezależnemu podmiotowi bez utraty gwarancji. W przypadku, gdy wynik ekspertyzy będzie negatywny dla Wykonawcy, Wykonawca poniesie koszt ekspertyzy; jeśli wynik ekspertyzy będzie pozytywny dla Wykonawcy, jej koszt ponosi Zamawiający.

13) Gwarancją nie są objęte:

a) Uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowanie się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby) z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 pkt 6).

- naturalne zużycie się urządzenia na skutek korzystania z nich przez użytkownika (akcesoria, części i materiały, elementy zużywalne, eksploatacyjne a także jednorazowego użytku).

14) W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy pierwszeństwo w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy;

15) W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 7 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.

5. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały i urządzenia, wystawione przez ich wytwórców.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych przedmiotu umowy;

2) usunięcie wad i usterek stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

7. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do usunięcia usterek, awarii i wad w terminie 5-ciu dni roboczych lub w innym terminie wyznaczonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, jeżeli zachowanie 5-ciodniowego terminu nie będzie możliwe ze względów technicznych.

8. Stwierdzenie wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi powinno nastąpić protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie nie później niż na 3 dni przed dokonaniem oględzin.

9. Fakt usunięcia wady powinien być stwierdzony protokolarnie.

10. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie lub, jeżeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim.

11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

12. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji urządzeń (m.in. wykonanie konserwacji części mechanicznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia sprawności działania urządzenia.

13. W okresie gwarancji jakości Wykonawca wykonuje przegląd gwarancyjny przedmiotu zamówienia, z częstotliwością zgodną z wymaganiami producenta, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku, potwierdzony protokołem, który obejmuje koszt dojazdu, koszt robocizny oraz nowe części zastępujące części zużywalne (lub wyeksploatowane).

14. Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wszystkich części zamiennych, konserwacją urządzenia przez wyspecjalizowany serwis fabryczny powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji, co najmniej na 15 dni przed zakończeniem jej obowiązywania.

15. Każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, co najmniej na 7 dni przed zamiarem jego rozpoczęcia.

16. W przeprowadzanych przeglądach przez Wykonawcę będzie również uczestniczył Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru.

17. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat licząc od daty montażu przedmiotu umowy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu umowy.

19. Przeprowadzenie wszelkich robót i czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru, przed przekazaniem do eksploatacji odbywają się na zlecenie i koszt Wykonawcy.

20. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

21. W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą następstwem nieprawidłowego użytkowania, Zamawiający może przekazać urządzenia do oceny niezależnemu podmiotowi bez utraty gwarancji.

22. W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy pierwszeństwo w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy.

23. Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie do 48 godzin od otrzymania na piśmie bądź faksem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie przedmiotu zamówienia oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnym do 5 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie, z tym że:

- 1) czas dokonania naprawy nie wymagającej części zmiennych \leq 3 dni roboczych;
- 2) czas dokonania naprawy wymagającej części zmiennych \leq 5 dni roboczych

z zastrzeżeniem § 13 ust. 7 niniejszej umowy.

24. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z umownych terminów będzie on zobowiązany do pokrycia w całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści przez Zamawiającego.

25. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w umownych terminach, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26. Zapisy dotyczące rękojmi określone w § 14 ust. 2 do 11 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

§ 14

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie lat (nie krótszym niż 5 lat) od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.
4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
5. Zgłoszone przez inspektora nadzoru wady powinny być w terminie ustalonym przez strony umowy usunięte przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.
6. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie lub, jeżeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim.
7. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem oględzin. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.
9. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.
10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 15

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto tj. zł (słownie:)
2. Strony postanawiają, że 30% (..... zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi, zaś 70%

- (..... zł) wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących terminach:
 - a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót bez usterek,
 - b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez usterek. W przypadku wystąpienia usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.
 4. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego na wydzielone, oprocentowane konto bankowe w banku obsługującym Szpital i zwrócona zgodnie z ustaleniami § 15 ust. 3 niniejszej umowy wraz z należnymi odsetkami po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
 5. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel wniesione zabezpieczenie, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

§ 16

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Odbiorom częściowym będą podlegały zadania wymienione w harmonogramie rzeczowo - finansowym, roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezwzględnym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni.
3. Przedmiot zamówienia, dla których strony ustalają odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.
4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 4 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.
5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, świadectwa jakości i certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.
7. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru to Wykonawca:
 - 1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;
 - 2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbiorowych Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty należnego wynagrodzenia.
9. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania inwestycyjnego.
10. Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad lub usterek w przedmiocie odbioru.
11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
 - 1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem

- odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;
- 2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
 - a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 17 niniejszej umowy.
13. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

§ 17

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
 - 1) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
 - 2) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
 - 3) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie;
 - 4) spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy;
 - 5) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, niezależnie od sankcji określonej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;
 - 6) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. W przypadku uzgodnienia zmian terminów realizacji kary umowne będą liczone od nowych terminów.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych i ewentualnych odszkodowań uzupełniających z faktur Wykonawcy.

§ 18

1. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy w terminie polisy, o której mowa w § 12 niniejszej umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wyrażonej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania.

§ 19

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania, w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie.
3. Nowy termin realizacji zostanie wstępnie ustalony w protokole konieczności i ostatecznie w aneksie do umowy.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w § 20 ust. 1 niniejszej umowy powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

§ 21

1. Oprócz przypadku wymienionego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy;
 - 2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, lub z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy;
 - 3) Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
 - 4) Wykonawca usunie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni, z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
 - 5) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty odebrane i wykonane do dnia odstąpienia.


§ 22

1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, w razie braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp, dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzieleni zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe.
4. Integralną część niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz SIWZ.
5. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

* *niepotrzebne skreślić*

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:



APARAT DO HEMODIALIZY Z POMPA SM - 6 sztuk

1. Automatyczne profilowanie sodu
2. Automatyczne profilowanie ultrafiltracji
3. Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line”
4. Objętościowy system pomiaru ultrafiltracji
5. Możliwość realizacji dializy jednoigłowej metodą „Click - clack”
6. Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) - sucha bez dializatu
7. Możliwość wykonania hemodializy octanowej i wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratkach
8. Możliwość realizacji dializy na dializatorze HIGH - FLUX
9. Przepływ dializatu w zakresie od 300 do 800 ml / min.
10. Przepływ w pompie krwi w zakresie od 15 do 600 ml / min.
11. Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa”
12. Program dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania środka dezynfekcyjnego
13. Program dezynfekcji termicznej
14. Ekran graficzny
15. Graficzny podgląd istotnych stanów pracy aparatu
16. Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat)
17. Podgląd efektywnego przepływu krwi
18. Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru
19. Pomiar ultrafiltracji nie wymagający częstej kalibracji
20. Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD
21. Filtr wody uzdatnionej
22. Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy
23. Dodatkowe zasilanie akumulatorowe zapewniające w przypadku braku zasilania z sieci elektrycznej pracę aparatu przez min. 15 minut
24. System jednoigłowy z dwiema pompami krwi
25. Centralny system blokowania kół aparatu

Wymagania dodatkowe :

1. Urządzenie fabrycznie nowe.
2. Dostawa przedmiotowego urządzenia medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości .
4. Oprogramowanie w języku polskim.
5. Instrukcje użytkownika i konserwacji w języku polskim.
6. Kopie certyfikatów oraz wpisu / zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego urządzenia.
7. W ramach zakupu urządzenia szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej z zakresu bieżącej eksploatacji (w dwóch terminach) wraz z wydaniem zaświadczenia / certyfikatu o przebytych szkoleniu.
8. W ramach zakupu urządzenia szkolenie w siedzibie Serwisu personelu technicznego Zamawiającego (2 osoby) w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia / certyfikatu o przebytych szkoleniu i wydaniu upoważnienia do wykonywania bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw po upływie okresu gwarancji.

Warunki gwarancji i serwisu :

1. Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 60 miesięcy.
2. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać adresy oraz telefony kontaktowe).


3. Przeglądy techniczne (zgodne z dokumentacją producenta) w okresie gwarancji przeprowadzane na koszt Wykonawcy (dotyczy robocizny, części niezbędnych do wykonania przeglądu oraz kosztów dojazdu) - min. 1 przegląd rocznie, w tym 1 w okresie miesiąca przed upływem gwarancji.
4. Gwarancja produkcji części zamiennych przez okres min. 10 lat.
5. Ograniczenia gwarancji – możliwe przyczyny jej utraty (podać listę ograniczeń gwarancji oraz przyczyn jej utraty) .
6. Jeżeli wytwórca urządzenia dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalistycznych części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych – Wykonawca załączy stosowny wykaz wraz z listą ewentualnych dystrybutorów.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji uszkodzenia części aparatu Wykonawca wymieni tę część na nową a w przypadku 5-ciu uzasadnionych reklamacji wymieni aparat na nowy.
8. Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia awarii (liczonych w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).
9. Czas naprawy od chwili zgłoszenia max 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzania części zamiennych z zagranicy max 7 dni roboczych.
10. W przypadku przekroczenia 7 dniowego roboczego okresu niesprawności aparatu Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach.

Warunki serwisu pogwarancyjnego :

1. Forma serwisu pogwarancyjnego (podać).
2. Autoryzowany lub uprawniony przez Producenta serwis pogwarancyjny na terenie Polski (podać adresy oraz telefony kontaktowe).
3. Określić maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do chwili jej usunięcia.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
*Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy*




Panel pojedynczy (centrum zasilania mediami dla aparatu do dializ) - 7 sztuk

1. Jako urządzenie (element systemu) posiadające kontakt z pacjentem musi posiadać certyfikat CE jako urządzenie medyczne spełniające dyrektywę 93/42/EEC warunki Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20maja 2010.
2. Sekcja elektryczna ulokowana w oddzielnej obudowie.
3. Urządzenie musi zapewnić skuteczny dopływ wody i odbiór ścieków dla aparatu do dializ.
4. Syfon ściekowy pod rurę FI 32
5. Rozkład hydrauliki w urządzeniu musi gwarantować brak martwych stref.
6. Przyłącza pod pętlę dystrybucji wody uzdatnionej PEX 35x3,5 na tuleję zaciskową.
7. Szybkozłącze do wody 1 szt.
8. Szybkozłącze do ścieku 1 szt.
9. Wytrzymałość termiczna elementów hydraulicznych do 90°C, ciśnienie do 5 bar.
10. Możliwość rozbudowy pod system centralnej dystrybucji koncentratów.
11. Musi posiadać następujące przyłącza elektryczne:
 - min. 3 x gniazda sieciowe 230V
 - min. 2x przyłącze wyrównawcze
 - min. 1x CEE 230V
 - min. 1x przycisk do wezwania personelu
 - przyłącze pod komputer, słuchawki, TV/Radio
12. Musi być wykonane z łatwego do utrzymania w czystości materiału.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
*Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy*




Panel podwójny (centrum zasilania mediami dla aparatu do dializ) - 3 sztuki

1. Jako urządzenie (element systemu) posiadające kontakt z pacjentem musi posiadać certyfikat CE jako urządzenie medyczne spełniające dyrektywę 93/42/EEC warunki Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20maja 2010.
2. Sekcja elektryczna ulokowana w oddzielnej obudowie.
3. Urządzenie musi zapewnić skuteczny dopływ wody i odbiór ścieków z wymaganą przerwą powietrzną dla aparatu do dializ.
4. Syfon ściekowy pod rurę FI 32
5. Rozkład hydrauliki w urządzeniu musi gwarantować brak martwych stref.
6. Przyłącza pod pętlę dystrybucji wody uzdatnionej PEX 35x3,5 na tuleję zaciskową.
7. Szybkozłącze do wody 2 szt.
8. Szybkozłącze do ścieku 2 szt.
9. Wytrzymałość termiczna elementów hydraulicznych do 90°C, ciśnienie do 5 bar.
10. Możliwość rozbudowy pod system centralnej dystrybucji koncentratów.
11. Musi posiadać następujące przyłącza elektryczne:
 - min. 6 x gniazda sieciowe 230V
 - min. 4x przyłącze wyrównawcze
 - min. 2x CEE 230V
 - min.1x przycisk do wezwania personelu
 - przyłącze pod komputer, słuchawki, TV/Radio
13. Musi być wykonane z łatwego do utrzymania w czystości materiału.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
*Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy*



Wymagane parametry techniczne fotela dla dializowanych z zasilaniem elektrycznym - 11 sztuk

1. Odchylane i składane podłokietniki.
2. Regulacja wysokości podłokietników.
3. Elektryczna regulacja oparcia.
4. Elektryczna regulacja dolnej części siedziska.
5. Elektryczna regulacja siedziska.
6. Ręczna regulacja podnóżka.
7. Stopniowa regulacja podnóżka ułatwiająca dostosowanie podnóżka w pozycji półleżącej lub leżącej.
8. Płynna zmiana pozycji fotela od siedzącej do horyzontalnej oraz Trendelenburga.
9. Oddzielnie mocowane kółka .
10. Tapicerka o konstrukcji typu „sandwich”.
11. Poduszka.
12. Ręczny włącznik z :
przyciskiem pozycji początkowej,
przyciskiem pozycji Trendelenburga,
przyciskami regulacji,
wypukłymi oznaczeniami przycisków.

Dane techniczne

Długość podłokietnika	Min. 60 cm
Szerokość podłokietnika	Min. 13 cm
Długość siedziska	Min. 217 cm
Grubość tapicerki	Min. 9 cm
Długość całkowita	Max 227 cm
Szerokość fotela	Min. 85 cm
Wysokość siedziska	Min. 60 cm
Kąt nachylenia oparcia	do 75°
Kąt nachylenia dolnej części siedziska	do 22°
Wypełnienie i tapicerka	Materiały odporne na promienie UV, ślinę oraz pot, wodoodporne i ognioodporne, testowane w kierunku biogodności i toksyczności
Kółka	Średnica 10 cm
Transformator główny	230V/50Hz
Ręczny włącznik (klasa ochronności IP)	IP 66
Przewód zasilający zwinięty	Min. 2m
Przewód zasilania rozwinięty	Min. 3,5 m
Maksymalne obciążenie	200 kg

Warunki gwarancji i serwisu :

1. Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 60 miesięcy.
2. Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać adresy oraz telefony kontaktowe).
4. Bezpłatne przeglądy okresowe wymagane przez Producenta (zgodnie z zaleceniami producenta) w okresie gwarancji (dotyczy robocizny, części niezbędnych do wykonania przeglądu oraz kosztów dojazdu) - min. 1 przegląd rocznie, w tym 1 w okresie miesiąca przed upływem gwarancji.


5. Gwarancja produkcji części zamiennych przez okres min. 10 lat.
6. Ograniczenia gwarancji – możliwe przyczyny jej utraty (podać listę ograniczeń gwarancji oraz przyczyn jej utraty) .
7. Maksymalnie dopuszczalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany naprawianego elementu na nowy = 3.
8. Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 72 h (liczonych w dniach roboczych) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku przekroczenia terminu naprawy konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach.
9. Bezpłatne, dwukrotne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji.
10. Bezpłatne szkolenie 2 osób personelu technicznego w zakresie podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego (arkusz oceny technicznej) i podstawowej konserwacji.
11. Podać sposób oraz numery kontaktowe do zgłaszania usterek.
12. Załączyć poniżej wymienione dokumenty :
 - certyfikat zgodności CE,
 - wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego zakresu dostawy.
13. Instrukcja obsługi w języku polskim.

Warunki serwisu pogwarancyjnego :

1. Forma serwisu pogwarancyjnego.
2. Autoryzowany lub uprawniony przez Producenta serwis pogwarancyjny na terenie Polski (podać adresy oraz telefony kontaktowe).
3. Określić maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do chwili jej usunięcia.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
*Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy*



Wymagane parametry techniczne fotela dla dializowanych z zasilaniem elektrycznym - 1 sztuka

1. Odchylane i składane podłokietniki
2. Regulacja wysokości podłokietników
3. Elektryczna regulacja oparcia
4. Elektryczna regulacja siedziska
5. Elektryczna regulacja dolnej części siedziska
6. Elektryczna regulacja wysokości
7. Ręczna regulacja podnóżka
8. Stopniowa regulacja podnóżka ułatwiająca dostosowanie podnóżka w pozycji półleżącej lub leżącej
9. Płynna zmiana pozycji fotela od siedzącej do horyzontalnej oraz Trendelenburga
10. Połączenie wyrównawcze
11. Oddzielnie mocowane kółka
12. Tapicerka o konstrukcji typu „sandwich”
13. Poduszka
14. Ręczny włącznik z :
przyciskiem pozycji początkowej,
przyciskiem pozycji Trendelenburga,
przyciskami regulacji,
wypukłymi oznaczeniami przycisków .
15. Wygodny uchwyt do prowadzenia fotela

Dane techniczne

Długość podłokietnika	Min. 60 cm
Szerokość podłokietnika	Min. 13 cm
Długość siedziska	Min. 219 cm
Grubość tapicerki	Min. 9 cm
Długość całkowita	Max 227 cm
Szerokość fotela	Min. 85 cm
Wysokość siedziska	Min. 56 – 78 cm
Kąt nachylenia oparcia	Do 75°
Kąt nachylenia dolnej części siedziska	Do 22°
Wypełnienie i tapicerka	Materiały odporne na promienie UV, ślinę oraz pot, wodoodporne i ognioodporne, testowane w kierunku biogodności i toksyczności
Kółka	Średnica 10 cm
Transformator główny	230V/50Hz
Ręczny włącznik (klasa ochrony IP)	IP 66
Przewód zasilający zwinięty	Min. 2m
Przewód zasilania rozwinięty	Min. 3,5 m
Maksymalne obciążenie	200 kg

Warunki gwarancji i serwisu :

1. Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 60 miesięcy.
2. Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać adresy oraz telefony kontaktowe).


4. Bezpłatne przeglądy okresowe wymagane przez Producenta (zgodnie z zaleceniami producenta) w okresie gwarancji (dotyczy robocizny, części niezbędnych do wykonania przeglądu oraz kosztów dojazdu) - min. 1 przegląd rocznie, w tym 1 w okresie miesiąca przed upływem gwarancji.
5. Gwarancja produkcji części zamiennych przez okres min. 10 lat.
6. Ograniczenia gwarancji – możliwe przyczyny jej utraty (podać listę ograniczeń gwarancji oraz przyczyn jej utraty) .
7. Maksymalnie dopuszczalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany naprawianego elementu na nowy = 3.
8. Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 72 h (liczonych w dniach roboczych) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku przekroczenia terminu naprawy konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach.
9. Bezpłatne, dwukrotne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji.
10. Bezpłatne szkolenie 2 osób personelu technicznego w zakresie podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego (arkusz oceny technicznej) i podstawowej konserwacji.
11. Podać sposób oraz numery kontaktowe do zgłaszania usterek.
12. Załączyć poniżej wymienione dokumenty :
certyfikat zgodności CE,
wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego zakresu dostawy.
13. Instrukcja obsługi w języku polskim.

Warunki serwisu pogwarancyjnego :

1. Forma serwisu pogwarancyjnego.
2. Autoryzowany lub uprawniony przez Producenta serwis pogwarancyjny na terenie Polski (podać adresy oraz telefony kontaktowe).
3. Określić maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do chwili jej usunięcia.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
*Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy*



Wymagane parametry techniczno-użytkowe dla stacji uzdatniania wody spełniającej warunki do zasilania dla 12 stanowisk dializacyjnych;

1) Uzdatnianie wstępne

- przyłączy wody surowej z zaworem antybakteryjnym, filtrem samopłuczającym 100 µm, elektrozaworem sterowanym pływakiem przepełnienia zbiornika wstępnego,
- system detekcji przecieku zapewniający blokowanie zasilania wodą w przypadku wykrycia wody na podłodze pomieszczenia stacji uzdatniania wody.
- zbiornik wstępny wody surowej o pojemności użytkowej 1500 litrów z zaworem odpływowym i spustem umożliwiającym opróżnienie zbiornika do zera.
- pompa dystrybucyjna sterowana falownikiem dla utrzymania stabilnego ciśnienia podaży wody,
- automatyczna regulacja poziomu wody i zabezpieczeniem suchobiegu pompy,
- system chlorowania zbiornika wstępnego z pompą dozującą sterowaną wodomierzem,
- układ odżelaziania wody mający zdolność filtracji związków żelaza i manganu kolumna o pojemności min.170 litrów z regeneracją automatyczną sterowaną elektronicznie. Głowica kolumny z integralnym bypassem.
- system zmiękczenia wody wyposażony w podwójny zmiękczac o przepływie min. 2,2 m³/h , zbiornik na solankę z automatyczną naprzemienną regeneracją sterowaną elektronicznie
- układ węglowy w którym złożem filtracyjnym jest granulowany węgiel aktywowany zapewniający skuteczne usuwanie z wody zanieczyszczeń organicznych oraz związków chloru, składający się z dwóch filtrów pracujących szeregowo, każdy o pojemności min. 170 litrów z automatyczną regeneracją sterowaną elektronicznie. Głowice kolumn z integralnym bypassem.
- 5µm wstępny filtr w obudowie 20 cali zmontowany przed modułem RO, dwa manometry ciśnienia przed i za filtrem, zawór spustowy do opróżniania filtra

2) Uzdatnianie zasadnicze

a) urządzenie odwróconej osmozy RO

- o konstrukcji podwójnej dwustopniowej filtracji (podwójne RO) z możliwością pracy w systemie awaryjnym (jeden stopień RO),
- o wydajności 1000 dcm³/godz. (mierzone przy temp. + 15 ° C)
- efektywny uzysk wody zdejonizowanej 55-75%,
- możliwość rozbudowy do wersji z gorącą dezynfekcją,
- zintegrowany tryb bezpieczeństwa podtrzymujący kontynuację zasilania wodą uzdatnioną w przypadku uszkodzenia nawet przy kompletnym wyłączeniu elektroniki,
- zintegrowany test zasadniczych parametrów pracy i funkcjonowania po załączeniu systemu,
- zabezpieczenie przed uruchomieniem dezynfekcji systemu przez nieuprawnionego operatora,
- techniczna kontrola bezpieczeństwa nie częściej niż co 2 lata,

b) system sterująco-kontrolujący i alarmujący zapewniający :

- pomiary przepływu, przewodności wody wejściowej i wyjściowej oraz odrzutu wody
- pomiar ciśnienia na produkcji i odrzucie każdego RO z automatycznym dostosowaniem produkcji i odrzutu do aktualnego poboru wody uzdatnionej
- automatyczna dezynfekcja z automatycznym płukaniem membran RO.
- monitorowanie prawidłowej dawki środka dezynfekcyjnego w trakcie trwania dezynfekcji chemicznej.
- redukcja biofilmu poprzez zintegrowane automatyczne programy płukania.
- zintegrowany monitoring wycieków
- szczegółowa dokumentacja wszystkich parametrów operacyjnych ze zintegrowanym odczytem danych serwisowych
- zdalne sterowanie i sygnalizacja stanu pracy / praca, przerwa, awaria /

3) System gorącej dezynfekcji pętli dystrybucji wody uzdatnionej

- Urządzenie (system) musi współpracować z urządzeniami uzdatniania zasadniczego RO tworząc zintegrowany system wzajemnie połączony i sterowany.

- musi zapewniać skuteczną dezynfekcję termiczną do 5 aparatów do dializ w trakcie wykonywania dezynfekcji termicznej pętli dystrybucji wody.
- przepływowy system dezynfekcji termicznej bez zbiorników podtrzymywania i generowania temperatury dla procesu dezynfekcji.
- wymiary min. (w x sz x gł) 150cm x 22cm x 60cm
- ciężar eksploatacyjny do 75 kg.
- programowanie sekwencyjnego automatycznego wykonywania dezynfekcji termicznej (tygodniowe).
- maksymalna temperatura zasilania przy gorącej dezynfekcji 90°C
- skuteczna dezynfekcja termiczna w temperaturze minimum 80°C na powrocie z pętli, nadzorowana elektronicznie. Obniżenie temperatury poza limit programowy przerywa liczenie skutecznego czasu dezynfekcji termicznej.
- automatyczne schładzanie po wykonaniu dezynfekcji termicznej
- dezynfekcja termiczna pętli dystrybucji wody o długości przynajmniej 3x250 m (trzy pętle po 250 m na przewodach PEX 25x3,5)
- komunikacja z urządzeniem w języku polskim poprzez ekran wyświetlacza urządzenia zasadniczego (RO).

4) Rozprowadzenie wody

- a) linie dystrybucyjne wody czystej doprowadzające wodę do stanowiska dializacyjnego przystosowaną do współpracy z RO w izolacji termicznej o odporności temperaturowej powyżej 90°C
- ilość zaworów czerpalnych 13 w panelach 7-u pojedynczych, 3-ch podwójnych odpływy do kanalizacji zabezpieczone tzw. pułapka powietrzną
 - zabudowa linii panelami z tworzywa sztucznego zapewniającego ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi wyposażonymi w przyłącza i rynnę zbierającą pod złączami
 - panele wyposażone w moduł elektryczny z przyłączami zasilania sieciowego i niskonapięciowego
 - przyłącze pętli dystrybucji doprowadzająca wodę do aparatów wraz miernikiem przepływu i z reduktorem ciśnienia,

Elementy systemu mające pośredni kontakt z pacjentem to jest odwrócona osmoza, panele do dializ i system rozprowadzenia wody zdejonizowanej muszą posiadać certyfikat CE jako urządzenia medyczne spełniające dyrektywę 93/42/EEC i warunki Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010.

Wymagania dodatkowe :

1. Urządzenia fabrycznie nowe.
2. Dostawa kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Urządzenia łatwe w utrzymaniu czystości .
4. Instrukcje użytkowania i konserwacji w języku polskim.
5. Kopie certyfikatów oraz wpisu / zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanej odwróconej osmozy oraz system rozprowadzania wody uzdatnionej.
6. W ramach zakupu urządzenia szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej z zakresu bieżącej eksploatacji (w dwóch terminach) wraz z wydaniem zaświadczenia / certyfikatu o przebyłym szkoleniu.
7. W ramach zakupu urządzenia szkolenie personelu technicznego Zamawiającego (3 osoby) w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia / certyfikatu o przebyłym szkoleniu i wydaniu upoważnienia do wykonywania bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw po upływie okresu gwarancji.

Warunki gwarancji i serwisu :

1. Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 60 miesięcy.
2. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać adresy oraz telefony kontaktowe).
3. Przeglądy techniczne (zgodne z dokumentacją producenta) w okresie gwarancji przeprowadzane na koszt Wykonawcy (dotyczy robocizny, części niezbędnych do wykonania przeglądu oraz kosztów dojazdu) - min. 1 przegląd rocznie, w tym 1 w okresie miesiąca przed upływem gwarancji.
4. Gwarancja produkcji części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Ograniczenia gwarancji – możliwe przyczyny jej utraty (podać listę ograniczeń gwarancji oraz przyczyn jej utraty) .
6. Jeżeli wytwórca urządzenia dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalistycznych części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych – Wykonawca załączy stosowny wykaz wraz z listą ewentualnych dystrybutorów.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji uszkodzenia części urządzenia / modułu Wykonawca wymieni tę część na nową a w przypadku 5-ciu uzasadnionych reklamacji wymieni dane urządzenie / moduł na nowy.
8. Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia awarii (liczonych w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) .
9. Czas naprawy od chwili zgłoszenia max 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzania części zamiennych z zagranicy max 7 dni roboczych.
10. W przypadku przekroczenia 7 dniowego roboczego okresu niesprawności modułu Wykonawca dostarczy moduł zastępczy o zbliżonych parametrach.

Warunki serwisu pogwarancyjnego :

1. Forma serwisu pogwarancyjnego (podać).
2. Autoryzowany lub uprawniony przez Producenta serwis pogwarancyjny na terenie Polski (podać adresy oraz telefony kontaktowe).
3. Określić maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do chwili jej usunięcia.

Miejscowość,, dnia 2014 r.

.....
*Podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do występowania w imieniu Wykonawcy*