



DZP/38/382-6/14

Jastrzębie-Zdrój, 06.03.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (DZP/38/382-6/14).

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENÍ NR 1 Z DNIA 28-02-2014 R  
ORAZ  
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 06-03-2014 R.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zmienia (dokonuje sprostowania odpowiedzi na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 25 z dnia 28.02.2014 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Jest:

[Pytanie 25.](#)

Pakiet 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 90 szt. w rozm. XL, jak dotąd stosowanych w Państwa szpitalu.

Odpowiedz:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

A powinno być:

[Pytanie 25.](#)

Pakiet 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 90 szt. w rozm. XL, jak dotąd stosowanych w Państwa szpitalu.

Odpowiedz:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w następujący sposób: W Formularzu asortymentowo-cenowym w załączniku nr 1 do SIWZ, pakiet nr 2, w kolumnie „nazwa towaru” zmienia zapis z:

**Pakiet nr 2 Rękawice diagnostyczne lateksowe**

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość
1.	<b>Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe</b> , o grubości na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,11 mm i na mankiecie 0,08 mm, o sile zrywania minimum 9N przed starzeniem i 6N po starzeniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym fabrycznie naniesionym piktogramem na opakowaniu. Oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z normami EN 455 – 1,2,3 oraz EN 420. <u>Opakowanie 100 szt.</u> <u>Rozmiar: S, M, L, XL.</u>	op.	<b>600</b>

Na zapis:

**Pakiet nr 2 Rękawice diagnostyczne lateksowe**

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość
1.	<b>Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe</b> , o grubości na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,11 mm i na mankiecie 0,08 mm, o sile zrywania minimum 9N przed starzeniem i 6N po starzeniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym fabrycznie naniesionym piktogramem na opakowaniu. Oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z normami EN 455 – 1,2,3 oraz EN 420. Rozmiar: S, M, L – opakowanie po 100 szt. Rozmiar: XL - opakowanie po 90 lub 100 szt.	op.	<b>600</b>

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający w załączeniu przekazuje zmienioną treść Formularza Asortymentowo – Cenowego, Pakiet nr 2 (Załącznik nr 1).

Dodatkowo, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

**W pkt. XVI.10. zmienia zapis na:**

Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„OFERTA NA: Dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych dla Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju  
- Pakiet .....

NIE OTWIERAĆ przed 10.03.2014 r. godz. 10<sup>30</sup>, znak sprawy: DZP/38/382-6/14

**W pkt. XVI.11. zmienia zapis na:**

Próbki powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie (paczce) i oznaczone – (dot. Pakietów 1, 2)

„PRÓBKI: Dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych – Pakiet .....

NIE OTWIERAĆ przed 10.03.2014 r. godz. 10<sup>30</sup>,  
znak sprawy: DZP/38/382-6/14

**W pkt. XVII.1. zmienia zapis na:**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, na I piętrze (pokój nr A1), do dnia 10.03.2014 r. do godz. 10<sup>00</sup> (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7<sup>25</sup> do 14<sup>30</sup>).

**W pkt. XVII.3. zmienia zapis na:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2014 r. o godz. 10<sup>30</sup>, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej, na I piętrze (pokój nr A21).

W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4a Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia.

Nowy termin składania i otwarcia ofert: [10.03.2014 r.](#)

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

