

BZP.38.383-3.7.20

Jastrzębie – Zdrój, 29.01.2020 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyposażenia w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu „Drugi Dom” - utworzenie miejsc krótkookresowego całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9,10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 236/2019 z dnia 20.12.2019r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ssaka elektrycznego o wymiarach: 395mm x 160mm x 250mm, spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza złożenie oferty na ssak elektryczny o wymiarach: 395mm x 160mm x 250mm. Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany w formularzu asortymentowo – cenowym w pakiecie 6 pkt 3 z:

3.	Wymiary 370x180x280 mm (+/- 20 mm)
----	------------------------------------

który otrzymuje brzmienie:

3.	Wymiary 370x180x280 mm (+/- 20 mm) lub 395 mm x 160 mm x 250 mm
----	---

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

Formularz asortymentowo cenowy po zmianach z dnia 29.01.2020r.

Pozostała treść Formularza oferty nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część Formularza oferty.

Z poważaniem