

BZP.38.382-25.23.1.19

Jastrzębie – Zdrój, 16.07.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego (BZP.38.382-25.19)**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 16.07.2019 r.**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 18

Pakiet 18 poz. 6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do Mortara Eli 250 o rozmiarze 215x280x200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem ilości 63 sztuki.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 18 poz. 6 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar/J.m.” oraz „Ilość” zmienia zapis z:

| | | | |
|----|--|-----------------------|----|
| 6. | Papier do EKG Mortara ELI 250, termoczuły, format A4 | 215 x 280 x 250 / skł | 50 |
|----|--|-----------------------|----|

który otrzymuje nowe brzmienie:

| | | | |
|----|--|--|---------------------------|
| 6. | Papier do EKG Mortara ELI 250, termoczuły, format A4 | a) 215 x 280 x 250 / skł lub b) 215 x 280 x 200/skł | a) 50 lub b) 63 |
|----|--|--|---------------------------|

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 18

Pakiet 18 poz. 11,12 Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższe papiery mają być w kratkę czy gładkie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 18

Pakiet 18 poz. 15 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody TAB o wymiarach 22x34, 1 mm różnicy w rozmiarze nie powinien stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu elektrody.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 18

Pakiet 18 poz. 22,23 Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 30 lub 50 lub elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Dla pozycji 22 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

oraz

w Pakiecie nr 18 poz. 23 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

| | |
|-----|--|
| 23. | Elektroda do EKG jednorazowego użytku, owalna ze stałym żelom z pianki z polietylenu , noworodkowa, hypoalergiczna utrzymująca się min. 24 godz. do monitorowania długotrwałego. |
|-----|--|

który otrzymuje nowe brzmienie:

| | |
|-----|--|
| 23. | Elektroda do EKG jednorazowego użytku, owalna ze stałym żelom z pianki z polietylenu , noworodkowa, hypoalergiczna utrzymująca się min. 24 godz. do monitorowania długotrwałego. opakowanie zbiorcze min. 25 max. 50 szt. |
|-----|--|

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w pkt 3.5 ppkt) f zamieścił informacje o możliwości składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązuje wtedy przeliczenie ilości do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego (dopuszcza się zaokrąglenie w górę).

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 18

Pakiet 18 poz. 22, 23, 24

POZYCJA 22 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej o wymiarach 55mm x 40 mm z żelom ciekłym z żelom płynnym z wycięciem na kabel. Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Elektroda EKG z żelom półpłynnym, na gąbce, do Holtera o wymiarach 55x35, to nic innego jak elektroda Skintact 24:00 dystrybutora Varia.

<https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/188/elektroda-ekg-skintact-2400f.html>



Elektroda EKG Skintact 24:00F

Producent: Leonard Lang

Kod produktu: Elektroda 01F2400

Rozmiar: 35 x 55 mm

Podłoże/klej: podłoże z pianki PE z nacięciem, wzmocniony klej

Rodzaj żelom: żel ciekły / Aqua-Wet

Zastosowanie: Elektrody do Holtera

Ilość w opakowaniu: 30 szt. / paczka * 1200 szt. / karton

Opis produktu

Jednorazowa elektroda EKG SKINTACT 24:00F o wymiarach 35 x 55 mm firmy Leonard Lang, przeznaczona do badań Holtera. Elektrode charakteryzuje najwyższa jakość oraz nacięcie, co zapewnia odpowiednią przyczepność. Czujnik Ag/AgCl. Elektroda spełnia standard EC12 normy ANSI/AAMI dla

POZYCJA 23 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej, okrągłej z języczkiem o średnicy 30mm lub w kształcie kwiatka o średnicy ok 25mm. Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Elektroda EKG z żelom stałym, noworodkowa, owalna, z pianki, o wymiarach 30mm x 24mm, to nic innego jak

elektroda H124SG firmy Cardinal Health.



| Nazwa | Nr ref. | Rozmiar | Żel | | Tworzywo | | | | Rtg |
|---------|------------|----------|-------------|----------|----------|-------|------------|---------|-----|
| | | | Żel płynny* | Hydrożel | Pianka | Folia | Mikro-guma | Tkanina | |
| H34SG | 31.1946.21 | 50x45 mm | | ● | ● | | | | ● |
| H92SG | 31.1925.21 | 57x34 mm | | ● | ● | | | | |
| H91SSG | 31.1917.21 | 57x34 mm | | ● | ● | | | | |
| H91TSG | 31.1915821 | 57x34 mm | | ● | ● | | | | ● |
| H93SG | 31.1935.21 | 42x24 mm | | ● | ● | | | | |
| H135SG | 31.1355.21 | 43x35 mm | | ● | ● | | | | |
| H135TSG | 31.1355821 | 43x35 mm | | ● | ● | | | | ● |
| H124SG | 31.1245.21 | 30x24 mm | | ● | ● | | | | |
| H34LG | 31.1345.21 | 50x45 mm | ● | | ● | | | | |

POZYCJA 24

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej o wymiarach 68,2mm x 55mm. Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Elektroda EKG do aparatu Holtera z przesuniętym względem czujnika złączem o wymiarach 66mm x 60mm, to nic innego jak elektroda Skintact T-VO 01 dystrybutora Varia. <https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/635/elektroda-ekg-skintact-t-vo01.html>



Elektroda EKG Skintact **T-VO 01**

Producent: Leonard Lang

Kod produktu: Elektroda 02TVO01

Rozmiar: 60 x 66 mm

Podłoże/klej: podłoże mikroporowate

Rodzaj żelu: żel ciekły / AQUA WET

Zastosowanie: Elektrody do Holtera z rejestracją zdarzeń

Ilość w opakowaniu: 30 szt. / paczka * 300 szt. / karton

Opis produktu

Jednorazowa elektroda EKG SKINTACT T-VO01 o wymiarach 60 x 66 mm firmy Leonard Lang, przeznaczona do badań Holtera z rejestracją zdarzeń. Elektrode charakteryzuje najwyższa jakość oraz przesunięty czujnik, co zapewnia odpowiednią przyczepność. Budowa elektrody wpływa na jakość zapisu i

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Leonard Lang.. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SIWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach.

Odmowa dopuszczenia proponowanych przez nas wyrobów stanowi jawne naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy pzp zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz art. 7 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrod równoważnych bądź też o wydzielenie tych elektrod do innego pakietu.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 18

Pakiet 18 poz.26 Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7 dot. Wzoru umowy

§2 ust. 4 Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo

zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8 dot. Wzoru umowy

§8 ust. 1a i 1e Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 8 ust. 1a i 1e projektu umowy zamiast zwrotu „wartości brutto umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 3 czy 8% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surrogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współzycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątplenia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 1

Pakiet nr 1, pozycja nr 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego o poniższych parametrach: Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. System w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotknięciem lub opakowaniu folia-papier do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 1

Pakiet nr 1, pozycja nr 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego z przedłużką o poniższych parametrach: Poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony systemem bezigłowym wyposażony w zacisk umożliwiający zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,21ml. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 1

Pakiet nr 1, pozycja nr 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podwójnego systemu bezigłowego z przedłużką o poniższych parametrach: Poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,34ml. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 1

Pakiet nr 1, pozycja nr 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potrójnego systemu bezigłowego z przedłużką o poniższych parametrach: Poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony trzema systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,34ml. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści komorę inhalacyjną antystatyczną z odłączaną spodnią częścią (pierścień do którego się podłącza dozownik) co ułatwia umycie komory, z maskami w trzech rozmiarach: od 0-2 lat, od 2 do 4 lat oraz dla dorosłych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii, wielokrotnego użycia przez jednego pacjenta, dające ochronę przed światłem w zakresie 210nm-780nm, dwuczęściowe, wykonane z nierozciągliwego materiału bez zawartości lateksu, z regulowanym zapięciem na rzepy (w dwóch miejscach), gwarantującym szczelne przyleganie, z tylną częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularków redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, dostępne w trzech rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 6

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 13, Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową o podobnych parametrach - 1 ml, 0.30 mm(30G) U-40,- 8mm długość igły?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 6 poz. 13 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

| | |
|----|--|
| 13 | Strzykawka do insuliny trzyczesciowa 1ml U40 z igłą 0,29-03x13mm.Opakowanie 120szt |
|----|--|

który otrzymuje nowe brzmienie:

| | |
|----|---|
| 13 | Strzykawka do insuliny trzyczesciowa 1ml U40 z igłą 0,29-03x13mm. lub - 1 ml, 0.30 mm(30G) U-40,- 8mm długość igły Opakowanie 120szt |
|----|---|

Pytanie nr 16 dot. Wzoru umowy

Dotyczy §4 ust.5 Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie, iż podany termin max 2 dni od momentu zgłoszenia to 2 dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ w §4 ust.5 zmienia zapis z:

5. Przewiduje się w nagłych wypadkach realizację dodatkowych dostaw w trybie pilnym w terminie do max. **2 dni** od momentu zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej dokonanej przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.

który otrzymuje nowe brzmienie:

5. Przewiduje się w nagłych wypadkach realizację dodatkowych dostaw w trybie pilnym w terminie do max. **2 dni roboczych** od momentu zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej dokonanej przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.

Pytanie nr 17 dot. Wzoru umowy

Dotyczy §8 ust.1 lit. b), d), e), f) Prosimy Zamawiającego o usunięcie z projektu umowy §8 ust. 1 lit. b), d), e), f)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 18 dot. Wzoru umowy

Dotyczy §8 ust.1 lit. c) Prosimy Zamawiającego o usunięcie minimum kwotowego potencjalnych kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 3

Pakiet 3, poz. 12 Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100ml - skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 10 mm, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 3 poz. 12 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru”, „Rozmiar” zmienia zapis z:

| | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 12 | Strzykawka trzyczęściowa z końcówką do cewników typu Janeta, sterylna | 100 ml (podziałka co 2,0 ml) /szt |
|----|---|--------------------------------------|

który otrzymuje nowe brzmienie:

| | | |
|----|---|---|
| 12 | Strzykawka trzyczęściowa z końcówką do cewników typu Janeta, sterylna lub strzykawkę cewnikowa – uchwyt cylindrowy 10 mm, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu? | 100 ml (podziałka co 2,0 ml lub co 1 ml – skala mała i co 10 ml – skala duża) /szt |
|----|---|---|

Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 3

Pakiet 3, poz. 12 Czy zamawiający wydzieli poz.12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 6

Pakiet 6, poz. 6 Czy zamawiający dopuści koreczki pakowane w opakow. Typu TYVEC, oddzielnie, z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 6

Pakiet 6, poz. 6-7 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 6

Pakiet 6, poz. 7 Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer -Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 6

Pakiet 6, poz. 10-11 Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 25 dot. pakietu nr 6

Pakiet 6, poz. 6-7,10-11 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6-7,10-11 z pakietu 6. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26 dot. pakietu nr 6

Pakiet 6, poz. 10-11 Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość

strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-foolia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 2 ml, uchwyt cylindrowy ok. 8 mm +/- 1 mm, odpowiednio do pozycji białe -zwykłe oraz bursztynowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 27 dot. pakietu nr 6

Pakiet 6, poz. 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 28 dot. pakietu nr 14

Pakiet 14, poz. 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 29 dot. pakietu nr 14

Pakiet 14, poz. 1 Czy zamawiający dopuszcze/wymaga opaski z identyfikatorem dla zmarłych, polietylenowa, biała, z jednorazowym zatrzaskiem uniemożliwiającym rozpięcie, o wymiarach: szer. 13mm, obwód regulowany 9 - 25cm, etui z folii PCV o wymiarach 78 x 96 mm na wkładkę kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia: nazwisko, imię, pesel, zgon: data i godzina.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 30 dot. pakietu nr 19

Pakiet 19, poz. 1 Czy zamawiający dopuści poj. 0,5-0,8 litra zamiast poj. 0,7 litra?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 31 dot. pakietu nr 19

Pakiet 19, poz. 5 Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 32 dot. pakietu nr 19

Pakiet 19, poz. 5 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 33 dot. pakietu nr 19

Pakiet 19, poz.7 Czy zamawiający dopuści stażę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 34 dot. pakietu nr 19

Pakiet 19, poz.7 Czy zamawiający dopuści stazy w kolorze wyłącznie niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35 dot. pakietu nr 19

Pakiet 19, poz.7 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt. – o dł. pojedynczego paska 47 cm, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36 dot. pakietu nr 19

Pakiet 19, poz. 1,5-12,29,36, Czy zamawiający wydzieli poz. 1,5-12,29,36 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37 dot. pakietu nr 19

Pakiet 19, poz. 16-22 Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 19 wydzieli pozycje: 16-22 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie na wyroby z pulpy celulozowej. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 38 dot. pakietu nr 19

Pakiet 19, poz. 29 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaofiarowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39 dot. pakietu nr 19

Pakiet 19, poz. 29 Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 40 dot. pakietu nr 19

Pakiet 19, poz. 29 Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwi również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 41 dot. pakietu nr 19

Pakiet 19, poz. 36 Czy zamawiający oczekuje wyrobu medycznego?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 42 dot. pakietu nr 19

Pakiet 19, poz. 36 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 43 dot. pakietu nr 21

Pakiet 21, poz. 1-2,4 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-2,4 z pakietu 21 . Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 44 dot. pakietu nr 21

Pakiet 21, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kropłowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kropłowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości

oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 45 dot. pakietu nr 21

Pakiet 21, poz. 1,2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 46 dot. pakietu nr 21

Pakiet 21, poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczeput na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekc igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 47 dot. pakietu nr 21

Pakiet 21, poz. 1,2 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 48 dot. pakietu nr 21

Pakiet 21, poz. 1,2 Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 49 dot. pakietu nr 21

Pakiet 21, poz. 1,2 Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż po konsultacjach z pielęgniarkami z kilku placówek medycznych uzyskaliśmy opinię ,że kroplówka to system zamknięty, a dodatkowy port do przerwanie ciągłości systemu zamkniętego a więc dodatkowe potencjalne źródło zakażenia ; podawanie leku przez dodatkowy port w trakcie infuzji powoduje, że nie wiadomo w jakim stężeniu lek wnika do krwiobiegu; placówki służby zdrowia dążą do podawania gotowych roztworów płynów i leków w związku z czym trudno przewidzieć jaka będzie reakcja w sytuacji kiedy zmieszamy ze sobą dwa leki (podając lek przez dodatkowy port podajemy go do płynu znajdującego się w butelce); nie wolno łączyć ze sobą leków ponieważ w sytuacji wystąpienia reakcji alergicznej trudno ustalić na który z podanych produktów; natomiast dodatkowej podaży leków, można dokonać poprzez dodatkowy port kaniuli dożylniej.

Ponadto zamieszczony opis znacznie ogranicza konkurencję, co stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą PZP tj. zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Pozostawiony wymóg w znaczny sposób (minimum dwukrotnie) podwyższa cenę jednostkową produktu oraz wartość całkowitą Zadania nr 21. W związku powyższym faktem oraz negatywną opinią środowiska medycznego pozostawienie aktualnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 21 mogłoby skutkować nieracjonalnym i niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 50 dot. pakietu nr 21

Pakiet 21, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 51 dot. pakietu nr 21

Pakiet 21, poz.4 Prosimy o dopuszczenie przyrządu TS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż po konsultacjach z pielęgniarkami z kilku placówek medycznych uzyskaliśmy opinię, że kroplówka to system zamknięty, a dodatkowy port do przerwanie ciągłości systemu zamkniętego a więc dodatkowe potencjalne źródło zakażenia; podawanie leku przez dodatkowy port w trakcie infuzji powoduje, że nie wiadomo w jakim stężeniu lek wnika do krwiobiegu; placówki służby zdrowia dążą do podawania gotowych roztworów płynów i leków w związku z czym trudno przewidzieć jaka będzie reakcja w sytuacji kiedy zmieszamy ze sobą dwa leki (podając lek przez dodatkowy port podajemy go do płynu znajdującego się w butelce); nie wolno łączyć ze sobą leków ponieważ w sytuacji wystąpienia reakcji alergicznej trudno ustalić na który z podanych produktów; natomiast dodatkowej podaży leków, można dokonać poprzez dodatkowy port kaniuli dożylniej. Ponadto zamieszczony opis znacznie ogranicza konkurencję, co stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą PZP tj. zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Pozostawiony wymóg w znaczny sposób (minimum dwukrotnie) podwyższa cenę jednostkową produktu oraz wartość całkowitą Zadania nr 21. W związku powyższym faktem oraz negatywną opinią środowiska medycznego pozostawienie aktualnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 21 mogłoby skutkować nieracjonalnym i niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 52 dot. pakietu nr 26

Pakiet 26, poz. 3 Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 53 dot. pakietu nr 28

Pakiet 28,, poz. 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 54 dot. pakietu nr 28

Pakiet 28, poz. 6 Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 55 dot. pakietu nr 28

Pakiet 28, poz. 6 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 56 dot. pakietu nr 28

Pakiet 28, poz. 1,6 Czy zamawiający wydzieli poz.1, 6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 57 dot. pakietu nr 29

Pakiet 29, poz. 1 Czy wymagany jest wziernik pakowany w folia-folia, z nacięciem w celu łatwego, szybkiego i higienicznego otwarcia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 58 dot. pakietu nr 29

Pakiet 29, poz. 1 Czy zamawiający wymaga aby wzierniki były pozbawione lateksu i ftalanów, potwierdzone odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 59 dot. pakietu nr 29

Pakiet 29, poz. 1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 60 dot. pakietu nr 30

Pakiet 30, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zakładania szwów o następującym składzie:

| Element składowy | Rozmiar (cm) | Ilość szt. |
|--|--------------|------------|
| KLESZCZYKI MET. DO IGŁY | 13 | 1 |
| NOŻYCZKI MET. CHIRURGICZNE PROSTE OSTRO-OSTRE | 11 | 1 |
| PĘSETA MET. CHIRURGICZNA ADSON | 12,5 | 1 |
| PĘSETA PLAST ANATOMICZNA ZIELONA | 13 | 1 |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W | 7,5x7,5 | 5 |
| SERWETA o gramat. 42 g/m ² z otworem o śr.8 cm i przylepcem | 60x50 | 1 |
| SERWETA o gramat. 42 g/m ² | 75x45 | 1 |
| TUPFER KULA 17N | 20x20 | 3 |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 61 dot. pakietu nr 30

Pakiet 30, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do usuwania szwów o następującym składzie:

| Element składowy | Rozmiar (cm) | Ilość szt. |
|---|--------------|------------|
| NOŻYCZKI MET. CHIRURGICZNE PROSTE OSTRO-OSTRE | 11 | 1 |
| PĘSETA MET. ANATOMICZNA ADSON | 12,5 | 1 |
| RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA rozm. M WYWINIĘTA | | 2 |
| TUPFER KULA 17N | 20x20 | 6 |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 62 dot. pakietu nr 30

Pakiet 30, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegowego o następującym składzie:

| Element składowy | Rozmiar (cm) | Ilość szt. |
|--|--------------|------------|
| PĘSETA PLAST. ANATOMICZNA ZIELONA | 13 | 1 |
| POJEMNIK TEKSTUROWY TYP NERKA 500ML | 25x15x4 | 1 |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W | 7,5x7,5 | 5 |
| SERWETA o gramat. 43 g/m ² z przylepcem | 75,x45 | 1 |
| SERWETA o gramat. 42 g/m ² | 75x75 | 1 |
| TUPFER KULA 17N | 30x30 | 5 |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 63 dot. pakietu nr 34

Pakiet 34, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do iniekcji doszklistnych, w którym serweta na stolik ma wymiar 75x90 cm w miejsce serwety o wym. 75x75 cm oraz serweta operacyjna ma wymiar 130x90 cm i otwór 8x6 cm w miejsce serwety 100x100 cm z otworem 4x7 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 34 poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru”, zmienia zapis z:

Zestaw jednorazowy sterylny Zawierający:

- 1x serweta na stolik 75x75
 - 1x miska plastikowa
 - 1x kocher plastikowy
 - 1x rozwórka
 - 1x miarka plastikowa 3,5mm/4,0mm
 - 1x strzykawka INSUMED 29G
 - 1x szkło powiększające
 - 2x patyczki z wacikiem 15cm
 - 7x kompres z włókniny 7,5x7,5
 - 1x serweta operacyjna 100 x100cm dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach o gramaturze nie niższej niż 56g/m², z otworem 4x7cm i ze zintegrowaną samoprzylepną nie rozciętą lub z rozciętą folią chirurgiczną.
- Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania w miejscu otwierania powinien znajdować się sterylny margines.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Zestaw jednorazowy sterylny Zawierający:

- 1x serweta na stolik 75x75 **lub 75 x 90 cm**
- 1x miska plastikowa
- 1x kocher plastikowy
- 1x rozwórka
- 1x miarka plastikowa 3,5mm/4,0mm
- 1x strzykawka INSUMED 29G
- 1x szkło powiększające
- 2x patyczki z wacikiem 15cm
- 7x kompres z włókniny 7,5x7,5
- 1x serweta operacyjna 100 x100cm **lub 130x90 cm** dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach o gramaturze nie niższej niż 56g/m², z otworem 4x7cm **lub 8x6 cm** i ze zintegrowaną samoprzylepną nie rozciętą lub z rozciętą folią chirurgiczną.

Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania w miejscu otwierania powinien znajdować się sterylny margines

Pytanie nr 64 dot. Wzoru umowy

Czy za dni Zamawiający rozumie dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

We Wzorzec umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ w §4 dodaje pkt. 10:

10. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie nr 65 dot. Wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 66 dot. Wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 67 dot. Wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 8 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 68 dot. pakietu nr 3

Pakiet Nr 3 poz. 1,2: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w ramach zamówienia tępych igieł do pobierania leku z pozycji 1,2 Zamawiający chciałby mieć do wyboru igły w różnych rozmiarach tj. bez filtra o długościach 25,40,50 mm oraz z filtrem o długościach 40 i 50 mm, które mogą być stosowane do różnych wielkości fiolek/ampulek?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 3 poz. 1,2 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru”, „Rozmiar” zmienia zapis z:

| | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | Tępa igła do pobierania leku, ostrze ścięte pod kątem 45 st. Roz. 18G (nasadka igły w innym kolorze niż igła w poz 2) | 1,2mm x 40mm/ szt |
| 2. | Tępa igła do pobierania leku z filtrem 5 mikronów zatrzymującym 98% cząsteczek stałych, ostrze ścięte pod kątem 45 st. Kolor nasadki inny niż nasadki igły w pozycji 1. | 18G 1,2mm x 40mm/szt |

który otrzymuje nowe brzmienie

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Tępa igła do pobierania leku, ostrze ścięte pod kątem 45 st. Roz. 18G (nasadka igły w innym kolorze niż igła w poz 2) | 1,2mm x 40mm,/ lub 25mm lub 50 mm /szt |
| 2. | Tępa igła do pobierania leku z filtrem 5 mikronów zatrzymującym 98% cząsteczek stałych, ostrze ścięte pod kątem 45 st. Kolor nasadki inny niż nasadki igły w pozycji 1. | 18G 1,2mm x 40mm. lub 50 mm /szt |

Pytanie nr 69 dot. pakietu nr 3

Pakiet Nr 3 poz. 6-7: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy strzykawki do podaży leków powinny być pakowane pojedynczo wraz z zatyczką na strzykawkę i powinny być skalowane w mililitrach oraz w łyżeczkach?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 3 poz. 6-7 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru”, zmienia zapis z:

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------|
| 6 | Strzykawka niejałowa do podaży leków, | 5 ml/szt |
| 7 | Strzykawka niejałowa do podaży leków | 10 ml/szt |

który otrzymuje nowe brzmienie

| | | |
|---|---|-----------|
| 6 | Strzykawka niejałowa do podaży leków, pakowane pojedynczo wraz z zatyczką na strzykawkę, skalowane w mililitrach oraz w łyżeczkach | 5 ml/szt |
| 7 | Strzykawka niejałowa do podaży leków pakowane pojedynczo wraz z zatyczką na strzykawkę, skalowane w mililitrach oraz w łyżeczkach | 10 ml/szt |

Pytanie nr 70 dot. pakietu nr 3

Pakiet Nr 3 poz. 10: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 10 ml bez rozszerzenia z podziałką co 0,2 ml, sterylizowana tlenkiem etylu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 3 poz. 10 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru”, zmienia zapis z:

| | | |
|----|---|--|
| 10 | Strzykawka z końcówką Luer-Lock/z gwintem do zakręcania, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, sterylne | 10 ml/12 ml (podziałka 0,5 ml do 10 ml) / op=100 szt |
|----|---|--|

który otrzymuje nowe brzmienie

| | | |
|----|---|--|
| 10 | Strzykawka z końcówką Luer-Lock/z gwintem do zakręcania, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, sterylne lub strzykawka trzyczęściowa bez rozszerzenia, sterylizowana tlenkiem etylu. | 10 ml/12 ml (podziałka 0,5 ml lub 0,2 ml do 10 ml) / op=100 szt |
|----|---|--|

Pytanie nr 71 dot. pakietu nr 1

Pakiet Nr 3 poz. 8-11: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy strzykawki trzyczęściowe mają posiadać mechanizm umożliwiający nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 72 dot. pakietu nr 3

Pakiet Nr 3 poz. 15: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego, zawór pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 216 użyć, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi. Przestrzeń martwa maksymalnie 0,01 ml, przepływ min. 350 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 3 poz. 15 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru”, zmienia zapis z:

| | |
|----|---|
| 15 | Bezigłowy system infuzyjny, Transparentna obudowa z niebieskim elementem wewnętrznym do oznakowania lini infuzyjnej. Prosta droga przepływu przez membrane. Niebieska membrana nie wystająca poza obudowę. Połączenia luer lock i luer slip. Zastawka bez drenu. Przepływy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Potwierdzona badaniami możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki, do 200 dostępów. Badanie kliniczne potwierdzające możliwość użytkowania do 7 dni |
|----|---|

który otrzymuje nowe brzmienie

| | |
|----|---|
| 15 | Bezigłowy system infuzyjny, Transparentna obudowa z niebieskim elementem wewnętrznym do oznakowania lini infuzyjnej. Prosta droga przepływu przez membrane. Niebieska membrana nie wystająca poza obudowę. Połączenia luer lock i luer slip. Zastawka bez drenu. Przepływy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Potwierdzona badaniami możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki, do 200 |
|----|---|



| |
|--|
| dostępów. Badanie kliniczne potwierdzające możliwość użytkowania do 7 dni. lub zaworu bezigłowego, zawór pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 216 użyć, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska - zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi. Przestrzeń martwa maksymalnie 0,01 ml, przepływ min. 350 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami. |
|--|

Pytanie nr 73 dot. pakietu nr 5

Pakiet Nr 5 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł iniekcyjnych w rozm. 0,6 x 32 mm oraz 0,7 x 32 mm, pozostałe rozmiary i parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 5 poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar”, zmienia zapis z:

| | | |
|-------------|--|--|
| 1 | Igła iniekcyjna, nasadka igły w kolorze rozmiaru, sterylna, a`100 (igły z barwnym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym produktu zgodnie z kodem międzynarodowym) / opakowanie | 0,5 x 25 mm |
| | | 0,6 x 25 mm |
| | | 0,6 x 30 mm (w zależności od potrzeb) |
| | | 0,7 x 30 mm |
| | | 0,7 x 40 mm (w zależności od potrzeb) |
| | | 0,8 x 40 mm |
| | | 0,9 x 40 mm |
| 1,2 x 40 mm | | |

który otrzymuje nowe brzmienie

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Igła iniekcyjna, nasadka igły w kolorze rozmiaru, sterylna, a`100 (igły z barwnym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym | 0,5 x 25 mm |
| | | 0,6 x 25 mm |
| | | 0,6 x 30 mm |
| | | lub 0,6 x 32 mm (w zależności od potrzeb) |

| | |
|--|---|
| produktu zgodnie z kodem międzynarodowym) / opakowanie | 0,7 x 30 mm lub 0,7 x 32 mm 0,7 x 40 mm (w zależności od potrzeb) |
| | 0,8 x 40 mm |
| | 0,9 x 40 mm |
| | 1,2 x 40 mm |
| | |

Pytanie nr 74 dot. pakietu nr 5

Pakiet Nr 5 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką, ramię jednoelementowe dodatkowo w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym, co znacznie ułatwia wybór rozmiaru igły, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem oraz nie zasłania miejsca iniekcji, sterylizowane tlenkiem etylenu, dostępne w szerokim wariantcie rozmiarów od 18G - 30 G i różnych długościach do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 5 poz. 2 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru”, zmienia zapis z:

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem, igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami luer - locki luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer (metalowy zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100 szt.) | 30G1/2 (03 x 13mm) 127G1/2 (04 x 13mm) 27G3/4 (04 x 19mm) 27G 1 ½ (04x40 mm) 25G 5/8 (05 x 16mm) 25G 1 (0,5 x 25mm) 23G 1 (0,6 x25mm) 23G 1 ¼ (06x30mm) 22G 1 ¼ (07x30mm) 21G 1 (08,x25mm) 21G 1 ½ (0,8x40mm) 20G 1 (0,9x25mm) 20G 1 ½ (0,9x40mm) 18G 1 ½ (1,2x40mm) |
|---|---|---|

który otrzymuje nowe brzmienie

| | | |
|---|--|---|
| 2 | <p>Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem, igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami luer - locki luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer (metalowy zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100 szt.) lub igła do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką, ramię jednoelementowe dodatkowo w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym, co znacznie ułatwia wybór rozmiaru igły ,z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem oraz nie zasłania miejsca iniekcji, sterylizowane tlenkiem etylenu, dostępne w szerokim wariacie rozmiarów od 18G - 30 G i różnych długościach do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia.</p> | <p>30G1/2 (03 x 13mm) 127G1/2 (04 x 13mm) 27G3/4 (04 x 19mm) 27G 1 ½ (04x40 mm) 25G 5/8 (05 x 16mm) 25G 1 (0,5 x 25mm) 23G 1 (0,6 x25mm) 23G 1 ¼ (06x30mm) 22G 1 ¼ (07x30mm) 21G 1 (08,x25mm) 21G 1 ½ (0,8x40mm) 20G 1 (0,9x25mm) 20G 1 ½ (0,9x40mm) 18G 1 ½ (1,2x40mm)</p> |
|---|--|---|

Pytanie nr 75 dot. pakietu nr 5

Pakiet Nr 5 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena sterylizowanych tlenkiem etylenu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 5 poz. 3 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru”, zmienia zapis z:

| | |
|---|--|
| 3 | <p>Igła do pena sterylna, barwne kodowanie rozmiaru igieł na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane radiacyjnie, potwierdzenie kompatybilności zgodnie z przeznaczeniem i na badaniach w normie ISO 11608-2:2000</p> |
|---|--|

który otrzymuje nowe brzmienie

| | |
|---|--|
| 3 | Igła do pena sterylna, barwne kodowanie rozmiaru igieł na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu , potwierdzenie kompatybilności zgodnie z przeznaczeniem i na badaniach w normie ISO 11608-2:2000 |
|---|--|

Pytanie nr 76 dot. pakietu nr 5

Pakiet Nr 5 poz. 1-3: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby pozycje od 1 do 3 były tego samego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP zmienia treść SIWZ poprzez usunięcie wymogu aby pozycje od 1-3 były tego samego producenta w pakiecie 5.

Pytanie nr 77 dot. pakietu nr 28

Pakiet Nr 28 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na wymiociny z polietylenu o pojemności 1000 ml, podziałka co 100 ml od 100-1000 ml wyposażonego w plastikowy okrągły uchwyt posiadający specjalne otwory, dzięki którym możliwe jest zamknięcie worka umożliwiając tym samym wydostanie się treści i przykrego zapachu. Niesterylny, nie zawiera lateksu, do użytku jednorazowego.

Pytanie nr 78 dot. pakietu nr 28

Pakiet Nr 28 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na wymiociny wykonanego z z folii LDPE z plastikowym ustnikiem bez dodatku PCV, z saszetką absorbującą stosowaną w celu eliminacji zabrudzeń i nieprzyjemnego zapachu oraz bezpiecznej utylizacji skażonych nieczystości, worek o pojemności 1500 ml, podziałka co 100 ml od 100-1500 ml. Niesterylny, nie zawiera lateksu i PCV, do użytku jednorazowego. Na torbie nadrukowana prosta ilustrowana instrukcja obsługi.

Odpowiedź na pytanie 77 i 78:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 28 poz. 6 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru”, zmienia zapis z:

| | |
|---|--|
| 6 | Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści. Wykonany z PVC klasy medycznej. Pojemność: 1litr. Posiada wskaźnik poziomu od 50 ml do 1000 ml. Posiada certyfikat CE. Niesterylny, nie zawiera lateksu, do użytku jednorazowego |
|---|--|

który otrzymuje nowe brzmienie

| | |
|---|--|
| 6 | Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści. Wykonany z PVC klasy medycznej lub polietylenu lub filii LDPE . Pojemność: 1litr lub 1,5 litra . Posiada wskaźnik poziomu od 50 lub 100 ml do 1000 ml lub 1500 ml . Posiada certyfikat CE. Niesterylny, nie zawiera lateksu i PCV, do użytku jednorazowego. dopuszcza się |
|---|--|

worek wyposażony w plastikowy okrągły uchwyt posiadający specjalne otwory, dzięki którym możliwe jest zamknięcie worka umożliwiając tym samym wydostanie się treści i przykrego zapachu lub dopuszcza się worek z plastikowym ustnikiem bez dodatku PCV, z saszetką absorbującą stosowaną w celu eliminacji zabrudzeń i nieprzyjemnego zapachu oraz bezpiecznej utylizacji skażonych nieczystości. Na torbie nadrukowana prosta ilustrowana instrukcja obsługi.

Pytanie nr 79 dot. pakietu nr 36

Pakiet nr 36 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 80 dot. pakietu nr 36

Pakiet nr 36 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na aparaturę w rozmiarze 140x140cm w stanie rozciągniętym, w stanie nie rozciągniętym (średnica na płasko- maksymalny rozmiar osłanianej aparatury) 80x80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 81 dot. pakietu nr 36

Pakiet nr 36 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na aparaturę w kształcie walca w rozmiarze 80x150cm



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 82 dot. pakietu nr 36

Pakiet nr 36 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na aparaturę w rozmiarze 120x120cm w stanie rozciągniętym, w stanie nie rozciągniętym (średnica na płasko- maksymalny rozmiar osłanianej aparatury) 70x70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 83 dot. pakietu nr 32

Poz. 1 Czy zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną 45cm x 45cm, wykonaną z hydrofobowej włókniny SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 84 dot. pakietu nr 32

Poz. 2 Czy zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną 45cm x 45cm, wykonaną z hydrofobowej włókniny SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 85 dot. pakietu nr 32

Poz. 3, 4 W związku z tym, iż Zamawiający nie określił ilości opatrunków poiniekcyjnych czy należy zaoferować 2 sztuki tych opatrunków ponieważ tyle jest potrzebnych przy dializie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 86 dot. pakietu nr 33

Poz. 1 Czy zamawiający dopuści serwetę włókninową dla noworodka w rozmiarze 75cm x 80cm zamiast pieluchy tetrowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 87 dot. pakietu nr 33

Poz. 1 Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Podkład chłonny 60cm x 60cm |
| 2 | Serweta dla noworodka 75cm x 80cm |
| 1 | Czapeczka dla noworodka, obwód 22cm |
| 1 | Kocyk flanelowy 160cm x 75cm |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 88 dot. pakietu nr 1

Poz. 2 Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| | |
|---|---|
| 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm |
| 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm (SMS), stanowi owinięcie zestawu |
| 1 | Nerka z pulpy celulozowej |
| 3 | Tupfer gazowy śr. 4cm (30cm x 30cm) |
| 5 | Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm |
| 1 | Chwytnik do tamponów dł. 18cm |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 89 dot. pakietu nr 33

Poz. 2 Czy zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 50cm x 75cm z otworem przylepnym o śr. 7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 90 dot. pakietu nr 30

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową serwetę włókninową bez przylepca o gramaturze 56 g/m² o wymiarach 50cm x 75cm z przylepnym centralnym otworem 6cm x 8cm, z dołączoną dodatkowo do zestawu taśmą przylepną 10cm x 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 91 dot. pakietu nr 30

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści nieprzylepną dwuwarstwową serwetę włókninową o wymiarach 50cm x 60cm, o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 92 dot. pakietu nr 30

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną metalową o długości 14,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 93 dot. pakietu nr 30

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści imadło metalowe MAYO HEGAR o długości 15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 94 dot. pakietu nr 30

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe ostre/ostre o długości 15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 95 dot. pakietu nr 30

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zapakowanie zestawu w opakowanie papier-folia oraz dołączenie dodatkowo do zestawu nerki z pulpy celulozowej o pojemności 700ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 96 dot. pakietu nr 30

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści aby strzykawka i igły nie posiadały opakowań indywidualnych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 97 dot. pakietu nr 30

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści plastikową pęsetę o długości 13cm w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 98 dot. pakietu nr 30

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści tufery gazowe 20-nitkowe wielkości śliwki o rozmiarze po rozwinięciu 20cm x 20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 99 dot. pakietu nr 30

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zapakowanie zestawu w opakowanie papier-folia oraz dołączenie dodatkowo do zestawu nerki plastikowej o pojemności 300ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 100 dot. pakietu nr 30

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści dwie sztuki chwytaków plastikowych do mycia pola operacyjnego służących również jako kleszczyki typu Kocher o długości 13,9cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 101 dot. pakietu nr 30

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści tufery gazowe 20-nitkowe o wymiarach 25cm x 25cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 102 dot. pakietu nr 30

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową serwetę z włókniny PP + PE o gramaturze 56 g/m² w rozmiarze 75cm x 90cm, z centralnym otworem o wymiarach 6cm x 8cm, bez przylepca, z dołączoną dodatkowo do zestawu taśmą przylepną 10cm x 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 103 dot. pakietu nr 30

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści aby strzykawka i igły nie posiadały opakowań indywidualnych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 104 dot. pakietu nr 31

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zapakowanie zestawu w opakowanie papier-folia oraz dołączenie dodatkowo do zestawu nerki z pulpy celulozowej o pojemności 700ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 105 dot. pakietu nr 31

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 50cm x 50cm 2-warstwową o gramaturze 54 g/m², z warstwą celulozową?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 106 dot. pakietu nr 31

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 50cm x 75cm 2-warstwową o gramaturze 56 g/m², z centralnym otworem o śr. 7 cm, bez rozcięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 107 dot. pakietu nr 31

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści 5 sztuk tupferów gazowych 20N w rozmiarze 15cm x 15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 108 dot. pakietu nr 31

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły o pojemności 120 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 109 dot. pakietu nr 31

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,8 x 40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 110 dot. pakietu nr 31

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści aby strzykawka i igła nie posiadały opakowań indywidualnych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 111 dot. pakietu nr 31

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zapakowanie zestawu w opakowanie papier-folia oraz dołączenie dodatkowo do zestawu nerki z pulpy celulozowej o pojemności 700ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 112 dot. pakietu nr 31

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 50cm x 50cm 2-warstwową o gramaturze 54 g/m², z warstwą celulozową?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 113 dot. pakietu nr 31

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 50cm x 75cm 2-warstwową o gramaturze 56 g/m², z centralnym otworem o śr. 7 cm, bez rozcięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 114 dot. pakietu nr 31

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści 5 sztuk tupferów gazowych 20N w rozmiarze 15cm x 15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 115 dot. pakietu nr 31

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły o pojemności 120 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 116 dot. pakietu nr 31

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcijną w rozmiarze 0,8 x 40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 117 dot. pakietu nr 31

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści aby strzykawka i igła nie posiadały opakowań indywidualnych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 118 dot. pakietu nr 31

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

| Ilość szt. | Nazwa |
|-----------------|--|
| 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm |
| 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa |
| 1 | Pojemnik 250ml |
| 1 | Nerka z pulpy celulozowej |
| 5 | Tupfer gazowy śr. 3,5cm (25cm x 25cm) |
| 5 | Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm |
| 1 | Pęseta plastikowa dł. 13cm |
| 1 | Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer |
| 2 | Igła iniekcyjna (0,9 x 40) |
| 2 | Rękawice chirurgiczne rozm. 8,0 pudrowane |
| 1 | Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T dł. 150cm |
| PAKOWANE OSOBNO | |
| 1 | Instillagel Almed - żel do znieczulenia błon śluzowych 5ml |
| 1 | Aqua pro injectione 10ml |
| 1 | Octenilin płyn, saszetka 30ml |

Zestaw zapakowany w opakowanie papier-foolia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 119 dot. pakietu nr 31

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści imadło metalowe MAYO HEGAR o długości 15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 120 dot. pakietu nr 31

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową 10 ml Luer?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 121 dot. pakietu nr 31

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową 20 ml Luer?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 122 dot. pakietu nr 31

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o gramaturze 54 g/m² w rozmiarze 50cm x 70cm 2-warstwową, z warstwą celulozową?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 123 dot. pakietu nr 31

Poz. 4, Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o gramaturze 56 g/m² w rozmiarze 50cm x 75cm 2-warstwową, z centralnym otworem 6 x 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 124 dot. pakietu nr 31

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zapakowanie zestawu w opakowanie papier-folia oraz dołączenie dodatkowo do zestawu nerki z pulpy celulozowej o pojemności 700ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 125 dot. pakietu nr 5

Pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z zadania 5 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 126 dot. pakietu nr 13

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne o długości 16,5cm, długość części regulacyjnej 9,5cm, 12 zakresów regulacji w kolorze niebieski i różowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 127 dot. pakietu nr 18

Pozycja 15, 21, 24-26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15, 21, 24-26 z zadania 18 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 128 dot. pakietu nr 18

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści papier do EKG 210x25m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 129 dot. pakietu nr 18

Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 80x70x315 skł. Z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 130 dot. pakietu nr 18

Pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści żel EEG o pojemności 250g?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 131 dot. pakietu nr 18

Pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelazem stałym w rozmiarze 55x41mm podkład z pianki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 132 dot. pakietu nr 18

Pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści elektrody okrągłe o średnicy 30mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 133 dot. pakietu nr 21

Pozycja 5-6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5-6 z zadania 21 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 134 dot. pakietu nr 26

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rozcinacze do zacisków jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 135 dot. pakietu nr 26

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 136 dot. pakietu nr 28

Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści urządzenie do treningu oddechu o parametrach:

Spirometr do ćwiczeń płuc dla dzieci i dorosłych

Kulki do ćwiczeń w trzech kolorach z oznaczeniem objętości na komorach

Poziom przepływu od 600cc/sec, 900 cc/sec oraz 1200 cc/sec

Kompaktowy kształt, wykonany z tworzywa wysokiej jakości

Posiada filtr powietrza

Łatwy w czyszczeniu ustnik



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje

zapisy SIWZ

Pytanie nr 137 dot. pakietu nr 28

Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści worek mikcyjny, kaczka o parametrach:

wykonany z wysokiej jakości folii polipropylenowej, pojemność 1500 ml, podziałka co 100 ml,

wyposażony w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu, obrotowy lejek z wygodnym uchwytem, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, jednorazowego użycia, niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 138 dot. pakietu nr 29

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne regulowane za pomocą szpili?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 139 dot. Wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 140 dot. Wzoru umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 9 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 141 dot. Wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
 - a) w wysokości 8% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - b) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części zamówienia w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować przedmioty umowy o złej jakości, przedmioty umowy nie posiadające deklarowanych właściwości oraz przedmioty umowy w ilości niezgodnej z zamówieniem;
 - c) w wysokości 0,1% wartości brutto **opóźnionej w realizacji lub wadliwej części** dostawy, jednak nie mniej niż 100 złotych, za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy **oraz więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w realizacji lub wadliwej części**;
 - d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 9 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto;
 - e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto;
 - f) za opóźnienie w wymianie wadliwych środków na pełnowartościowe w terminie o którym mowa w § 5 ust. 4, w wysokości **0,5%** wartości brutto tych środków za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto środków podlegających wymianie**.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 142 dot. pakietu nr 6

Poz. 7 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu jednego producenta dla pozycji nr 7.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 143 dot. pakietu nr 6

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści koreczek infuzyjny uniwersalny, z łącznikiem luer-lock męskim i żeńskim, w kolorze pomarańczowym?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 6 poz 7 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa Towaru” zmienia zapis z:

| | |
|---|---|
| 7 | Koreczek infuzyjny uniwersalny, z łącznikiem luer-lock męskim i żeńskim, w kolorze białym |
|---|---|

który otrzymuje nowe brzmienie

| | |
|---|--|
| 7 | Koreczek infuzyjny uniwersalny, z łącznikiem luer-lock męskim i żeńskim, w kolorze białym lub pomarańczowym |
|---|--|

Pytanie nr 144 dot. pakietu nr 11

Prosimy o dopuszczenie okularków renomowanej amerykańskiej firmy Natus - okularki do fototerapii, dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z delikatnego, opatentowanego materiału bez lateksu z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka, Okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularków na główce dziecka. Dostępne w trzech rozmiarach - Noworodki 30 – 38 cm, Wcześnieiki 24 – 33 cm, Mikro – 20-28 cm

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 11 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa Towaru” zmienia zapis z:

| | |
|----|---|
| 1. | Okulary do fototerapii dla noworodków, z hypoalergicznego materiału nowy opis okulary do fototerapii wykonane z miękkiego hypoalergicznego materiału, dostępne w trzech rozmiarach, do użytku przez jednego pacjenta. Szczelnie przylegają do twarzy dziecka. Miękkie paski z rzepami zapobiegają przesuwaniu się okularów. Kształt okularków redukuje ciśnienie wywierane na gałkę oczną, a dziecko podczas fototerapii może mieć otwarte oczy. Nie zawierają lateksu. Możliwość regulacji obwodu. Ochrona przed światłem w zakresie 210nm-780nm, mały, średni, duży (w zależności od potrzeb) lub Jednorazowego użytku okularki zabezpieczające noworodka w trakcie fototerapii, miękkie, delikatne, część okularowa wykonana z poliestru, część mocująca z elastycznego materiału włókninowego, pozwalającego na precyzyjne ufiksowanie, okularki dostępne w 3 rozmiarach: micro, preemie i regular, których podział oparty jest na wymiarze obwodu potyliczno czołowego: odpowiednio: 20-25cm, 26-32cm, 33-38cm. Rozmiary dodatkowo kodowane kolorystycznie mikro – zielony, preemie pomarańczowy, regular – niebieski. |
|----|---|

który otrzymuje nowe brzmienie

Okulary do fototerapii dla noworodków, z hypoalergicznego materiału nowy opis okulary do fototerapii wykonane z miękkiego hypoalergicznego materiału, dostępne w trzech rozmiarach, do użytku przez jednego pacjenta. Szczelnie przylegają do twarzy dziecka. Miękkie paski z rzepami zapobiegają przesuwaniu się okularów. Kształt okularków redukuje ciśnienie wywierane na gałkę oczną, a dziecko podczas fototerapii może mieć otwarte oczy. Nie zawierają latexu. Możliwość regulacji obwodu. Ochrona przed światłem w zakresie 210nm-780nm, mały, średni, duży (w zależności od potrzeb) lub Jednorazowego użytku okularki zabezpieczające noworodka w trakcie fototerapii, miękkie, delikatne, część okularowa wykonana z poliestru, część mocująca z elastycznego materiału włókninowego, pozwalającego na precyzyjne ufiksowanie, okularki dostępne w 3 rozmiarach: micro, preemie i regular, których podział oparty jest na wymiarze obwodu potyliczno czołowego: odpowiednio: 20-25cm, 26-32cm, 33-38cm. Rozmiary dodatkowo kodowane kolorystycznie mikro – zielony, preemie pomarańczowy, regular – niebieski. **lub okularki do fototerapii, dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z delikatnego, opatentowanego materiału bez lateksu z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka, Okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularków na główce dziecka. Dostępne w trzech rozmiarach - Noworodki**

1. **30 – 38 cm, Wcześniaki 24 – 33 cm, Mikro – 20-28 cm**

Pytanie nr 145 dot. Wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §2 ust. 4 poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: „Zamawiający oświadcza, że wartość niewykorzystania nie przekroczy 20% wartości umowy.”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 146 dot. Wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §3 ust. 7 i 8 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 147 dot. Wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu §3 ust. 9 i 10.

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współzycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 148 dot. Wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust.1 wzoru umowy w następujący sposób: „Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:

- b) w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- c) w wysokości 1% wartości brutto dostawy w przypadku gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości oraz towary nie posiadające deklarowanych właściwości
- d) w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy realizowanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy.
- e) – wykreślony
- f) – wykreślony”

Ostatni podpunkt stawia Wykonawcę w bardzo złej sytuacji, gdyż każde rozwiązanie umowy (nawet z winy Zamawiającego) spowoduje naliczenie kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 149 dotyczy Pakietu 17- Filtry do spirometrii

Prosimy o dopuszczenie: Filtr bakteryjno-wirusowy z owalnym ustnikiem do spirometru Mastercope PC Jager 755616 z 2017 roku, długość 7,17 cm, zakończenie od strony pacjenta owalne. Opór przy przepływie 30 l/min < 0,2 cm H₂O, przy przepływie 60 L/min opór 0,4 cm H₂O/, efektywność filtra: >99,99% dla bakterii i wirusów, Objętość filtra 82ml. Bez zawartości lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Załącznik nr 1 do SIWZ – „Formularz asortymentowo-cenowy”-
- Pakiet nr 3 Igły do pobierania leków, zawory dostępu żylnego, korki do kaniul i kapturki ochronne, po zmianach z dnia 16.07.2019 r.;
- Pakiet nr 5 Igły iniekcyjne, po zmianach z dnia 16.07.2019 r.;
- Pakiet nr 6 Strzykawki, kaniule, kraniki i koreczki po zmianach z dnia 16.07.2019 r.;
- Pakiet nr 11 Okulary do fototerapii dla noworodków, po zmianach z dnia 16.07.2019 r.;
- Pakiet nr 18 Papiery do EKG, USG i KTG, elektrody, żele do USG i EEG, po zmianach z dnia 16.07.2019 r.;
- Pakiet nr 28 Woreczki do pobierania moczu, baseny, kaczki, miski nerkowe, szczotki chirurgiczne, po zmianach z dnia 16.07.2019 r.;
- Pakiet nr 34 Zestawy do iniekcji doszklistnych, po zmianach z dnia 16.07.2019 r.;

- Załącznik nr 4 do SIWZ – „Wzór umowy” po zmianach z dnia 16.07.2019 r.;

Pozostała treść SIWZ oraz załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem