

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odłóżeń i podobnych wyrobów medycznych (BZP/38/382-16/16)

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.06.2016 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### Pytanie nr 1 dot. Pakietu 15

„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15 zestaw do iniekcji dogałkowych w składzie:

- Obłóżenie na stół – 75 x 90cm – 1 szt.
- Obłóżenie na pacjenta – 50 x 60 cm, z otworem na oko -10 x 10 cm i przylepcem – 1 szt.
- Rozwórka metalowa Baraquer jednorazowa – 1 szt.
- Metalowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5-4mm – 1 szt.
- Pałeczki absorbcyjne („papierosy”) – 2 szt. ? ”

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### Pytanie 2 dot. Pakietu 12

„Prosimy o wyodrębnienie z pakietu 12 pozycji nr 3 (prześcieradło jednorazowe bibułowo-foliowe w roli w osobny pakiet.

Jesteśmy firmą higieniczną i zajmujemy się bezpośrednio dystrybucją podkładów ochronnych w rolce przez co możemy zaoferować lepszy jakościowo towar po niższej cenie co umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.”

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### Pytanie 3 dot. Pakietu 12

„Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł o długości rolki 50mb z możliwością przeliczenia na 560 rolek.”


#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### Pytanie 4 dot. Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 niżej opisanego zestawu do cięcia cesarskiego?

- 4 ręczniki do rąk



- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- materiał obłożenia składa się z dwóch warstw o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 5 dot. Pakietu 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 4 pokrowca na aparaturę o średnicy 140cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6 dot. Pakietu 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6-8 do oddzielnego pakietu? Pozwoli to na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców, co zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 7 dot. Pakietu 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w poniższym składzie:

- |  |              |
|--|--------------|
| • 1 serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190cm; |
| • 1 serweta na stolik Mayo               | 80 x 145cm;  |
| • 1 serweta samoprzylepna                | 180 x 150cm; |
| • 1 serweta samoprzylepna                | 150 x 240cm  |
| • 2 serwety samoprzylepne                | 75 x 90cm;   |
| • 2 włókninowe OP taśmy                  | 10 x 50      |
| • 2 ręczniki                             | 40 x 40      |
| Lub                                      |              |
| • 1 serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 200cm  |
| • 1 serweta na stolik Mayo               | 80 x 145cm;  |
| • 1 serweta samoprzylepna                | 180 x 180cm  |
| • 1 serweta samoprzylepna                | 150 x 240cm  |
| • 2 serwety samoprzylepne                | 75 x 100cm   |
| • 2 włókninowe OP taśmy                  | 10 x 50      |
| • 4 ręczniki                             | 40 x 40      |

Zestawy wyposażone są w 3 samoprzylepne nalepki typu TAG z nazwą producenta, kodem kreskowym, nr. lot, data produkcji oraz data ważności. Nazwa oraz numer katalogowy znajdują się na opakowaniu.

W przypadku dopuszczenia do zaoferowania w/w zestawu prosimy o wydzielenie go do oddzielnego pakietu, umożliwiłoby to zaoferowanie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 8 dot. Pakietu 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów jałowych chirurgicznych w rozmiarach M-115 cm, L-127cm, XXL-140 cm, każdy fartuch dodatkowo owinięty w papier krepowy lub serwetę włókninową?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 dot. Pakietu 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów jałowych chirurgicznych w rozmiarach M-115 cm, L-127cm, XXL-140 cm, każdy fartuch dodatkowo owinięty w papier krepowy lub serwetę włókninową oraz wyposażony w trzy naklejki do umieszczenia na dokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 10 dot. Pakietu 15

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy pakiet zawierający m.in.: serwetę operacyjną 100 x100cm (...) z otworem 4x7cm i ze zintegrowaną samoprzylepną folią chirurgiczną z rozcięciem. Pozostałe zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 15 – Zestaw do iniekcji doszkliskowych;

**z zapisu:**

„Zestaw jednorazowy sterylny Zawierający:

- 1x serweta na stolik75x75
- 1x miska plastikowa
- 1x kocher plastikowy
- 1x rozwórka
- 1x miarka plastikowa 3,5mm/4,0mm
- 1x strzykawka INSUMED 29G
- 1x szkło powiększające
- 2x patyczki z wacikiem 15cm
- 7x kompres z włókniny 7,5x7,5
- 1x serweta operacyjna 100 x100cm dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach o gramaturze nie niższej niż 56g/m<sup>2</sup>, z otworem 4x7cm i ze zintegrowaną samoprzylepną nie rozciętą folią chirurgiczną. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania w miejscu otwierania powinien znajdować się sterylny margines.”

**na zapis:**

„Zestaw jednorazowy sterylny Zawierający:

- 1x serweta na stolik75x75
- 1x miska plastikowa
- 1x kocher plastikowy
- 1x rozwórka
- 1x miarka plastikowa 3,5mm/4,0mm

-1x strzykawka INSUMED 29G  
-1x szkło powiększające  
-2x patyczki z wacikiem 15cm  
-7x kompres z włókniny 7,5x7,5  
-1x serweta operacyjna 100 x100cm dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach o gramaturze nie niższej niż 56g/m<sup>2</sup>, z otworem 4x7cm i ze zintegrowaną samoprzylepną nie rozciętą lub z rozciętą folią chirurgiczną.

Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylne w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania w miejscu otwierania powinien znajdować się sterylne marginesy."

#### Pytanie 11 dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze biało-zielonym, spełniające wymagania normy 14683 typ IIR, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 1 – Czepki, maski;

#### **Z zapisu:**

"5.Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki, przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy ( z usztywnieniem na nos), rozmiar maski po rozłożeniu 180mm (+5mm/-3mm)x187mm (+/-5mm), górne troki długość 430mm (+/-25mm) dolne troki długość 380mm +/-25mm; maska musi spełniać wymagania normy 14683 (typ II), skuteczność filtracji bakteryjnej  $\geq 98\%$ , niepyląca, hypoalergiczna. Niebarwiona, kolor biały. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo."

#### **na zapis:**

"5.Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki, przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy ( z usztywnieniem na nos), rozmiar maski po rozłożeniu 180mm (+5mm/-3mm)x187mm (+/-5mm), górne troki długość 430mm (+/-25mm) dolne troki długość 380mm +/-25mm; maska musi spełniać wymagania normy 14683 (typ II) lub **14683 typ II R**, skuteczność filtracji bakteryjnej  $\geq 98\%$ , niepyląca, hypoalergiczna. **Kolor biały lub biało - zielony**. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo."

#### Pytanie 12 dot. Pakietu 1

W przypadku udzielenie negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5 do osobnego zadania? Państwa zgoda umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, co zwiększy konkurencyjność postępowania.

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### Pytanie 13 dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 188cm H<sub>2</sub>O?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 14 dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm z otworem o średnicy 6cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 15 dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 16 dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 17 dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90cm z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 18 dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90cm z otworem 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 19 dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 20 dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 21 dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą samoprzylepną 10x50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 22 dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do procedur TUR 190x230cm z otworem brzuszny i kroczywym o średnicy 6cm, z osłoną palca do badania per rectum, torebką do do zbiórki płynów ze sztywnikiem, filtrem, końcówką do podłączenia ssaka. Nogawice zintegrowane z całością serwety.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 23 dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 etykietami samoprzylepnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 24 dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z folii PE oraz włókniny 3 warstwowej o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 25 dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch urologiczny wykonany z włókniny 3 warstwowej o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> oraz laminatu 2 warstwowego o gramaturze min. 50g/m<sup>2</sup>, ze wzmocnieniami z przodu na całej długości oraz na rękawach min. 35cm o odporności na przenikanie cieczy min. 125cm H<sub>2</sub>O, pakowany z dwoma ręcznikami do rąk. Opakowanie zawierające 4 samoprzylepne naklejki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 26 dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą samoprzylepną do cięcia cesarskiego 200x320cm z otworem z folią operacyjną o wym. 25cm x 30cm, torbą do zbiórki płynów o wym. 75cm x 85cm, ze sztywnikiem, filtrem, 2-ma końcówkami odpływowymi (wykonana z 3 warstwowej włókniny o gramaturze 51g/m<sup>2</sup>)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 27 dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dla noworodka w rozmiarze 75x80cm,?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 28 dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 sztukami ręczników?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 29 dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> oraz włókniny o gramaturze 28g/m<sup>2</sup> – gramatura całkowita w obszarze wzmocnionym 80g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 30 dot. Pakietu 10 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długości 157cm dla rozmiaru XXL, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 10 – Fartuchy chirurgiczne;

**z zapisu:**

**„ 1. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.** Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m<sup>2</sup>, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie, numer serii w postaci, naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. Długości fartucha (+/- 5 cm): M/120 cm, L/130cm, XXL/150cm.

**2. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.** Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m<sup>2</sup>, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu polietylen/propylen. Fartuch zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie ważności i numer serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. Długości fartucha (+/- 5 cm): M/120 cm, L/130cm, XXL/150cm .”

**na zapis:**

**„ 1. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.** Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m<sup>2</sup>, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie, numer serii w postaci, naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. **Długości fartucha M/120 cm (+/- 5 cm), L/130cm(+/- 5 cm), XXL/150cm (+/- 5 cm) lub XXL/157 cm.”**

**2. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.** Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m<sup>2</sup>, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu polietylen/propylen. Fartuch zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie ważności i numer serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. **Długości fartucha M/120 cm (+/- 5 cm), L/130cm(+/- 5 cm),XXL/150cm (+/- 5 cm) lub XXL/157 cm.”**

Pytanie 31 dot. Pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści sterylne osłony na przewody z dwoma taśmami do mocowania?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 11 – Akcesoria I

**z zapisu:**

**„2. Sterylna jednorazowa osłona na przewody** foliowa z taśmą do mocowania na końcach, wykonana z folii polietylenowej, duża wytrzymałość mechaniczna na rozzerwanie podczas zabiegu operacyjnego, łatwe montowanie, rozmiar 15cmx250cm (+/- 2cm)”

**na zapis:**

**„2. Sterylna jednorazowa osłona na przewody foliowa z taśmą lub dwoma taśmami**

do mocowania na końcach, wykonana z folii polietylenowej, duża wytrzymałość mechaniczna na rozerwanie podczas zabiegu operacyjnego, łatwe montowanie, rozmiar 15cmx250cm (+/- 2cm)”

Pytanie 32 dot. Pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści taśmę przylepną typu rzep (velcro) w rozmiarze 2cmx22cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 33 dot. Pakietu 11

W przypadku udzielenie negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 6 do osobnego zadania? Państwa zgoda umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców co zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 34 dot. Pakietu 11 poz.7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 35x120cm z jedną taśmą samoprzylepną włókninową 10x50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 35 dot. Pakietu 11 poz.8

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 30x60cm z jedną taśmą samoprzylepną włókninową 10x50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 11- Akcesoria I

**z zapisu:**

**„8. Sterylny rękaw na kończyne** o wym. min. 33cmx55 cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10cmx 50cm(+/-2cm)”

**na zapis:**

**„8. Sterylny rękaw na kończyne** o wym. min. 33cmx55 cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10cmx 50cm(+/-2cm) **lub o wym. 30 x 60 cm z jedna taśmą samoprzylepną 10 x 50 cm”**

Pytanie 36 dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na rolce z perforacją co 38cm o długości 50m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 37 dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5 i 6 do osobnego zadania? Państwa zgoda umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców co zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ



Pytanie 38 dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści osłony na przewody 14x250cm z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, złożna teleskopowo. Na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik wokół otworu osłony z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po jednym przyklepcu umożliwiającym fiksację folii.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 39 dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści osłony na przewody 7x120cm z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, złożna teleskopowo? Posiada wewnątrz kartonową prowadnicę ułatwiająca aplikację.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 40 dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści osłony na przewody 7x170cm z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, złożna teleskopowo? Posiada wewnątrz kartonową prowadnicę ułatwiająca aplikację. Na jednym końcu osłony przyklepic umożliwiający fiksację folii.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 41 dot. Pakietu 16

Czy Zamawiający dopuści osłonę na mikroskop Zeiss w rozmiarze 137x260cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego tj.: Pakiet 16- Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop Zeiss

**z zapisu:**

„1. Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop operacyjny Zeiss o wymiarach 117 cmx267cm, średnica optyki 65mm. Osłona soczewki (część mocująca) powinna być wykonana z pierścienia z czarnej elastycznej gumy oraz z poliwęglanu, odpornego na zarysowania, charakteryzującego się transmitacją światła > 94 %, oraz posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem w formie naklejki, którą zdejmuje się po założeniu osłony na mikroskop. Materiałem bazowym osłony powinna być bezbarwna folia PE o grubości 45 mikronów, która posiada trzy zintegrowane elastyczne taśmy samoprzylepne służące do mocowania osłony do mikroskopu oraz trzy zintegrowane rzepy do mocowania okularów. Sterylizowana EO. Opakowanie papier-folia. Produkt oznaczony wyraźnie w języku polskim. . Opakowanie jednostkowe powinno posiadać numer ref, numer lot, nazwę producenta oraz znak CE. Pakowane zgodnie z wymogami ISO11607-1:2006. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795.”

**na zapis:**

„1. Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop operacyjny Zeiss o wymiarach 117 cmx267cm lub 137 x 260 cm, średnica optyki 65mm. Osłona soczewki (część mocująca) powinna być wykonana z pierścienia z czarnej elastycznej gumy oraz z poliwęglanu, odpornego na zarysowania, charakteryzującego się transmitacją światła > 94 %, oraz posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem w formie naklejki, którą zdejmuje się po założeniu osłony na mikroskop. Materiałem bazowym osłony powinna

być bezbarwna folia PE o grubości 45 mikronów, która posiada trzy zintegrowane elastyczne taśmy samoprzylepne służące do mocowania osłony do mikroskopu oraz trzy zintegrowane rzepy do mocowania okularów. Sterylizowana EO. Opakowanie papier-folia. Produkt oznaczony wyraźnie w języku polskim. . Opakowanie jednostkowe powinno posiadać numer ref, numer lot, nazwę producenta oraz znak CE. Pakowane zgodnie z wymogami ISO11607-1:2006. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795."

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia także następującą treść SIWZ w punkcie 7.3 oraz w punkcie 8.1- 8.12:

a)

**z zapisu:**

„7.3. Spełnienie wymogów podanych w punkcie 7.1 i 7.2 SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz Załącznika nr 4 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 8.2., 8.3. oraz pkt 9. SIWZ.”

**na zapis:**

„7.3. Spełnienie wymogów podanych w punkcie 7.1 i 7.2 SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz Załącznika nr 4 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 8.1., 8.3. oraz pkt 9. SIWZ.”

b)

**z zapisu:**

- „8.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, należy przedłożyć:
- oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
- 8.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, należy przedłożyć:
- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według Załącznika nr 4 do SIWZ,
  - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie według Załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.
- 8.4 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
- 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne, broszury, foldery, katalogi, itp.), na podstawie których Zamawiający dokona weryfikacji zaoferowanych wyrobów z zaznaczeniem którego pakietu i której pozycji dotyczy,
  - 2) Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania - według Załącznika nr 6 do SIWZ;
- 8.5. UWAGA: Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie.

- 8.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 8.7. UWAGA: Wskazane wyżej dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.
- 8.8. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
- 8.9. Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl Art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
- 8.10. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
- 8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 8.12. Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

#### **Na zapis:**

- „8.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, należy przedłożyć:
  - oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
- 8.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, należy przedłożyć:
  - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według Załącznika nr 4 do SIWZ,
  - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie według Załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.
- 8.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
  - 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne, broszury, foldery, katalogi, itp.), na podstawie których Zamawiający dokona weryfikacji zaoferowanych wyrobów z zaznaczeniem którego pakietu i której pozycji dotyczy,
  - 2) Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania - według Załącznika nr 6 do SIWZ;
- 8.4. UWAGA: Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie.
- 8.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 8.6. UWAGA: Wskazane wyżej dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.

- 8.7. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
- 8.8. Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl Art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
- 8.9. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
- 8.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 8.11. Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231)."

W związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4a Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia, a także na podstawie art.12 a ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień **30.06.2016 r.** do **godz.10:00**. Otwarcie ofert nastąpi **30.06.2016 r. 10:30**. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia także następującą treść SIWZ :

a) w rozdziale 20.1 podpunkt 4) **z zapisu:**

**„PRÓBKI: Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych – Pakiet  
.....”**

**NIE OTWIERAĆ przed 27.06.2016 r., godz. 10:30  
znak sprawy: BZP/38/382 -16/16**

***próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, na I piętrze (pokój nr A1), do dnia 27.06.2016 r., do godz:10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7<sup>25</sup> do 14<sup>30</sup>).***

**na zapis:**

**„PRÓBKI: Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych – Pakiet  
.....”**

**NIE OTWIERAĆ przed 30.06.2016 r., godz. 10:30  
znak sprawy: BZP/38/382 -16/16**

***próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, na I piętrze (pokój nr A1), do dnia 30.06.2016 r., do godz:10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7<sup>25</sup> do 14<sup>30</sup>).***

b) w rozdziale 20.12 **z zapisu:**

**„20.12.Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:**

**„Oferta na: Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych  
- Pakiet .....”**

**NIE OTWIERAĆ przed 27.06.2016 r., znak sprawy: BZP/38/382-16/16”**

**na zapis:**

„20.12. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

**„Oferta na: Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych  
- Pakiet .....”**

**NIE OTWIERAĆ przed 30.06.2016 r., godz. 10:30, znak sprawy: BZP/38/382-16/16”**

**c) w rozdziale 22.12 z zapisu:**

- 22.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju Nr A1, na I piętrze, do dnia **27.06.2016 r.**, (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7<sup>25</sup> do 14<sup>30</sup>).
- 22.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.06.2016 r.**, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej, w pokoju A21, na I piętrze.”

**Na zapis:**

- 22.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju Nr A1, na I piętrze, do dnia **30.06.2016 r., do godz. 10:00** (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7<sup>25</sup> do 14<sup>30</sup>).
- 22.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.06.2016 r., o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej, w pokoju A21, na I piętrze.”

Pozostała treść Załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:

- SIWZ po zmianach z dnia 22.06.2016 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 1 – Czepki, maski) po zmianach z dnia 22.06.2016 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 10 – Fartuchy chirurgiczne) po zmianach z dnia 22.06.2016 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 11 – Akcesoria I) po zmianach z dnia 22.06.2016 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 15 – Zestaw do iniekcji doszkliskowych) po zmianach z dnia 22.06.2016 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 16 – Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop Zeiss) po zmianach z dnia 22.06.2016 r.

Zamawiający informuje, iż pozostałe pytania, które wpłynęły w dniach 20.06.2016 r., 21.06.2016 r., są w trakcie odpowiedzi.

Z poważaniem



(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 22.06.2016 r.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 15 – Zestaw do iniekcji doszkliskowych

Lp	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Zestaw jednorazowy sterylny Zawierający: -1x serweta na stolik 75x75 -1x miska plastikowa -1x kocher plastikowy -1x rozwórka -1x miarka plastikowa 3,5mm/4,0mm -1x strzykawka INSUMED 29G -1x szkło powiększające -2x patyczki z wacikiem 15cm -7x kompres z włókniny 7,5x7,5 -1x serweta operacyjna 100 x100cm dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej i folii etylenowej o wymiarach o gramaturze nie niższej niż 56g/m2, z otworem 4x7cm i ze zintegrowaną samoprzylepną <b>nie rozciętą lub z rozciętą folią chirurgiczną.</b> Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks	Szt.	1025						

identyfikacyjny, data ważności. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania w miejscu otwierania powinien znajdować się sterylny margines.																					
<b>RAZEM:</b>																					

\* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość, ....., dnia .....2016 r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 22.06.2016 r.

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### Pakiet 1 – Czepki, maski.

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	<b>Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki</b> , wiązany z tyłu na troki, dla osób z dłuższymi włosami. Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m <sup>2</sup> charakteryzujący się wysoką przepuszczalnością powietrza. Wydłużona część przednia z możliwością wywinięcia i stworzenia taśmy pochłaniającej pot. Kolor zielony.	szt.	32000						
2.	<b>Czepek chirurgiczny w kształcie beretu</b> , ściągany lekko gumką Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m <sup>2</sup> charakteryzujący się wysoką przepuszczalnością powietrza. Kolor zielony.	szt.	32000						
3.	<b>Uniwersalny, lekki czepek</b> w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.14g/m <sup>2</sup> , ściągany lekko gumką. Dostępne kolory – biały, zielony, niebieski	szt.	12000						
4.	<b>Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, mocowana na gumki</b> , łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy (z usztywnieniem na nos o długości min.120mm), maska musi spełniać wymagania normy 14683 (typ II), skuteczność filtracji bakteryjnej ≥ 98%, niepyląca. Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy zgrzewane ultradźwiękowo.	szt.	20000						
5	<b>Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki</b> , przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze,								



<p>łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy ( z usztywnieniem na nos), rozmiar maski po rozłożeniu 180mm (+5mm/-3mm)x187mm (+/-5mm), górne troki długość 430mm (+/-25mm) dolne troki długość 380mm +/-25mm; maska musi spełniać wymagania normy 14683 (typ II) <b>lub 14683 typ II R</b>, skuteczność filtracji bakteryjnej <math>\geq 98\%</math>, niepyłająca, hypoalergiczna. <b>Kolor biały lub białe - zielony.</b> Materiał filtracyjny, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo.</p>	szt.	50000						
--	------	-------	--	--	--	--	--	--

\* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość, ....., dnia .....2016 r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 22.06.2016 r.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

**Pakiet 10 – Fartuchy chirurgiczne**

Lp	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	<b>Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.</b> Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie, numer serii w postaci, naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. <b>Długości fartucha M/120 cm(+/- 5 cm);, L/130cm (+/- 5 cm);, XXL/150cm (+/- 5 cm), lub XXL/157 cm</b>	Szt.	30000						
2.	<b>Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.</b> Pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, z włókniny polipropylenowej, materiał SMS lub SMMS lub SMMMS, gramatura min. 35g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu polietylen/propylen. Fartuch zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia	Szt.	1000						

zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie ważności i numer serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji, fartuch indywidualnie pakowany; Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. <b>Długości fartucha M/120 cm(+/- 5 cm);, L/130cm (+/- 5 cm);, XXL/150cm (+/- 5 cm), lub XXL/157 cm</b>								
<b>RAZEM:</b>								

\* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość, ....., dnia .....2016 r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 22.06.2016 r.

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### Pakiet 11 Akcesoria I

Lp	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	<b>Taśmy sterylne włókninowe</b> samoprzylepne do mocowania serwet o rozmiarze 9cmx50cm(+/- 1cm)	Szt.	1000						
2.	<b>Sterylna jednorazowa osłona na przewody foliowa z taśmą lub dwoma taśmami do mocowania na końcach, wykonana z folii polietylenowej, duża wytrzymałość mechaniczna na rozerwanie podczas zabiegu operacyjnego, łatwe montowanie, rozmiar 15cmx250cm (+/- 2cm)</b>	Szt.	1600						
3.	<b>Sterylny pokrowiec na aparaturę</b> o średnicy 85cm(+/-5 cm) w stanie rozciągniętym, wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej, ściągnięty gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd	Szt.	200						
4.	<b>Sterylny pokrowiec na aparaturę</b> o średnicy 120 cm w stanie rozciągniętym, wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej, ściągnięty gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd	Szt.	740						
5.	<b>Sterylna kieszeń</b> samoprzylepna rozmiar 38cmx40cm lub 30 cm x 40 cm (+/- 3cm) wykonana z folii	Szt.	800						

6.	<b>Sterylny przylepny organizator przewodów sterylny</b> , jednorazowy o wymiarach 9cmx11cm(+/-2cm) z 2 trokami o dł. min 25cm umożliwiającymi przywiązanie kilku przewodów jednocześnie lub 9 cmx 13 cm (+/- 2cm) z trzema otworami o śr. 2 cm, samoprzylepny, wykonany z włókniny o gram. 35 g/m2	Szt.	800						
7.	<b>Sterylny rękaw na kończynę</b> o wym. min. 33cmx110 cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10cmx50 cm (+/-2cm)	Szt.	300						
8.	<b>Sterylny rękaw na kończynę</b> o wym. min. 33cmx55 cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10cmx 50cm(+/-2cm) <b>lub o wym. 30 x 60 cm z jedną taśmą samoprzylepną. 10 cm x 50 cm</b>	Szt.	500						
<b>RAZEM:</b>									

\* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość, ....., dnia .....2016 r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 22.06.2016 r.

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### Pakiet 16 – Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop Zeiss

Lp	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/ numer katalogowy	Nazwa i numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1.	Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop operacyjny Zeiss o wymiarach 117 cmx267cm lub 137 x 260 cm, średnica optyki 65mm. Osłona soczewki (część mocująca) powinna być wykonana z pierścienia z czarnej elastycznej gumy oraz z poliwęglanu, odpornego na zarysowania, charakteryzującego się transmitacją światła > 94 %, oraz posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem w formie naklejki, którą zdejmuje się po założeniu osłony na mikroskop. Materiałem bazowym osłony powinna być bezbarwna folia PE o grubości 45 mikronów, która posiada trzy zintegrowane elastyczne taśmy samoprzylepne służące do mocowania osłony do mikroskopu oraz trzy zintegrowane rzepy do mocowania okularów. Sterylizowana EO. Opakowanie papier-folia. Produkt oznaczony wyraźnie w języku polskim. . Opakowanie	Szt.	750						

	jednostkowe powinny posiadać numer ref, numer lot, nazwę producenta oraz znak CE. Pakowane zgodnie z wymogami ISO11607-1:2006. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795.								
<b>RAZEM:</b>									

Miejscowość, ....., dnia .....2016 r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy