



EAP/07/ 74 /2015

**Do wszystkich uczestników  
postępowania**

**Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych badań laboratoryjnych oraz administrowanie bankiem krwi.**

1. Zwracamy uwagę, iż Zamawiający pominął część zadanego pytania, wobec czego raz jeszcze prosimy o wskazanie czy (w szczególności wobec braku mechanizmu przymuszającego w postaci kar umownych) Zamawiający będzie wymagał przedłożenia wraz z oferta oświadczenia podmiotu wprowadzającego HIS, iż możliwa jest integracja HIS z LIS danego oferenta w terminie do 15 maja 2015r. (ew. nie później niż do dnia wdrożenia HIS)?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienie doprecyzowuje termin integracji HIS z LIS do 15.05.2015r. nie później jednak niż do dnia wdrożenia systemu HIS w Szpitalu. Udzielający zamówienie nie wymaga przedłożenia oświadczenia, natomiast zachowanie terminu integracji należy traktować jako warunek niezbędny do spełnienia przez oferentów.

Zmianie ulegają Szczegółowe warunki konkursu ofert w cz II pkt 34, który otrzymuje brzmienie:

*„Zamawiający wymaga przygotowania systemu LIS do komunikacji poprzez protokół HL7, przetestowanie komunikacji z aktualnie wdrażanym systemem HIS oraz nadzór autorski nad uruchomieniem komunikacji HL7 z systemem HIS w terminie do 15.05.2015r. jednak nie później niż do dnia wdrożenia systemu HIS w Szpitalu”*

Zmianie ulega załącznik nr 5 do SWKO - § 2 ust. 26 otrzymuje brzmienie:

*„Zamawiający wymaga przygotowania systemu LIS do komunikacji poprzez protokół HL7, przetestowanie komunikacji z aktualnie wdrażanym systemem HIS oraz nadzór autorski nad uruchomieniem komunikacji HL7 z systemem HIS w terminie do 15.05.2015r. jednak nie później niż do dnia wdrożenia systemu HIS w Szpitalu”*

2. Prosimy o określenie zasad zwrotu kosztów powstałych wyłącznie na skutek decyzji Szpitala o zmianie pomieszczeń przeznaczonych na laboratorium (a to w związku ze zmianą wprowadzoną do projektów umów).

Odpowiedź:

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji strony uzgodnią zasady odrębnym porozumieniem.



**Załącznik nr 8 do SWKO;**

3. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła pomyłka w wymaganych czasach oczekiwania na wynik w, parametrach glukoza (poz. 117) i glukoza met. kapilarną (poz. 119). Z punktu widzenia technologii wykorzystywanej do oznaczenia obydwu parametrów, bardziej zasadne jest zastosowanie maksymalnego czasu dla glukozy (poz. 117) do 45 minut a dla glukozy met. kapilarną (poz. 119) do 10 minut.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że nastąpiła oczywista pomyłka w określeniu czasu oczekiwania na wynik badania oznaczonego „cito” w poz. 117 – Glukoza. Udzielający zamówienie wydłuża czas oczekiwania na wynik do 30 minut. W poz. 119 zmian nie wprowadza się.

Zmianie ulega Załącznik nr 8 do SWKO – Formularz cenowy

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*mgr Maria Zawada*